



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321  
92100 Agrigento  
Telefono 0922 407268 – 407145  
FAX 0922 407119

PROT: n. 66972 del 19 settembre 2014

**Spett.le Ditta**

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere alla fornitura pluriennale, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, dei seguenti dispositivi medici specialistici per otorinolaringoiatria, con indicato il fabbisogno presunto annuo relativo ai PP.OO. Agrigento e Sciacca:

Lotto n. 1 Tamponi nasali e auricolari

Tamponi per epistassi (PVA) con cellulosa ossidata micro dispersa e filo di repere nelle seguenti misure:  
- Tampone per epistassi Cm 8x1,5x2.....1500 pezzi;  
- Tampone per epistassi flessibile Cm 10x1,5x2,5.....500 pezzi;  
Tamponi per epistassi Kennedy (PVA) con cellulosa ossidata micro dispersa e filo di repere nelle seguenti misure quantità.....500pezzi;

Tamponi per otite esterna in acetato di polivinile idrossilato (PVA) con cellulosa ossidata micro dispersa (varietà hemox) e filo di repere nelle seguenti misure:

- mm 9x24.....300 pezzi;

Tampone otologico riassorbibile in acido ialuronico mis. Cm 2,5x2,5.....50 pz.;

Tampone intranasale riassorbibile in acido ialuronico mis. Cm 4x4.....50 pz.;

Tampone Bridgemaster per setto plastica grande .....60 pezzi;

Tampone Bridgemaster per setto plastica piccolo .....60 pezzi;

Tampone Bridgemaster in acetato di polivinile idrossilato (PVA) con filo di repere e radiopaco nelle seguenti misure:

- Mm 25x13.....1000 pezzi;  
- Mm 76x13.....1000 pezzi;  
- Mm 76x25.....1000 pezzi;

Kit merocel con silicone presagomato per setto plastica.....40 pezzi;

Kit merocel con silicone presagomato per setto plastica.....40 pezzi;

Medicazione avanzata riassorbibile in copolimero uretanico polietere-estere uretano:

- nasale cm. 8 .....50 pezzi;  
- auricolare cm. 2x1 .....50 pezzi;

Splint nasale esterno articolato a bridge master con figlio sagomabile di alluminio e strato in acetato di polivinile idrossilato (PVA) nelle seguenti misure:

- Piccolo (pediatrico).....60 pezzi;  
- Grande (adulti).....60 pezzi;

Lotto n. 2

Spugna per pulizia endoscopi in acetato di polivinile idrossilato (PVA) con antiappannante tipo elvis

.....300 pezzi;

Lotto n. 3

Drenaggi trans-timpanici in fluoro plastica

- Mod. Shepard with tail in fluoro plastica mis. Mm 1,1x2,3.....150 pezzi;



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321  
92100 Agrigento  
Telefono 0922 407268 – 407145  
FAX 0922 407119

PROT: n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Spett.le Ditta  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere alla fornitura pluriennale, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, dei seguenti dispositivi medici specialistici per otorinolaringoiatria, con indicato il fabbisogno presunto annuo relativo ai PP.OO. Agrigento e Sciacca:

Lotto n. 1 Tamponi nasali e auricolari

Tamponi per epistassi (PVA) con cellulosa ossidata micro dispersa e filo di repere nelle seguenti misure:

- Tampone per epistassi Cm 8x1,5x2.....1500 pezzi;
- Tampone per epistassi flessibile Cm 10x1,5x2,5.....500 pezzi;;

Tamponi per epistassi Kennedy (PVA) con cellulosa ossidata micro dispersa e filo di repere nelle seguenti misure quantità.....500 pezzi;

Tamponi per otite esterna in acetato di polivinile idrossilato (PVA) con cellulosa ossidata micro dispersa (varietà hemox) e filo di repere nelle seguenti misure:

- mm 9x24.....300 pezzi;

Tampone otologico riassorbibile in acido ialuronico mis. Cm 2,5x2,5.....50 pz.;

Tampone intranasale riassorbibile in acido ialuronico mis. Cm 4x4.....50 pz.;

Tampone Bridgemaster per setto plastica grande .....60 pezzi;

Tampone Bridgemaster per setto plastica piccolo .....60 pezzi;

Asciughino chirurgico in acetato di polivinile idrossilato (PVA) con filo di repere e radiopaco nelle seguenti misure:

- Mm 25x13.....1000 pezzi;
- Mm 76x13.....1000 pezzi;
- Mm 76x25.....1000 pezzi;

Kit merocel con silicone presagomato per setto plastica.....40 pezzi;

Medicazione avanzata riassorbibile in copolimero uretanico polietere-estere uretano:

- nasale cm. 8 .....50 pezzi;
- auricolare cm. 2x1 .....50 pezzi;

Splint nasale esterno articolato a bridge master con figlio sagomabile di alluminio e strato in acetato di polivinile idrossilato (PVA) nelle seguenti misure:

- Piccolo (pediatrico).....60 pezzi;
- Grande (adulti).....60 pezzi;

Lotto n. 2

Spugna per pulizia endoscopi in acetato di polivinile idrossilato (PVA) con antiappannante tipo elvis  
.....300 pezzi;

Lotto n. 3

Drenaggi trans-timpanici in fluoro plastica

- Mod. Shepard with tail in fluoro plastica mis. Mm 1,1x2,3.....150 pezzi;

- Forma a T per lunga permanenza ..... 50 pezzi;

Lotto n. 4

Tubo endotracheale sterile, protetto, ad una sola cuffia, resistente a laser a CO<sub>2</sub> con rivestimento in alluminio e fluoroplastica a copertura dell'asta elastomerica in silicone; valvola di gonfiaggio del manicotto dotata di blu di metilene secco. Misure nei seguenti diametri: mm 4,5 – mm 5,0 – mm 6,0 – mm 7,0 ..... 40 pezzi;

Lotto n. 5

Protesi fonatorie in silicone, a bassa resistenza, adoperabili per impianto sia primario che secondario sia per via retrograda che per via anterograda complete di inseritore monouso per le sostituzioni. Devono essere a bassa resistenza, di facile manutenzione, rilevabili a raggi X e resistenti alla candida. Disponibile anche nel formato con valvola magnetica per impedirne l'apertura accidentale. Nelle misure mm 4,5 – 6 – 8 – 10 – 12,5 – 15....

..... 10pz.;

Lotto n. 6

Protesi in titanio modello Kurz da adoperarsi nella chirurgia dell'orecchio medio:

- A) porp variac ..... 20 pz.;
- B) torp variac ..... 20 pz.;
- C) pistoni mm 4,50 ..... 20 pz.;
- D) pistoni mm 4,75 ..... 5 pz.;
- E) pistoni mm 4,25 ..... 5 pz.;

Lotto n. 7

Bisturi per miringotomia sterili monouso ..... 60 pezzi;

Lotto n. 8

Set per paracentesi monouso sterili ..... 60 pezzi;

Lotto n. 9

Set per chirurgia dell'orecchio medio monouso sterili ..... 60 pezzi;

Lotto n. 10

Kit copri microscopio sterile da utilizzarsi col microscopio operatorio Zeiss (trioculare) in dotazione alla sala operatoria di questa UO ..... 200 pezzi.

Lotto n. 11

Dispositivi medico chirurgici:

- a) N. 150 lame rette per Debrider tipo modello "Quadcut" cioè con 4 camicie taglienti che oscillano le une sulle altre mm 4,3;
- b) N. 50 lame Quadcut blade mm 2,9;
- c) N. 10 lame Quadcut per atresia coanale;
- d) N. 30 lame curve 40° mm. 4;
- e) N. 30 lame curve 60°;
- f) N. 30 frese taglienti varie misure da 2 mm. a mm. 5;
- g) N. 20 frese da taglio in carburo di tungsteno mis. da mm 2 a mm 5;
- h) N. 30 frese diamantate varie misure da 2 mm. a mm. 5;
- i) N. 30 frese teflonate diamantate varie misure da 2 mm. a mm. 5;
- j) N. 10 frese per skeeter varie misure da 2 mm. a mm. 5;
- k) N. 40 Kit per monitoraggio del facciale tipo "Stim Cur" per poter interfacciare con il monitoraggio elettromiografico intraoperatorio;
- l) N. 40 stimolatori per nervi con punta a palla da 1 mm;
- m) N. 40 tubi per monitoraggio dei nervi ricorrenti varie misure;
- n) N. 40 Kit raffreddamento motore;
- o) N. 70 kit irrigazione fresa;
- p) N. 40 kit elettrodi intradermici accoppiati 4 canali;
- q) N. 20 tubi endotracheali per monitoraggio del ricorrente mis. 7.0;
- r) N. 30 incrementing probe bal tip.

Il sopraelencato materiale di consumo deve essere corredata dalle apparecchiature, da consegnare in uso gratuito, e relativa manutenzione full-risk per tutto il periodo della fornitura. Si indicano le caratteristiche tecniche:

N. 2 Consolle: deve consentire l'impiego di svariate frese, lame, trapani, raspe per osso, cannule e seghe, comprendere due pompe peristaltiche per l'irrigazione integrata delle lame, delle frese e per il raffreddamento del motore e deve avere:

- Schermo touch screen dotato di maniglia per il trasporto;
- Display con regolazione dei parametri di velocità di taglio, di rotazione e di irrigazione;
- Guida in linea con parametri pre-impostati per vari interventi;
- Connessione per pedaliera di comando dotato di illuminazione;
- Doppia pompa peristaltica sia per irrigazione che per il raffreddamento del manipolo con sistema di irrigazione integrato e regolabile micro-metricamente da 5 cc A 100 cc (con due pompe peristaltiche);
- Meccanismo che consente all'operatore di ruotare sia l'asse di lame rette che ruotare a 360° la finestra tagliente di lame curve nonché compatibile per l'uso di lame e frese non rotanti nel loro asse.

N. 2 Debrider: manipolo resettore con velocità di rotazione fino a 12.000 giri/min per le frese e 5.000 giri/min per le lame in modalità oscillatoria. Presenza di aspirazione in asse con la finestra tagliente della lama e dotato di meccanismo di blocco per prevenire la rotazione accidentale. Possibilità intraoperatoria di far ruotare di 180° la finestra di taglio della lama in posizione di completa apertura o chiusura. Possibilità di rotazione della lama mediante rotella posta sulla parte superiore dell'impugnatura.

N. 2 Trapano: (da 300 a 80.000 giri/min) per dissezione di tessuto osseo, con sistema di irrigazione e di raffreddamento integrato nella console interfacciabile con frese sia rette che angolate a 20° e rivestite in teflon completo di n. 1 attacco 7 cm retto e n. 1 attacco 7 cm angolato;

N. 2 Pedale multifunzione: ergonomico con tre pulsanti che ne permettono un controllo remoto ottimale, poggiapiedi integrato, design antiscivolo e luce per identificazione. Le funzioni dei tre pulsanti posti sul pedale (attivabili anche mediante monitor touch screen) sono:

- Regolazione velocità fissa (on/off) o variabile (accelerazione);
- Variazione numero di oscillazioni/rotazioni;
- Cambio rotazione avanti/dietro (otochirurgia);
- Cambio manipolo.

N. 2 Sistema di lavaggio ottiche integrato: attivabile da pedale separato o da finger switch in campo sterile (dispositivo pluriuso);

N. 2 Sistema per il monitoraggio elettromiografico dei nervi motori del plesso testa collo:

- completo di interfaccia paziente, sonda di schermatura, mini-screen;

N. 1 Sistema Skeeter per stepedectomy;

N. 4 Vassoi di sterilizzazione.

#### Lotto n. 12

Sistema di dilatazione endoscopica dei seni paranasali per chirurgia FESS mini-invasiva composto come segue:

- N. 10 catetere a palloncino mm. 5x16 per dilatazione dei seni paranasali con lavaggio integrato Ultirra;
- N. 10 catetere guida per seno frontale con aspiratore integrato e punta a becco di flauto a 70°;
- N. 10 catetere guida per seno mascellare con aspiratore integrato con punta a becco di flauto a 110°;
- N. 10 catetere guida per seno sfenoidale con aspiratore integrato con punta a becco di flauto a 0°;
- N. 40 manipolo sidekick di supporto a sistema integrato Balloon Sinuplasty;
- N. 40 filoguida per illuminazione transcutanea, flessibile di diametro 0,035 e lunghezza 100 cm con punta angolata di 20°
- N. 40 siringa ad alta pressione per il gonfiaggio del Balloon con misuratore di pressione;
- N. 40 cavo luce per filo guida LUMA
- N. 40 attacchi per fonti di luce

#### Lotto n. 13

Sistema di lavaggio e disinfezione di ottiche rigide e flessibili composto come segue:

n. 1 registro di tracciabilità che contiene i moduli per la registrazione di ogni trattamento indicando l'endoscopio trattato, il paziente sul quale l'endoscopio è stato utilizzato, la data, l'ora del trattamento e 2 etichette numerate da applicare al modulo e alla cartella paziente;

e con il consumo presunto annuo del seguente materiale:

- n. 2000 etichette numerate compatibili;
- n. 2000 moduli compatibili;
- n. 1000 salviette detergente per pulizia dell'endoscopio;
- n. 1000 salviette sporicida disinfettante per la disinfezione ad alto livello;
- n. 1000 salviette risciaccquante per la rimozione di eventuali residui chimici;

Lotto n. 14 Dispositivi medici per chirurgia FESS

- 4 Pinza da presa per seni mascellari sec. Heuwieser,ganascia fissa curva 90°,ganascia mobile fino a 120° apertura retrograda,lunghezza operativa 10 cm,ganasce curve verso il basso
- 4 sonda per seno frontale sec. Castelnuovo doppia estremità distale curva
- 4 Bisturi falcato puntato cm 19 circa
- 2 Pinza nasale per coagulazione bipolare,isolata,smussa,retta con canale di aspirazione cm 10 circa angolata distalmente a 45°
- 6 pinza nasale sec. Blakesley-Wilde retta lunghezza cm 13 circa misura 1
- 6 pinza nasale sec. Blakesley-Wilde retta lunghezza cm 13 circa misura 2
- 6 pinza nasale sec. Blakesley-Wilde retta lunghezza cm 13 circa angolata a 45° misura 1
- 6 pinza nasale sec. Blakesley-Wilde retta lunghezza cm 13 circa angolata a 45° misura 2
- 6 pinza nasale sec. Blakesley-Wilde retta lunghezza cm 13 circa angolata a 90° misura 1
- 6 pinza nasale sec. Blakesley-Wilde retta lunghezza cm 13 circa angolata a 90° misura 2
- 6 Pinza sec. Blakesley retta tagliente delicata morso 3 mm lunghezza 13 cm
- 6 Pinza sec. Blakesley retta tagliente delicata morso 3 mm lunghezza 13 cm angolata 45°
- 4 pinza nasale retta miniaturizzata morso 1,5 mm ultrafine tagliente lunghezza 13 cm
- 4 pinza nasale miniaturizzata retta morso angolato 45° 1,5 mm ultrafine tagliente lunghezza 13 cm
- 4 pinza nasale miniaturizzata stelo curvo morso 1,5 mm ultrafine tagliente lunghezza 13 cm
- 4 pinza nasale miniaturizzata stelo curvo morso angolato 45° 1,5 mm ultrafine tagliente lunghezza 13 cm
- 6 pinza tagliente sec. OSTRUM a morso retrogrado e stelo orientabile 360° misura piccola lunghezza operativa 10 cm circa
- 6 pinza tagliente sec. OSTRUM a morso retrogrado e stelo orientabile 360° misura piccola lunghezza operativa 10 cm circa
- 4 Pinza sec. Stammberger a taglio circolare lunghezza 18 cm diametro 4,5 mm
- 4 Pinza sec. Stammberger curva verso l'alto a taglio circolare lunghezza 17 cm diametro 3,5 mm
- 4 Pinza sec. Stammberger morso a doppia coppa apertura verticale curva 65° lunghezza 12 cm diametro 3 mm
- 4 Pinza sec. Stammberger morso a doppia coppa apertura orizzontale curva 65° lunghezza 12 cm diametro 3 mm
- 4 pinza nasale sec. Kuhn per seno frontale tagliente morso sottile stelo curvo 60° taglio 1,5 mm lunghezza operativa 12 cm circa apertura retrograda
- 4 pinza nasale sec. Kuhn per seno frontale tagliente morso sottile stelo curvo 60° taglio 1,5 mm lunghezza operativa 12 cm circa apertura a sinistra
- 4 pinza nasale sec. Kuhn per seno frontale tagliente morso sottile stelo curvo 60° taglio 1,5 mm lunghezza operativa 12 cm circa apertura destra
- 6 pinza per antro sec. Stammberger estrema forza di taglio tagliente verso il basso in avanti a destra
- 6 pinza per antro sec. Stammberger estrema forza di taglio tagliente verso il basso in avanti a sinistra
- 6 sonda doppia per seno mascellare estremità sferiche lunghezza 19 cm circa
- 4 Ossivora sec. McKenty tagliente stelo orientabile 360° morso 1,8x2 mm lunghezza 12 cm circa
- 6 irrigatore sec. Eicken Luer-Lock curva corta diametro 2,5 lunghezza 12 cm circa
- 6 irrigatore sec. Eicken Luer-Lock curva corta diametro 3 lunghezza 12 cm circa
- 6 irrigatore sec. Eicken Luer-Lock curva corta diametro 4 lunghezza 12 cm circa
- 6 irrigatore sec. Eicken Luer-Lock curva lunga diametro 2,5 lunghezza 12 cm circa
- 6 irrigatore sec. Eicken Luer-Lock curva lunga diametro 3 lunghezza 12 cm circa
- 6 irrigatore sec. Eicken Luer-Lock curva lunga diametro 4 lunghezza 12 cm circa
- 4 curette per antro tagliente ovale allungato piccola lunghezza 20 cm circa
- 4 curette per antro tagliente ovale allungato grande lunghezza 20 cm circa
- 4 curette per seno frontale sec. Kuhn-Bolger curvo 55° ovale lunghezza 20 cm circa
- 4 curette per seno frontale sec. Kuhn-Bolger curvo allungato 90° ovale lunghezza 20 cm circa
- 6 aspiratore sec. Frazier con mandrino e foro regolazione suzione graduato lunghezza 10 cm circa diametro 5 Charr.
- 6 aspiratore sec. Frazier con mandrino e foro regolazione suzione graduato lunghezza 10 cm circa diametro 7 Charr.
- 6 aspiratore sec. Frazier con mandrino e foro regolazione suzione graduato lunghezza 10 cm circa diametro 9 Charr.
- 6 Serie speculum nasale di Cottle lunghezza 13 cm con vite di fissaggio auto statico valva 35 mm – valva 50 mm – valva 70 mm
- 4 Elevatore doppio di Freer semiaffilato e smusso cm 20 circa

- 4 Elevatore in aspirazione sec. Haraldsson orientabile cm 20 circa
- 4 bisturi a lama rotonda taglio verticale lunghezza 18 cm
- 4 bisturi a lama rotonda taglio orizzontale angolato 45° lunghezza 18 cm
- 4 Bisturi per setto nasale sec. Freer rotondo lunghezza 16 cm circa
- 4 Dissettore doppio sec. Mc Kenty larghezza 4,5 mm lunghezza cm 19 circa
- 6 Dissettore-aspiratore nasale con mandrino cm 19 circa
- 4 Elevatore doppio nasale sec Masing graduato cm 22 circa
- 4 Elevatore doppio nasale sec. Cottle graduato tagliente e smusso cm 19 circa
- 4 Uncino doppio sec. Cottle con uncino buttonuto a due denti da un lato e uncino piatto dall'altro cm 19 circa
- 4 Forbici sec. Fomon curva in avanti lunghezza operativa 8 cm circa
- 4 Forbici sec. Fomon curva lunghezza 12 cm circa
- 4 forbici sec. Stevens rette lunghezza 10 cm circa
- 4 forbici angolate sec. Walter lunghezza 10 cm circa
- 4 scollatori angolati per seno mascellare 12 cm circa

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) apposito preventivo di spesa, con indicazione del prezzo unitario di acquisto per ogni dispositivo (solo per prodotto commercializzato);

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 26.09.2014.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel/fax 0922 407268).

Il Direttore Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Cinzia Schinelli

