



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116 - Fax 0922407211

Email – forniture@aspag.it

Prot. 44946 del 30/10/14

Spett.le Ditta

Oggetto: procedura negoziata per la fornitura di n. 1 elettromiografo intraoperatorio
Codice Cig 5876207F67

Questa Azienda ha disposto con deliberazione 1567 del 27/6/14 l'indizione di procedura negoziata da espletarsi ai sensi del combinato disposto dall'art. 125 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii recepito, con deliberazione 26/2010, dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia di questa Asp, per la fornitura unica di n. 1 elettromiografo intraoperatorio per nervi motori ed in somministrazione del materiale di consumo occorrenti alle Sale Operatorie della UU.OO. di Ortopedia e di ORL del P.O. di Agrigento, di cui all'allegata scheda tecnica.

Nelle caratteristiche tecniche descritte, deve intendersi inserita, ai sensi dell'art. 68 del D lgs 163/06 e s.m.i. la clausola "e/o equivalente". La ditta che offre prodotti "equivalenti" dovrà segnalarlo con apposita dichiarazione allegata alla documentazione tecnica di gara

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio stabilito dall'art.82 del D lgs 163/06 anche in presenza di una sola offerta valida, alla ditta che avrà offerto, il prezzo complessivo più basso, previo controllo di conformità tecnica. Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Importo complessivo a base d'asta € 58.000,00 oltre iva.

Non è stato predisposto Duvri in quanto non esistono rischi da interferenze da valutare stante che la fornitura sarà eseguita in orari di chiusura e, comunque, senza la presenza di terzi. Pertanto non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza di cui all'art 26 D lgs 81/08 e s.m.i.

Codesta ditta, se interessata, è invitata a far pervenire plico opportunamente sigillato, completo del preventivo, di spesa, della documentazione tecnica ed amministrativa, entro le ore 9,00 del 24/11/2014 indirizzato alla Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 – Servizio Provveditorato – Viale della Vittoria 321 - 92100

Agrigento con l'indicazione all'esterno del plico: "acquisto elettromiografo per nervi motori – PASSOE n.....".

La gara sarà espletata in data 24/11/2014 alle ore 10,00 presso il medesimo Servizio.

L'offerta redatta in carta semplice dovrà indicare per ogni prodotto offerto il CND, il repertorio, marca e nome commerciale e:

- il prezzo dell'elettromiografo
- Il prezzo unitario e complessivo – per le quantità richieste - degli accessori richiesti
- il prezzo unitario e il complessivo – per le quantità richiesta – del materiale di consumo indicato nell'allegata scheda tecnica, iva esclusa
- l'importo complessivo totale, iva esclusa, che costituirà oggetto dell'aggiudicazione
- validità dell'offerta di almeno 180gg
- l'aliquota iva

I prezzi offerti si intendono compresi del trasporto, scarico, facchinaggio e consegna presso la Struttura sanitaria destinataria dei beni.

L'elettromiografo dovrà avere una garanzia per vizi e difetti derivanti dal processo di fabbricazione che possano manifestarsi per un periodo minimo di ventiquattro mesi dalla data di consegna.

L'offerta dovrà essere inserita in apposita busta chiusa e sigillata e non dovrà contenere altri documenti. Sul fronte della busta dovrà essere indicata la dicitura "contiene offerta"

La ditta dovrà presentare, quale documentazione amministrativa:

1. Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta resa ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante:
 - a. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della trattativa e che l'attività comprenda la produzione e/o commercializzazione di tali prodotti (art. 39 D. lgs 163/06);
 - b. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/99).
 - c. Di possedere la capacità tecnica di cui all'art. 42 del D Lgs 163/06 comma 1 lettera a) elencando le principali forniture effettuate negli ultimi tre esercizi, con il rispettivo importo, data e destinatario. Tale requisito è comprovato da certificazioni rese dalle Pubbliche Amministrazioni fornitrice o dichiarazioni rese da fornitori Privati o, in mancanza, copie delle fatture relative alle avvenuta esecuzione della fornitura complete del numero di Cig
 - d. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 comma 1) lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D Lgs 163/06.
 - e. di impegnarsi, se aggiudicataria della gara, pena la nullità del contratto,

al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

- f. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
- g. di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- h. di accettare incondizionatamente tutte le clausole della presente lettera-invito
- i. di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro nero ai sensi del Decreto Legge 25.06.2002 n. 210, convertito con Legge 266/2002, o in alternativa di avere concluso il periodo di emersione;
- j. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti
- k. di accettare le presenti condizioni contrattuali e le penalità
- l. di autorizzare, ai sensi della Legge n. 196/2003, il trattamento dei dati personali per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse alla fornitura medesima

2) Per il possesso della capacità economico finanziaria, idonee dichiarazioni bancarie attestanti il possesso di mezzi economici adeguati e che la ditta ha sempre fatto fronte ai propri impegni, e comprovata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D lgs 385/1995.

3) copia del PASSOE, firmato dalla ditta, rilasciato dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici attraverso l'utilizzo di AVCPASS

La ditta dovrà, infine, produrre, quale documentazione tecnica:

- schede descrittive degli articoli offerti redatte in lingua italiana, rese in originale o in copia conforme che dovranno indicare il prodotto cui si riferiscono
- Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta resa ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante la rispondenza dei prodotti offerti alle Direttive 93/42/CE recepita dal D lgs 46/1997
- Certificazione di qualità aziendale

La mancata presentazione della documentazione e della dichiarazione per come richiesto con la presente lettera-invito determinerà l'esclusione dalla gara, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del D lgs 163/06.

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativa ed economico finanziario avverrà ai sensi dell'art. 6 bis del D lgs 163/06 attraverso l'utilizzo dell'AVCPASS, reso disponibili dalla Autorità di Vigilanza Contratti pubblici con la delibera attuativa 111 del 20/12/12 e smi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis

Alla stipula del contratto, per mezzo di scambio di corrispondenza secondo gli

usi commerciali, anche tramite fax, si procederà dopo l'accertamento delle sussistenza dei requisiti richiesti ed alla verifica della documentazione antimafia.

La ditta aggiudicataria dovrà, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, produrre garanzia pari al 10% dell'importo aggiudicato, resa ai sensi e nei modi di cui all'art.113 del D.lgs 163/06 e s.m.i. ed alle norme recate dalla L.R. 12/2011.

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

L'apparecchiatura ordinata da questo Servizio Provveditorato dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla data ordine presso la U.O. indicata nell'ordine e dovrà essere collaudata con la redazione di apposito verbale firmato da entrambe le parti contraenti.

Il materiale di consumo aggiudicato sarà ordinato, di volta in volta, nei quantitativi indicati dalle Farmacie ospedaliere di questa Azienda e consegnato presso le medesime Farmacie entro dieci giorni data ordine.

Questa Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto pari all'1% per ogni giorno naturale o successivo di ritardo e nella misura del 5% per la mancata consegna.

Le penali sono cumulabili e verranno applicate direttamente incamerando la cauzione definitiva e trattenendo le somme dai pagamenti.

Il pagamento della fattura inerenti l'apparecchiature avverrà a seguito del collaudo effettuato, quello delle fatture per il materiale di consumo sarà disposto a seguito di presa in carico della merce ricevuta dalle Farmacie ospedaliere ordinanti; da tali date decorreranno i 60 gg per il pagamento.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere.

La ditta dovrà restituire la presente firmata per accettare incondizionatamente tutte le clausole indicate.

Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Responsabile Servizio Provveditorato
Dr.ssa C. Schinelli

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE**

La Ditta



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SCHEDA TECNICA

Tale elettromiografo dovrà essere configurato come segue:

- Consolle di comando
- Interfaccia Paziente
- Sonda di schermatura
- Mini-screen
- Tastiera titolatrice
- carrello

E dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Caratteristiche Elettromiografo intraoperatorio 4 canali

- Controllo audio del segnale EMG.
- Monitoraggio visivo a colori del segnale EMG.
- Monitoraggio fino a 4 canali simultaneamente.
- Triplice Porta USB: fino a 300 eventi salvabili su una pen drive.
- Stimolazione sia monopolare, sia bipolare.
- Monitoraggio continuo anche durante l'impiego di pinze bipolarì.
- Ampia scelta di elettrodi per un uso semplificato ed un miglior controllo del monitoraggio.
- elettrodi accoppiati completi di messa a terra e ritorno stimolo che consentono una maggior stabilità del segnale EMG;
- tubi endotracheali per il monitoraggio del nervo ricorrente laringeo.
- Controllo del volume, dello stimolo e della soglia sia tramite funzioni touchscreen che tramite manopole esterne.
- Sonda di stimolazione mod. Incrementing con possibilità di regolare l'intensità di stimolazione e di stampare i dati direttamente attraverso un comando sul manipolo della sonda.
- Touchscreen user-friendly.
- Setup semplice e veloce: possibilità di modificare, salvare e caricare le impostazioni preferite per ogni singola procedura di monitoraggio.
- Grafica intuitiva.
- Schermata guida per il posizionamento degli elettrodi.

- Pennini touchscreen: consentono un accesso alle funzioni del NIM dal campo sterile.
- Chiara identificazione e nomenclatura dei singoli canali.
- Pulsante "Congela" per bloccare il contenuto del display, che rimane invariato fino alla successiva pressione del pulsante; utile soprattutto per consentire una stampa migliore dello schermo.
- Range di stimolazione da 0,01mA a 30mA, con incrementi di 0,01mA o di 0,05mA.
- Pulsante "Auto" di soglia evento: modifica automatica della soglia evento al valor medio degli ultimi 10-20 secondi.
- Possibilità di variare il livello di soglia per una migliore definizione del segnale utile EMG (da 20µV a 2500µV).
- Emissione, da parte dell'altoparlante, di allarmi e prompt vocali differenziati per gli eventi (regolabili dall'utente) per consentire il monitoraggio EMG acustico.
- Il segnale audio può essere sovrapposto ad un segnale video utilizzando dispositivi di registrazione standard del settore.
- Segnale audio di verifica dello stimolo erogato.
- Segnale video di identificazione dell'artefatto.
- Interferenze ridotte con sonda di silenziamento apposita per i cavi attivi di altre strumentazioni eletrochirurgiche presenti in sala.
- Emissioni di segnale elettrico ridotte: minimo impatto sul monitoraggio ABR.
- Controllo continuo dell'impedenza degli elettrodi, anche durante il monitoraggio; segnale di allarme in caso di dislocazione degli elettrodi.
- Prompt vocale di avviso relativo al silenziamento e allo stato elettrodi; avvisa della disattivazione del monitoraggio.
- Possibilità di connettere una stampante (porta di tipo Centronics).
- Possibilità di connettere una pen-drive USB compatibile.
- Possibilità di inserire i dati del paziente per il singolo monitoraggio.
- Maggiori informazioni durante il monitoraggio (stato elettrodi, livello di stimolazione erogata, etc..).
- Possibilità di stampare o salvare gli eventi significativi.
- Possibilità di impiego con due diverse tipologie di stimolatori.
- Possibilità di interfacciarsi con sistemi motorizzati elettrici per la chirurgia otologica impiegando la testa della fresa per la stimolazione.
- Possibilità di utilizzo di un secondo monitor per visione diretta del chirurgo.

La superiore apparecchiatura dovrà essere corredata del seguente materiale di consumo per l'iniziale utilizzo:

- n.40 cf. kit elettrodi per il monitoraggio del nervo facciale 4 canali;
- n.40 cf. kit elettrodi per il monitoraggio dei nervi periferici 4 canali;
- N.20 cf. incrementing probe.