



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 19254 del 19-03-2015

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere all'acquisizione, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 1 Incubatrice da trasporto completa di carrello autocaricante per ambulanza da destinare all'U.O. di Pediatria del PO di Canicattì, aventi le specifiche tecniche di cui all'allegata scheda elaborata dal Direttore della predetta UO.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- breve descrizione tecnica dell'attrezzatura proposta, con relativo depliant illustrativo (in lingua italiana);
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo metaprodotto.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 24.03.2015.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407268).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

**CAPITOLATO TECNICO RIFERITO A
INCUBATRICE DA TRASPORTO CON RESPIRATORE NEONATALE**

COMMUNICATION

- Trasporto facilitato dal ridotto peso dell'incubatrice e dalla sua predisposizione per l'aggancio ad apposito carrello.
 - Maneggevole e leggera.
 - Corpo preferibilmente in vetroresina o altro materiale ignifugo e in grado di assorbire le vibrazioni derivanti dal trasporto sui mezzi di soccorso.
 - La calotta del vano paziente in plexiglass, priva di quarnizioni di gomma e materiale plastico, che consenta un'ampia visibilità del paziente, una maggiore sicurezza dal punto di vista igienico e facilitarne le operazioni di pulizia.

Dotata di:

- quattro oblo (due per lato)
 - portello di testa ribaltabile, che permette l'estrazione del piano portaneonato
 - portello grande ribaltabile lateralmente, per eseguire le operazioni di pulizia del vano paziente e di posizionamento del neonato
 - n. 2 fori di apertura, situati nella calotta dalla parte del portello lato testa, per il passaggio di eventuali tubi o altro
 - n. 1 foro laterale per il passaggio di eventuali tubi di drenaggio o altro
 - accessibile da entrambi i lati lunghi più lato testa.

Reseña paralela

- **Doppia parete**
 - **Bombola di ossigeno Incorporata da 3 l.**
 - **Compressore autonomo a basso consumo di energia elettrica per alimentare il respiratore.**
 - **Lampada di osservazione nel vano degenza del bambino.**
 - **Sistema di contenimento del neonato mod. BABY BOARD.**
 - **S segnalazioni di allarme ottiche ed acustiche in caso di:**
 - batteria interna scarica
 - temperatura limite aria a 38°C
 - mancanza flusso aria
 - sonda pilota in corto circuito
 - sonda pilota sconnessa o interrotta
 - **Dispositivo di memoria per il mantenimento dei dati impostati in caso di spegnimento dell'incubatrice.**
 - **Tasto abilitazione per evitare modifiche accidentali.**
 - **Possibilità di smontare e rimontare la macchina nelle sue parti salienti senza l'ausilio di utensili: ne possono conseguire grande semplificazione d'uso e notevole prevenzione delle infezioni. L'apparecchiatura può infatti essere sterilizzata a fondo con estrema facilità.**
 - **Peso e Ingombri estremamente contenuti per avere grande maneggevolezza.**
 - **Dotata di ventilatore polmonare per emergenza e trasporto incorporato.**
 - **Modalità di ventilazione ciclica (IMV), pressione positiva continua (CPAP)**
 - **Allarmi visivi e acustici**
 - **Visualizzazione ottimale dei parametri anche a distanza.**
 - **Batteria ricaricabile incorporata per l'alimentazione autonoma del dispositivo.**
 - **Parametri respiratori impostabili: Frequenza: da 15 a 90 atti al minuto. Tempo di inspirazione: da 50 ms a 3 S**
 - **Parametri respiratori rilevati: M.A.P. (Pressione Media Alveolare) - Tempo di espirazione**

ACCESSORI INCLUSI

- carrello autocaricante completo di attacchi per ambulanza
 - monitor multiparametrico portatile
 - aspiratore portatile

PIRELLA S.p.A. - ATTREZZI
P.O. CIRURGICO
Dell CALDIERO PATANELLA - AG 1000
Cirugia Medica 1° Livello - Pediatra
Tel. 338 7898783
Cod. ENPAM 3000077460