



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

U.O.C. NEONATOLOGIA E
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Direttore: Dr. Adriano Azzali

ISOLA NEONATALE

Le caratteristiche tecniche di tale modulo sono riassumibili in:

- Marchio CE e conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica IEC 601.1(CEI EN 60601-1 e successive varianti) nonché, per il materassino riscaldato, alle norme IEC 601.2.35 e, per l'unità radiante alle norme IEC 601.2.21
- Modulo radiante per riscaldamento del neonato girevole per un angolo di 90° per consentire gli esami radiografici
- Possibilità di riscaldamento dal basso tramite materassino termico
- Fonte di luce dall'alto per osservazione del neonato ed eventuali manovre sullo stesso
- Lettino regolabile in altezza con materassino di ampie dimensioni (65 x 75) così da consentire l'assistenza anche in caso di parto gemellare, inclinabile con regolazione continua con dispositivo a frizione di +10/-10° in posizione Trendelenberg/anti-Trendelenberg.
- Spondine per contenimento del neonato in plexiglass o altro materiale atraumatico di idonea altezza (min. 15 cm.) e resistenza alla pressione e/o alle spinte del neonato
- Riscaldamento manuale con temporizzatore di sicurezza in caso di dimenticanza del personale
- Servo controllo della temperatura con sonda cutanea con allarmi di sicurezza in caso di distacco della sonda
- Valore termico equivalente su tutta la superficie irradiata dalla fonte di calore
- Assistenza tecnica nell'arco di 24/48 ore specializzata in sede e che non preveda eventuali trasporti senza sostituzione immediata del modulo da riparare