



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

U.O.C. NEONATOLOGIA E
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Direttore: Dr. Adriano Azzali

LAMPADE PER FOTOTERAPIA

Caratteristiche tecniche

- Conformità normativa CEE
- Lampada per fototerapia di peso contenuto dotata di stativo carrellato con regolazione pneumatica e continua dell'altezza con angolo di rotazione del pannello fino a 180° per consentire anche un'irradiazione laterale
- Dotata di 4 tubi fluorescenti da 32 cm di lunghezza a luce fredda avente lunghezza d'onda compresa tra 420-480 nm. Blu o bianca (opzionale) i quali non necessitano di ventilazioni di raffreddamento
- Equipaggiata di interruttori per il controllo separato dei tubi blu e bianchi
- Dotata di spia luminosa indicante la necessità della sostituzione dei tubi fluorescenti
- Assistenza tecnica nell'arco di 24/48 ore specializzata in sede e che non preveda eventuali trasporti senza sostituzione immediata del modulo da riparare
- Altezza massima del carrella porta stativo 10 cm.

Az. Sanitaria Provinciale Agrigento
Pres. Osp. S.GIOVANNI DI DIO - Agrigento
U.O. Neonatologia e TIN
Il Direttore
Dr. A. AZZALI