



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

U.O.C. NEONATOLOGIA E
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

Direttore: Dr. Adriano Azzali

SISTEMA MISCELAZIONE

- Miscelatore compatto per aria ossigeno senza tubi di connessione
- FiO2 0,21 – 1
- Miscelatore integrato con portata da 0 a 16 litri/minuto
- Allarme di mancata alimentazione del miscelatore dal circuito O2
- Pressione per aria ossigeno 3,5 – 6 bar (50 psi)
- Possibilità di collegamento universale per tubi di trasporto della miscela all'umidificatore e/o al paziente
- Adattatore uscita flusso 22/15 mm (normali circuiti di ventilazione pediatrico neonatale e palloni resuscitazione neonatale pediatrica)

Az. Sanitaria Provinciale Agrigento
Prat. Osp. S. GIOVANNI DI DIO - Agrigento
U.O. UTIN
Dott. ADRIANO AZZALI - CO 3738
Codice Fiscale ZZLDRN55S03H501P
Codice ENPAM 300031288CC00