

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA**
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

**VERBALE DI GARA RELATIVO A
PROCEDURA NEGOZIATA/COTTIMO FIDUCIARIO, EX ART. 125 D.LGS. 163/06 E
REGOLAMENTO AZIENDALE, PER FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER ELETROFISIOLOGIA, IN 9 LOTTI, PER UO CARDIOLOGIA
PO AGRIGENTO (CODICE GARA 6267401).**

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 14,00 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento,

SONO PRESENTI I SIGG.RI:

1. **Dr. Carmelo Pullara** Direttore UOC Provveditorato di questa ASP, **Presidente di gara**;
2. **Sig.ra Daniela Parla** Assistente amministrativo UOC Provveditorato – Testimone;
3. **Sig.ra Rosa Vella** Assistente amministrativo UOC Provveditorato – Testimone;
4. **Dr. Giuseppe Sanfilippo** Collaboratore Amministrativo Esperto dell'UOC Provveditorato di questa ASP **con funzioni di Segretario Verbalizzante**;

i quali intervengono per procedere all'esperimento della seduta pubblica di gara a procedura negoziata/cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in economia di dispositivi medici per Elettrofisiologia, in 9 lotti, per l'U.O.C. di Cardiologia (codice gara 6267401) del P.O. di Agrigento, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

La seduta è aperta al pubblico e risultano presenti i signori: Gianfranco Gaudenti in rappresentanza della Biotronik Italia, Pietro Sapienza in rappresentanza della Boston Scientific, Carmen Sorrentino in rappresentanza della SOGI Medical, Giulia Inzerillo in rappresentanza della St.Jude Medical.

PREMESSO:

- Che è stata indetta procedura negoziata/cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in economia di dispositivi medici per Elettrofisiologia, in 9 lotti, per UO Cardiologia PO Agrigento (codice gara 6267401), per un importo complessivo presunto di € 157.980,00= + IVA;
- Che con nota prot. n. 88362 del 10.12.2015, trasmessa a mezzo fax alle seguenti ditte invitate alla presente gara, si è provveduto a comunicare che sul sito internet di questa ASP è stata pubblicata la documentazione necessaria a partecipare alla suddetta procedura negoziata, lettera d'invito prot. n. 88284 del 10.12.2015 e relativi allegati:
 1. BARD S.r.l. – Via Cina, 444 – 00144 Roma – Fax 06 5295852;
 2. BIOTRONIK ITALIA S.p.A. – Via delle Industrie, 11 – 20090 Vimodrone (MI) – Fax 02 274394300;
 3. BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. – Lungomare Canepa, 55 – 16149 GENOVA – Fax 010 6060200;
 4. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. – Via del Mare, 56 – 00040 Pomezia (RM) – Fax 06 91194270;
 5. MEDTRONIC ITALIA S.p.A. – Via Varesina, 162 – 20156 Milano – Fax 02 241381;
 6. M.T.H. S.r.l. – Largo Bernardo Geraci, 4 – 90147 Palermo – Fax 091 6890617;
 7. SOGI Medical S.r.l. – Via Mario Rapisardi, 9 – 90144 Palermo – Fax 091 7303055;
 8. ST. JUDE MEDICAL S.p.A. - Palazzo Andromeda, 16/1 c/o Centro Direz. Colleoni – 20041 Agrate Brianza (MB) – Fax 039 6074772;
- Che la lettera d'invito è stata pubblicata sul sito web aziendale, ed è stata trasmessa per la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale Salute, ed il relativo avviso all'Albo Aziendale sede centrale in conformità al regolamento aziendale;
- Che il criterio di aggiudicazione previsto dalla suddetta lettera d'invito è quello del prezzo più basso, previo giudizio di conformità tecnica;
- Che in data 22.12.2015 è stata pubblicata sul sito internet di questa ASP con valore di notifica per tutte le ditte interessate, comunicazione contenente chiarimenti relativi a quesiti posti in relazione alla gara di che trattasi;

- Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato, dalla lettera d'invito, per il per il **29.12.2015 alle ore 10,00**
- Che entro il termine perentorio sopraindicato sono pervenute le seguenti offerte:

DITTE	PROTOCOLLO	DATA
1. Biotronik Italia S.p.A.	94480	22.12.2015
2. Boston Scientific S.p.A.	94481	22.12.2015
3. St. Jude Medical S.p.A.	95078	23.12.2015
4. SOGI Medical S.r.l.	95836	28.12.2015

- Che le suddette ditte, per come risulta dal verbale relativo alla seduta pubblica di gara del 29.12.2015, sono state ammesse alla gara e che le medesime hanno presentato offerta per i lotti di seguito indicati:

DITTE	LOTTI	AMMISSIONE
1. Biotronik Italia S.p.A.	8	SI
2. Boston Scientific S.p.A.	2-5-8-9	SI
3. St. Jude Medical S.p.A.	1-2-3-4-5-6-7-8 -9	SI
4. SOGI Medical S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7	SI

- Che la Commissione tecnica, nominata dal Direttore Generale con nota n. 9698 del 20.01.2016, valutata la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti ed ammesse, ha espresso il proprio giudizio di conformità tecnica come risulta dall'allegato verbale riguardante le operazioni svolte nei giorni 17.02.2016, 20.04.2016 e 29.04.2016;
- Che con nota fax prot. n. 116782 del 15.07.2016 è stato comunicato alle ditte partecipanti la convocazione della seduta pubblica di gara fissata alle ore 12,00 della data odierna;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL PRESIDENTE

Richiamato il verbale della seduta pubblica precedente, dichiara aperta la seduta pubblica, e procede per come segue:

- dà lettura dell'allegato verbale riguardante le operazioni svolte nei giorni 17.02.2016, 20.04.2016 e 29.04.2016 dalla Commissione tecnica ai fini del giudizio di conformità tecnica;
- preso atto del giudizio tecnico espresso dalla predetta Commissione tecnica, e verificata l'integrità del plico contenente le buste C "Offerte economiche" delle ditte partecipanti alla presente gara, il Presidente procede all'apertura dello stesso e constatato che le buste "Offerte economiche" risultano integralmente chiuse, dispone l'apertura delle buste C delle ditte ammesse in quanto giudicate conformi, dando lettura del prezzo offerto qui di seguito riportato:

LOTTI	Ditte	Conformità tecnica	Ribasso % offerto	Prezzo offerto
1	SOGI Medical S.r.l	Conforme	30,435%	€ 1.440,00
2	SOGI Medical S.r.l	Conforme	0,724%	€ 16.440,00
3	SOGI Medical S.r.l	Conforme	0,588%	€ 5.070,00
4	SOGI Medical S.r.l	Conforme	0,869%	€ 22.800,00
5	SOGI Medical S.r.l	Conforme	1,052%	€ 28.200,00
6	SOGI Medical S.r.l	Conforme	0,665%	€ 29.800,00
7	SOGI Medical S.r.l	Conforme	0,454%	€ 21.900,00
8	BIOTRONIK Italia S.p.A	Conforme	20,00%	€ 15.000,00
9	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	13,75%	€ 10.350,00

Il Presidente, in relazione all'offerta economica per il lotto 8 della ditta Biotronik Italia S.p.A., dà atto che risulta non allegata copia del documento di riconoscimento dell'Amministratore sottoscrittore dell'offerta medesima; dopo aver verificato che, comunque, copia del documento di riconoscimento risulta presente all'interno della busta B "Documentazione tecnica", invita, pertanto, il rappresentante presente, munito di regolare procura, cui copia viene acquisita agli atti d'ufficio, a regolarizzare in conformità alla vigente normativa in materia di soccorso istruttoria; il rappresentante Sig. Gianfranco Gaudenti consegna copia del documento di riconoscimento, in corso di validità dell'Amministratore Sig. Luca Torchi sottoscrittore dell'offerta.




Vista la superiore tabella, la Commissione di gara aggiudica in via provvisoria i lotti della gara in questione alle ditte indicate nella medesima superiore tabella, che hanno offerto il prezzo più basso sopra riportato. Alle ore 15,15 termina la presente seduta e si trasmettono gli atti all'Amministrazione per il seguito di competenza.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 3 facciate compresa la presente, più n. 1 allegato costituito dal verbale della Commissione tecnica:

- Presidente Dr. Carmelo Pullara
- Testimone Sig.ra Daniela Parla
- Testimone Sig.ra Rosa Vella
- Segretario Dr. Giuseppe Sanfilippo

SORRENTINO CARMIN
PIETRO SAVIENZA
GIANFRANCO GAUDENTI


Carmelo Pullara
Daniela Parla
Rosa Vella
Giuseppe Sanfilippo

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848


VERBALE DI COMMISSIONE TECNICA

**Procedura negoziata/cottimo fiduciario per fornitura in economia di
dispositivi medici per Elettrofisiologia, in 9 lotti,
per UO Cardiologia PO Agrigento (codice gara 6267401).**

La Commissione tecnica, composta come di seguito indicato, nominata dal Direttore Generale con nota n. 9698 del 20.01.2016, è incaricata di esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti ed ammesse alla gara in oggetto, al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di gara indicate nella lettera d'invito prot. N. 88284 del 10.12.2015.

La Commissione risulta composta per come segue:

- Presidente Dr. Piero Innocente Dirigente Responsabile UOS UTIC dell'UOC Cardiologia P.O. Agrigento;
- Componente Dr. Salvatore di Rosa Dirigente medico UOC Cardiologia P.O. Agrigento;
- Componente Dr. Calogero Catalano Dirigente medico UOC Cardiologia P.O. Agrigento;
- Segretario: Dr. Giuseppe Sanfilippo – Funzionario Servizio Provveditorato.



La Commissione si riunisce su convocazione verbale, e riferisce quanto segue:

Giorno 17.02.2016: la Commissione dopo aver preso visione della lettera d'invito, dà atto che vengono consegnate le buste B "Documentazione tecnica" delle sotto elencate ditte partecipanti ed ammesse alla gara in oggetto, con indicato a fianco il lotto di partecipazione:

DITTE	LOTTI
1. Biotronik Italia S.p.A	8
2. Boston Scientific S.p.A.	2-5-8-9
3. St. Jude Medical S.p.A.	1-2-3-4-5-6-7-8-9
4. SOGI Medical S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7

A questo punto, la Commissione procede lotto per lotto:

Lotto 1 Introduttori venosi con guida – CIG 6512014BF1

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non soddisfa tutte le misure richieste: diametro disponibile solo 8,10,12, 14 manca 4F e 5F; lunghezza 12 cm. anziché cm. 11; guida metallica da 50 cm anziché da 45 cm.; presenta, altresì, più proposte di prodotti con 2 o più porte di ingresso, mentre il capitolato non prevede possibilità di prodotti alternativi;

2) ditta SOGI Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Giorno 20.04.2016: la Commissione riferisce lotto per lotto:

Lotto 2 Elettrocatereteri diagnostici – CIG 65120200E8

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non può essere considerato equivalente poiché non soddisfa il requisito tecnico di capitolato "materiale elettrodo richiesto platino-iridio" in quanto è offerto solo in platino; elettrodo in punta richiesto 1,3 mm offerto 2 mm.; non viene dichiarato il possesso del requisito tecnico "armatura a 32 fili in acciaio a doppio intreccio";



2) ditta SOGI Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

3) ditta Boston Scientific: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non soddisfa il requisito tecnico di capitolato "armatura a 32 fili in acciaio a doppio intreccio" in quanto presenta solo 2 fili, e la lunghezza del catetere è inferiore a quella richiesta (cm. 110 anziché 115 cm);

Lotto 3 Elettrocateri precurvati per seno coronarico – CIG 6512025507

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non può essere considerato equivalente poiché non soddisfa il requisito tecnico di capitolato "lunghezza catetere richiesto cm. 115" in quanto offerto 120cm; non viene dichiarato il possesso dei requisiti tecnici "armatura a 32 fili in acciaio a doppio intreccio" e "rinforzo corpo del catetere in nylon";

2) ditta SOGI Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 4 Elettrocateri diagnostici ventipolare a punta direzionale – CIG 6512034C72

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non può essere considerato equivalente poiché non soddisfa il requisito tecnico di capitolato "materiale elettrodo richiesto platino-iridio" in quanto è offerto solo in platino; "lunghezza catetere richiesto cm. 110" in quanto offerto da 95cm;

2) ditta SOGI Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 5 Elettrocateri diagnostici per seno coronarico – CIG 6512039096

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non può essere considerato equivalente poiché il catetere offerto non è bidirezionale;

2) ditta SOGI Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

3) ditta Boston Scientific: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non può essere considerato equivalente poiché non soddisfa il requisito tecnico di capitolato "materiale elettrodo richiesto platino-iridio" in quanto è offerto solo in platino; il catetere offerto non è bidirezionale ed è di 6Fr (anziché da 7F);

Lotto 6 Ablatori – CIG 651204772E

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non può essere considerato equivalente poiché il catetere offerto non presenta il materiale della struttura interna in 32 fili di acciaio, non è dichiarato il possesso del requisito "rilevatore di campo magnetico in punta"; lunghezza del catetere richiesta cm. 115 offerta 110cm (prodotto safire blu bidirezionale) e l'altro prodotto proposto Flexa ability non soddisfa inoltre il requisito della bidirezionalità;

2) ditta SOGI Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 7 Ablatori – CIG 6512188B88

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non può essere considerato equivalente poiché non è dichiarato il possesso del requisito "rilevatore di campo magnetico in punta"; la spaziatura degli elettrodi del catetere non corrisponde a quella richiesta 1-7-4mm in tutti e tre i dispositivi proposti;

2) ditta SOGI Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Giorno 29.04.2016: la Commissione riferisce lotto per lotto:

Lotto 8 Elettrocatetere per ablazione intracardiac - CIG 6512193FA7

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non soddisfa i requisiti richiesti poiché presenta una versione con punta di 2 mm., mentre la richiesta è di due versioni da 4 e 8 mm.

2) ditta Biotronik Italia: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara per il dispositivo denominato "Alcath Flutter LT e Alcath Flutter Flux extra Gold Fullcircle".

3) ditta Boston Scientific: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto soddisfa parzialmente i requisiti richiesti poiché è dichiarata la non disponibilità della versione 8mm richiesta in capitolato.

Lotto 9 Elettrocateri a punta bidirezionale per ablazione - CIG 6512202717

1) ditta St.Jude Medical: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni:

a) il dispositivo offerto non soddisfa il requisito richiesto alla ampiezza della curvatura della parte distale (misure richieste 6,6 cm. -10,8 cm. - 15,2 cm - misure dispositivo offerto da 62 mm fino a 88 mm);

2) ditta Boston Scientific: esaminata la documentazione tecnica presentata, compresa la certificazione di conformità CE, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

La Commissione dà atto che le buste B "Documentazione tecnica" sono state custodite all'interno di armadio presente nella stanza del Direttore UOC Cardiologia del PO San Giovanni di Dio di Agrigento.

Avendo terminato i propri lavori, la Commissione dichiara chiusi i lavori medesimi, e trasmette la documentazione tecnica e gli atti di gara all'Amministrazione per il seguito di competenza.


Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, formato da n. 3 facciate, che letto e confermato viene sottoscritto dai componenti la Commissione:

Dr. Piero Innocente

Dr. Salvatore di Rosa

Dr. Calogero Catalano

**Dr. Giuseppe Sanfilippo
(segretario verbalizzante)**



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

**VERBALE DI GARA RELATIVO A
PROCEDURA NEGOZIATA/COTTIMO FIDUCIARIO, EX ART. 125 D.LGS. 163/06 E
REGOLAMENTO AZIENDALE, PER FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA, IN 9 LOTTI, PER UO CARDIOLOGIA
PO AGRIGENTO (CODICE GARA 6267401).**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11,00 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento,

SONO PRESENTI I SIGG.RI:

1. **Dr.ssa Angela Chiarelli** Direttore UOS Acquisizione Beni e Servizi non Sanitari su delega del Direttore UOC Provveditorato di questa ASP, **Presidente di gara**;
2. **Sig. Giovanni Piazza** Collaboratore Amministrativo UOC Provveditorato – Testimone;
3. **Sig.ra Rosa Vella** Assistente amministrativo UOC Provveditorato – Testimone;
4. **Dr. Giuseppe Sanfilippo**, Collaboratore Amministrativo Esperto dell'UOC Provveditorato di questa ASP con funzioni di Segretario Verbalizzante;

i quali intervengono per procedere all'esperimento della seduta pubblica di gara a procedura negoziata/cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in economia di dispositivi medici per Elettrofisiologia, in 9 lotti, per l'U.O.C. di Cardiologia (codice gara 6267401) del P.O. di Agrigento, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

La seduta è aperta al pubblico e risultano presenti i signori: Salvatore Butera in rappresentanza della Biotronik Italia, Pietro Sapienza in rappresentanza della Boston Scientific, Carmen Sorrentino in rappresentanza della SOGI Medical.

PREMESSO:

- Che è stata indetta procedura negoziata/cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura in economia di dispositivi medici per Elettrofisiologia, in 9 lotti, per UO Cardiologia PO Agrigento (codice gara 6267401), per un importo complessivo presunto di € 157.980,00= + IVA;
- Che con nota prot. n. 88362 del 10.12.2015, trasmessa a mezzo fax alle seguenti ditte invitate alla presente gara, si è provveduto a comunicare che sul sito internet di questa ASP è stata pubblicata la documentazione necessaria a partecipare alla suddetta procedura negoziata, lettera d'invito prot. n. 88284 del 10.12.2015 e relativi allegati:

 1. BARD S.r.l. – Via Cina, 444 – 00144 Roma – Fax 06 5295852;
 2. BIOTRONIK ITALIA S.p.A. – Via delle Industrie, 11 – 20090 Vimodrone (MI) – Fax 02 274394300;
 3. BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. – Lungomare Canepa, 55 – 16149 GENOVA – Fax 010 6060200;
 4. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. – Via del Mare, 56 – 00040 Pomezia (RM) – Fax 06 91194270;
 5. MEDTRONIC ITALIA S.p.A. – Via Varesina, 162 – 20156 Milano – Fax 02 241381;
 6. M.T.H. S.r.l. – Largo Bernardo Geraci, 4 – 90147 Palermo – Fax 091 6890617;
 7. SOGI Medical S.r.l. – Via Mario Rapisardi, 9 – 90144 Palermo – Fax 091 7303055;
 8. ST. JUDE MEDICAL S.p.A. - Palazzo Andromeda, 16/1 c/o Centro Direz. Colleoni – 20041 Agate Brianza (MB) – Fax 039 6074772;

- Che la lettera d'invito è stata pubblicata sul sito web aziendale, ed è stata trasmessa per la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale Salute, ed il relativo avviso all'Albo Aziendale sede centrale in conformità al regolamento aziendale;
- Che il criterio di aggiudicazione previsto dalla suddetta lettera d'invito è quello del prezzo più basso, previo giudizio di conformità tecnica;

- Che in data 22.12.2015 è stata pubblicata sul sito internet di questa ASP con valore di notifica per tutte le ditte interessate, comunicazione contenente chiarimenti relativi a quesiti posti in relazione alla gara di che trattasi;
- Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato, dalla lettera d'invito, per il **29.12.2015 alle ore 10,00**;
- Che entro il termine perentorio sopraindicato sono pervenute le seguenti offerte:

DITTE	PROTOCOLLO	DATA
1. Biotronik Italia S.p.A	94480	22.12.2015
2. Boston Scientific S.p.A.	94481	22.12.2015
3. St. Jude Medical S.p.A.	95078	23.12.2015
4. SOGI Medical S.r.l.	95836	28.12.2015

TUTTO CIÒ PREMESSO IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta pubblica, procede alla verifica delle offerte pervenute, rilevando che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine perentorio stabilito dalla lettera d'invito e pertanto si procede all'apertura degli stessi seguendo l'ordine di arrivo al protocollo, rilevando all'interno dei plichi le tre buste, anch'esse regolarmente chiuse, procedendo all'apertura della busta A "Documentazione amministrativa" e B "Documentazione tecnica" e dopo aver esaminato la documentazione amministrativa come richiesto nella lettera d'invito, rileva che le seguenti ditte hanno presentato la documentazione per come richiesto dalla lettera d'invito e vengono ammesse per come segue:

DITTE	LOTTI	AMMISSIONE
1. Biotronik Italia S.p.A	8	SI
2. Boston Scientific S.p.A.	2-5-8-9	SI
3. St. Jude Medical S.p.A.	1-2-3-4-5-6-7-8 -9	SI
4. SOGI Medical S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7	SI


Alla luce di quanto sopra il Presidente

DISPONE

- Di procedere al sorteggio ex art. 48 D.Lgs. 163/2006, rilevando che il numero delle offerte presentate è pari a 4 ed il 10% arrotondato all'unità superiore risulta essere uno, dandosi atto che è stata sorteggiata la ditta Boston Scientific S.p.A.; a tal proposito, si rileva che la medesima Boston Scientific ha presentato la documentazione probatoria delle capacità economica e tecnica all'interno della busta A Documentazione amministrativa;
- Di ammettere le sopra citate ditte alla procedura di cui in oggetto;
- Di dare atto che sono state aperte le buste B "documentazione tecnica" delle su indicate ditte ammesse alla gara, verificando che all'interno sono contenuti i documenti prescritti dalla lettera d'invito con lettura dei soli titoli - Relazione tecnica; Schema di Offerta economica obbligatoriamente priva di prezzo - e che la stessa documentazione tecnica viene inserita nella corrispondente busta che sarà trasmessa all'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica.
- Di inserire le buste C "Offerte economiche" delle ditte partecipanti in apposito plico che viene idoneamente chiuso e siglato sui lembi di chiusura;
- Di sospendere la presunta seduta in attesa di acquisire la relazione di conformità tecnica relativamente alla valutazione tecnica delle attrezzature offerte.

Alle ore 13,30 viene chiusa la presente seduta, dando atto che si procederà con apposita comunicazione a convocare le ditte partecipanti per la prossima seduta pubblica di gara.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 2 facciate compresa la presente:

- Presidente Dr.ssa Angela Chiarelli
- Testimone Sig. Giovanni Piazza
- Testimone Sig.ra Rosa Vella
- Segretario Dr. Giuseppe Sanfilippo


 Pietro Sapienza
 Saverino Cattelan