



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento
Responsabile procedura amm.va
Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 98277 del 16 giugno 2016

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere all'acquisto urgente, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 1 Microtomo rotativo semiautomatico per U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Sciacca, con le seguenti specifiche tecniche elaborate dal Dirigente medico responsabile della predetta UO, e pubblicata, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Caratteristiche tecniche N. 1 Microtomo rotativo semiautomatico per il taglio di campioni istologici inclusi in paraffina:
Struttura estremamente stabile con meccanismo micrometrico e macrometrico in alloggiamento chiuso

- Semiautomatico con avanzamento automatico del campione , sezione di taglio ed di sgrossamento impostabili fino a 60 micron
- Tasti di avvicinamento e retrazione campione con più velocità.
- Sistema di movimento verticale del campione guidato da cuscinetti a rulli esenti da gioco e manutenzione.
- Orientamento del campione: assi X e Y: +/- 8°
- Asse Z : rotazione di 360°
- Corsa orizzontale del campione di almeno 25 mm mediante volano
- Corsa verticale di almeno 65 mm
- Spessore delle sezioni: da almeno da 0,5 a 100 µm
- Indicatore visivo dello spessore delle sezioni
- Spessore di sgrossatura almeno **1 a 600 ~m**
- Retrazione del campione non inferiore a 100 µm, programmabile o escludibile
- Leva di protezione della lama e sistema di sfruttamento dell'intera superficie di taglio della lama
- Sistema di sicurezza dell'operatore mediante leva di blocco integrata nel volano per il blocco del volano in posizione superiore e del portacampione sopra il portalama.
- Sistema di rimozione delle lame senza contatto con l'operatore
- Sistema di raffreddamento del campione sul porta campione integrato nello strumento
- vaschetta di raccolta dei detriti

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- prezzo di acquisto, e relativa consegna, dell'attrezzatura proposta con indicazione della marca e tempo di consegna; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia se prevista (specificando la durata della garanzia);
- dichiarazione se lo strumentario proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo metaprodotto.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 20.06.2016.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407268).

F.to Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848