



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento
Responsabile procedura amm.va
Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 98296 del 16 giugno 2016

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere alla fornitura urgente, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, delle sotto elencate attrezzature per U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Sciacca, con le specifiche tecniche elaborate dal Dirigente medico responsabile della predetta UO, e pubblicata, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

- N. 1 Sistema automatico per la stampa di cassette istologiche e relativo materiale di consumo;
- N. 2 Sistema automatico per la stampa dei vetrini e relativo materiale di consumo;

Caratteristiche tecniche

STAMPIGLIATRICE DI BIOCASSETTE (quantità richiesta N. 1)

Requisiti minimi

Tipologia e caratteristiche tecniche stampigliatrice biocassette

- * Stampante automatica, nuova e di ultima generazione
- * Stampa direttamente su cassetta
- * Software dedicato per la stampa della cassetta e per la progettazione e gestione del layout di stampa
- * Possibilità di stampare cassette singolarmente o in serie
- * Capacità di carico di minimo complessivo non inferiore a **150 cassette**
- * Utilizzo di cassette non dedicate comunemente reperibili sul mercato
- * Velocità di stampa bianco e nero non inferiore a 6 cassette/minuto
- * Stampa resistente a prodotti e reagenti chimici
- * Possibilità di acquisizione dei dati da stampare da codici a barre e 2D
- * lettori di codici a barre Bidimensionali e/o 2D .
- * Compatibile con i sistemi operativi Windows
- * Risoluzione min. 300 dpi
- * Utilizzo di cassette non dedicate comunemente reperibili sul mercato
- * Utilizzo di cassette con coperchio aperto
- * Inserimento di almeno 2 codici identificativi per paziente,
- * Stampa di lettera maiuscole, minuscole, segni (-/-“ etc..)
- * Richiesta certificazione CE-IVD
- * Assistenza tecnica con sede in Regione Sicilia e con tempi d' intervento non superiori a 24 h dalla chiamata
- * Il sistema di gestione dello strumento deve essere interfacciato con il sistema di gestione LIS attualmente in uso (Pathox di TESI ed eventuali aggiornamenti)
- * La fornitura deve essere comprensiva dell'assistenza tecnica full risk

Il sistema richiesto deve essere fornito corredato di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento dello strumento

Fabbisogno presunto di N. 30.000 (unità)/ anno) BIOCASSETTE (cassette con coperchio) IN CONFEZIONI PREIMPIilate E DI VARI COLORI

unitamente allo strumento devono inoltre essere forniti :

1: PC dedicato desk:

- * memoria RAM non inferiore a 4 GIGA, 500 GB HDD CPUIntel core i7 o equivalenti
- * Monitor 19', risoluzione video almeno di 1280x1024, connessione ethernet16,7 milioni di colori
- * mouse e tastiera senza fili
- * N. 2 Lettore di codici a barre bidimensionali 2D

N. 2 SISTEMA AUTOMATICO PER LA STAMPA DEI VETRINI

Quantità richiesta N. 2

Requisiti minimi

Tipologia e caratteristiche tecniche stampigliatrice vetrini

- * Stampante di vetrini automatica, nuova e di ultima generazione
- * Software dedicato per la stampa del vetrino e per la progettazione e gestione del layout di stampa
- * possibilità di stampa su qualsiasi vetrino molato con angoli a 45° o 90°, con banda colorata, bianca o satinata , standard o caricato positivamente .
- * capacità carico vetrini non inferiore a 90
- * Velocità di stampa (bianco e nero) in serie non inferiore a 10 vetrini/minuto
- * Autonomia di stampa 4000 vetrini in stampa bianco e nero
- * Possibilità di stampare vetrini singolarmente o in serie
- * Stampa diretta su banda colorata resistente a prodotti e reagenti chimici
- * Possibilità di acquisizione dei dati da stampare da codici a barre e 2D
- * lettori di codici a barre Bidimensionali e/o 2D (N. 1 per stampante).
- * Compatibile con i sistemi operativi Windows
- * Stampigliatrice di ridotte dimensioni, per la locazione in stazione di taglio
- * Richiesta certificazione CE-IVD
- * Assistenza tecnica con sede in Regione Sicilia e con tempi d'intervento non superiori a 24
- * **Il sistema di gestione dello strumento deve essere interfacciato con il sistema di gestione LIS attualmente in uso (Pathox di TESI ed eventuali aggiornamenti)**

Il sistema richiesto deve essere fornito corredato di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento dello strumento

fabbisogno presunto di:

- **N. 60.000 vetrini portaoggetto/anno, in confezioni, di alta qualità con banda anche di vari colori, molati**
unitamente ad ogni singolo strumento devono inoltre essere forniti
PC dedicato touch screen: memoria RAM non inferiore a 4 GIGA, 500 GB HDD, Monitor almeno 15" risoluzione video almeno di 1366x768, connessione ethernet, mouse e tastiera senza fili, CPUIntel:

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo metaprodotto.
- prezzo nell'ipotesi di locazione operativa per 5 anni (indicando canone di noleggio per ciascuna apparecchiatura, e eventuale opzione di riscatto finale), comprendente le seguenti prestazioni:
 - o fornitura dell'attrezzatura;
 - o assistenza tecnica full-risk per tutto il periodo;
- prezzo nell'ipotesi di fornitura in service per 5 anni, comprendente le seguenti prestazioni:
 - o fornitura del materiale di consumo;
 - o fornitura delle attrezzature con assistenza tecnica full-risk per tutto il periodo.
- Prezzo di acquisto del materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 24.06.2016.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407268).

**F.to Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara**