



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO

*U.O.C. Servizio Provveditorato*

Viale della Vittoria 321 - Agrigento  
Tel. 0922407407- 292 -118 -116 - 293 - 120  
Fax 0922407119 - 211  
Email - [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Prot. N. 109757 del 05/07/2016

Spett.le Ditta

Diverse

Oggetto: Indagine di mercato per acquisto " Apparecchi per Otoemissioni Acustiche Evocate completi di accessori "

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per l'acquisto, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa di " Apparecchi per Otoemissioni Acustiche Evocate completi di accessori " così come descritto dal Responsabile dell' U.O.. Pediatria e Neonatologia del P.O. di Sciacca- Distretto AG2 e pubblicata in uno alla presente sul sito web Aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it).

L'indagine di mercato ha soli fini esplorativi per determinare la disponibilità su mercato delle apparecchiature così come sopra descritto e il valore di mercato onde procedere all'espletamento della gara.

Quanto sopra premesso, si invita codesta Ditta, qualora interessata a volere riscontrare, entro 10gg. a questa A.S.P. U.O.C. Servizio Provveditorato - V.le della Vittoria,321 - 92100 Agrigento - producendo

- offerta tecnica completa dei prezzi di mercato riferiti all'unità.
- Tempo di consegna dello strumentario proposto, marca, durata garanzia

Qualora il prodotto richiesto sia presente sulla piattaforma Me.PA /Consip , codesta Ditta dovrà comunicare il relativo metaprodotto.

Detta offerta dovrà essere inoltrata all'indirizzo Pec - [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)  
Per ulteriori informazioni contattare il n.ro 0922/407116

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dr. Carmelo Pullara.



ASP AGRIGENTO AG 1 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2 - P.O. "OCR GIOVANNI PAOLO II"  
VIA POMPEI 92019 SCIACCA

U.O di PEDIATRIA e NEONATOLOGIA  
(direttore ff. dott.ssa F. Cavataio)

N° 2 (due) Apparecchi per OTOEMISSIONI Acustiche evocate

\*  
Capitolato

Funzioni minime ed indispensabili da svolgere	N° 2 (due) Apparecchio portatile per la rilevazione delle otoemissioni acustiche evocate per neonati
Supporti minimi ed indispensabili	Sonda con probe per neonati + seconda sonda con probe per neonati a supporto
	Display grafico con visualizzazione risultato PASS / REFER e indicatore per visualizzazione corretto posizionamento del probe e avanzamento della misurazione
	Interfaccia con computer per trasferimento dati
	Software applicativo per la memorizzazione, revisione e archiviazione dati
	Caricabatteria
	Cavo di alimentazione
	Batteria di riserva
Certificazione/ Manuali	Manuale d'uso in lingua italiana
	Manuale tecnico in lingua italiana
	Certificazione di sicurezza
Manuale di consumo	Kit di tappeti neonatali
Formazione Addestramento	Adeguata formazione da parte della ditta aggiudicataria al momento della consegna dell'apparecchio e supervisione trimestrale per il primo anno di utilizzo dello stesso
Assistenza tecnica	Gratuita per i primi due anni

Il Direttore ff U.O.  
(dott.ssa F. Cavataio)