



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. di Fisica Sanitaria
Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio"
C.da Consolida, AGRIGENTO

Agrigento
Prot. n. 148194 del 14.09.2016

Al Responsabile Servizio Provveditorato
ASP di Agrigento

Oggetto: Procedura di affidamento diretto per fornitura urgente di camici e altro materiale anti-X per varie UU.OO. dell'ASP di Agrigento. Parere di conformità tecnica.

Con riferimento alla nota prot. n. 143003 del 06.09.2016, lo scrivente, esaminata la documentazione tecnica presentata dalle sotto elencate ditte in relazione ai prodotti offerti, riferisce in ordine alla conformità alle specifiche tecniche di gara:

Lotto 1 Camici anti-X

ELSE: Conforme;

EUROPROTEX: non conforme per non aver dichiarato il peso del modello di camice offerto;

FARMAC: non conforme per non aver dichiarato il peso del modello di camice offerto;

ILEMEDICAL: non conforme per non aver dichiarato il peso del modello di camice offerto;

INNOVAHTS: non conforme per non aver dichiarato il peso del modello di camice offerto;

INTERMIDIX: Conforme;

MV MEDICAL: Conforme;

SAGO MEDICA: Conforme;

Lotto 2 Occhiali per protezione raggi X

ELSE: Conforme;

EUROPROTEX: conforme;

ILEMEDICAL: conforme;

INNOVAHTS: conforme;

SAGO MEDICA: Conforme;

Lotto 3 materiale anti-X per protezione paziente

ELSE: Conforme;

EUROPROTEX: conforme;

FARMAC: conforme;

ILEMEDICAL. conforme ;

SAGO MEDICA: Conforme;

Lotto 4 Collarino

ELSE: Conforme;

EUROPROTEX: conforme;



ILEMEDICAL: conforme;
SAGO MEDICA: Conforme;

Lotto 5 Guanti

ELSE: Conforme;
FARMAC: non conforme per non aver dichiarato lo spessore;
ILEMEDICAL: conforme;
INNOVAHTS: non conforme per spessore maggiore (0,30 mm) rispetto a quanto richiesto (0,25 mm);
SAGO MEDICA: Conforme;

Lotto 6 Paratia mobile

ELSE: Conforme;
EUROPROTEX: conforme;
FARMAC: conforme;
SAGO MEDICA: Non Conforme dimensioni inferiori da quanto richiesto (80x190 anziché 100x190);

Dott. Salvatore Piraneo
Esperto qualificato
con il 3° grado di qualificazione
N. d'ordine 559