



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321

92100 Agrigento

Responsabile procedura amm.va

Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in acquisto di n. 20 ecotomografi, suddivisa in 6 lotti, per varie UU.OO. dell'ASP di Agrigento. CHIARIMENTI N. 2

Si rendono i chiarimenti forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

- 1) **Quesito:** Oneri di sicurezza – premesso che secondo quanto indicato dal Vostro Disciplinare di gara, art. 2, gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero, secondo quanto indicato dal Vostro Disciplinare di gara, art. 8, offerta economica, viene richiesto di indicare: il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base d'asta ed "oneri di sicurezza esclusi"; il prezzo complessivo offerto IVA ed "oneri di sicurezza esclusi"; i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ..... ciò premesso siamo a richiedere se i sopra citati "oneri di sicurezza esclusi" sono da intendersi relativi ai rischi interferenziali o relativi ai propri costi aziendali ?  
**Risposta:** si chiarisce che l'espressione citata nel quesito si riferisce ai costi da rischi interferenziali.
- 2) **Quesito:** si chiede per quanti giorni deve restare, presso le vostre U.O., la campionatura che deve essere consegnata entro la scadenza per la presentazione delle offerte.  
**Risposta:** non è quantificabile il termine di permanenza della campionatura, ma per la data di consegna si rinvia a quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 11 dei precedenti chiarimenti e confermato nel disciplinare di gara rettificato.
- 3) **Quesito:** relativamente al lotto 4: possibilità di offrire un'unica sonda cardiologica adulti 2D/3D in grado di eseguire tutte le modalità ecocardiografiche richieste, con maggiore qualità e prestazione, senza necessità di selezionare sonde diverse.  
**Risposta:** si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara in ordine alla configurazione del modello di ecocardiografo da offrire.
- 4) **Quesito:** relativamente al lotto 4 il sw per analisi del ventricolo destro, definito "on-line" è un refuso o si intende sw on-board integrato al sistema?  
**Risposta:** il sw per analisi del ventricolo destro è previsto nella griglia di valutazione, e come disciplinare il punteggio previsto sarà assegnato in ragione dell'offerta del sw sull'apparecchiatura offerta.
- 5) **Quesito:** le porte attive si intendono tutte uguali di ultima generazione?  
**Risposta:** si conferma quanto richiesto dal disciplinare di gara, sottolineandosi che è richiesto un'apparecchiatura di ultima generazione.
- 6) **Quesito:** .... Non ci è chiaro quanto segue:
  - Sono previsti 3 punti sulla dimensione del monitor e 5 punti sul Rapporto tra il quadro ecografico e la dimensione del monitor stesso; può quindi verificarsi che a parità di dimensione quadro ecografico, venga premiato il monitor più piccolo di dimensione.
  - Vengono previsti 7 punti sulla sola presenza del cicloergometro e del lettino cardiologico che potevano essere inserite nella dotazione di base dello strumento.
  - Non vengono previsti punteggi su tanti sw e applicativi necessari per gli esami 4D e addirittura un solo punto se viene offerta sonda pediatrica 4D.Essendo un sistema che dovrebbe essere di ultima generazione ad altissime prestazioni 4D, crediamo che le valutazioni così indicate non favoriscano la qualità tecnologica ma vengono tenuti in maggior considerazione gli accessori di basso contenuto tecnologico.

Risposta: Si riferisce quanto segue:

- Nel confermare i punteggi previsti nella griglia, si chiarisce che le voci in questione sono diverse e la valutazione delle stesse dovrà, pertanto, essere effettuata in ragione di quanto effettivamente offerto; a proposito della voce 4 "Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto" si comunica che nel disciplinare di gara rettificato è indicato il criterio di attribuzione del punteggio, inizialmente non indicato per mero errore.
- Nel confermare i punteggi previsti nella griglia, si chiarisce che l'offerta del cicloergometro, così come l'offerta del lettino stanno ad indicare due voci diverse che se offerte determinano l'attribuzione del punteggio stabilito dalla griglia medesima.
- Nel confermare quanto previsto dal disciplinare di gara, si precisa che la griglia di valutazione, conformemente alla normativa e agli orientamenti giurisprudenziali, mira a valutare ciò che non è richiesto quale requisito tecnico minimo.

Si conferma che il disciplinare di gara richiede un "Sistema ad ultrasuoni Top di Gamma, di ultima produzione, per la diagnosi cardiologica".

Si evidenzia che quanto riferito sopra per il lotto 4 in ordine alla voce della griglia di valutazione "Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto", riguarda le griglie di tutti i lotti, come rilevabile nel disciplinare di gara rettificato, pubblicato contestualmente alla presente.

La presente comunicazione, contenente i chiarimenti, deve essere restituita debitamente firmata per presa visione, all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Si precisa che ogni altra disposizione della gara in oggetto rimane immutata.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sul sito aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) ed ha valore di notifica per tutte le ditte interessate, per come espressamente previsto dal disciplinare di gara.

Agrigento, 15.09.2016

f.to Il Direttore UOC Provveditorato  
Dr. Carmelo Pullara