



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321  
92100 Agrigento  
Responsabile procedura amm.va  
Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto  
Telefono 0922 407268 – 407145  
FAX 0922 407119

PROT: n. 150085 del 19 settembre 2016

**Spett.le Ditta**

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere alla fornitura, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 1 TC Simulatore per Radioterapia da installare con la formula "chiavi in mano" presso apposito locale all'interno del Servizio di Radioterapia del P.O. di Agrigento, con le specifiche tecniche elaborate dal Direttore Dipartimento Scienze Radiologiche di cui al capitolato tecnico pubblicato, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Considerato che l'acquisizione è con formula "chiavi in mano", le ditte interessate sono invitate ad effettuare sopralluogo presso il locale individuato, di cui all'elaborato grafico pubblicato in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it (dalle ore 9,30 alle 12,30 e, comunque, da concordare con Dipartimento Scienze Radiologiche – Fisica Sanitaria); si elencano le lavorazioni richieste:

- REALIZZAZIONE SCHERMATURA (parete A 4mm Pb – parete B 2 mm Pb – parete C 4 mm Pb);
- REALIZZAZIONE DI TRAMEZZI PIOMBATI;
- REALIZZAZIONE VANO SALA COMANDI (con fornitura degli arredi necessari almeno n. 2 scrivanie n. 4 sedie operatori, n. 1 armadio);
- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE (in tutta l'area interessata);
- REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO (in tutta l'area interessata);
- REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO (con fornitura degli arredi necessari e porta);
- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE (porta p1 scorrevole non schermata – porta p2 schermata 4 mm Pb – porta p3 scorrevole schermata 4 mm Pb);
- REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO con fornitura quadro dedicato, allaccio alla rete esistente e fornitura e posa corpi illuminanti;
- IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE con allaccio all'impianto esistente, previa valutazione in relazione alla attrezzatura proposta;
- TINTEGGIATURA;
- FORNITURA e posa segnalatori luminosi erogazione raggi (n. 2)

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta (complessivo ed unitario in relazione alla configurazione richiesta e proposta); il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia); in ogni caso dovrà essere specificato il prezzo dei lavori;
- eventuale descrizione di ulteriori lavori, ritenuti necessari ai fini della realizzazione della fornitura a regola d'arte, con indicazione dei relativi costi;
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo metaprodotto;
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 05.10.2016.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

**F.to Il Direttore Servizio Provveditorato**  
**Dr. Carmelo Pullara**