



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

Servizio provveditorato

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Fax 0922407211

Funzionario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – forniture@aspag.it

Prot. 183108 del 9/11/2016

Alla Ditta

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per l'acquisto di un tavolo operatorio per Ortopedia e Traumatologia avente le caratteristiche minime di cui all'allegato capitolato tecnico.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato degli arredi da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro 10 gg lavorativi dalla data della presente a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta tecnica e prezzo di vendita.

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegato capitolato tecnico al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico per garantire la massima concorrenzialità.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato Tel 0922/407116

Il Direttore U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Fullara

CAPITOLATO TECNICO

Tavolo operatorio mobile in acciaio inox nichel-cromo dotato di ruote bloccabili e quinta ruota motorizzata per lo spostamento dell'intero sistema.

Colonna dotata di pannello di controllo di emergenza incorporato

Sistema di bloccaggio delle ruote attivabile tramite apposito pulsante, presente sul telecomando a cavo, IR e pannello di emergenza.

- Il piano paziente deve essere dotato delle seguenti sezioni: bacino, schiena, testa con regolazione dell'inclinazione e gambe in 4 parti con doppia articolazione. Le sezioni schiena e gambe devono possedere un sistema di aggancio rapido al tavolo privo di dispositivi a vite.

Il tavolo deve essere anche dotato di un piano totalmente in fibra di carbonio, da agganciare in sostituzione del piano bacino standard, con fori per asta controtrazione e di un piano schiena, in sostituzione della standard, suddivisa in 3 parti di cui le parti laterali totalmente asportabili singolarmente per chirurgia della spalla. Sistema anticollisione che possa bloccare le sezioni prima che queste possano urtare contro eventuali ostacoli e/o pavimento.

Il tavolo deve consentire di effettuare le seguenti movimentazioni motorizzate:
Alto/basso, Trend/Antitrend, inclinazione bilaterale (tilt), inclinazione schiena ed inclinazione gambe.

Altezza minima non superiore a 700 mm cuscini esclusi, altezza massima non inferiore a 1100 mm, trend/antitrend non inferiori a 40°, inclinazione bilaterale non inferiore a 20° (dx,sx), sezione gambe +/- 90°, schiena + 90°/-45°.

Le movimentazioni devono essere gestite da un telecomando IR, da un telecomando a cavo e da un pannello comandi di emergenza incorporato nella colonnina. I telecomandi (IR e cavo) devono possedere un guscio rinforzato antiurto, retroilluminazione della tastiera ed un display per la visualizzazione dello stato della batteria, le posizioni memorizzate, avvisi acustici e visivi in caso di possibili urti delle sezioni contro il pavimento o eventuali malfunzionamenti.

Posizione flex, reflex e beach chair preimpostate e richiamabili tramite telecomando IR e cavo.

Il tavolo deve essere dotato di 2 barre di trazione in fibra di carbonio complete di dispositivo dinamometrico per ciascuna barra. Le barre devono consentire i seguenti movimenti: adduzione, abduzione, alto, basso. I cuscini del piano paziente devono avere uno spessore non inferiore a 80 mm e devono essere in materiale visco elastico. Carico massimo non inferiore a 450 kg. Possibilità di memorizzazione di alcune posizioni più frequentemente utilizzate direttamente da telecomando.

Accessori a corredo:

n°2 poggi braccia su sfera regolabili in altezza

n°1 arco reggitelo con estensioni laterali e morsetto di aggancio al tavolo

n°1 fascia blocca corpo con sistema di chiusura a fibbia e morsetto di aggancio al tavolo

n°1 coppia fascia ferma gambe per gambiera divisa

n°1 fascia ferma polsi con morsetto di aggancio al tavolo

n°2 Supporti laterali, regolabili in altezza ed in lunghezza, di cui uno con cuscinetto per schiena/glutei e l'altro con cuscinetto per sterno/pube/sacro completi di morsetto per aggancio al tavolo

n°1 supporto laterale rettangolare a forma concava completo di morsetto di aggancio al tavolo

n°1 elmetto regolabile in larghezza per spalliera a 3 settori

n°1 morsetto per staffa fili kirschner

n°1 supporto meniscale a forma cilindrica radiotrasparente completo di morsetto di aggancio al tavolo

n°1 prolunga per rotaia porta accessori, lunghezza 500mm circa

n°1 coppia piani gambe da montare con sezione bacino in fibra per sostenere le gambe durante il posizionamento in trazione.

n°1 carrello porta accessori per sezioni del tavolo

n°1 coppia di scarponcini di trazione misura adulti

n°1 morsetto scorrevole con rotaia porta accessori per barre trazioni in fibra di carbonio

n°1 reggi cosce tipo goepel completo di morsetto di aggancio al tavolo

n°1 tavolino per chirurgia della mano con piano radiotrasparente e piede di appoggio a pavimento completo di morsetto di aggancio al tavolo

n°1 pianetto per interventi all'omero in posizione prona completo di morsetto di aggancio al tavolo