



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321

92100 Agrigento

Responsabile procedura amm.va

Rag. Alfonso De Leo Assistente Amministrativo

Telefono 0922 407226/268/145

FAX 0922 407120

PROT: n. 178539 del 2/11/2016

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato per la realizzazione di un "Sistema informativo centralizzato di Emogasanalisi".

Questa Azienda intende procedere alla fornitura, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di un "sistema informatico centralizzato di Emogasanalisi", con le specifiche tecniche elaborate del Responsabile FF dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Agrigento, che si allegano in uno alla presente.

Il sistema deve essere conforme alla normativa vigente in materiai ed avere una Garanzia Full-Risk di almeno due anni.

Si elencano i modelli di emogasanalisi in dotazione che devono interagire e/o interfacciarsi con il predetto sistema:

RapidPoint 400 – Siemens ex Bayer -;
RapidPoint 405 – Siemens ex Bayer -;
RapidLab 1265 – Siemens ex Bayer -;
Opti cca;
Radiometer ABL 725 –A. De Mori -;
IL GEM Premier 300 – Instrument Laboratory-

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, del sistema proposto; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia – minima di 24 mesi-);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta dopo la scadenza della garanzia (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo metaprodotto.
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento del sistema de qua, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.
- Dichiarazione che il sistema offerto interagisce e/o si interfaccia con tutti gli emogasanalisi sopra elencati.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 10.11.2016.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del sistema da fornire come descritto nell'allegato tecnico redatto dal Dirigente Medico soprannominato, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407226/268/145).

F.to Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA**

**Unità operativa di Anestesia-Rianimazione e Terapia Antalgica
Direttore FF dott Antonio Marotta**

**Al Direttore Sanitario
del PO di Agrigento**

**Al Direttore Amministrativo
del Distretto Ospedaliero AG1**

**Al Direttore del Servizio di Provveditorato
Dell'ASP1 AG**

Oggetto : Richiesta realizzazione Sistema centralizzato Emogasanalisi in ottembranza al D.Lgs

L'ASP 1 AG ha la necessità di creare una rete diagnostica decentrata con controllo centralizzato delle postazioni distribuite sul territorio da parte del Laboratorio centrale. L'obiettivo è quello di mantenere un'infrastruttura che deve essere dinamica e sapersi adattare e configurarsi ai modelli organizzativi utili all'amministrazione, per fornire un livello di servizio massimo in tutti i settori. Le scelte tecnologiche devono prevedere soluzioni che sappiano interpretare soluzioni organizzative differenti e che evolvono nel tempo in relazione alle differenti necessità sia organizzative che operative. Questa dinamicità deve riprodursi nelle scelte tecnologiche, dal punto di vista dell'implementazione tecnologica e dei servizi, dell'affidabilità della continuità nell'erogazione in differenti contesti operativi e in differenti schemi evolutivi.

In relazione alle necessità di organizzazione espresse dall'amministrazione e dai responsabili operativi dei vari reparti, è necessario definire una serie di riferimenti tecnologici in base ai quali costruire una rappresentazione procedurale, applicativa e di servizio che risponda alle necessità espresse.

Le presenti specifiche si intendono minime relativamente alla fornitura di un sistema tecnologico che risponda ad esigenze di automazione procedurale tramite implementazioni tipico sistemistico e informatico, comprendente strumentazione, software e servizi. Si intende mettere in opera un sistema di gestione con modello operativo centralizzato, rispetto alla rappresentazione fisica dell'Azienda che è distribuita sul territorio, che garantisca tutte le funzionalità ed operatività richieste integrandosi con l'ambiente tecnologico esistente in Azienda.

Il sistema farà riferimento a un modello centralizzato, funzionante su rete TCP/IP

La fornitura dovrà comprendere:

- Un sistema informatico per il collegamento degli emogasanalizzatori, completo di tutto l'hardware e software necessario per i collegamenti, la visualizzazione e la stampa dei referti;
- Servizio di assistenza tecnica full-risk necessaria a garantire la funzionalità del sistema;
- La formazione agli utilizzatori della strumentazione e ai supervisori

SPECIFICHE MINIME DELLE PROCEDURE (Requisiti informatici indispensabili)

Il sistema in oggetto dovrà essere configurato come "logicamente unico", ovvero da qualsiasi postazione di monitoraggio presente in ciascuna azienda dovrà essere possibile monitorare/controllare il singolo strumento, a prescindere dalla posizione fisica dello stesso;

Accesso al sistema da qualunque PC;

Possibilità di esportare i risultati emogasanalitici in formato elaborabile foglio di calcolo;

Possibilità di archiviare risultati in formato pdf su qualunque PC;

Unico database centralizzato e condiviso per tutti i risultati degli esami di emogasanalisi, sempre aggiornato in real-time;

Controllo in tempo reale da remoto dello stato di attività dei sistemi collegati;

Possibilità di bloccare remotamente la refertazione di ogni singolo parametro e/o dell'intero analizzatore;

Configurazione dei range di riferimento e critici; possibilità di controllo e validazione dei risultati da remoto;

Certificazione formazione operatori.

L'accesso al sistema dovrà avvenire attraverso l'identificazione dell'utente mediante inserimento di un codice identificativo personale e di una password;

Per ogni utente devono essere definibili le autorizzazioni di accesso ai dati e le abilitazioni alle funzioni in base alla competenza ed al ruolo in quanto i dati trattati sono dati sensibili della persona.

Il Sistema offerto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per la sicurezza e la privacy in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 .

Il sistema deve predisporre funzioni per la il tracciabilità completa dei campioni durante la loro lavorazione. Tutte le attività degli utenti devono essere tracciate e consultabili.

Per ogni Paziente e per ogni richiesta deve essere possibile consultare i risultati precedenti e lo storico del paziente e ristampare il relativo referto.

Il sistema deve permettere la stampa automatica dei referti, una volta conclusa la lavorazione del campione, con un flusso continuo. Inoltre, tramite indicazione puntuale, deve essere possibile selezionare la ristampa di un singolo referto.

Prezzo presunto Euro 25.000

Agrigento 15.09.2016

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AG1
Pres. On. B. BONOMO, P.P. D. Di Agnello
Dir. FF. O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Dott. Antonio Massullo
Dott. Agnese M. S. Di Agnello
Dott. Fico M.R. NTN 53D25 D514 X