

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	1389256
<b>Descrizione RDO:</b>	ASP Agrigento - Procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. per fornitura di n. 30 Culle per neonati fisiologici da destinare ai Punti Nascita dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 Contrada Consolida AGRIGENTO AG
<b>Punto Ordinante</b>	CARMELO PULLARA
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: CARMELO PULLARA Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	T1DFDX
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Pullara Carmelo
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	07/11/2016 14:34
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	25/11/2016 11:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	15/11/2016 11:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	25/05/2017 00:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	30
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	ARREDI104

Lotto esaminato: 1 Fornitura di n. 30 Culle per neonati fisiologici da destinare ai Punti Nascita dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata

<b>CIG</b>	Z9E1BD72D3
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	Culle per neonati/30/
<b>Importo totale a base d'asta</b>	24000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C. S.A.SS	Singola	02994031215	17/11/2016 20:50
2	MEDIMED SRL	Singola	04430900870	25/11/2016 10:41
3	GINEVRI	Singola	03565511007	14/11/2016 11:01
4	MALVESTIO SPA	Singola	00197370281	15/11/2016 17:05
5	GIVAS	Singola	01498810280	15/11/2016 16:56
6	ILANI FORNITURE SRL	Singola	04118310616	17/11/2016 17:45
7	RACOM DI FORTUNATO RANDAZZO	Singola	01911040846	25/11/2016 10:16
8	ULTRAMED S.R.L.	Singola	02732230871	24/11/2016 16:02

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
	28/11/2016 10:56:23	30/11/2016 16:48:31

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C. S.A.SS		nessuna		nessuna
MEDIMED SRL		nessuna		nessuna
GINEVRI		nessuna		nessuna
MALVESTIO SPA		nessuna		nessuna
GIVAS		nessuna		nessuna
ILANI FORNITURE SRL		nessuna		nessuna
RACOM DI FORTUNATO RANDAZZO		nessuna		nessuna
ULTRAMED S.R.L.		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto		copia condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C. S.A.SS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDIMED SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GINEVRI	Approvato	nessuna	Approvato	Ammesso con riserva di acquisire dichiarazione di presa visione della nota chiarimenti
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GIVAS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ILANI FORNITURE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	Ammesso con riserva di acquisire dichiarazione

				di presa visione della nota chiarimenti
RACOM DI FORTUNATO RANDAZZO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ULTRAMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio		Fine
	30/11/2016 16:48:37		05/12/2016 14:27:09

Concorrente	certificazione conformità punto 4 condizioni particolari di contratto		relazione tecnica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C. S.A.S.S		nessuna	NON Approvato	per le seguenti motivazioni:a) La culla offerta non è corredata del cassetto richiesto, ma di una vasca;b) Non è dichiarato se il carrello di sostegno della culla è in acciaio antigraffio;Si rileva, altresì, che non è stata prodotta la dichiarazione del produttore che il bene offerto è costruito a regola d'arte, presenta la dichiarazione

				CE resa dalla Givas, mentre per il materassino viene indicato il possesso dell'omologazione 1IM ma non la relativa attestazione resa dal produttore del materassino stesso.
MEDIMED SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GINEVRI		nessuna	NON Approvato	per le seguenti motivazioni:a) Non è dichiarato se il carrello di sostegno della culla è in acciaio antigraffio;Si rileva, altresì, che non è stata prodotta la dichiarazione del produttore che il bene offerto è costruito a regola d'arte, presenta la dichiarazione CE, mentre per il materassino non produce documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia.
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna	NON Approvato	per le seguenti motivazioni:a) La culla offerta presenta ruote di diametro inferiore al valore richiesto (6,5 cm anziché 7 cm);b) Non è dichiarato se il carrello di sostegno della

				culla è in acciaio antigraffio;c) Non è dichiarato se viene fornito il materassino lavabile resistente al fuoco.
GIVAS	nessuna	NON Approvato	per le seguenti motivazioni: a) La culla offerta non è corredata del cassetto richiesto, ma di una vasca;b) Non è dichiarato se il carrello di sostegno della culla è in acciaio antigraffio;Si rileva, altresì, che non è stata prodotta la dichiarazione del produttore che il bene offerto è costruito a regola d'arte, presenta la dichiarazione CE resa dalla Givas, mentre per il materassino viene indicato il possesso dell'omologazione 1IM ma non la relativa attestazione resa dal produttore del materassino stesso.	
ILANI FORNITURE SRL	nessuna	NON Approvato	per le seguenti motivazioni: a) La culla offerta non è corredata del cassetto richiesto;b) Non è dichiarato se il carrello di	

				sostegno della culla è in acciaio antigraffio;c) Non è dichiarato se viene fornito il materassino lavabile resistente al fuoco;Si rileva, altresì, che non è stata prodotta la dichiarazione del produttore che il bene offerto è costruito a regola d'arte, presenta la dichiarazione CE resa dalla Chiappa Arredamenti, mentre per il materassino non produce documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia.
RACOM DI FORTUNATO RANDAZZO	nessuna	NON Approvato		per le seguenti motivazioni:a) Non è dichiarato se il carrello di sostegno della culla è in acciaio antigraffio;b) Dalla scheda tecnica del produttore si rileva che la culla offerta è corredata di ruote con diametro di 5,5 cm, quindi, inferiore rispetto al valore richiesto di minimo 7 cm.; non è dichiarato, altresì, se 2 ruote siano dotate di

freno; sul punto si rileva che la ditta Racom presenta un documento denominato "integrazione scheda tecnica" dalla quale si desumerebbe che la culla offerta sarà dotata di ruote da 7cm di cui due con freno, ma non è supportata né da una scheda tecnica del produttore che, invece, descrive requisiti tecnici diversi, né da una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000;c) Dalla scheda tecnica del produttore si rileva che la culla offerta non è corredata del cassetto richiesto; sul punto si rileva che la ditta Racom presenta un documento denominato "integrazione scheda tecnica" dalla quale si desumerebbe che la culla offerta sarà dotata di cassetto, ma non è supportata né da una scheda tecnica del produttore, né da

				una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000; d) La certificazione di conformità CE resa dal produttore Coremec fa riferimento al modello 2929, che non soddisfa i requisiti tecnici richiesti, e nulla in relazione al modello che, invece, si potrebbe desumere dall'integrazione scheda tecnica resa dalla Racom; Si rileva, altresì, che non è stata prodotta la dichiarazione del produttore che il bene offerto è costruito a regola d'arte, presenta la dichiarazione CE resa dalla Coremec, di cui si è riferito sopra, mentre per il materassino non produce documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia.
ULTRAMED S.R.L.	nessuna	NON Approvato	per le seguenti motivazioni: a) non soddisfa il requisito tecnico "possibilità di inclinazione della culla senza	

			meccanismi con frizione o snodo", in quanto la culla offerta è dotata di meccanismo con leva laterale; b) non soddisfa il requisito "dotata di cassetto solidale al carrello", in quanto offre un armadietto che non può ritenersi equivalente né migliorativo trattandosi di articolo diverso; Si rileva, altresì, che non è stata prodotta la dichiarazione del produttore che il bene offerto è costruito a regola d'arte, presenta la dichiarazione CE resa dal produttore, mentre per il materassino non produce documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia.
--	--	--	---

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	05/12/2016 14:30:23	05/12/2016 14:33:46

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C. S.A.SS	NON Valutato	nessuna
MEDIMED SRL	Approvato	nessuna
GINEVRI	NON Valutato	nessuna
MALVESTIO SPA	NON Valutato	nessuna
GIVAS	NON Valutato	nessuna
ILANI FORNITURE SRL	NON Valutato	nessuna
RACOM DI FORTUNATO RANDAZZO	NON Valutato	nessuna
ULTRAMED S.R.L.	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
MEDIMED SRL	18450,00
GINEVRI	Concorrente escluso
GIVAS	Concorrente escluso
MALVESTIO SPA	Concorrente escluso
ILANI FORNITURE SRL	Concorrente escluso
ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE & C. S.A.SS	Concorrente escluso
ULTRAMED S.R.L.	Concorrente escluso
RACOM DI FORTUNATO RANDAZZO	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	Le ditte Ginevri e Ilani sono ammesse con riserva di acquisire dichiarazione di presa visione della

	<p>nota chiarimenti: si provvede a richiedere tramite piattaforma. Entrambe le ditte Ginevri e Ilani Forniture hanno prodotto la dichiarazione di presa visione della nota chiarimenti; sono, pertanto, ammesse. Le ditte ABA MEDICA, Ginevri, Ilani Forniture, Givas, Malvestio, Racom e Ultramed non sono ammesse per parere negativo di conformità tecnica rispetto alle specifiche tecniche di gara, per le motivazioni riportate nelle pagine afferenti ad ogni singola ditta, e riportate nel documento Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute", generato dalla piattaforma ME.PA./Consip.</p>
--	--