



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Servizio provveditorato
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407116
Fax 0922407211
Funzionario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – forniture@pec.aspag.it
Prot. 11656 del 18/1/17

Alla Ditta

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per l'acquisto di lettini chirurgici occorrenti al Po di Ribera ed aventi caratteristiche tecniche di cui all'allegata scheda tecnica.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro 15 gg dalla data della presente a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta tecnica e prezzo di vendita. Si evidenzia che le ditte sono invitate ad offrire eventuale materiale di consumo occorrenti per il funzionamento del letto

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegata scheda tecnica al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico per garantire la massima concorrenzialità

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato Tel 0922/407116

Il Direttore U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SCHEDA TECNICA LETTONO CHIRURGICO

Il tavolo chirurgico è un presidio indispensabile per l'effettuazione degli interventi chirurgici. Deve essere mobile, elettroidraulico, bloccabile al pavimento, con un piano modulabile e dotato di accessori che permettano all'operatore di poter avere la configurazione ottimale per qualsiasi procedura chirurgica.

Questo deve avere capacità di traslazione longitudinale, possibilità di formare un angolo convesso o concavo con spezzatura toracica e renale, possibilità di regolazione dell'altezza (70-110 cm), di inclinazione longitudinale (Trendelenburg e Antitrendelenburg), di inclinazione laterale, deve essere largo da 55 a 60 cm e lungo 200 cm.

Deve essere costruito con materiali che ne garantiscano la radiotrasparenza e la facile pulizia ed essere composto da 4 sezioni: testa (con poggiatesta inclinabile ed estendibile), schiena, zona pelvica e due sezioni indipendenti per le gambe con doppia articolazione.

Deve essere dotato di imbottitura coprente tutta la lunghezza del piano, fabbricata in materiale durevole, sterilizzabile in autoclave, radiotrasparente ed asportabile nelle singole sezioni. Ai lati del tavolo operatorio devono essere presenti dei cursori porta-accessori coprenti la lunghezza del piano su entrambi i lati.

Deve essere inoltre dotato dei seguenti accessori: reggi-gambe, due reggi-braccia regolabili rispettivamente sul piano longitudinale e trasversale, supporto reggi-telo regolabile e braccialetti con morsetti.