



UFFICIO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO  
CAP. 92100 CITTÀ AGRIGENTO  
Telefono 0922-407238  
FAX 0922-407120

DATA 16-01-2017  
PROT. 8817

Spett.le \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Indagine di mercato

Questa Azienda intende procedere all'acquisizione, previa verifica della copertura finanziaria ed esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, *di n. 1 Sistema retinografico-angiografico digitale*, per l'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Sciacca, aventi le specifiche tecniche di cui in allegato.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta spett.le società, se interessata, a trasmettere via pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it), apposito preventivo di spesa articolato per come segue:

- Descrizione tecnica delle caratteristiche richieste con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o alternativa ed indicazione della conformità alla normativa vigente;
- Prezzo di acquisto e relativa installazione dell'attrezzatura di cui trattasi, il prezzo deve essere comprensivo di garanzia FULL RISK (indicazione durata) con visita annua di manutenzione;
- Dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA/CONSIP indicando il relativo metaprodotto.

Attesa l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo **entro e non oltre il 26/01/2017**.

La presente indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicato sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre aziende - in aggiunta a quelle interpellate - di poter presentare, se interessate, quanto richiesto con la presente. Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche sopradescritte, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche dell'attrezzatura richiesta.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407238)

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
(Dott. Carmelo Pullara)

- Retinografo/fluorangiografo digitale sia midriatico che non midriatico
- Possibilità di acquisire retinografie a colori, immagini in filtro rosso, filtro blu e aneritre ottenibili sia con filtri fisici che digitalmente mediante sintesi sottrattiva
- Possibilità di acquisire angiografie a fluorescenza
- Possibilità di acquisire angiografie al verde di indocianina
- Possibilità di acquisire immagini in autofluorescenza
- Acquisizione ad alta risoluzione attraverso telecamera integrata di qualità medica
- PC di gestione, archiviazione ed elaborazione
- Strumento DICOM ready con possibilità di messa in rete secondo gli standard clinici
- Strumento completo di tavolo asimmetrico ad elevazione elettrica
- Risoluzione superiore a 20 megapixel
- Angolo di campo 30° e 45°
- Stampante ad alta risoluzione