

Verbale n. 1

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Procedura di affidamento diretto per fornitura urgente di n. 1 Apparecchio elettromedicale ad onde d'urto (ESWT) per U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione S.O. di Agrigento (Codice CIG Z3E1D6EF76). Importo a base d'asta pari ad € 39.000,00 oltre iva.

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 11,00 presso gli uffici Amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dott. Carmelo Pullara – Presidente – Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Alfonso De Leo – Testimone – Assistente Amministrativo – Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Giovanni Di Nolfo – Testimone – Coadiutore Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali intervengono in qualità di componenti il seggio di gara per l'apertura delle offerte per l'affidamento diretto per la fornitura urgente di n. 1 Apparecchio elettromedicale ad onde d'urto (ESWT) per l'U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott. Giuseppe Sanfilippo – Collaboratore Amministrativo Esperto – Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

Sono, altresì, presenti i sigg:

- Sig. Angelo Copia rappresentante legale della Società KATAMEDICA S.r.l.;
- Sig. Fabio Fiorito rappresentante della società DORNIER MedTech Italia s.r.l.;

PREMESSO

- Che con deliberazione n. 189 del 09/02/2017 è stata indetta procedura di affidamento diretto, senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura urgente di n. 1 Apparecchio Elettromedicale di terapia con onde d'urto (ESWT) per l'U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento, mediante il criterio a favore del prezzo più basso dell'importo posto a base di gara;
- Che con la suindicata Delibera è stata approvata la Lettera d'Invito contenente le disposizioni disciplinante la gara e l'allegato elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata in questione;
- Che la lettera d'invito è stata pubblicata sul sito web aziendale per garantire la massima diffusione;
- Che con nota prot. n. 33047 del 17.02.2017 sono state invitate a presentare offerta i seguenti operatori economici:
 - CE.A.S.T. s.n.c. – Via Paolo Veronese, 5 – 90145 Palermo;
 - CHINESPORT S.p.A. – Via Croazia, 2 – 33100 Udine;
 - DORNIER MedTech Italia s.r.l. – Via Arrigo Cavaglieri, 26 – 00173 Roma;
 - HMT s.r.l. – Viale Caprilli, 11 – 20148 Milano;
 - KATAMEDICA S.r.l. – Via Don Bosco, 38 – 95030 Gravina di Catania (CT);
- Che nella Lettera d'Invito prot. n. 33047 del 17/02/17 è stata indicata l'ora, ore 10,00, e la data del 27.02.17 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- Che a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Società DORNIER MedTech Italia s.r.l., con nota prot. n. 38115 del 24.02.2017 è stato comunicato alle ditte invitate che nel sito web aziendale sono stati pubblicati i chiarimenti resi dal Direttore dell'U.O.C. di Medicina Fisica e

Riabilitazione del P.O. di Agrigento in ordine alle osservazioni avanzate dalla società medesima;

- Che con medesima nota è stato differito il termine di presentazione delle offerte fissandolo alle ore 10,00, di giorno 9 Marzo 2017 quale termine ultimo per la presentazione delle medesime offerte;
- Che entro il termine di scadenza delle ore 10:00 del 9 Marzo u.s. sono pervenute le seguenti offerte:

Società Offerenti	n° prot.	del
KATAMEDICA S.r.l.	37433	24/02/2017
DORNIER MedTech Italia s.r.l.	43877	06/03/2017
CE.AS.T. s.n.c.	44708	07/03/2017
STORZ MEDICAL ITALIA srl	44840	07/03/2017

- Che la gara di cui trattasi si articola in un unico lotto indivisibile per un importo a base d'asta pari ad € 39.000,00 oltre I.V.A.;
- Che con nota prot. n. 55420 del 21.03.2017 è stata nominata la Commissione Tecnica così composta:
 - Dott. Angelo Gambino, Direttore f.f. U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione dei PP.OO. di Agrigento e Licata;
 - Dott. Alfonso Cavaleri; Responsabile U.O.S. S.U.A.P. del P.O. di Agrigento;
 - Dott. Fausto Crapanzano, Dirigente Medico c/o U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento;

Che con nota prot. n. 85142 del 05.05.2017 è stata convocata la seduta pubblica di gara per la data odierna indirizzata alle ditte offerenti e alla Commissione Tecnica;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI ESPONE QUANTO SEGUE

Il Dr Carmelo Pullara, quale Autorità che presiede il presente seggio di gara, assume la Presidenza del medesimo.

Alle ore 11,30 il Presidente del presente seggio dichiara aperta la seduta pubblica di gara e riassume i termini della gara e ricorda quanto segue:

- che l'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo posto a base di gara.

Inoltre dà atto:

- che la Società KATAMEDICA S.r.l., con nota prot. n. 41463 del 02.03.2017, ha inviato busta contenente "Presa visione chiarimento e differimento termine";

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che i plachi delle ditte partecipanti, di cui alla tabella soprastante, sono integri e sigillati in conformità alle prescrizioni contenute nella lettera d'invito.

Si procede quindi all'apertura dei plachi – chiusi e sigillati previa verifica da parte dei presenti della sua integrità – che contiene la busta contenente la "Documentazione Amministrativa" Busta A), per verificare la documentazione richiesta con la lettera d'invito che disciplina le modalità di partecipazione alla procedura di che trattasi:

DITTA	AMMISSIONE
KATAMEDICA S.r.l.	SI
DORNIER MedTech Italia s.r.l.	SI
CE.AS.T. s.n.c.	NO
STORZ MEDICAL ITALIA srl	SI

Motivazioni non ammissione:

La società CE.A.S.T. s.n.c. non viene ammessa alla gara per le seguenti motivazioni:

- mancata presentazione "Breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta" così come prescritto al punto 5 della lettera d'invito;
- mancata presentazione della "Dichiarazione di impegno a consegnare a propria cura e spese , lo

stesso modello di apparecchiatura offerta a titolo di campionatura" così come prescritto al punto 4 "Capacità Tecnica" della lettera d'invito.

A questo punto la seduta aperta al pubblico viene sospesa per consentire all'intervenuta Commissione Tecnica la valutazione delle offerte ammesse ai fini della conformità alle prescrizioni tecniche richieste nella lettera d'invito.

La Commissione nella sua totalità, esaminata la documentazione tecnica presentata esprime il seguente parere:

KATAMEDICA S.r.l.: Conforme.

DORNIER MedTech Italia s.r.l.: non conforme in quanto offre un apparecchio che raggiunge un range terapeutico energetico di 0,30 MJ/mm quadrati anziché un range minimo di 0,80 MJ/mm quadrati così come richiesto dalla lettera d'invito.

STORZ MEDICAL ITALIA srl non conforme in quanto offre un apparecchio con le teste terapeutiche che garantiscono 1000 trattamenti anziché un numero di trattamenti minimo di n. 2500 così come richiesto dalla lettera d'invito.




Il Presidente di gara riapre la seduta al pubblico e preso atto della conformità espressa dalla Commissione tecnica, procede all'apertura dell'offerta dell'unica ditta rimasta in gara ovvero della società KATAMEDICA S.r.l. che offre il seguente prezzo: € 37.000,00 oltre iva di legge.

Il presente verbale viene consegnato ai presenti a valore di notifica ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

La seduta è tolta alle ore 13,20.

Il presente verbale, che consta di due pagine, viene letto e sottoscritto per come segue:

LA COMMISSIONE

- Dott. Carmelo Pullara  Presidente
- Sig. Giovanni Di Nolfo  Testimone
- Rag. Alfonso De Leo  Testimone
- Dr. Giuseppe Sanfilippo  Segretario

x Dornier non offre per ora minima conformità
x KATAMEDICA srl offre per avvenire minima conformità
Al. Storz non offre fausto Cappuccio
Dr. ALFONSO DE LEON 