



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Responsabile istruttoria
Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

Oggetto: Avviso esplorativo finalizzato ad una ricerca di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di apparecchi computerizzati di mobilizzazione passiva per le UU.OO. di Medicina fisica e riabilitativa e di Ortopedia dei PP.OO. di Agrigento e Licata, giusta Deliberazione a contrarre n. 977 del 29 giugno 2017.

L'ASP di Agrigento, con il presente avviso

RENDE NOTO

CHE intende espletare una indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale.

Questa ASP si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito di presentare offerta.

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: Il presente avviso ha per oggetto la fornitura dei seguenti apparecchi computerizzati di mobilizzazione passiva per le UU.OO. di Medicina fisica e riabilitativa e di Ortopedia dei PP.OO. di Agrigento e Licata:

- a) N. 12 apparecchi computerizzati di mobilizzazione passiva di anca/ginocchio
 - o N. 4 per UOC Medicina fisica e Riabilitazione PO Agrigento
 - o N. 1 per UOC Lungodegenza PO Agrigento
 - o N. 5 per UOC Medicina fisica e Riabilitazione PO Licata
 - o N. 1 per UOC Ortopedia e Traumatologia PO Agrigento
 - o N. 1 per UOC Ortopedia e Traumatologia PO Licata

Caratteristiche tecniche: controllo velocità estensione/ flessione, controllo forza, controllo tempo libero, incremento automatico estensione, incremento automatico flessione, pausa in estensione, pausa in flessione, cicli di riscaldamento ampiezza di movimento ginocchio da circa -10°/5° a + circa 120°/130°; ampiezza movimento anca da circa 5°/7° a circa 115°/130°. telecomando di sicurezza, inversione automatica del movimento; regolazione flesso-estensione e velocità digitale; regolazione pause; regolazione del livello di forza, timer.

Ogni apparecchio deve essere dotato di:

- Supporto cosce e gamba in plastica, fasce fissaggio a letto.
- N° 2 Cavi elettrici mt 1 circa di collegamento ,
- carrello trasporto.

Dispositivo medico marchio CE direttiva europea 93/42/CEE Conforme normativa di sicurezza CEE.

- b) apparecchi per la mobilizzazione passiva di spalla e gomito
 - o N. 1 per UOC Medicina fisica e Riabilitazione PO Agrigento

- N. 1 per UOC Medicina fisica e Riabilitazione PO Licata

Caratteristiche tecniche: apparecchi per la mobilizzazione passiva di spalla, gomito sia con pazienti seduti sia con pazienti distesi, fornito di memory card per salvataggio dati operativi del paziente per le sessioni successive di riabilitazione, e funzione "warm-up", per la preparazione delle articolazioni trattate attraverso diversi cicli di movimento con un angolo di lavoro inferiore a quella raggiunto durante la sessione precedente. L'apparecchio deve essere carrellato con ruote piroettanti con freno, regolabile in altezza e con funzione di inclinazione per consentire l'intero range articolare dei movimenti, e di essere utilizzato indifferentemente con paziente seduto o supino, il braccio meccanico deve essere fornito di tutti gli accessori per consentire i movimenti riabilitativi scelti. Tastiera fissa per programmare le funzioni, e tastiera mobile per il paziente per fermare o avviare il movimento. L'apparecchio deve consentire i seguenti range di movimento. Movimenti sulla spalla: Elevazione in flessione range: circa 0°-180° circa, rotazione interna-esterna range : 90° - 0° - 90°, adduzione-abduzione circa 35° - 150°. Movimenti eseguiti sul gomito: flesso-estensione 0° ÷ 150°, prono-supinazione 90° - 0° - 90°. Funzioni programmabili: velocità in entrambe i sensi di marcia; tempo di lavoro, incremento automatico dell'ampiezza del movimento su entrambe i limiti, pausa in entrambe i limiti del movimento. Completo di Set di accessori per la riabilitazione di gomito. Dispositivo medico marchio CE direttiva europea 93/42/CEE Conforme normativa di sicurezza CEE.

L'importo complessivo stimato per la fornitura di cui sopra è pari ad € 67.500,00= + IVA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs.50/2016, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

- Possono presentare istanza di partecipazione afferente il presente avviso esplorativo tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione in corso di validità alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della presente procedura (fornitura apparecchi computerizzati di mobilizzazione passiva/apparecchiature elettromedicali);
 - requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - requisiti di capacità economica: la ditta partecipante deve dichiarare di essere in grado di produrre almeno due idonee dichiarazioni bancarie (art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016 - allegato XVII, parte I) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385;
 - requisiti di capacità tecnica: la ditta partecipante deve dichiarare di essere in grado di consegnare a propria cura e spese, lo stesso modello di apparecchiatura offerta a titolo di campionatura (art. 86, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 - allegato XVII, parte II);
- Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno **20 luglio 2017** con le seguenti modalità:
 - PEC: forniture@pec.aspag.it;
 - email: forniture@aspag.it
 - fax 0922 407119/407120;
 - consegna a mano presso l'ufficio protocollo generale dell'ASP Viale della Vittoria 321 Agrigento;
 - raccomandata postale.
- All'istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica;
- La domanda di cui all'allegato a) dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore indicando gli estremi della procura) corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- L'invito alla procedura negoziata verrà inoltrato dal Servizio Provveditorato di questa ASP a tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione d'interesse

ritenuta regolare, con la seguente precisazione: questa ASP si riserva, in ogni caso, la facoltà di invitare altri operatori economici anche se non hanno presentato nessuna istanza di manifestazione di interesse, onde consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, se pervengono meno di n. 5 domande.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITÀ: il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa ASP www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, unitamente allo schema di domanda di manifestazione d'interesse. Eventuali integrazioni, modifiche, chiarimenti relative al presente avviso, saranno tempestivamente pubblicate nella stessa pagina del sito internet di questa ASP.

PRIVACY: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura negoziata. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Ai concorrenti competono i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922 407268/145/226).

Agrigento, 04/04/2017

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara

