



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA**

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Presidio Ospedaliero di Agrigento

Unità operativa di Anestesia-Rianimazione e Terapia Antalgica

Direttore FF dott Antonio Marotta

SCHEMA TECNICA

N. 2 Lampada scialitica su ruote con le seguenti caratteristiche:

- Tecnologia illuminante a Led
- Intensità luminosa non inferiore a 140.000 lx.
- Campo luminoso ad un metro di distanza pari ad almeno 16 cm.
- Temperatura di colore 4.500 K.
- Indice di resa cromatica non inferiore a 93 Ra.
- Durata dei Led non inferiore a 40.000 Ore.
- Presenza di manipoli sterilizzabili
- Presenza di maniglie laterali non sterili
- Dotata di n. 4 ruote piroettanti e struttura di dimensioni contenute.

F.to dott Antonio Marotta