



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

Servizio provveditorato

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Fax 0922407211

Funziario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. 26693 del 12-02-2018

Alla Ditta

---

---

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per l'acquisto di teleria in TNT aventi caratteristiche tecniche di cui all'allegata scheda tecnica.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro 15 gg dalla data della presente a mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando offerta economica.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegata scheda tecnica al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato Tel 0922/407116

IL DIRETTORE U.O.C.  
Servizio Provveditorato  
Dr. Loredana Di Salvo



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

Tessuto non Tessuto ad alta grammatura, appositamente studiato per la copertura sterile del Paziente, dei tavoli madre e Mayo e degli operatori, realizzato in tre strati di protezione di polipropilene 100%: Spunbond/Meltblown/Spunbond la cui porosità è inferiore a  $0,1\mu$  in maniera da fornire la massima idrorepellenza a tutti i tipi di liquidi e la massima resistenza batterica conservando la traspirabilità.

Lo strato intermedio, per massimizzare la protezione, deve essere trattato elettrostaticamente in modo da aumentarne la capacità di attrarre e trattenere il pulviscolo, e tutto quello ad esso correlato, veicolato per via liquida e/o aerea.

Termosaldato nelle parti assemblate con termosaldatura ad alta densità.

Deve essere auto estinguente e a bassissimo rilascio di particelle oltre che antistatico, alcool repellente e privo di lattice o ftalati o sostanze potenzialmente allergeniche.

Le zone adesive, per evitare distacchi dalla zona di posizionamento, devono essere ad alta collosità.

Il TNT deve avere tutte le autorizzazioni di legge, marcatura CE e deve rispondere almeno alla I classe come dispositivo medico.

Le confezioni sterili devono contenere almeno una etichetta per la tracciabilità.

**Set pediatrico per laparotomia composto come segue:**

num. 01 Involucro Protettivo in Polipropilene misura 89x89 cm circa; num. 01 Telo per tavolo madre con tessuto grammatura non inferiore a 60 g/m<sup>2</sup>, rinforzato, misura 152x190 cm circa e zona rinforzata assorbente; num. 01 Telo per tavolo Mayo con tessuto a grammatura non inferiore a 45 g/m<sup>2</sup> misura 80x144cm circa; num. 02 Teli laterali misura cm 90x70 circa, num. 01 Telo universale piccolo misura 180x150 circa, num. 01 telo piccolo per la separazione della zona anestesisti misura 180x150 circa; n. 02 strisce adesive non tessute misura 10x50cm circa ad alta collosità e zone non adesive alle estremità per la loro rimozione; num. 01 busta raccolta suture, num. 03 camici chirurgici misura XL con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>; num. 01 camice chirurgico misura L con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>.

**Set per Litotomia composto come segue:**

num. 01 Involucro Protettivo in Polipropilene misura 89x89 cm circa; num. 01 Telo per tavolo madre con tessuto grammatura non inferiore a 60 g/m<sup>2</sup>, rinforzato, misura 152x190 cm circa; num. 01 Telo per tavolo Mayo con tessuto a grammatura non inferiore a 45 g/m<sup>2</sup> misura 80x144cm circa; num 01 telo impervio sottosacrale misura 75x110 cm circa; num. 01 telo per litotomia misura 255x270x75 cm circa dotato di gambali incorporati, fenestratura adesiva ad alta collosità, zona rinforzata assorbente, guide per tubi e cavi; n. 02 strisce adesive non tessute misura 10x50cm circa ad alta collosità e zone non adesive alle estremità per la loro rimozione; 03 camici chirurgici misura XL con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>; num. 01 camice chirurgico misura L con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>.

**Set per T.U.R.**

num. 01 Involucro Protettivo in Polipropilene misura 89x89 cm circa; num. 01 Telo per tavolo madre con tessuto grammatura non inferiore a 60 g/m<sup>2</sup>, rinforzato, misura 152x190 cm circa; num.01 salvietta assorbente misura 38x56 cm circa; num. 01 telo per T.U.R con tessuto grammatura non inferiore a 45 g/m<sup>2</sup>; misura 175x289x170 cm circa dotato di gambali incorporati, sacca raccolta fluidi con griglia e scarico e lacci di fissaggio per il chirurgo, copri dito in vinile, accesso addominale adesivo ad alta collosità; n. 02 strisce adesive non tessute misura 10x50cm circa ad alta collosità; 03 camici chirurgici misura XL con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>; num. 01 camice chirurgico misura L con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

**Set universale Laparo Pelviscopia composto come segue:**

num. 01 Involucro Protettivo in Polipropilene misura 89x89 cm circa; num. 01 Telo per tavolo madre con tessuto a grammatura non inferiore a 60 g/m<sup>2</sup>, rinforzato misura 152x190 cm circa; num. 01 Telo per tavolo Mayo con tessuto a grammatura non inferiore a 45 g/m<sup>2</sup> misura 80x144cm circa; num 01 telo per Laparo Pelviscopia, misura 254x279cm circa dotato di gambali incorporati, fenestratura addominale misura 30x30 circa con banda larga almeno 5 cm adesive ad alta collosità, tasche portastrumenti su entrambi i lati della fenestratura, fenestratura perineale con banda adesiva di almeno 5 cm misura 20x10 circa, telino su entrambe le fenestrature, zona rinforzata assorbente, num 02 Strisce adesive non tessute ad alta collosità misura 10x50cm circa e zone non adesive alle estremità per la loro rimozione; 03 camici chirurgici misura XL con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>; num. 01 camice chirurgico misura L con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>.

**Accessori singoli sterili e non:**

- **Striscia adesiva** non tessuta misura 10x50cm circa ad alta collosità e zone non adesive alle estremità per la rimozione, in confezione sterile.
- **Camici chirurgici** misure L e XL, sia nella lunghezza standard che long, con tessuto a grammatura non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>, in confezione sterile.