



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 - 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 30822 del 18-02-2018

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI MAMMARI).

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA), alla fornitura annuale in conto deposito di protesi mammarie ed espansori mammari, aventi le specifiche tecniche elaborate dal Dirigente medico esperto con contratto di collaborazione con questa ASP per l'implementazione della Breast Unit, di seguito riportate:

- N. 20 protesi mammaria tipo round, volume circa 300, 350, 400, 450;
Tali presidi devono avere una forma tonda ed ellittica e proiezioni differenti. Inoltre la testurizzazione deve essere sovrapponibile alla testurizzazione degli espansori, cioè struttura ruvida a celle aperte con altezza media di 200 - 300 micron e diametro medio di 100 - 400 micron. La scelta di tale caratteristica è condizionata dalla minore incidenza di insorgenza di capsula periprotesica a medio e lungo termine. Inoltre devono poter essere forniti presidi (protesi) con rivestimento in schiuma di micro-polietilene, con una rugosità superficiale media di 1500 micron. Tali impianti sono soprattutto impiegati negli interventi di riprotesizzazione in quanto riducono significativamente il rischio di nuova contrattura capsulare.
- N. 12 espansori mammari round 300, 400 e 500 cc, Tali presidi devono avere una forma rotonda ed ellittica, devono essere rinforzati nella porzione superiore per non consentire una espansione dei quadranti superiori, notoriamente meno resistenti all'espansione ed infine devono presentare una testurizzazione intermedia, cioè struttura ruvida a celle aperte con altezza media di 200 - 300 micron e diametro medio di 100 - 400 micron. La scelta di tale caratteristica è condizionata dalla minore incidenza di insorgenza di capsula periprotesica.
- Protesi da prova; Tali presidi devono accoppiarsi con le protesi utilizzate e pertanto dovranno essere fornite dalla Ditta che si aggiudicherà la gara per la fornitura sia degli espansori che delle protesi in silicone.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- prezzo di acquisto, e relativa consegna in regime di conto deposito, del dispositivo proposto;
- dichiarazione se il dispositivo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 26.02.2018.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

Il Collaboratore Amministrativo

Dr. Giuseppe SANFILIPPO

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo