



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 49119 del 20 - 03 - 2018

Spett.le Ditta

E p.c. Al Direttore UOC Cardiologia PO Canicattì

Oggetto: Indagine di mercato per acquisto urgente n. 1 defibrillatore bicamerale impiantabile per l'U.O.C. di Cardiologia PO Canicattì.

Questa ASP, su specifica richiesta del Direttore U.O. Cardiologia del P.O. di Canicattì, datata 20.03.2018, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, deve procedere all'acquisto urgente di n. 1 Defibrillatore bicamerale impiantabile con le specifiche di cui all'allegata richiesta e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- breve descrizione tecnica del dispositivo proposto (in lingua italiana), con indicazione del CND e Numero Repertorio Dispositivi medici;
- prezzo di acquisto del dispositivo proposto, con il sistema del conto deposito;

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo delle ore 10:00 del 21.03.2018.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

La presente non vincola, in alcun modo, la scrivente ASP.

La presente è inoltrata, per opportuna conoscenza, al Direttore UO Cardiologia, quale riscontro dell'avvio della procedura richiesta.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo



Prot. n. _____ del 20/03/18

AI U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
VIALE DELLA VITTORIA, 321
92100 AGRIGENTO

Oggetto: urgete richiesta per defibrillatore bicamerale
Per urgenza ricoverata presso la nostra UTIC si richiede urgentissimo acquisto di:

Defibrillatore impiantabile bicamerale di fascia alta completo di elettrocateteri

Codice CND defibrillatore: J01050201

Codice CND elettrodo atriale: J0190010102

Codice CND elettrodo ventricolare: J019001020101

Caratteristiche essenziali

1	Compatibilità Total Body con la risonanza magnetica
2	Dispositivo in grado di erogare almeno 36 Joule
3	Dispositivo dalle dimensioni ridotte con spessore non superiore a 12 mm
4	Diagnostica dedicata per il monitoraggio del tratto ST
5	Possibilità di programmazione della forma d'onda di shock in durata
6	Algoritmo di monitoraggio dello stato di compenso del paziente mediante valutazione dell'impedenza transtoracica
7	Disponibilità di controllo remoto domiciliare

Il Responsabile
Dr. Luciano Sutera Sardo