



Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Dipartimento delle Scienze Radiologiche

Direttore: Dott. Angelo Trigona

Al Direttore U.O.C.
Servizio Provveditorato

Oggetto: Caratteristiche Tecniche. per NOLEGGIO TEMPORANEO
con ESTREMA URGENZA

1. TAVOLO TELECOMANDATO

- 1.1. Il tavolo porta paziente dovrà risultare a basso coefficiente di attenuazione
- 1.2. Dovrà essere garantita la più ampia esplorabilità longitudinale a paziente fermo
- 1.3. Il movimento di esplorazione trasversale dovrà essere la più ampia possibile
- 1.4. La distanza piano porta paziente - intensificatore di brillanza dovrà essere la minima possibile
- 1.5. Il tavolo dovrà consentire un ribaltamento adeguato
- 1.6. Ampia rotazione del complesso radiogeno

2. SERIOGRAFO

- 2.1. Il seriografo dovrà consentire divisioni in senso verticale
- 2.2. Il seriografo dovrà accettare cassette di formato standard
- 2.3. Dovranno essere possibili riprese con sequenze rapide

3. ACCESSORI CHE DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA CONFIGURAZIONE

- 3.1. Fascia di compressione
- 3.2. Pedana portapaziente
- 3.3. Coppia di reggispalle
- 3.4. Coppia di maniglie
- 3.5. Due poltroncine per consolle di lavoro

4. COMPLESSO RADIOGENO

- 4.1. Il tubo radiogeno dovrà essere del tipo ad anodo rotante, di potenza adeguata, con macchie focali più piccole possibili

5. INTENSIFICATORE DI BRILLANZA E CATENA TELEVISIVA

- 5.1. L'intensificatore di brillanza dovrà essere almeno a triplo campo, con dimensione nominale del campo di ingresso il più ampio possibile
- 5.2. La catena televisiva dovrà essere del tipo ad alta risoluzione
- 5.3. Vi dovrà essere almeno un monitor TV

6. GENERATORE RADIOLOGICO

- 6.1. Il generatore dovrà disporre di una potenza di almeno 50 kW
- 6.2. Il generatore dovrà essere dotato di esposimetro automatico e camera di ionizzazione
- 6.3. Il generatore dovrà essere dotato di dispositivo per "tecniche anatomiche programmate"