



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Viale della Vittoria, 321
92100 – Agrigento
Partita IVA 02570930848
Telefono 0922/407120
Fax 0922/407120

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile istruttoria amministrativa
Rag. Alfonso De Leo Tel.0922407226

Prot.n. 147557 del 11/09/2018

Spett.le Società

Oggetto: Indagine di mercato per l'Affidamento della fornitura in somministrazione di materiale di consumo e reattivi per spettrofotometro rfid HACH DR 3900.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma ME.Pa.) e previa verifica della copertura finanziaria, all'affidamento della fornitura in somministrazione di materiale di consumo e reattivi per spettrofotometro rfid HACH DR 3900 aventi le caratteristiche tecniche riportate nella richiesta allegata e predisposta dal Responsabile ff del Laboratorio di Sanità Pubblica.

Vista l'urgenza codesto operatore economico è invitato, se interessato, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it oppure email forniture@aspag.it, apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Prezzo di fornitura per singolo lotto che si compone dalle voci da 1 a 20 per il lotto n. 1 e 1 e 2 per il lotto n. 2, **i prezzi devono essere inseriti per singola voce**;

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 17.09.2018.

La Presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che gli operatori economici sono invitati, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche tecniche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato
(Dr.ssa Loredana Di Salvo)

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA**

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale: Viale della Vittoria, 92100 Agrigento

Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848

LABORATORIO di SANITA' PUBBLICA

Viale della Vittoria 321 Agrigento

Tel. /Fax 0922 407474 Email: dp.laboratoriosanitapubblica@aspag.it**Lotto n. 1 (Materiali di consumo e reattivi per spettrofotometro rfid HACH DR 3900)****Lotto Chiuso****Importo presunto € 27000,00**

Descrizione dei Prodotti	Quantità richiesta
1. Kit per determinazione Ammonio 0.015/2.0 mg/l N – Originale HACH – cod. LCK 304 – conf. 25	30
2. Soluzione addista – Originale HACH – cod. LCA700	2
3. Kit per determinazione Ferro in tracce 0.01/1.0 mg/l Fe – Originale HACH – cod. LCK 521 – conf. 20	35
4. Soluzione addista – Originale HACH – cod. LCA706	2
5. Kit per determinazione Nitrito 0.015/0.03 mg/l N – Originale HACH – cod. LCK 341 – conf. 25	30
6. Soluzione addista – Originale HACH – cod. LCA707	2
7. Kit per determinazione Nitrito in tracce 0.0015/0.03 mg/l N – Originale HACH – cod. LCK 521 – conf. 50	15
8. Soluzione Nitrito – Originale HACH – cod. 2340249	2
9. Kit per determinazione Nitrato 0.23/13.5 mg/l N – Originale HACH – cod. LCK 339 – conf. 25	30
10. Soluzione addista – Originale HACH – cod. LCA703	2
11. Kit per determinazione Nitrato 5/35 mg/l N – Originale HACH – cod. LCK 340 – conf. 25	30
12. Soluzione addista – Originale HACH – cod. LCA704	2
13. Kit per determinazione Alluminio 0.02/0.5 mg/l Al – Originale HACH – cod. LCK 702 – conf. 24	30
14. Soluzione addista – Originale HACH – cod. LCA702	2
15. Kit per determinazione cloro libero 0.05/2.0 mg/l Cl2 – Originale HACH – cod. LCK 410 – conf. 24	20
16. Kit per determinazione cloro/ozono – Originale HACH – cod. LCK 310 – conf. 24	20
17. Soluzione addista – Originale HACH – cod. LCA310	2
18. Rack per 16 cuvette diametro 1 cm – Originale HACH – cod. LYW915	3
19. Adattatore – Originale HACH – cod. LZV846	1
20. Cuvetta vuota – originale HACH – Cod. LCW 919 – Conf. 5	10

Lotto n. 2 (Microdosatori)**Lotto Chiuso****Importo presunto € 1500,00**

Descrizione dei Prodotti	Quantità richiesta
1. Micropipetta elettronica (fornita con caricabatteria) monocanale a volume variabile 500/5000 µl, risoluzione 10 µl, corredata di 5000 puntali (stessa marca della micropipetta); la micropipetta deve essere fornita tarata su tre punti (500/2500/5000 µl) da Laboratorio accreditato ACCREDIA-DT (LAT). Il Certificato di taratura deve essere redatto in lingua italiana; la taratura deve essere effettuata con i puntali forniti.	1
2. Micropipetta elettronica (fornita con caricabatteria) monocanale a volume variabile 1000/10000 µl, risoluzione 10 µl, corredata di 5000 puntali (stessa marca della micro pipetta); la micropipetta deve essere fornita tarata su tre punti (1000/5000/10000 µl) da Laboratorio accreditato ACCREDIA-DT (LAT). Il Certificato di taratura deve essere redatto in lingua italiana; la taratura deve essere effettuata con i puntali forniti.	1

Le richieste vengono soddisfatte per un quantitativo
restoloppiato per un periodo superiore annuo

