



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura "chiavi in mano, in noleggio triennale, di n. 2 Telecomandati digitali di tipo polifunzionale da installare presso le UU.OO. di Radiologia dei PP.OO. di Canicattì e Licata (Codice CIG 7635800D7C). CHIARIMENTI

Si rendono i chiarimenti forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

- 1) Quesito: in merito alle richieste "Esami del torace in ortostasi con distanza fuoco/dettore non inferiore a 180 cm" presente nella Scheda tecnica Telecomandato al punto 1 Caratteristiche generali e tecnico funzionali e "Possibilità di variazione della DFF da un minimo di cm. 115 ad almeno 180 cm. Per la corretta esecuzione degli esami del torace" presente Scheda tecnica Telecomandato al punto 4. Tavolo portapaziente, si chiede di confermare che, a parità di ingrandimento, possano essere prese in considerazione soluzioni equivalenti, ossia l'ingrandimento dell'immagine che determina maggiore ergonomia e minimo ingombro, ossia escursione SID (distanza sorgente immagine) max – SID min più bassa possibile.  
Risposta: si chiarisce che il disciplinare di gara – art. 3 subparagraph Specifiche tecniche – prevede, in conformità all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, la clausola dell'equivalenza; si rinvia, pertanto, al disciplinare di gara;
- 2) Quesito: La gara prevede un punteggio sul costo in percentuale del contratto di manutenzione Full – Risk. Trattandosi di noleggio triennale con garanzia full-risk inclusa, potete specificare a quale periodo è riferito al costo in percentuale del contratto di manutenzione Full-Risk? Inoltre la relativa percentuale va inserita nell'offerta tecnica o economica.  
Risposta: Si chiarisce che il costo in percentuale del contratto di manutenzione Full – Risk si riferisce al periodo successivo alla scadenza del noleggio triennale, atteso che la gara medesima prevede anche l'opzione di acquisto finale del bene noleggiato al prezzo indicato in offerta (si rinvia al punto 18.2 del disciplinare - assegnazione del punteggio relativo al costo del riscatto dell'apparecchiatura). Il costo del contratto di manutenzione Full-Risk in percentuale (rispetto al prezzo di noleggio offerto in gara) va inserito nell'Offerta tecnica, mentre il "costo in % del valore di riscatto dell'apparecchiatura rispetto al prezzo offerto in caso di opzione di acquisto finale" va inserito nell'offerta economica.
- 3) Quesito: disciplinare pag. 22 art. 21 – apertura buste B e C "Qualora la Commissione dovesse ritenere necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, o ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio, l'Amministrazione chiederà alle ditte offerenti ammesse alla fase tecnica la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura comporterà l'esclusione dalla gara o la mancata attribuzione del punteggio, se la Commissione non riesce ad accertare il possesso dei requisiti tecnici minimi, o non riesce a procedere alla valutazione e attribuzione del punteggio sulla base della documentazione tecnica presentata. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'invito alla ditta a sostituire con il campione corrispondente al bene offerto entro il termine perentorio non superiore a 10 giorni. In caso di mancata sostituzione entro il termine assegnato l'offerta sarà esclusa dalla gara. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante. La campionatura sarà restituita al termine delle operazioni di gara a spese della ditta partecipante". Si richiede cortesemente che la richiesta di una campionatura trattasi di refuso in quanto le apparecchiature oggetto di fornitura sono di tipo fisso e non di tipo portatile tali da potersi condurre in prova e visione presso Vs. sede.  
Risposta: Si chiarisce che trattasi effettivamente di un refuso la richiesta di campionatura.

Dipartimento Scienze Radiologiche  
(Strutturale e Transmurale)  
Il Direttore  
Dott. Angelo Trigona

24-10-18

D'ordine del Direttore Servizio Provvedorato  
Dr.ssa Loredana Di Stefano Provvedorato  
Il Collaboratore Provvedorato  
Dott. Giuseppe Sanfilippo