



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto  
Telefono 0922 407268 – 407145  
FAX 0922 407119

PROT: n. 182521 del 22-11-2018

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (fornitura urgente dispositivi cateteri venosi centrali e aghi per biopsia renale).

Questa Azienda ha necessità di procedere all'acquisto urgente, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO/MEPA), della fornitura dei seguenti dispositivi medici richiesti dall'UOC di Nefrologia e Dialisi P.O. Agrigento, aventi le specifiche tecniche di seguito riportate pubblicata sul sito web aziendale www.aspag.it

- A) Kit CVC permanente in materiale carbotano con punta simmetrica per tunnelizzazione retrograda Catetere bilume radiopaco con design a doppia D per tunnellizzazione retrograda, in carbotano, punta simmetrica, ampie fessure laterali romboidali (no fori circolari), introduttore peel-away valvolato; Cuffia in dacron, Calibro 15 Fr circa, lunghezze punta cuffia: range da 19 a 55 cm circa, volume di priming indicato su tratto venoso e arterioso o sulle clamps; e anello in tungsteno sulla punta per migliorare la visualizzazione con RX; - quantità 10;
- B) Kit catetere per emodialisi temporaneo in poliuretano termosensibile tipo Flexi-Smooth con lumi a doppia D, dritto per la vena giugulare con le seguenti caratteristiche tecniche – quantità 30:  
Contenuto del Kit  
Punta morbida e radiopaca;  
dimensioni catetere 11 Fr;  
tappi per iniezione perforabili;  
filo guida a j in acciaio inox;  
ago introduttore;  
dilatatore.  
Kit catetere retto lunghezze: cm. 12- cm. 15 – cm. 20 – cm. 24
- C) Aghi per biopsia renale – quantità 20:  
a ghigliottina, automatici;  
possibilità di effettuare la biopsia in modo automatico o con movimenti separati;  
con sistema di recupero del campione biopsiato senza ricarica;  
tratto interno ecogeno distale;  
calibro 16G, lunghezza 20 cm.;  
centimetrato.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- breve descrizione tecnica del dispositivo proposto (in lingua italiana), con indicazione del CND e Numero Repertorio Dispositivi medici;
- prezzo di acquisto del dispositivo proposto;
- tempo di consegna;

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 26.11.2018.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono indicate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

D'ordine del Direttore Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Loredana De Sario

Collaboratore Amministrativo  
Esperto

(Dr. GIUSEPPE SANFILIPPO)