




Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II"

Sciacca (Ag)

U.O.C. di Cardiologia-UTIC-Emodinamica

Responsabile Dr. Ennio Ciotta



Si riporta la scheda tecnica, fermo restando che saranno considerate ammissibili offerte di attrezzature con caratteristiche equivalenti dal punto di vista clinico a quelle descritte nella scheda tecnica, avuto riguardo alle finalità degli standards da garantire con l'utilizzo dell'attrezzatura richiesta:

- *Elettrocardiografo a 12 canali con acquisizione simultanea delle 12 derivazioni, in modalità automatica e manuale; menù in italiano;*
- *Completo di programma di interpretazione del tracciato ECG con algoritmo di analisi adulto e pediatrico. La stampa interpretativa del tracciato deve riportare i valori delle misure fondamentali, compresi i dati identificativi paziente;*
- *segnalazione del mancato collegamento elettrodo-cute;*
- *visualizzazione di 12 derivazioni a cascata su una sola schermata su display grafico LCD non inferiore a 6.5 pollici (retroilluminato) caratterizzato da buona visibilità; inoltre visualizzazione della frequenza cardiaca e di dati ausiliari relativi al paziente e allo stato dell'apparecchiatura (batteria, etc...);*
- *tastiera alfanumerica per inserimento dati obbligatori per l'identificazione del paziente e dell'esame;*
- *riconoscimento automatico di inversione derivazione periferica o precordiale;*
- *memorizzazione tracciati ECG su memoria interna con possibilità di esportazione dei dati su PC;*
- *stampante integrata con relativa stampa dei tracciati in formato A4, nei formati 3+1, 6, 12 canali;*
- *rilevazione presenza pacemaker;*
- *protezione contro le scariche da defibrillatore;*
- *alimentazione a rete e batterie ricaricabili (menzionare autonomia della batteria in condizioni di funzionamento);*
- *dotato di carrello porta apparecchio dedicato, con ripiano porta accessori e supporto reggicavo;*
- *dotato di n. 6 elettrodi a pompetta n. 4 pinze per arti;*
- *dotato di n. 20 risme carta.*

19/04/2018

Dr. Ennio Ciotta
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
P.O. "G. PAOLO II" - SCIACCA
U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC - EMODINAMICA
DIRIGENTE RESP.: DOTT. ENNIO CIOTTA
AG 3735