



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA**
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848

BREAST UNIT ASP AGRIGENTO

Bell. San. eff.
15.11.18 N

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

p. c.

Al Commissario ASP Agrigento

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
nella qualità di Coordinatore Aziendale dei progetti con fondi vincolati

**ASP Agrigento
Loro Sedi**

Prot. n. 187657 del 15.11.2018

**OGGETTO: Richiesta acquisto Tavolo prono stereotassico 2D per biopsie della mammella –
PON 2014- progetto Breast Unit**

In accordo con quanto previsto dalle linee guida delle maggiori società scientifiche internazionali e nazionali di radiologia medica (in particolare, S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica), da anni la scrivente S.C. Radiologia impiega la biopsia mammaria vuoto-assistita sotto guida stereotassica su tavolo prono per la valutazione istologica delle lesioni mammograficamente sospette (microcalcificazioni, opacità, etc.), evitando di sottoporre le pazienti ad intervento chirurgico a fini di diagnosi. Purtroppo tale servizio fino ad oggi si è reso disponibile solo attraverso la collaborazione con strutture esterne in quanto all'interno della nostra ASP non sono in atto presenti le apparecchiature che consentono l'esecuzione di questo tipo di esame.

In particolare questa collaborazione, seppure efficace da un punto di vista di diagnosi e in accordo con quanto riportato dalle linee guide per il trattamento del carcinoma mammario, non consente di ottenere una rapida diagnosi istologica e allunga notevolmente i tempi del successivo, se necessario, trattamento chirurgico / oncologico, oltre a sottoporre le pazienti a disagi non indifferenti.

Si rende quindi necessario l'acquisto di un tavolo prono stereotassico con le seguenti caratteristiche tecniche :

- Sistema di Targeting a coordinate polari
- Dotazione di Braccio laterale
- Funzione Target on Scout
- Foro Apertura mammella 28mm che consente anche l'introduzione del braccio della paziente qualora la lesione sia situata nella zona ascellare
- Approccio al paziente da ogni lato del tavolo (rotazione a 270 gradi)
- Grande spazio di manovra per gli operatori
- Contatto diretto con gli occhi del paziente
- Massima facilità di posizionamento
- Software semplice con calcolo diretto dello Stroke Margin (distanza punta sonda/dettore)
- Monitor ad alta risoluzione

- Compatibilità Dicom

Per concludere, al fine di organizzare un servizio di senologia che possa offrire dei reali vantaggi in termini di efficacia ed efficienza, si richiede l'acquisto urgente dell'apparecchiatura di cui sopra sono indicate le caratteristiche. L'apparecchiatura richiesta è utile a migliorare ed implementare l'offerta di prestazioni sanitarie già eseguite all'interno della nostra ASP e sarà ubicata nei locali assegnati alla Breast Unit dalla Direzione strategica aziendale.

Si precisa che l'acquisto della suddetta apparecchiatura graverà sulle somme assegnate, nell'ambito dei PON 2014, al progetto "sviluppo rete per i tumori della mammella Istituzione Breast Unit – AG".

Costo stimato euro 170.000 IVA esclusa

Distinti saluti

Dr Antonino Savarino
Coordinatore Breast Unit ASP AG

Canicattì li, 15.11.2018

A.S.P. N. 201 AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CANICATTI'
DR. ANTONINO SAVARINO
DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE
U.O.S. ONCOLOGIA
C.O.I. ENI AM: 3000902409
ISCRIZIONE OPILINE MEDICI AG N. 2884

