

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 2486 DEL 18 DIC. 2018

OGGETTO: Procedura negoziata - tramite RDO/ME.PA. - per l'affidamento della fornitura di n. 9 Incubatrici da reparto per i Punti Nascita dell'ASP di Agrigento. Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 2829 DEL 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Collaboratore Amministrativo

Esperto

(Dr. GIUSEPPE SANFILIPPO)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Il Direttore U.O.C.

Servizio Provveditorato

Dr. Loredana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione ben sollecita riferimento C.E. C.P. 101020581

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO

(Dr. Antonino Fiorentino)

Avvocato

Il Consiglio P. O.

CCG. Amministrativa Cologana Baita

Ai sensi della L. n.241/90 e della L.R. n.10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

Il Responsabile della Struttura Proponente
Il Direttore UOC
Dr. Loredana Di Salvo

Da notificare a: Provveditorato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 OTTO del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ai sensi del combinato disposto

dell'art. 3, comma 6 D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art.20, comma 2 della L. R. n. 5/2009

Prof. dott. Silvio Lo Bosco

coadiuvato

dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, giusta delibera n. 2388 del 05/12/2018
con l'assistenza del Segretario verbalizzante IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANUMA

Dott.ssa Paola Tedesco

VISTO il D.Lgs 502/92 e s.m.i. ;

VISTA la L. R. n. 5/2009;

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17; **PREMESSO** che nell'ambito della pianificazione delle azioni necessarie da porre in essere per il superamento delle criticità segnalate in ordine all'attuale dotazione di attrezzature dei punti nascita di questa ASP, è richiesto l'acquisto di n. 9 Incubatrici da reparto così distribuiti:

- PO Agrigento n. 3;
- PO Canicattì: n. 2;
- PO Licata: n. 2;
- PO Sciacca: n. 2;

CHE sulla base delle specifiche tecniche elaborate dal Direttore UOC Neonatologia con TIN del P.O. di Agrigento, il Servizio proponente ha esperito apposita indagine di mercato per la fornitura di Incubatrici da reparto, inviata a più ditte del settore merceologico ed in più pubblicata sul sito web aziendale per consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo per la fornitura richiesta;

CHE il Direttore UOC Neonatologia con TIN P.O. Agrigento, a seguito della valutazione tecnica dei preventivi, con annessa documentazione tecnica, presentati dalle ditte che hanno risposto all'indagine di mercato di cui sopra, ha consegnato al Servizio proponente la scheda tecnica e la relativa griglia di valutazione per l'acquisto delle incubatrici da reparto (All. 1), documenti elaborati con il supporto dell'ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie nell'ambito del contratto in essere con questa ASP, comprendente anche la consulenza per le acquisizioni di attrezzature e dispositivi sanitari;

CHE il Direttore ff del Dipartimento Materno Infantile ha confermato la priorità di provvedere all'acquisto di n. 9 Incubatrici da reparto, come da annotazione apposta in calce alle specifiche tecniche e griglia di valutazione di cui sopra;

con le specifiche tecniche elaborate dal Responsabile della suddetta U.O, necessità confermata dal;

CHE i Dirigenti Responsabili delle UU.OO. di Neonatologia e Pediatria dei PP.OO. di Agrigento, Licata e Sciacca hanno confermato la necessità e l'urgenza di acquistare le incubatrici da reparto;

CHE sulla base dell'indagine di mercato di cui sopra, risulta possibile attivare una procedura per l'acquisto di n. 9 Incubatrici da reparto, con la configurazione e accessori descritti nelle schede tecniche di cui sopra, per una spesa stimata in € 153.000,00= + IVA;

ATTESO

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), i beni richiesti non rientrano tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti rientrano tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 6 per gli acquisti

tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;

- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 - n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 01.03.2018, e n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" adottata con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 424 del 02.05.2018;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA, per l'affidamento della fornitura di n. 9 Incubatrici da reparto per i Punti nascita dell'ASP di Agrigento (n. 3 P.O. Agrigento, n. 2 P.O. Canicattì, n. 2 P.O. Licata e n. 2 P.O. Sciacca), per un importo complessivo base di € 153.000,00= + IVA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, interpellando tutte le ditte accreditate sul predetto ME.PA. Bando Beni Forniture specifiche per la sanità – attrezzature elettromedicali;
- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. 2) che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquirenti ME.PA., dandosi atto che tale documento prevede la seguente clausola "*Entro 24 mesi dalla stipula del contratto l'ASP si riserva l'opzione di acquistare ulteriori quantità di beni oggetto del presente contratto, presso la ditta aggiudicataria, che ha l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente contratto; l'opzione può essere esercitata entro il limite dell'importo complessivo massimo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (inferiore ad € 221.000,00= IVA esclusa), senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso*";
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, coadiuvato dal gruppo di lavoro ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018, individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato come segue:

Funzione affidata	Nominativo
Programmazione spesa	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Predisposizione e controllo procedure bando ed esecuzione	Sig.ra Daniela Parla Sig.ra Rosa Vella
Responsabile Unico Procedimento	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Direttore esecuzione contratto/ Verificatore conformità	Dr. Adriano Azzali Direttore UOC Neonatologia con TIN PO Agrigento, con l'assistenza dei dirigenti responsabili UU.OO. Pediatria PP.OO. Canicattì, Licata, Sciacca
Supporto DEC	Sig.ra Daniela Parla - Sig.ra Rosa Vella

DATO ATTO

- CHE l'intervento di acquisto in argomento risulta previsto nel piano investimenti per il triennio 2018-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento da iscrivere sul conto n. A101020501 del corrente bilancio, ammontante ad € 153.000,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura Incubatrici da reparto	€ 153.000,00
IVA aliquota 22%	€ 33.660,00



Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 3.060,00
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 189.945,00

è finanziato con risorse del bilancio aziendale, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

- **CHE** si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 225,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

Con il parere FAVORISCE del Direttore Amministrativo


D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

AUTORIZZARE, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA, per l'affidamento della fornitura di n. 9 Incubatrici da reparto per i Punti nascita dell'ASP di Agrigento (n. 3 P.O. Agrigento, n. 2 P.O. Canicattì, n. 2 P.O. Licata e n. 2 P.O. Sciacca), per un importo complessivo base di € 153.000,00= + IVA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, interpellando tutte le ditte accreditate sul predetto ME.PA. Bando Beni Forniture specifiche per la sanità – attrezzature elettromedicali;

2. **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. 2), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., dandosi atto che tale documento prevede la seguente clausola *"Entro 24 mesi dalla stipula del contratto l'ASP si riserva l'opzione di acquistare ulteriori quantità di beni oggetto del presente contratto, presso la ditta aggiudicataria, che ha l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente contratto; l'opzione può essere esercitata entro il limite dell'importo complessivo massimo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (inferiore ad € 221.000,00= IVA esclusa), senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso"*;
3. **PRENDERE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n.





1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, coadiuvato dal gruppo di lavoro ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018, individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato come segue:

Funzione affidata	Nominativo
Programmazione spesa	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Predisposizione e controllo procedure bando ed esecuzione	Sig.ra Daniela Parla Sig.ra Rosa Vella
Responsabile Unico Procedimento	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Direttore esecuzione contratto/ Verificatore conformità	Dr. Adriano Azzali Direttore UOC Neonatologia con TIN PO Agrigento, con l'assistenza dei dirigenti responsabili UU.OO. Pediatria PP.OO. Canicattì, Licata, Sciacca
Supporto DEC	Sig.ra Daniela Parla - Sig.ra Rosa Vella

- DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e di relativo avviso sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- DARE ATTO** che l'intervento di acquisto in argomento risulta previsto nel piano investimenti per il triennio 2018-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento da iscrivere sul conto n. A101020501 del corrente bilancio, ammontante ad € 153.000,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:


Fornitura Incubatrici da reparto	€ 153.000,00
IVA aliquota 22%	€ 33.660,00
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 3.060,00
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 189.945,00

è finanziato con risorse del bilancio aziendale, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

- DARE ATTO** che si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 225,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017;
- DARE** mandato al Servizio proponente per l'esecuzione di ogni adempimento consequenziale all'adozione del presente atto, che si dichiara immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza che la fornitura riveste;
- DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca




IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Prof. Dott. Silvio Lo Bosco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(L' TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco



Specifiche Tecniche (Incubatrice Neonatale da Reparto)

1. Possibilità approccio dai 4 lati;
2. Almeno 4 oblò;
3. Modulo pulsossimmetria tecnologia masino;
4. Tutti gli accessi (oblò/pannelli) a meccanismo silenziato;
5. Gruppo ventola umidità/riscaldamento con rumorosità più bassa possibile dichiarare Db;
6. Impossibilità apertura incontrollata portelli di accesso;
7. Cassetto porta lastre accessibile senza aprire la termoculla;
8. Cortina d'aria per ridurre la diminuzione della temperatura nella culla;
9. Visibilità ottimale da tutti i 5 lati;
10. Camera di umidificazione estraibile e sanificabile con facilità;
11. Range umidità relativa temperatura 40 - 90%;
12. Pannelli facilmente smontabili e sanificabili senza cerniere, facilmente pulibili e sanificabili;
13. Filtro aria elettrostatico o similare;
14. Temperatura in servocontrollo cute e manuale T°aria tra 23 e 37°C iperT° sino 39°C;
15. Dimensione materasso almeno 35x60 cm;
16. Cassetto porta corredo integrato;
17. Carrello ad altezza variabile con ruote piroettanti di almeno 10cm diametro con freno;
18. Allarmi temperatura-umidità livello acqua basso o assente-mancata alimentazione elettrica;
19. O2 erogato servo e manuale con misuratore ossigeno presente in termoculla;
20. Allarmi FiO2 mancato flusso O2;
21. Bilancia integrata;

Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, per il lotto, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica.

1. Garanzia non inferiore a 2 anni;

N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:

1.1 Condizioni generali di assistenza tecnica;

1.1.1 Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature;

1.1.2 Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna;

1.1.3 Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.);

1.1.4 Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso;

1.1.5 Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni;

1.2 Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata.

1.3 Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano;

N.B. Indicare la sede operativa

1.4 La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo;

N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali

1.5 Almeno N° 1 giorno di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante).

N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto

1.6 Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore.

N.B. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.

1.7 Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5);

1.8 Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dal costruttore;


N.B. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;

1.9 La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc.);

N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

18/5/2018

AVL



Caratteristiche tecniche migliorative - Incubatrice neonatale da reparto

AN 1

Caratteristiche migliorative V_i		Punteggio massimo pt_i	
Incubatrice da reparto			
V_1	Apparecchiatura di ultima generazione (indicare anno di immissione nel mercato del modello offerto);	$pt_1 =$	4
V_2	<u>Autonomia della/e batteria/e interna/e:</u> sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con autonomia massima e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_2 =$	4
V_3	<u>Rumorosità in db;</u> sarà concesso il punteggio massimo all'incubatrice con rumorosità più bassa e inferiore per le altre apparecchiature	$pt_3 =$	4
V_4	<u>Peso dell'incubatrice;</u> sarà concesso il punteggio massimo all'incubatrice con peso più basso e inferiore per le altre apparecchiature	$pt_4 =$	4
V_5	<u>Modulo Pulsossimmetria integrato;</u>	$pt_5 =$	3
V_6	<u>Dimensioni pannello di controllo (display);</u> sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con display di dimensioni massime e inferiore per le altre apparecchiature	$pt_6 =$	4
V_7	<u>Numero di parametri visualizzabili, contemporaneamente, mediante display di controllo;</u> sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con numero di parametri visualizzabili contemporaneamente a display massimo e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_7 =$	4
V_8	<u>Numero di allarmi presenti;</u> sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con il maggiore numero di allarmi e inferiore per le altre apparecchiature (elencare parametri allarme controllati);	$pt_8 =$	4
V_9	Dotata di autotest o test attivabile manualmente atto al controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura;	$pt_9 =$	3
V_{10}	<u>Range di regolazione della temperatura interna;</u> sarà concesso il punteggio massimo al range più ampio e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{10} =$	4
V_{11}	<u>Step di regolazione del valore di temperatura interna;</u> sarà concesso il punteggio massimo allo step di regolazione più piccolo e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{11} =$	4
V_{12}	<u>Dimensione del materassino;</u> sarà concesso il punteggio massimo al materassino più grande rispetto a quello richiesto come requisito minimo e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{12} =$	4
V_{13}	<u>Presenza di oblò protetto da membrana ad iride;</u>	$pt_{13} =$	3
V_{14}	<u>Possibilità di pesata automatica;</u>	$pt_{14} =$	3
V_{15}	<u>Accesso al cassetto porta lastre da ambedue i lati lunghi;</u>	$pt_{15} =$	2
V_{16}	<u>Presenza di indicatore di livello acqua nella camera di umidificazione</u>	$pt_{16} =$	2
V_{17}	<u>Possibilità di smontaggio dei pannelli senza l'ausilio di utensili</u>	$pt_{17} =$	2

Condizioni di fornitura ed assistenza tecnica			
V_{18}	Ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta come requisito minimo;	$pt_{18} =$	6
V_{19}	<u>Tempo di fornitura del muletto in caso di guasto (comunque non superiore a 72 ore);</u> sarà concesso il punteggio massimo alla ditta che si impegna a fornire un'apparecchiatura sostitutiva, di caratteristiche analoghe o superiori, nel tempo più breve e proporzionalmente inferiore per le altre;	$pt_{19} =$	2
V_{20}	Giorni di training offerti al personale utilizzatore superiore a quello richiesto come requisito minimo;	$pt_{20} =$	3
V_{21}	Eventuali corsi di formazione al personale tecnico del SIC, anche fuori sede, con rilascio di attestato abilitante all'esecuzione della manutenzione periodica ed di interventi tecnici di primo livello.	$pt_{21} =$	3



Am 1 Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto – Incubatrice neonatale da reparto:

Caratteristiche valutate con il criterio SI/NO:

- V_5 – Presenza Modulo Pulsossimmetria integrato.
- V_9 – Dotata di autotest o test attivabile manualmente atto al controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura
- V_{13} – Presenza di oblò protetto da membrana ad iride
- V_{14} – Possibilità di pesata automatica
- V_{15} – Accesso al cassetto porta lastre da ambedue i lati lunghi
- V_{16} – Presenza di indicatore di livello acqua nella camera di umidificazione
- V_{17} – Possibilità di smontaggio dei pannelli senza l'ausilio di utensili
- V_{20} – Giorni di training offerti al personale utilizzatore.
- V_{21} – Eventuali corsi di formazione al personale tecnico del SIC, anche fuori sede, con rilascio di attestato abilitante all'esecuzione della manutenzione periodica ed di interventi tecnici di primo livello.

Per V_i con $i = 5,9,13,14,15,16,17,20,21$ vale la seguente relazione:

$$\text{Se } V_i = \text{Sì}, \rightarrow P = pt_i$$

$$\text{Se } V_i = \text{No}, \rightarrow P = 0$$

Caratteristiche valutate con il criterio della proporzionalità:

- V_2 – Autonomia della/e batteria/e interna/e;
- V_3 – Rumorosità in db;
- V_4 – Peso dell'incubatrice;
- V_6 – Dimensioni pannello di controllo (display);
- V_7 – Numero di parametri visualizzabili, contemporaneamente, mediante display di controllo;
- V_8 – Numero di allarmi presenti;
- V_{11} – Step di regolazione del valore di temperatura interna;
- V_{12} – Dimensione del materassino;
- V_{19} – Tempo di fornitura del muletto in caso di guasto (comunque non superiore a 72 ore);

Per V_i con $i = 2,6,7,8,12$, vale la seguente relazione:

$$P = \frac{V_i * pt_i}{V_{Max}}$$

in cui:


- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;
- V_{Max} è il massimo valore dichiarato dai concorrenti.

Per V_i con $i = 3,4,11,19$ vale la seguente relazione:

$$P = \frac{V_{Max} * pt_i}{V_i}$$

in cui:

- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;



- V_{Max} è il più basso valore dichiarato dai concorrenti.

Aut. 1

Ulteriori criteri valutativi:

- V_{10} – Range di regolazione della temperatura;

Per V_i con $i = 10$, vale la seguente relazione:

$$R_{Max} - R_{min} = V_i$$

in cui:

- R_{Max} è il valore relativo al parametro in analisi più elevato raggiungibile;
- R_{min} è il valore relativo al parametro in analisi più basso raggiungibile.

$$P = \frac{V_i * pt_i}{V_{iMax}}$$

in cui:

- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;
- V_{iMax} è il massimo valore dichiarato dai concorrenti.

- V_{18} – Ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta come requisito minimo;

Vengono concessi due punti per ogni anno di garanzia offerta in più, rispetto ai due anni richiesti come requisito minimo, fino ad un massimo di sei punti.


- V_1 – Apparecchiatura di ultima generazione (indicare anno di immissione nel mercato del modello offerto);


Se $V_1 < 2$ Anni	→	$P = 4$
Se 2 Anni $\leq V_1 \leq 4$ Anni	→	$P = 4 - 2 = 2$
Se 4 Anni $< V_1 < 6$ Anni	→	$P = 4 - 3 = 1$
Se $V_1 \geq 6$ Anni	→	$P = 0$

Aut. 1

18/5/2018

18/9/18 Si pubblica su Repubblica M.I. l'edizione la parte dell'aperto
sia f. & T. Industrie S. reperto
D. C. Repubblica P. Giacalone





AN 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrig

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.yo esperto

Telefono 0922 407268 - 407145

FAX 0922 407119

THEORY AND PRACTICE

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. per l'affidamento della fornitura di n. 9 Incubatrici da reparto per i punti nascita dell'ASP di Agrigento (Codice CUP _____ Codice CIG _____).

Il presente documento denominato “Condizioni particolari di contratto” disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente “Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a “Forniture specifiche per la Sanità”.

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____, esecutiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 2 e n. 4 - procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., per l'affidamento della fornitura di n. 9 Incubatrici da reparto per i punti nascita dell'ASP di Agrigento per un importo base di gara di € 153.000,00= + IVA, aventi le specifiche tecniche minime, configurazione e accessori descritti nella scheda tecnica allegata con annessa griglia di valutazione, elaborati dal Direttore UOC Neonatologia con TIN P.O. Agrigento, con il supporto dell'ingegnere clinico, da consegnare ed installare presso le seguenti strutture:


- PO Agrigento n. 3;
 - PO Canicattì: n. 2;
 - PO Licata: n. 2;
 - PO Sciacca: n. 2;

Se necessario per la formulazione dell'offerta, le ditte interessate possono effettuare apposito sopralluogo presso i suddetti PP.OO.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegnna, installazione e collaudo presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
 - Ogni prestazione richiesta dall'allegata scheda tecnica e annessa griglia di valutazione, ed ogni prestazione offerta quale caratteristica migliorativa;
 - durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo, salvo ulteriore periodo eventualmente offerto – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore (vedasi punto 5 delle modalità di esecuzione della fornitura e scheda tecnica allegata);
 - corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura non inferiore a 1 giorno , salvo ulteriore periodo eventualmente offerto;

Questa ASP si riserva l'opzione, da esercitarsi entro 24 mesi dalla stipula del contratto, di acquistare ulteriori quantità di beni oggetto del presente contratto, presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente contratto, entro il limite dell'importo complessivo massimo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016



(inferiore ad € 221.000,00= IVA esclusa), senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso. Si rinvia al punto 3) delle modalità di esecuzione del presente documento.

Nella considerazione che il presente appalto comprende l'esecuzione di più prestazioni, il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal punto 7) delle modalità di esecuzione del presente documento.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;
- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo d'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";
- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

La ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica". La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standards funzionali e prestazionali da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ex art. 95 D.Lgs.50/2016, previo giudizio di conformità tecnica, in base ai seguenti parametri:

- a) QUALITÀ Punteggio Massimo Qualità = 70
- b) PREZZO Punteggio Massimo Prezzo = 30

Il punteggio per la voce "Qualità" sarà attribuito in base ai criteri riportati nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al presente documento.

Il punteggio per la voce "Prezzo" sarà attribuito come di seguito indicato:

per la determinazione del prezzo della fornitura PI, si procederà per come segue:
all'offerta che presenterà il prezzo più basso verrà assegnato il massimo del punteggio previsto (punti 30), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi secondo la seguente formula:



PI = Prezzo più basso/ prezzo ditta valutata x 30

La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (qualità + prezzo).

Il punteggio relativo alle voci "Qualità" e "Prezzo" sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice, composta e nominata secondo le norme dell'art. 8 della L.R. 12/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 24 della L.R. 8/2016; si richiama, altresì, il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. la ditta partecipante deve allegare, pena l'esclusione dalla gara, la ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e dalla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20.12.2017, dell'importo di € 20,00; per l'effettuazione del versamento consultare il sito internet www.anticorruzione.it (contributi in sede di gara); la ricevuta del versamento va presentata nella modalità richiesta tramite piattaforma MEPA;
4. breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene



offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste (indicate nella scheda tecnica allegata) con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici dell'attrezzatura offerta; dovrà essere descritta ogni soluzione offerta in relazione alle caratteristiche migliorative, seguendo ogni voce di cui alla griglia di valutazione allegata;

5. Dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
6. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
7. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura.


In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:


- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (almeno 24 mesi, salvo ulteriore periodo di garanzia full-risk offerto, in aggiunta ai 24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori




- od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 3) Entro 24 mesi dalla stipula del contratto l'ASP si riserva l'opzione di acquistare ulteriori quantità di beni oggetto del presente contratto, presso la ditta aggiudicataria, che ha l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente contratto; l'opzione può essere esercitata entro il limite dell'importo complessivo massimo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (inferiore ad € 221.000,00= IVA esclusa), senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso;
 - 4) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
 - 5) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nella scheda tecnica allegata al presente documento; ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di validità del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni eventuale aggiornamento software predisposto dal costruttore.
 - 6) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla



risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 7) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura nella misura del 90% dell'importo offerto e aggiudicato, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo (collaudo); la fattura nella misura del restante 10% dell'importo aggiudicato, dovrà essere emessa dopo la conclusione del periodo di garanzia full-risk offerto (minimo 24 mesi da collaudo, salvo ulteriore periodo eventualmente offerto); la fattura emessa in difformità da quanto previsto dal presente documento, sarà rigettata; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 8) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 9) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 11) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinvolti a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.



12) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.


La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

**Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo**

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)**





Specifiche Tecniche (Incubatrice Neonatale da Reparto)

1. Possibilità approccio dai 4 lati;
2. Almeno 4 oblò;
3. Modulo pulsossimetria tecnologia masino;
4. Tutti gli accessi (oblò/pannelli) a meccanismo silenziato;
5. Gruppo ventola umidità/riscaldamento con rumorosità più bassa possibile dichiarare Db;
6. Impossibilità apertura incontrollata portelli di accesso;
7. Cassetto porta lastre accessibile senza aprire la termoculla;
8. Cortina d'aria per ridurre la diminuzione della temperatura nella culla;
9. Visibilità ottimale da tutti i 5 lati;
10. Camera di umidificazione estraibile e sanificabile con facilità;
11. Range umidità relativa temperatura 40 - 90%;
12. Pannelli facilmente smontabili e sanificabili senza cerniere, facilmente pulibili e sanificabili;
13. Filtro aria elettrostatico o similare;
14. Temperatura in servocontrollo cute e manuale T°aria tra 23 e 37°C iperT° sino 39°C;
15. Dimensione materasso almeno 35x60 cm;
16. Cassetto porta corredo integrato;
17. Carrello ad altezza variabile con ruote piroettanti di almeno 10cm diametro con freno;
18. Allarmi temperatura-umidità livello acqua basso o assente-mancata alimentazione elettrica;
19. O2 erogato servo e manuale con misuratore ossigeno presente in termoculla;
20. Allarmi FiO2 mancato flusso O2;
21. Bilancia integrata;

Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, per il lotto, oltre quelle già descritte, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica.

1. Garanzia non inferiore a 2 anni;

N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:

- 1.1 Condizioni generali di assistenza tecnica;

1.1.1 Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature;

1.1.2 Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna;

1.1.3 Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.);

1.1.4 Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso;

1.1.5 Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni;

1.2 Tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata.

1.3 Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano;

N.B. Indicare la sede operativa

1.4 La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo;

N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali

1.5 Almeno N° 1 giorno di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante).

N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto

1.6 Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore.

N.B. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.


1.7 Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5);

1.8 Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dal costruttore;

N.B. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;

1.9 La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc.);


N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa.



Caratteristiche tecniche migliorative - Incubatrice neonatale da reparto

Caratteristiche migliorative V_i		Punteggio massimo pt_i	
Incubatrice da reparto			
V_1	Apparecchiatura di ultima generazione (indicare anno di immissione nel mercato del modello offerto);	$pt_1 =$	4
V_2	-----	$pt_2 =$	-----
V_3	<u>Rumorosità in db</u> ; sarà concesso il punteggio massimo all'incubatrice con rumorosità più bassa e inferiore per le altre apparecchiature	$pt_3 =$	4
V_4	<u>Peso dell'incubatrice</u> ; sarà concesso il punteggio massimo all'incubatrice con peso più basso e inferiore per le altre apparecchiature	$pt_4 =$	4
V_5	<u>Modulo Pulsossimmetria integrato</u> ;	$pt_5 =$	3
V_6	<u>Dimensioni pannello di controllo (display)</u> ; sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con display di dimensioni massime e inferiore per le altre apparecchiature	$pt_6 =$	4
V_7	<u>Numero di parametri visualizzabili, contemporaneamente, mediante display di controllo</u> ; sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con numero di parametri visualizzabili contemporaneamente a display massimo e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_7 =$	4
V_8	<u>Numero di allarmi presenti</u> ; sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con il maggiore numero di allarmi e inferiore per le altre apparecchiature (elencare parametri allarme controllati);	$pt_8 =$	4
V_9	Dotata di autotest o test attivabile manualmente atto al controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura;	$pt_9 =$	3
V_{10}	<u>Range di regolazione della temperatura interna</u> ; sarà concesso il punteggio massimo al range più ampio e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{10} =$	4
V_{11}	<u>Step di regolazione del valore di temperatura interna</u> ; sarà concesso il punteggio massimo allo step di regolazione più piccolo e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{11} =$	4
V_{12}	<u>Dimensione del materassino</u> ; sarà concesso il punteggio massimo al materassino più grande rispetto a quello richiesto come requisito minimo e inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{12} =$	4
V_{13}	<u>Presenza di oblò protetto da membrana ad iride</u> ;	$pt_{13} =$	3
V_{14}	<u>Possibilità di pesata automatica</u> ;	$pt_{14} =$	3
V_{15}	<u>Accesso al cassetto porta lastre da ambedue i lati lunghi</u> ;	$pt_{15} =$	2
V_{16}	<u>Presenza di indicatore di livello acqua nella camera di umidificazione</u>	$pt_{16} =$	2
V_{17}	<u>Possibilità di smontaggio dei pannelli senza l'ausilio di utensili</u>	$pt_{17} =$	2

Condizioni di fornitura ed assistenza tecnica			
V_{18}	Ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta come requisito minimo;	$pt_{18} =$	6
V_{19}	<u>Tempo di fornitura del muletto in caso di guasto (comunque non superiore a 72 ore)</u> ; sarà concesso il punteggio massimo alla ditta che si impegna a fornire un'apparecchiatura sostitutiva, di caratteristiche analoghe o superiori, nel tempo più breve e proporzionalmente inferiore per le altre;	$pt_{19} =$	4
V_{20}	Giorni di training offerti al personale utilizzatore superiore a quello richiesto come requisito minimo;	$pt_{20} =$	3
V_{21}	Eventuali corsi di formazione al personale tecnico del SIC, anche fuori sede, con rilascio di attestato abilitante all'esecuzione della manutenzione periodica ed di interventi tecnici di primo livello.	$pt_{21} =$	3



Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative relative al Lotto – Incubatrice neonatale da reparto:

Caratteristiche valutate con il criterio SI/NO:

- V_5 – Presenza Modulo Pulsossimmetria integrato.
- V_9 – Dotata di autotest o test attivabile manualmente atto al controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura
- V_{13} – Presenza di oblò protetto da membrana ad iride
- V_{14} – Possibilità di pesata automatica
- V_{15} – Accesso al cassetto porta lastre da ambedue i lati lunghi
- V_{16} – Presenza di indicatore di livello acqua nella camera di umidificazione
- V_{17} – Possibilità di smontaggio dei pannelli senza l'ausilio di utensili
- V_{20} – Giorni di training offerti al personale utilizzatore.
- V_{21} – Eventuali corsi di formazione al personale tecnico del SIC, anche fuori sede, con rilascio di attestato abilitante all'esecuzione della manutenzione periodica ed di interventi tecnici di primo livello.

Per V_i con $i = 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21$ vale la seguente relazione:

$$\text{Se } V_i = \text{Sì}, \rightarrow P = pt_i$$

$$\text{Se } V_i = \text{No}, \rightarrow P = 0$$

Caratteristiche valutate con il criterio della proporzionalità:

- V_2 – Autonomia della/e batteria/e interna/e;
- V_3 – Rumorosità in db;
- V_4 – Peso dell'incubatrice;
- V_6 – Dimensioni pannello di controllo (display);
- V_7 – Numero di parametri visualizzabili, contemporaneamente, mediante display di controllo;
- V_8 – Numero di allarmi presenti;
- V_{11} – Step di regolazione del valore di temperatura interna;
- V_{12} – Dimensione del materassino;
- V_{19} – Tempo di fornitura del muletto in caso di guasto (comunque non superiore a 72 ore);

Per V_i con $i = 2, 6, 7, 8, 12$, vale la seguente relazione:

$$P = \frac{V_i * pt_i}{V_{Max}}$$

in cui:


- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;
- V_{Max} è il massimo valore dichiarato dai concorrenti.

Per V_i con $i = 3, 4, 11, 19$ vale la seguente relazione:

$$P = \frac{V_{Max} * pt_i}{V_i}$$

in cui:

- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;



- V_{Max} è il più basso valore dichiarato dai concorrenti.

All 2

Ulteriori criteri valutativi:

- V_{10} – Range di regolazione della temperatura;

Per V_i con $i = 10$, vale la seguente relazione:

$$R_{Max} - R_{min} = V_i$$

in cui:

- R_{Max} è il valore relativo al parametro in analisi più elevato raggiungibile;
- R_{min} è il valore relativo al parametro in analisi più basso raggiungibile.

$$P = \frac{V_i * pt_i}{V_{iMax}}$$

in cui:

- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;
- V_{iMax} è il massimo valore dichiarato dai concorrenti.

- V_{18} – Ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta come requisito minimo;

Vengono concessi due punti per ogni anno di garanzia offerta in più, rispetto ai due anni richiesti come requisito minimo, fino ad un massimo di sei punti.


- V_1 – Apparecchiatura di ultima generazione (indicare anno di immissione nel mercato del modello offerto);


Se $V_1 < 2$ Anni $\rightarrow P = 4$

Se 2 Anni $\leq V_1 \leq 4$ Anni $\rightarrow P = 4 - 2 = 2$

Se 4 Anni $< V_1 < 6$ Anni $\rightarrow P = 4 - 3 = 1$

Se $V_1 \geq 6$ Anni $\rightarrow P = 0$





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Icaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato **l'approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato **l'annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal **18 DIC. 2018**

Agrigento, li

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE DI ATTI E ANUMA
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO