

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 2521 DEL 18 DIC. 2018

OGGETTO: Procedura negoziata - tramite RDO/ME.PA. - per l'affidamento della fornitura di n. 6 Ventilatori polmonari da trasporto per i PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata. Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 2897 DEL 18-12-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1 Collaboratore Amministrativo
Esperito
(Dr. GIUSEPPE SANFILIPPO)

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Lorettina Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione 21 dicembre 2018

C.E.

C.P.

IL DIRETTORE U.O.C. E PATRIMONIO
(Dr. Antonino Fiorentino)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amin. Giuseppe Picchio

Ai sensi della L. n.241/90 e della L.R. n.10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE U.O.C.
Il Responsabile della Struttura Proponente
Dr. Lorettina Di Salvo

Da notificare a: Provveditorato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 OTTO del mese di DICEMBRE nella sede
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ai sensi del combinato disposto

dell'art. 3, comma 6 D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art.20, comma 2 della L. R. n. 5/2009
Prof. dott. Silvio Lo Bosco

coadiuvato

dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, giusta delibera n. 2388 del 05/12/2018
con l'assistenza del Segretario verbalizzante IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANUMA

Dott.ssa Patrizia Tedesco

VISTO il D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 5/2009;

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17;

PREMESSO che il Direttore ff UOC Anestesia e Rianimazione AG1 – Dr. Antonio Marotta – ha richiesto, con nota prot. n. 5504 del 10.01.2018, l'acquisto di n. 3 Ventilatori polmonari da trasporto destinati n. 1 per stanza emergenza della Rianimazione e n. 1 per emodinamica del P.O. di Agrigento in sostituzione di analoghe attrezzature fuori supporto tecnico, e n. 1 da assegnare all'Ambulanza da Rianimazione in dotazione al medesimo P.O. di Agrigento (All. 1);

CHE con nota prot. n. 30830 del 19.02.2018 è stata avviata apposita indagine di mercato, inviata a più ditte specializzate del settore merceologico, ed in più pubblicata sul sito web aziendale per consentire ad altre ditte di partecipare, in aggiunta a quelle interpellate, cui ha risposto solo la ditta Air Liquide Medical Systems S.r.l. presentando la dichiarazione di unicità dell'attrezzatura proposta;

CHE con l'allegata nota del 06.06.2018 (All. 2), il Direttore ff UOC Anestesia e Rianimazione AG1 ha aggiornato il fabbisogno di ventilatori polmonari da trasporto con caratteristiche infungibili Air Liquide Monnal T60, come di seguito riportato:

- N. 2 Ventilatori per UOC Cardiologia sala emodinamica e UOC Anestesia e Rianimazione – stanza emergenza del P.O. di Agrigento (per le motivazioni sopra riportate);
- N. 2 Ventilatori per UOC Radiologia sala TAC e UO Pronto Soccorso P.O. di Canicattì, in atto sprovviste di tali apparecchiature;
- N. 2 Ventilatori per UOC Radiologia sala TAC e UO Pronto Soccorso P.O. di Licata in sostituzione di analoghe attrezzature da dismettere per mancanza di parti di ricambio;

ATTESO

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che il bene richiesto rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

CHE per procedere all'acquisto delle attrezzature richieste dalla suddetta struttura sanitaria, per una spesa stimata di € 94.500,00= + IVA, si ritiene attivare una procedura di gara telematica a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per accettare l'esclusività ed infungibilità della fornitura per caratteristiche tecniche, ivi compreso il vantaggio di poter funzionare con qualsiasi circuito respiratorio e non con circuito dedicato, dichiarata dal dirigente medico richiedente e dalla Air Liquide Medical Systems S.r.l.;



VISTI


- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per affidamenti di importo da 40.000 euro sino alla soglia comunitaria, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 01.03.2018, e n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" adottata con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 424 del 02.05.2018;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 6 Ventilatori polmonari da trasporto con caratteristiche infungibili Air Liquide Monnal T60 per le sopra indicate UU.OO. dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata, per un importo complessivo base di € 94.500,00= + IVA, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), dandosi atto di quanto segue:

- che, al fine di soddisfare gli oneri motivazionali in relazione alla scelta del contraente affidatario della fornitura, l'affidamento è preceduto da una Richiesta di Offerta (RDO) aperta sulla piattaforma ME.PA./Consip, per accertare l'esclusività ed infungibilità della fornitura per caratteristiche tecniche, ivi compreso il vantaggio di poter funzionare con qualsiasi circuito respiratorio e non con circuito dedicato, dichiarata dal dirigente medico richiedente e dalla Air Liquide Medical Systems S.r.l., verificando se vengono presentate offerte di ventilatori polmonari da trasporto con le caratteristiche tecniche conformi a quelle oggetto della presente procedura, in base alle condizioni previste nell'allegato documento Condizioni particolari di contratto;
- che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate ex art. 95, comma 4, lettere b) del D.Lgs. 50/2016, e Linee Guida ANAC n. 2, attesa l'unicità ed infungibilità del ventilatore polmonare da trasporto Air Liquide Monnal T60 richiesto;
- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. 3) che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017,





coadiuvato dal gruppo di lavoro ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018, individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato come segue:

Funzione affidata	Nominativo
Programmazione spesa	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Predisposizione e controllo procedure bando ed esecuzione	Sig. Alfonso De Leo Sig.ra Daniela Parla Sig.ra Rosa Vella
Responsabile Unico Procedimento	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Direttore esecuzione contratto/ Verificatore conformità	Dr. Antonio Marotta Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
Supporto DEC	Sig. Alfonso De Leo Sig.ra Daniela Parla Sig.ra Rosa Vella

DATO ATTO che l'intervento di acquisto in argomento risulta previsto nel piano investimenti per il triennio 2018-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento da iscrivere sul conto n. A101020501 del corrente bilancio, ammontante presuntivamente ad € 94.500,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura ventilatori polmonari da trasporto	€ 94.500,00
IVA aliquota 22%	€ 20.790,00
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 1.890,00
Contributo ANAC	€ 30,00
TOTALE	€ 117.210,00

finanziato con risorse del bilancio aziendale, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1º gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza della negoziazione;

CHE si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 30,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017;


Dato atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

Con il parere FAV? NÈ NULÉ del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 6 Ventilatori polmonari da trasporto



con caratteristiche infungibili Air Liquide Monnal T60 per le sotto elencate UU.OO. dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata, per un importo complessivo base di € 94.500,00= + IVA, a mezzo RDO aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), dando atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, previo giudizio di conformità tecnica, per le motivazioni indicate in premessa:


- N. 2 Ventilatori per UOC Cardiologia sala emodinamica e UOC Anestesia e Rianimazione – stanza emergenza del P.O. di Agrigento;
- N. 2 Ventilatori per UOC Radiologia sala TAC e UO Pronto Soccorso P.O. di Canicattì;
- N. 2 Ventilatori per UOC Radiologia sala TAC e UO Pronto Soccorso P.O. di Licata;

2. **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. 3), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
3. **PRENDERE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, coadiuvato dal gruppo di lavoro ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018, individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato come segue:

Funzione affidata	Nominativo
Programmazione spesa	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Predisposizione e controllo procedure bando ed esecuzione	Sig. Alfonso De Leo Sig.ra Daniela Parla Sig.ra Rosa Vella
Responsabile Unico Procedimento	Dr. Giuseppe Sanfilippo
Direttore esecuzione contratto/ Verificatore conformità	Dr. Antonio Marotta Direttore UOC Anestesia e Rianimazione
Supporto DEC	Sig. Alfonso De Leo Sig.ra Daniela Parla Sig.ra Rosa Vella

4. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa pagina in cui è pubblicato l'avviso di volontaria trasparenza;
5. **DARE ATTO** che l'intervento di acquisto in argomento risulta previsto nel piano investimenti per il triennio 2018-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento da iscrivere sul conto n. A101020501 del corrente bilancio, ammontante presuntivamente ad € 56.750,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura ventilatori polmonari da trasporto	€ 94.500,00
IVA aliquota 22%	€ 20.790,00
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 1.890,00




Contributo ANAC	€ 30,00
TOTALE	€ 117.210,00


è finanziato con risorse del bilancio aziendale, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza della negoziazione;

6. **DARE ATTO** che si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 30,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017;
7. **DARE** mandato al Servizio proponente per l'esecuzione di ogni adempimento consequenziale all'adozione del presente atto, che si dichiara immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza che la fornitura riveste;
8. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca




IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Prof. Dott. Silvio Lo Bosco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZ|VA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco







AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 - 407145

FAX 0922 407119


Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. aperta per l'affidamento della fornitura di n. 6 Ventilatori polmonari da trasporto con caratteristiche infungibili Air Liquide Monnal T60 per varie UU.OO. dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata (Codice gara _____ CIG _____).

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____, esecutiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 2 e n. 4 - procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., per l'affidamento della fornitura di n. 6 Ventilatori polmonari da trasporto con caratteristiche infungibili Air Liquide Monnal T60 per le sotto elencate UU.OO. dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata, per un importo complessivo base di € 94.500,00= + IVA, con le specifiche tecniche infungibili di cui all'allegata richiesta del Direttore UOC Anestesia e Rianimazione AG1, comprensiva di tutti gli accessori necessari a dare la fornitura a regola d'arte:

- N. 2 Ventilatori per UOC Cardiologia sala emodinamica e UOC Anestesia e Rianimazione – stanza emergenza del P.O. di Agrigento;
- N. 2 Ventilatori per UOC Radiologia sala TAC e UO Pronto Soccorso P.O. di Canicattì;
- N. 2 Ventilatori per UOC Radiologia sala TAC e UO Pronto Soccorso P.O. di Licata;

La presente procedura di affidamento diretto, al fine di soddisfare gli oneri motivazionali in relazione alla scelta del contraente affidatario della fornitura, è preceduta da una RDO, per accettare l'esclusività ed infungibilità della fornitura per caratteristiche tecniche, ivi compreso il vantaggio di poter funzionare con qualsiasi circuito respiratorio e non con circuito dedicato, dichiarata dal dirigente medico richiedente e dalla Air Liquide Medical Systems S.r.l., verificando se vengono presentate offerte di ventilatori polmonari da trasporto con le caratteristiche tecniche conformi a quelle oggetto della presente procedura. A tal fine, ogni ditta partecipante dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla ditta produttrice, attestante che l'attrezzatura offerta ha caratteristiche tecniche conformi a quelle oggetto della presente procedura. Questa ASP si riserva, comunque, di invitare le ditte partecipanti a consegnare un modello del bene offerto a titolo di campionatura, per accettare la piena conformità dell'attrezzatura offerta con le specifiche richieste, attraverso prova pratica da effettuarsi alla presenza dei dirigenti medici utilizzatori. La ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una



dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B “Documentazione tecnica”.

Oggetto della presente fornitura è l’acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

- consegna, installazione e collaudo presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
- durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore;
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell’apparecchiatura;

Nella considerazione che il presente appalto comprende l’esecuzione di più prestazioni, il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal punto 6) delle modalità di esecuzione del presente documento.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni di assistenza tecnica, poiché per dette prestazioni da eseguire all’interno della struttura non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all’immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all’uso a cui è destinato.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, con caratteristiche standardizzate ex art. 95, comma 4, lettere b) del D.Lgs. 50/2016, e Linee Guida ANAC n. 2, attesa l’unicità ed infungibilità del ventilatore polmonare da trasporto Air Liquide Monnal T60 richiesto.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in applicazione dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di cui alla presente procedura.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull’offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell’emissione del giudizio di conformità tecnica, l’Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della



campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica; ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. breve relazione tecnica del bene offerto corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà essere presentata dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla ditta produttrice, attestante l'esclusività tecnica e di distribuzione dei prodotti offerti;
4. Dichiaraione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
5. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura, corredata da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla ditta produttrice, attestante che l'attrezzatura offerta ha caratteristiche tecniche conformi a quelle oggetto della presente procedura.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:



- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, seppure la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante il periodo di garanzia, fissato in almeno 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente



escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di validità del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.

- 5) La fornitura; in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad



accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura nella misura del 90% dell'importo offerto e aggiudicato, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo (collaudo); la fattura nella misura del restante 10% dell'importo aggiudicato, dovrà essere emessa dopo la conclusione del periodo di garanzia full-risk (minimo 24 mesi da collaudo); la fattura emessa in difformità da quanto previsto dal presente documento, sarà rigettata; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;



- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

**Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo**

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)**





per

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Presidio Ospedaliero di Agrigento

Unità operativa di Anestesia-Rianimazione e Terapia Antalgica

Direttore FF dott Antonio Marotta

URGENTE

Dott. Sanguineti
Al

Al

Al 1

Al Direttore Sanitario Aziendale
ASP AG

Al Servizio Provveditorato
ASP AG

Nr. Protocollo: 000 6504

Data Protocollo: 10/01/2018

Oggetto: Acquisto Urgente di 3 Ventilatore Polmonare da trasporto da allocare presso 1 Rianimazione, 1 emodinamica e 1 Ambulanza Rianimatoria di Agrigento

Acquisto Urgente di 3 Ventilatore Polmonare da trasporto da allocare presso

1. 1 Ventilatore per la stanza Emergenza della Rianimazione del P.O. di Agrigento dove si garantisce, in emergenza in assenza di posto di rianimazione, il 9 posto barellato. Poiché in questa stanza esiste un ventilatore Servo 900 C non più in produzione e non essendo più disponibili sul mercato i kit 1000 ore e di fatto inutilizzabile. Inoltre il ventilatore da trasporto permette di spostare i pazienti senza causare danni ventilatori da incongrua ventilazione manuale ed eventualmente fungere da ventilatore di emergenza 9 posto. da un mese abbiamo il 9 posto sempre occupato
2. 1 Ventilatore per la Emodinamica del P.O. di Agrigento in quanto il Respiratore Siemens Servo Ventilator 900 C, che è rotto e fuori produzione e non aggiustabile
3. 1 Ventilatore per la Ambulanza Rianimatoria del P.O. di Agrigento in quanto quello utilizzato non è pressumetrico significa che deve essere presente una bombola di aria compressa per farlo funzionare ed è sensibilissimo alle variazioni climatiche basta che la temperatura sale sopra i 25° o scende sotto i 20° da comprometterne il funzionamento, e inoltre i led non visibili di giorno. E' stato richiesto il fuori uso

CARATTERISTICHE TECNICHE VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO

Caratteristiche Generali

- Funzionamento a turbina.
- Idoneo per trasporto intra ed extraospedaliero, anche su aeromobili e mezzi di soccorso.
- Idoneo per la ventilazione di pazienti Adulti, Pediatrici e Neonati a partire da 3 kg.
- Possibilità di ventilazione Invasiva e Non Invasiva.
- Flusso di picco almeno fino a 200 l/min.
- Schermo a colori da almeno 8" di tipo touchscreen, con luminosità regolabile.
- Peso inferiore a 5 Kg.
- Autonomia a batteria di almeno 2 ore, con possibilità di espansione e cambio batteria senza arrestare la ventilazione.
- Dotato di presa per l'Ossigeno ad alta pressione e a bassa pressione.
- Accensione rapida non superiore ai 10 secondi.
- Funzionamento con circuito paziente a doppio tubo (non dedicato).
- Test automatici rapidi e di facile esecuzione.
- Sensoristica integrata nel corpo macchina che permetta la ventilazione senza necessità di posizionare strumenti di misura sul circuito paziente.
- Sistema respiratorio integrato, di rapida sostituzione, disponibile in versione autoclavabile e monopaziente.
- Configurabile con supporto per aggancio a letto o barella, carrello o borsa da trasporto.



Caratteristiche Funzionali

- Volumi correnti erogabili a partire da 20 ml.
- Monitoraggio e Controllo elettronico della FiO2 tramite il display.
- Trigger Respiratorio a flusso regolabile.
- Trigger Respiratorio regolabile.
- Rampa di pressione regolabile.
- Funzione per la somministrazione automatica di FiO2 al 100%.
- Funzioni di Pausa Respiratoria e Pausa respiratoria,
- Funzione Sospirone in modalità pressometrica e volumetrica.
- Funzione per l'ossigenoterapia ad alti flussi.

ANC 1

Modalità di Ventilazione

- Assistita/Controllata in Volume (con flusso inspiratorio costante).
- Assistita/Controllata in Pressione.
- Modalità SIMV e PSIMV.
- CPAP.
- PSV.
- Ventilazione Non Invasiva in tutte le modalità (indicazione del livello di Perdita).
- Ventilazione di Apnea-Backup.
- Ventilazione spontanea su doppio livello di pressione.
- Ventilazione volumetrica con pressione di insufflazione ad adattamento automatico.
- Ventilazione pressometrica automatica con Volume Obiettivo dedicata al risveglio.
- Ventilazione di emergenza volumetrica ad avvio rapido, tramite l'impostazione di sesso ed altezza del paziente, con impostazioni di ventilazione automatiche.
- NIV per l'emergenza ad avvio rapido con impostazioni automatiche.
- Ventilazione per la Rianimazione Cardio-polmonare in grado di sincronizzarsi con il massaggio cardiaco, con possibilità di monitorare in tempo reale la qualità della RCP (frequenza ed intensità del massaggio, tempo totale senza compressioni toraciche, etCO2).

senza materiale di consumo dedicato

Monitoraggio ed allarmi

- Monitoraggio della CO2 espirata dal paziente con curva dedicata.
- Curve di Pressione, Flusso, Volume, EtCO2 e Loop (P/V, V/F, F/P, V/CO2).
- Visualizzazione contemporanea di 2 curve temporali, con funzione di congelamento delle forme d'onda per eseguire misurazioni.
- Visualizzazione di almeno 6 parametri contemporaneamente sul display principale.
- Trend fino ad 80 ore.
- Funzione di rotazione rapida del display (180°).
- Dotato di allarmi acustici e ad alta visibilità.
- Regolazione delle soglie di allarme direttamente sull'interfaccia principale.
- Allarmi tecnici codificati numericamente per un'immediata diagnosi remota.
- Storico degli allarmi con indicazione di data/ora.
- Indicazione del livello di carica della batteria sempre visibile sul display.

Prezzo indicativo di ogni singolo respiratore circa Euro 18.000,00

Si allega comunicazione di di fuori supporto per modello SV900

Agrigento 10.01.2018 - AL SERV. PROVVEDITARIO

epe - AL DELL'ARROTA Direttore F.F U.O. Anestesia e Rianimazione
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AG1
 Pres. Cdp S. Giovanni Di Rocca Agrigento
 Direttori U.O. Anestesiologia e RIANIMAZIONE
 U.O. Anestesiologia e RIANIMAZIONE
 C. ENIPAM 300033892 E
 Cod. Fisc. MRT NTN 53D25 DS14 X

FAZETTE FAVOREVOLI
 per quanto di competenza
 Il Direttore Sanitario Aziendale
 Prof. Dr. Silvio L. D'Adda

11 GEN 2018



MAQUET
GETINGE GROUP

MAQUET Italia S.p.A. - Via Gozzano, 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

SPEZZATE

Hospital Consulting SpA
Via di Scolivigne, 60/1
Località Grassina
50015 Bagno a Ripoli (FI)

A U 1

Cinisello Balsamo, 02/11/2015



OGGETTO: comunicazione di fuori supporto per apparecchiature Maquet modelli SV 300, SV900, KION e V 710

In riferimento ai ventilatori polmonari e da anestesia indicati in oggetto Maquet evidenzia che la produzione delle stesse ebbe termine a Marzo del 2004.

Per quanto sopra, a partire dal corrente anno 2015, la reperibilità delle parti di ricambio e consumabili dedicati risulta molto limitata per cui non verrà più garantito il supporto tecnico sui suddetti modelli. Si invita pertanto il vs. Ente ad attivare le opportune procedure per prevedere la sostituzione delle stesse laddove se ne riscontrasse la necessità.

In tale ambito Maquet vi può offrire numerose soluzioni al fine di garantire la continuità clinica ed il consueto supporto tecnico qualificato.

Per ulteriori delucidazioni e soluzioni alternative si prega di contattare eventualmente il venditore di zona.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

MAQUET Italia S.p.A.

Dr. Ing. Marco Bissoli

Procuratore

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel. +39-02-611135,1
Fax +39-02-611135,260/221
www.maquet.com



ISO 9001:2008 N. 9120.SBA1

Società Unipersonale
Soggetta alla direzione e coordinamento di
MAQUET Holding GmbH & Co KG.
Capitale sociale: Euro 1.020.000
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro
delle Imprese di Milano: 03992220888
Registro AEE n: IT08020000001291
Registro Nazionale P.I. n: IT08070P00001462





richiesta di 3 respiratori da trasporto

tonymaro@tin.it

mer 10/01/2018 11:16

A: Direttore Sanitario <direttore.sanitario@ASPAG.IT>;

A61

2 allegati (1 MB)

fuoriuso.pdf; ventdatrasporto.pdf;

Acquisto Urgente di 3 Ventilatore Polmonare da trasporto da allocare presso 1 Rianimazione, 1 emodinamica e 1 Ambulanza Rianimatoria di Agrigento

in allegato

dott Antonio Marotta

Direttore ff


**UOC di Anestesia e Rianimazione
del P.O. di Agrigento**

[Handwritten signature]



Prot. 10/15

Al Responsabile dell'U.O. Anestesia e Rianimazione di Agrigento
Dr. Marotta



e p.c. Al Responsabile Amministrativo Distretto AG1
Dott. S. Iacolino

e. p.c. Al Direttore Sanitario Presidio di Agrigento
Dott. Seminerio


Agrigento, 21/04/2016

Oggetto: Comunicazione di fuori supporto tecnico

Egr. Dott. Marotta, si vuole portare a Sua conoscenza che la ditta Maquet ha inviato comunicazione in merito al fuori supporto tecnico dei ventilatori polmonari ed apparecchi per anestesia di produzione Maquet modelli Servo Ventilator 300, 900, Kion e V710. In seguito a tale comunicazione, che si allega, per le apparecchiature rispondenti a tali modelli e di Sua gestione, anche se attualmente funzionanti, non sarà più garantita da parte della ditta produttrice l'assistenza manutentiva quindi non si potrà più garantire l'eventuale futura riparazione e la relativa manutenzione preventiva con la sostituzione dei KIT necessari.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito si porgono cordiali saluti.

Per TecnoLOGIE SANITARIE
(Ing. Angelo Russi)





All 2


**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA**
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero di LICATA
Unità operativa di Anestesia-Rianimazione e Terapia Antalgica
Direttore FF dott Antonio Marotta

Al Direttore UOC Servizio Provveditorato

Oggetto: Acquisto ventilatori polmonari da trasporto.

Con riferimento alla richiesta d'acquisto di ventilatori polmonari con caratteristiche infungibili – Air Liquide Monnal T60 – come dichiarato dalla medesima Air Liquide, che presenta l'ulteriore vantaggio di poter funzionare con qualsiasi circuito respiratorio presente in ASP non dedicato, e considerata la situazione di estrema urgenza rappresentata dal dirigente medico di Anestesia del PO di Licata, si richiede, pertanto, l'acquisto urgente di n. 5 ventilatori polmonari da trasporto così allocati:

- n. 2 ventilatori polmonari PO Agrigento (UO Emodinamica e Stanza emergenza Rianimazione);
- n. 1 ventilatori polmonare PO Canicattì (UO Pronto Soccorso); + 1 per SaR TAC
- n. 2 ventilatori polmonari PO Licata (TAC e Pronto Soccorso).



Agrigento 26/9/2018

Agrigento 06.06.2018

Il Direttore f.f.

UO Anestesiologia Rianimazione

Dott. Antonio Marotta





Prot. F.U. 19/18

AI RUP
P.I. M. Pontillo

AI DEC
Geom. Scozzari

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
 Protocollo
 Prot. Generale n. 00 65108
 Data 17/04/2018



p.c. Al Responsabile Amministrativo P.O. Licata
Dott. Di Salvo

p.c. Al Direttore Sanitario Presidio di Licata
Dott. Gambino

p.c. Al Responsabile dell'U.O. Anestesia e Rianimazione di Licata
Dr. Cona

Agrigento, 19/04/16

Oggetto: Proposta di dismissione per Apparecchio per Anestesia Drager modello Cicero s/n ARRJ-0006 SIC 7343 ubicata presso il Pronto Soccorso del P.O. di Licata.

Facendo seguito alla richiesta verbale di intervento tecnico da parte degli utilizzatori (all.1), pervenuta al Ns. Servizio il 21/03/2018, che richiedeva la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, il Ns. personale tecnico ha riscontrato la mancanza delle parti di ricambio necessari al corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Pertanto preso atto che:

è impossibile procedere al ripristino del corretto funzionamento in quanto l'Apparecchio per Anestesia è da diversi anni fuori produzione e quindi non più riparabile per la conseguente indisponibilità delle necessarie parti di ricambio (all.2).

con la presente siamo a dichiararne l'irreparabilità e a proporne la dismissione (all.3).

Vi chiediamo di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso e successivo smaltimento dell'apparecchiatura in oggetto che è ubicata presso il reparto.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento nel merito e pongiamo ns. distinti saluti.

*Il Responsabile di Commissa
 (Ing. Angelo Russi)*


SA8000:2008



REGISTERED
 N°136679-2013
 ASA-ITA-SAS

UNI EN ISO 9001:2008 - REG. n°316 A
 UNI CEI EN ISO 13485:2012 - REG. n°316 A
 UNI EN ISO 14001:2004 - REG. n°316 C
 UNI OHSAS 18001:2007 - REG. n°316 C

00142 Roma - via Lauroline, 450/458 - Tel. +39.06544001 Fax +39.0654408214
 Partita IVA e C.F. 06015071002 - R.E.A. n°998707 Cap. Soc. €6.000.000,00 i.v.
www.tecnologie-sanitariespa.com info@tecnologie-sanitariespa.com



Prot. F.U. 18/18

AI RUP
P.I. M. Pontillo

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
 Protocollo
 Prot. Generale n. 00 65116
 Data 17/04/2018



AI DEC
Geom. Scozzari

p.c. AI Responsabile Amministrativo P.O. Licata
Dott. Di Salvo

p.c. Al Direttore Sanitario Presidio di Licata
Dott. Gambino

p.c. Al Responsabile dell'U.O. Anestesia e Rianimazione di Licata
Dr. Cona

Agrigento, 19/04/16

Oggetto: Proposta di dismissione per Apparecchio per Anestesia Maquet modello Servo 900 C s/n 181111 SIC 7320 ubicata presso l'Anestesia e Rianimazione del P.O. di Licata.

Facendo seguito alla richiesta verbale di intervento tecnico da parte degli utilizzatori (all.1), pervenuta al Ns. Servizio il 21/03/2018, che richiedeva la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, il Ns. personale tecnico ha riscontrato la mancanza delle parti di ricambio necessari al corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Pertanto preso atto che:

è impossibile procedere al ripristino del corretto funzionamento in quanto l'Apparecchio per Anestesia è da diversi anni fuori produzione e quindi non più riparabile per la conseguente indisponibilità delle necessarie parti di ricambio (all.2).

con la presente siamo a dichiararne l'irreparabilità e a proporne la dismissione (all.3).

Vi chiediamo di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso e successivo smaltimento dell'apparecchiatura in oggetto che è ubicata presso il reparto. Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento nel merito e pongiamo ns. distinti saluti.

*Il Responsabile di Commissario
(Ing. Angelo Russi)*

Angelo Russi

00000.2000



REGISTRED
N°136679-2012
ARA/ITA-SAS

UNI EN ISO 9001:2008 - REG. n°3156-A
 UNI EN ISO 13485:2012 - REG. n°3156-M
 UNI EN ISO 14001:2004 - REG. n°3156-C
 OHSAS 18001:2007 - REG. n°3156-I

00142 Roma - via Laurentina, 456/458 - Tel. +39.06544081 Fax +39.065440821/4
 Partita IVA o C.F. 06915071002 - R.E.A. n°998707 Cap. Soc. €6.000.000,00 IVA
www.tecnologie-sanitarie-spa.com - info@tecnologie-sanitarie-spa.com





ANALE REC

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Icaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal **18 DIC. 2018**
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO