



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Viale della Vittoria, 321, 92100 – Agrigento

Partita IVA 02570930848

Telefono 0922/407120

Fax 0922/407120

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile istruttoria amministrativa

Rag. Alfonso De Leo Tel.0922407226

Prot.n. 206276 del 14/12/2018

Spett.le Società

Oggetto: Indagine di mercato per n. 1 Nebulizzatore per la disinfezione di locali che vanno da 1 metro cubo a 750 metri cubi e soluzione liquida di perossido di idrogeno e acido paracetico.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma ME.Pa.) e previa verifica della copertura finanziaria, all'affidamento della fornitura in oggetto, aventi caratteristiche tecniche elaborate dal Responsabile f.f. del Complesso Operatorio del P.O. di Licata, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Vista l'urgenza codesto operatore economico è invitato, se interessato, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia che deve essere non inferiore a 24 mesi dalla data di esito positivo del collaudo);
- Canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta dopo il periodo di garanzia;
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura con stima del fabbisogno annuale, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato;

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 28.12.2018.


La Presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che gli operatori

spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche tecniche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

A De Leo

Il Responsabile del Servizio Provveditorato
(Dr.ssa Lorellana Di Salvo)





Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

A.S.P. - AGRIGENTO	
Presidio Ospedaliero di Licata	
PROTOCOLLO GENERALE	
26 NOV. 2018	U.O. COMPLESSO OPERATORIO
Tel. 0922 869227 - 0922 869238 - s.op.licata@gmail.com P.Iva e C.F. 02570930848	
N. 193483	Ora

DELE
Dott. Sanfilippo
10-12-18

Al Direttore U.O.C.
Servizio provveditorato
Dr. Loredana Di Salvo

Oggetto: Richiesta di n. 1 nebulizzatore per la disinfezione di locali che vanno da 1 metro cubo a 750 metri cubi e soluzione liquida a base di perossido di idrogeno e acido peracetico.

In risposta alla vostra richiesta, nota prot. n. 184427 del 09/11/2018, Le invio qui di seguito le specifiche tecniche del nebulizzatore per la disinfezione di locali come in oggetto, e la relativa soluzione liquida a base di perossido di idrogeno e acido peracetico.

- Specifiche tecniche Nebulizzatore:

- Nebulizzatore per disinfezione ambientale di perossido d'idrogeno e acido peracetico, capace di nebulizzare soluzioni disinfettanti a secco, per trattare ambienti da 1 mc a 750 mc grazie all'uso integrato di taniche da 5 lt circa.
- Generatore di nebulizzazione autonomo e completamente automatico destinato alla disinfezione di superfici precedentemente pulite, con processo completamente automatico con pannello di controllo tattile e avvio ritardato:
 - Funzionamento con soluzione sterilizzante a base di miscela di acido peracetico e perossido di idrogeno.
 - Riscaldamento della soluzione a una temperatura costante di 55°C durante la durata complessiva della nebulizzazione.
 - Processo completamente automatico, per calcolo volumi e portate.
 - Effettua disinfezioni, disinfestazioni e deodorizzazioni in combinazione con gli appositi prodotti.
 - Processo completamente automatizzato, circa la selezione del volume.
- Avvio ritardato pre-impostato.
- Facile sostituzione della tanica senza rischi di spargimento del prodotto.
- Grande autonomia e grandi volumi trattabili, quindi deve avere la possibilità di alloggiare all'interno tanica da almeno 5 litri.
- Conforme alla norma NFT 72-281(2014).

- Specifiche tecniche Soluzione a base di perossido d'idrogeno e acido peracetico:

- Soluzione a base di perossido d'idrogeno e acido peracetico (a 1200 ppm) per il processo di disinfezione per via aerea di ambienti precedentemente puliti. Soluzione battericida, micobattericida, fungicida virucida e sporicida. Con antiossidanti e anticorrosivi.

- Soluzione stabilizzata di Acido peracetico (+/- 1200 ppm) e Perossido di idrogeno.
- Formula senza aldeide, priva di metalli pesanti (ioni d'argento etc.).
- Controllo sulla corrosione: prodotto a base di acido peracetico.
- Soluzione compatibile con qualsiasi tipo di materiale e strumentazione.
- Largo spettro di efficacia a partire dai 30 minuti.
- Nessuna traccia dopo l'asciugatura né film oleoso sulle superfici dopo la nebulizzazione.
- Prodotto pronto all'uso
- Utilizzo facilitato grazie al calcolo automatico dei tempi di diffusione.
- La soluzione deve riportare in scheda tecnica la compatibilità con i materiali, e deve essere biodegradabile al 100%.
- Efficacia contro tutti i microorganismi incluse le spore in tempi ridotti, da 30' a 120' max per i ceppi più resistenti.
 - BATTERICIDA secondo le EN 1040, EN 1276, EN 13697;
 - MICOBATTERICIDA secondo le EN 14348 e la EN 13697;
 - FUNGICIDA secondo le EN 1275, EN 1650 e la EN 13697;
 - SPORICIDA secondo la EN 13704.

Cordiali Saluti.

Licata, 23/11/2018

A.S.P. di AG P.O. di LICATA
U.O. di Anestesia e Rianimazione
Dott. LA GRECA SIGFRIDO
Iscr. Ordine Medici: AG 3476

IL DIRETTORE
DEL COMPLESSO OPERATORIO
Dott. La Greca Sigfrido Giuseppe

A.S.P. di AG P.O. di LICATA
U.O. di Anestesia e Rianimazione
Dott. LA GRECA SIGFRIDO
Iscr. Ordine Medici: AG 3476