



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2200687 per l'affidamento della fornitura trimestrale, in 8 lotti, di Kit di materiale monouso per dialisi extracorporea, con noleggio delle attrezzature necessarie per le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca (Codice gara 7313112). CHIARIMENTI

Si rendono i chiarimenti forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

- 1) **Quesito:** Gent.mi, potete confermare, cortesemente, che la fornitura è trimestrale e non annuale? Grazie mille Cordiali saluti.
Risposta: Si conferma che la fornitura è trimestrale, salvo quanto previsto dal punto 4) delle modalità di esecuzione del documento Condizioni particolari di contratto allegato alla RDO in oggetto.
- 2) **Quesito:** Gent.mi nella scheda offerta LOTTO 1 inserita a sistema appare come base di gara € 57.250,00. La cifra totale del lotto 1 risulta essere complessivamente di € 70.000 (Voce A + Voce B). Potete cortesemente confermarmi quanto sopra detto ed eventualmente apportare le dovute modifiche? Grazie mille Cordiali saluti.
Risposta: Si chiarisce che il lotto 1 è l'unico lotto della gara in oggetto ad essere suddiviso in due sub-lotti Voce A e Voce B che nella numerazione data dal sistema RDO/MEPA corrispondono ai lotti 1 e 2; si riporta, infatti, la denominazione risultante nella RDO in oggetto: lotto 1 "Fornitura lotto 1 voce a) Dialisi bicarbonato ad alta efficienza" importo trimestrale base € 57.250,00= + IVA – lotto 2 "Fornitura lotto 1 voce b) HDF On-line post-diluizione" importo trimestrale € 14.750,00= + IVA.
- 3) **Quesito:** Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: -"1 rotolino di cerotto transpore" : si prega di specificare la misura;-"n. 4 garze in TNT conf. sterile" : si prega di specificare la misura;-"n. 2 garze TNT in conf sterile" : si prega di specificare misura e strati;-"n. 2 tamponi in poliestere" : possono essere già premontati sulle bende premifistola?- inoltre chiediamo cortesemente di specificare come devono essere suddivisi i componenti tra il kit attacco e quello stacco. Ringraziamo anticipatamente. Distinti saluti.
Risposta: Vista la comunicazione del Direttore UOC Nefrologia e Dialisi del 22.01.2019, con cui chiede di sospendere il lotto 7 "Kit attacco/stacco" poiché non rientra nelle necessità urgenti del reparto, si comunica l'avvio della procedura di revoca del lotto 7 Kit attacco/stacco.
- 4) **Quesito:** Buongiorno, ci scusiamo, non abbiamo indicato il lotto di riferimento; con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti per il lotto n. 7:-"1 rotolino di cerotto transpore" : si prega di specificare la misura;-"n. 4 garze in TNT conf. sterile" : si prega di specificare la misura;-"n. 2 garze TNT in conf sterile" : si prega di specificare misura e strati;-"n. 2 tamponi in poliestere" : possono essere già premontati sulle bende premifistola?- inoltre chiediamo cortesemente di specificare come devono essere suddivisi i componenti tra il kit attacco e quello stacco. Ringraziamo anticipatamente. Distinti saluti.
Risposta: si rinvia alla risposta al quesito n. 3.
- 5) **Quesito:** Spett.le Azienda, nel documento tecnico di gara risultano 8 lotti mentre nella piattaforma i lotti sono 9, abbiamo visto che anche nel bando RDO i lotti sono 9 ma ciascuno di essi riporta la descrizione di un lotto diverso, a quale dobbiamo fare riferimento per partecipare alla gara?
Risposta: Come, in parte, chiarito nella risposta al quesito n. 2, si conferma che occorre fare riferimento alla numerazione e denominazione dei lotti così come risultano in piattaforma MEPA, fermo restando che per la descrizione tecnica dei dispositivi richiesti occorre fare riferimento al capitolato tecnico; si riporta la tabella riepilogativa dei lotti della RDO in oggetto, attesa l'esigenza di correggere la discrasia venutasi a creare tra la numerazione usata nel capitolato tecnico e quella assegnata dal sistema MEPA:

Lotti piattaforma MEPA	Lotti Capitolato tecnico	Prodotti	Importo complessivo	Codice CIG
1	1 voce a	Dialisi bicarbonato ad alta efficienza	€ 57.250,00	77650333F1
2	1 voce b	HDF On-line post-diluizione	€ 14.750,00	7765061B0A
3	2	AFB (Acetate Free Biofiltration)	€ 34.687,50	7765066F29
4	3	Tratt. isotermici convettivi	€ 20.187,50	776507134D
5	4	Correttore K	€ 375,00	7765089228
6	5	Cartucce Carbone	€ 250,00	7765093574
7	6	Aghi fistola	€ 4.900,00	77650967ED
8	7	Kit/attacco/ stacco	Sospeso in attesa di revoca	Sospeso in attesa di revoca
9	8	Trattamenti continui CRRT	€ 12.505,00	7765101C0C

- 6) Quesito: Buongiorno, di seguito richiediamo quanto segue: 1) Riscontriamo una discordanza di numerazione dei lotti tra il "Riepilogo" ed il Capitolato Tecnico. Confermate che la numerazione da considerare è quella del Capitolato Tecnico? 2) Confermate che il numero dei trattamenti riportati nell'allegato tecnico si riferisce al trimestre, quindi, per quanto riguarda il lotto n. 3 sono previsti n. 2.750 trattamenti trimestrali e di conseguenza anche l'importo riportato non è annuale bensì trimestrale? 3) le apparecchiature da fornire devono essere nuove di fabbrica oppure possono considerarsi valide quelle attualmente presenti nei reparti interessati? (In questo ultimo caso verrà indicata come quota di noleggio solo il valore di assistenza tecnica); 4) confermate che in fase di partecipazione non va presentata la campionatura, che invece dovrà essere presentata solo dietro Vs. espressa richiesta? Restiamo in attesa di Vs. indicazioni in merito.
Risposta: punto per punto: 1) si rinvia alla risposta al quesito n. 5; 2) si conferma che l'importo base di € 20.187,50 è trimestrale, calcolato su un fabbisogno di 687 trattamenti trimestrali, anziché 2750 (fabbisogno annuale) riportato per mero errore; 3) si chiarisce che, trattandosi di fornitura trimestrale, non è obbligatorio offrire attrezzi nuove di fabbrica; 4) si chiarisce che la campionatura va presentata su apposita richiesta in fase di valutazione delle offerte pervenute (vedasi condizioni particolari di contratto paragrafo "criterio di aggiudicazione").
- 7) Quesito: Buongiorno, ad integrazione della precedente richiesta di chiarimenti Vi segnaliamo che, a seguito della numerazione errata riportata nel "Riepilogo" del MEPA, qualora la nostra Azienda voglia partecipare al lotto 3, per lo stesso appare una base d'asta che non corrisponde all'importo di questo lotto riportato nel Capitolato tecnico. Vi preghiamo pertanto di confermarci come dobbiamo procedere. Restiamo in attesa di Vostre indicazioni in merito.
Risposta: si rinvia alle risposte ai quesiti n. 5 e n. 6;
- 8) Quesito: Lotto 7: si chiede di specificare la misura delle compresse in TNT e quanti strati. Grazie e cordiali saluti.
Risposta: Si rinvia alla risposta al quesito n. 3.
- 9) Quesito: 1) Nel capitolato tecnico viene richiesta la campionatura per ciascun lotto a cui la ditta partecipa: Dove deve essere inviata la campionatura? Deve essere campionato ogni modello offerto e se si quanti pezzi per modello? 2) Nei dati generali della procedura (Riepilogo) i lotti indicati non corrispondono a quelli descritti nel capitolato tecnico, come pure gli importi a base d'asta e le descrizioni dei vari lotti inseriti a sistema non corrispondono a quanto indicato. Si richiede documentazione corretta per imputare correttamente le offerte ai vari lotti. Restiamo in attesa di Vs. cortese riscontro e, con l'occasione, purgiamo distinti saluti.
Risposta: punto per punto: 1) per la campionatura si rinvia al punto 4 della risposta al quesito n. 6; 2) si rinvia alle risposte ai quesiti n. 5 e n. 6.
- 10) Quesito: Gentilissimi, con la presente si chiede cortesemente alla Vs spettabile amministrazione di confermare che le apparecchiature per dialisi richieste nella presente procedura siano nuove di fabbrica. RingraziandoVi per la cortese collaborazione, purgiamo cordiali saluti.
Risposta: si rinvia al punto 3 della risposta al quesito n. 6.
- 11) Quesito: Buongiorno con la presente siamo a richiederVi il seguente chiarimento: Con riferimento alle MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA delle Condizioni particolari di Contratto punto 1:1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella

configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione; Si chiede conferma che i beni da fornire possano essere usati e/o revisionati, e che la dicitura "nuovi di produzione" sia un refuso. Grazie Cordiali saluti.
Risposta: si rinvia al punto 3 della risposta al quesito n. 6.

A seguito della pubblicazione della presente, si comunica il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 07 febbraio 2019 ore 11:00.

Le ditte oferenti sono tenute a comunicare di aver preso visione della presente.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sulla piattaforma ME.PA. con valore di notifica per tutte le ditte invitiate.

II RUP
Dr. Giuseppe Sanfilippo

28-1-2019

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo