



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 4015 DEL 29/06/2019

OGGETTO: Modifica deliberazione n. 24 del 29/4/19 di indizione procedura di gara telematica mediante RDO su MEPA per la fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale per tavolo angiografico occorrenti per le UU.OO.CC. Cardiologia, UTIC ed Emodinamica dei PP.OO. di Agrigento e di Sciacca.

STRUTTURA PROPONENTE: U.C.O. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 826 DEL 29/06/2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosalia Calà)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dott.ssa Rosalba Di Salvo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. Per gli uffici infermieri C.E. , C.P. A 101020501.

IL RESPONSABILE UOC PROVVEDITORATO
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
il Dott. Giorgio Santonocito

Dr. Antonino La Valle

Dà notificare a: UOC PROVVEDITORATO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 29-06-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTI Nove del mese di OTTOBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.186/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

PROPOSTA

Il Direttore della U.O. C. SERVIZIO PROVVEDITORATO, dott.ssa Loredana Di Salvo

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

Premesso:

- che nota Prot. n. 33078 tramite sito web aziendale in data 20/02/2019, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/16, è stato pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato per l'affidamento della fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale in fibra di carbonio piombato per tavolo angiografico – “STARSystem”, occorrenti alle UU.OO.CC. di Cardiologia, UTIC ed Emodinamica dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, per verificare l'unicità delle caratteristiche di asserita esclusività possedute dai suddetti beni;
- che alla predetta consultazione con nota del 28/02/19 la Manfrè Medical s.r.l., nella qualità di distributore esclusivo per la Sicilia del sistema di supporto radiale denominato “STARSystem”, ha manifestato l'interesse alla fornitura di che trattasi proponendo un prezzo unitario di € 15.800,00 IVA esclusa,
- che con deliberazione n. 24 del 29/04/2019, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i, è stato autorizzato l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'importo complessivo di € 44.240,00 IVA esclusa, a mezzo RIDO/MEPA per l'affidamento della fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale in fibra di carbonio piombato per tavolo angiografico – “STARSystem”, mediante il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi art. 95, comma 4 lett. c), D.Lgs.50/2016, previo giudizio di conformità del prodotto offerto;
- che il precitato art. 63 c. 2 del D. Lgs. n. 50/16 prevede l'uso della procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara quando la fornitura può essere effettuata unicamente da un determinato operatore economico che distribuisce il prodotto in esclusiva;
- che nella succitata delibera a contrarre n. 24 del 29/04/19, il prezzo unitario dei beni sanitari da acquistare, stabilito in € 11.060,00 IVA esclusa, era stato determinato decurtando del 30% il prezzo discendente dalla richiamata consultazione;

CONSIDERATO che, a seguito di pubblicazione della precitata delibera, la società Manfrè Medical, nella qualità di distributore esclusivo, ha comunicato di non poter formulare alcuna offerta in quanto il prezzo corrente al pubblico del prodotto di che trattasi è pari ad € 20.000,00 oltre IVA, ma che, al fine di permettere la definizione della trattativa, si è dichiarata disposta a formulare uno sconto incondizionato pari al 6% sull'imponibile totale (€ 63.200,00) già offerto in sede di consultazione e che, pertanto, il prezzo unitario di ciascun bene sanitario risulterebbe rideterminato in € 14.852,00 IVA esclusa;

RILEVATO che la base d'asta fissata nel predetto atto deliberativo n. 24 del 29/04/19 risulta fuori mercato occorre rideterminare la stessa stabilendo la nuova base d'asta in € 14.852,00 IVA;

DARE ATTO che occorre riapprovare il seguente quadro economico per sostenere l'onere derivante dal presente atto deliberativo, ammontante presuntivamente ad € 73.665,92 IVA inclusa, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, che grava sul conto patrimoniale



A101020501 del bilancio di esercizio 2019, giusta nota prot. n. 5155 del 9.01.19, in base al principio di competenza, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara:

Fornitura n. 4 sistemi di supporto radiale	€ 59.408,00
IVA aliquota 22%	€ 13.069,76
Competenze interne 2%	
ex art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 1.188,16
TOTALE	€ 73.665,92

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1. DARE ATTO** che nell'atto deliberativo n. 24 del 29/4/2019, di indizione della procedura per l'affidamento della fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale in fibra di carbonio piombato per tavolo angiografico - "STARSystem" la relativa base d'asta per ogni singolo supporto è stata fissata in € 11.060,00 IVA esclusa.
- 2. MODIFICARE** la deliberazione n. 24 del 29/4/2019 fissando la nuova base d'asta in € 14.852,00 IVA esclusa per ogni singolo sistema di supporto radiale denominato "STARSystem" e, per l'effetto, riautorizzare ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/M.E.PA per l'affidamento della fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale in fibra di carbonio piombato per tavolo angiografico - "STARSystem, occorrenti alle UU.OO.CC. di Cardiologia, UTIC ed Emodinamica dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, per come esattamente specificato nelle predette note indicate alla suddetta deliberazione per un importo complessivo presunto di € 59.408,00, oltre I.V.A., dando atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo;
- 3. RIAPPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. A), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti M.E.PA.;
- 4. DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- 5. RIAPPROVARE** il nuovo quadro economico per sostenere l'onere derivante dal presente atto deliberativo, ammontante presuntivamente ad € 73.665,92 IVA inclusa, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, che grava sul conto patrimoniale A101020501 del bilancio di esercizio 2019, giusta nota prot. n. 5155 del 9.01.19, in base al principio di competenza, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Mazzola', is located in the bottom right corner of the page. A small number '3' is written to the right of the signature.

Fornitura n. 4 sistemi di supporto radiale	€ 59.408,00
IVA aliquota 22%	€ 13.069,76
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 1.188,16
TOTALE	€ 73.665,92

6. CHE l'esecuzione della deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Provveditorato
7. MUNIRE la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, onde consentire il pronto esperimento della procedura di scelta del contraente e l'approvigionamento del dispositivo richiesto finalizzato all'ottimizzazione del servizio.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della U.O.C. PROVVEDITORATO
Dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere *fa' anche*
Data *29/10/2019*

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere *buon*
Data *29/10/2019*

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Loredana Di Salvo della U.O.C. Provveditorato, *IN VISIONE DI ALTRI MINACCI DI VENIRE, LA MISURA DEVE RECANTAMENTO PER INCURIA, EX ART. 13 D.LGS. 50/16, A SECONDO DELLE PRECISAZIONI CHE DELL'ALTRA PARTE NEL DOCUMENTO, LA PROPOSTA DEVE ESSERE VENUTA*


Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E VIVENZA
Dott.ssa Patrizia Salesco



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Rosalia Calà Amm.vo esperto
Telefono 0922 407238
FAX 0922 407120

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO su MEPA, per l'affidamento della fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale per tavolo angiografico occorrenti per le UU.OO.CC. Cardiologia, UTIC ed Emodinamica dei PP.OO. di Agrigento e di Sciacca per l'importo complessivo presunto della fornitura di € 59.408,00, oltre iva
(Codice gara - CIG).

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti MEPA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. del , esecutiva, ai sensi dell'art. dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 n. 4 - procedura negoziata, tramite RDO su MEPA, per l'affidamento della fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale in fibra di carbonio piombato per tavolo angiografico - "STARSystem per le UU.OO.CC. Cardiologia, UTIC ed Emodinamica dei PP.OO. di Agrigento e di Sciacca per un importo complessivo presunto di € 59.408,00= + IVA, con le specifiche tecniche di cui all'allegato capitolato tecnico.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto n. 4 sistemi di supporto radiale in fibra di carbonio piombato per tavolo angiografico - "STARSystem di cui all'allegato capitolato tecnico, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegna presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
- garanzia per vizi e difetti derivanti dal processo di fabbricazione Full Risk che possano manifestarsi per un periodo minimo di ventiquattro mesi dalla data di collaudo.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interruzione da valutare per le prestazioni di assistenza tecnica, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire in possesso delle specifiche tecniche richieste, devono essere conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE - D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

CRITERIO DI SELEZIONE:

La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, come introdotto dal D.L. 32/2019, convertito con L. 55/2019, nella considerazione che le caratteristiche della prestazione da eseguire risultano definite negli atti di gara, con previsione di tutte le caratteristiche e condizioni di fornitura, restando in capo al concorrente solo l'offerta di un prezzo. Non saranno prese in considerazione le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo posto a base di gara, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. DGUE debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante della ditta;
2. copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. scheda tecnica del bene offerto corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà essere presentata dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla ditta produttrice, attestante l'esclusività tecnica e di distribuzione dei prodotti offerti;
4. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo di fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base di gara e sopra indicato; nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato d'oneri; nel prezzo di fornitura è compresa la consegna ed installazione per come indicato nell'ordine di fornitura, nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessarie per tutta la durata della garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra l'eventuale aggiornamento software;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative a Beni Specifici per la Sanità";
- 4) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore.
- 5) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo, sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di disformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 6) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

- 7) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 8) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviaiati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 10) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407238 – fax 0922 407119).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Lorcedana Di Salvo

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)

Star System AG

amministrazione@manfremedical.com

mar 14/05/2019 16:04

A:forniture <forniture@ASPAG.IT>;

D. Sos Cagli
16.05.19 P.

Buongiorno.

Relativamente alla Vs. Delibera n. 24 del 29/04/2019 di oggetto " Indizione procedura RDO su MEPA per la fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale per tavolo angiografico occorrenti per le UUOCCC Cardiologia UTIC ed Emodinamica dei PPOO di Agrigento e Sciacca"

premesso che

- in data 20/02/2019 con prot. 33078 avete pubblicato " Consultazione preliminare di mercato " per supporto Adept Medical Limited di Terumo (denominato Star System).
- che con mail del 28/02/2019 a forniture@pec.aspag.it abbiamo manifestato il ns. interesse alla fornitura con il prodotto di Adept Medical Limited di proprietà Terumo (denominato Star System).
- che con mail del 12/03/2019 a forniture@pec.aspag.it su vs richiesta telefonica vi trasmettevamo : 1) Lettera di esclusiva distribuzione di TERUMO per Sicilia a Manfrè Medical srl, del supporto Star System - 2) Indicazione di € 15.800 quale prezzo di mercato corrente al pubblico.

si comunica che

- notiamo nella delibera n. 24 del 29/04/2019 che il prezzo unitario per il supporto di Vs. interesse, indicato per l'acquisto RDO su MEPA è di € 11.060,00
- nella delibera n.24 del 29/04/2019 evidenziamo che alla " Consultazione preliminare di mercato" ha risposto solo Manfrè Medical srl
- che la scrivente vi ha trasmesso, come sopra, il prezzo congruo corrente al pubblico di € 15.800,00
- che probabilmente vi è stato un errore di importo del prezzo unitario da Voi messo per la RDO di € 11.060,00, che renderà impossibile formulare Ns. offerta su MEPA.

Distinti saluti

Amm. Unico - Manfrè Ignazio

0.58 euro
10.07.19

John

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: sistema di supporto radiale Star System

Mittente: "Per conto di: manfremedical@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 10/07/2019, 09:24

A: <forniture@pec.aspag.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/07/2019 alle ore 09:24:09 (+0200) il messaggio

"sistema di supporto radiale Star System" è stato inviato da "manfremedical@pec.it"
indirizzato a:

forniture@pec.aspag.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20190710092409.04524.290.1.65@pec.aruba.it

-- postacert.eml --

Oggetto: sistema di supporto radiale Star System

Mittente: <manfremedical@pec.it>

Data: 10/07/2019, 09:24

A: <forniture@pec.aspag.it>

Gentilissima dott Calà, non possiamo produrre l'attestazione richiesta, in quanto pur avendo avviato trattative con diverse Asp (prezzo offerto € 20.000,00+iva 22%), non abbiamo ancora finalizzato la vendita del dispositivo in oggetto.

A livello Nazionale invece, Casa Madre Terumo si avvale di distributori nelle diverse Regioni e pertanto non conosciamo il prezzo al pubblico.

Ciò nonostante non capiamo da dove abbiate preso il prezzo deliberato, avendo da noi ricevuto offerta ufficiale.

In via del tutto eccezionale al fine di trovare un punto in comune, che possa permettere una conclusione della trattativa, formuliamo uno sconto incondizionato sul totale dei n. 4 Star System del 6% sull'imponibile.

Proposta valida fino al 31.07.2019.

Distinti saluti

Da: forniture@pec.aspag.it [mailto:forniture@pec.aspag.it]

Inviato: giovedì 27 giugno 2019 14:23

A: manfremedical@pec.it

Oggetto: sistema di supporto radiale Star System

Spett.le ditta,

con riferimento al dispositivo in oggetto si chiede un'attestazione dalla quale risulti, in qualità di distributore esclusivo per la Sicilia, il prezzo al pubblico praticato alle altre ASP, da assumere come parametro di riferimento.

In attesa di riscontro, si pongono cordiali saluti.

Dr.ssa Calà

Allegati:

daticert.xml

787 bytes

postacert.eml

7,9 kB

D.ssa Calà
26.06.19

Star System AG documentazione Casa Madre Terumo

amministrazione@manfremedical.com

mer 26/06/2019 10:20

John

A:forniture <forniture@ASPAG.IT>;

Cc:giuseppe.caramanno@gmail.com <giuseppe.caramanno@gmail.com>;

1 allegati (140 KB)

Lettera Terumo prezzo Starsystem.pdf;

Gent.ma D.ssa Calà,
ad integrazione documentazione già presentata e a Voi necessaria, si trasmette lettera di Casa Madre
Terumo come richiesto.
Cordiali Saluti

Amministratore Unico – Manfrè Ignazio

Da: amministrazione@manfremedical.com [mailto:amministrazione@manfremedical.com]

Inviato: martedì 14 maggio 2019 16:04

A: 'forniture@aspag.it'

Oggetto: Star System AG

Buongiorno.

Relativamente alla Vs. Delibera n. 24 del 29/04/2019 di oggetto " Indizione procedura RDO su MEPA per la fornitura di n. 4 sistemi di supporto radiale per tavolo angiografico occorrenti per le UUOCCC Cardiologia UTIC ed Emodinamica dei PPOO di Agrigento e Sciacca"

premesso che

- in data 20/02/2019 con prot. 33078 avete pubblicato " Consultazione preliminare di mercato " per supporto Adept Medical Limited di Terumo (denominato Star System).
- che con mail del 28/02/2019 a forniture@pec.aspag.it abbiamo manifestato il ns. interesse alla fornitura con il prodotto di Adept Medical Limited di proprietà Terumo (denominato Star System).
- che con mail del 12/03/2019 a forniture@pec.aspag.it su vs richiesta telefonica vi trasmettevamo :
1) Lettera di esclusiva distribuzione di TERUMO per Sicilia a Manfrè Medical srl, del supporto Star System - 2) Indicazione di € 15.800 quale prezzo di mercato corrente al pubblico.

si comunica che

- notiamo nella delibera n. 24 del 29/04/2019 che il prezzo unitario per il supporto di Vs. interesse, indicato per l'acquisto RDO su MEPA è di € 11.060,00
- nella delibera n.24 del 29/04/2019 evidenziamo che alla " Consultazione preliminare di mercato" ha risposto solo Manfrè Medical srl
- che la scrivente vi ha trasmesso, come sopra, il prezzo congruo corrente al pubblico di € 15.800,00
- che probabilmente vi è stato un errore di importo del prezzo unitario da Voi messo per la RDO di € 11.060,00, che renderà impossibile formulare Ns. offerta su MEPA.

Distinti saluti

Amm. Unico - Manfrè Ignazio



Terumo Italia S.r.l.

Via Paolo di Dono, 73
00142 ROMA RM, Italy
Tel.: +39 06 94802800
Fax: +39 06 60513233

www.terumo-europe.com

Spett.le

Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento AG

Roma, 20/06/2019
Prot.n° IS/9026/RC

Con la presente si dichiara che il Sistema di supporto radiale destro e sinistro chiamato **StarSystem**, cod. **AM*0160C**, composto da:

- StarBoard;
- StarSupport;
- StarTable;

verrà registrato al nostro prossimo deposito del listino in Camera di Commercio al prezzo di € 30.000,00 ed il prezzo suggerito per il pubblico è di 20.000,00€ + iva al 22%.

Il nostro distributore di zona, autorizzato alla vendita del prodotto, è la Spett.le Manfrè Medical S.r.l. sita in Via dei Nebrodi 48- 90144 Palermo.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Roberto Caranti

Terumo Italia S.r.l.
Il Procuratore
Roberto Caranti



Terumo Italia S.r.l.

Via Paolo di Dono, 73
00142 ROMA RM, Italy
Tel: +39 06 94802800
Fax: +39 06 60513233

www.terumo-europe.com

Spett.le

Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento AG

Roma, 20/06/2019
Prot.n° IS/9026/RC

Con la presente si dichiara che il Sistema di supporto radiale destro e sinistro chiamato **StarSystem**, cod. **AM*0160C**, composto da:

- StarBoard,
- StarSupport;
- StarTable;

verrà registrato al nostro prossimo deposito del listino in Camera di Commercio al prezzo di € 30.000,00 ed il prezzo suggerito per il pubblico è di 20.000,00€ + iva al 22%.

Il nostro distributore di zona, autorizzato alla vendita del prodotto, è la Spett.le Manfrè Medical S.r.l. sita in Via dei Nebrodi 48- 90144 Palermo.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Terumo Italia S.r.l.

Il Procuratore
Roberto Caranti



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal 29/10/2019
Agrigento, li 29/10/2019

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

1. Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
2. Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco