



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407268 - 407145

Fax: 0922407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 50731 del 19.03.2019

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto, in due lotti, di attrezzature sanitarie per l'UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. di Agrigento, le cui caratteristiche tecniche, elaborate dal dirigente medico responsabile della predetta UOC, vengono di seguito specificate e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

LOTTO N. 01: n. 02 Telecamere HD Wireless (wi-fi), compatibili con Caschetto Fotofono DHK 50 in dotazione alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. di Agrigento, aventi le seguenti caratteristiche:

- Sensore C-MOS 5 megapixel o superiore
- Peso 13 g.
- 30 frames/secondo.
- Funzioni autofocus ed autoesposizione.
- Display real time e registrazione video in TF card, smartphone e pc.
- Compatibilità con sistemi Windows OS e MAC OS.
- Pedale a triplice comando per foto e video.
- Software incluso.

LOTTO N. 02: n. 01 Strumento per Otoemissioni Acustiche Neonatali per Screening Neonatale di 2° livello aventi le seguenti caratteristiche:

TEOAE

- Metodo di valutazione: media ponderata in base al rumore, conteggio dei picchi di segnale significativi;
- Stimolo: sequenza di clic non lineare;
- Livello di Stimolo: 70-84 dB SPL (45-60 dB HL), calibrazione automatica a seconda del volume del canale uditivo;
- Frequenza di clic: circa 60 Hz;
- Intervallo di Frequenza: da 1,5 a 4,5 kHz;
- Visibile durante il test: forma d'onda statica, progresso della misurazione, livello di rilevamento TEOAE, livello rumore;

INTERFACCE DATI:

- PC: Trasmissione dati IR alla Docking Station – interfaccia USB da Docking Station a PC;
- Display con touch screen resistivo (possibile utilizzo con i guanti);

- Orologio tempo reale integrato per indicare l'ora delle misurazioni. L'orologio viene automaticamente sincronizzato all'orologio del PC una volta collegato;
- Menu guida su schermo
- Docking Station per il trasferimento dati, aggiornamenti e caricamento dello strumento;
- Sonda angolata;
- Test di qualità di sonda e cavi;
- Software comprensivo che offre la gestione dei test.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre 26/03/2019**, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- ✓ Prezzo unitario di acquisto, franco destino e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- ✓ Canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- ✓ Dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- ✓ Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.


L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Coll. Amm.Vo Esperto T.P.O
Dr. Giuseppe Santilippo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

