



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 74290 del 03 maggio 2019

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (letti travaglio parto per il nuovo blocco parto del P.O. di Licata).

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, alla fornitura urgente di n. 2 letti travaglio parto per il nuovo blocco parto del P.O. di Licata, con le specifiche tecniche di cui alla richiesta prot. N. 60811/2019 pubblicata in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo dell'11 maggio 2019.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407268).

F.to D'ordine del Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo
Il Titolare p.o. Dr. Giuseppe Sanfilippo



Bell. Sinflebo
u.h. lpl

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2

Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II°" Sciacca

N. Prot. 60811 del 3/4/2013

Sciacca, 02/04/2019

U.O.C. Provveditorato

Dott.ssa L. Di Salvo

P.C. d.m. SANTILIPPO

Oggetto: Reindizione di gara per l'acquisto letto travaglio parto per il P.O. di Licata.

In merito all'oggetto si trasmettono caratteristiche tecniche per l'acquisto di quanto in oggetto, le stesse tengono conto degli sviluppi tecnologici intervenuti e pertanto sostituiscono ogni precedente comunicazione. Si specifica inoltre in riferimento all'art. 95 del nuovo codice degli appalti, che trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate.

Specifiche Tecniche

1. Superficie a tre sezioni;
2. Regolazione in altezza da cm 55 a 92 circa, tramite colonne;
3. Regolazione con un solo pulsante di posizione poltrona, posizione visita, posizione Fowler, posizione zero;
4. Regolazione dello schienale comandata da attuatore elettrico con auto regressione;
5. Regolazione elettrica sezione bacino e sezione pediera estendibile elettricamente;
6. Letto dotato di n°4 ruote piroettanti con diametro di almeno 12 cm con freno azionabile tramite pedale;
7. Posizione trendelemburg e anti-trendelemburg;
8. Elevata portata Carico di lavoro sicuro Kg 250, carico ammissibile sull'estensione del telaio Kg 170;
9. Materasso ignifugo, antiallergico, facilmente lavabile e sanificabile, impermeabile e antistatico;
10. Dotato di bacinella raccolta liquidi estraibile;
11. Dotato di asta porta-flebo regolabile;
12. Dotato di luce notturna;
13. Maniglie incorporate nella struttura;
14. Pedana regolabile;
15. Sezione piedi removibile;
16. Dotato di maniglie di spinta e reggi cosce a scomparsa e regolabili;
17. Deve essere dotato di batteria ausiliaria che permette la movimentazione sia dello schienale che dell'altezza variabile per diversi cicli;
18. Spalle e sponde in plastica con additivo antibatterico.

19. Completo di telecomando con chiave di blocco di sicurezza.
20. Supervisor.
21. Comandi sulla parte interna ed esterna delle sponde.

Distinti saluti.

Il Capo Dipartimento

Dr. S. Incardone

