



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407268 - 407145

Fax: 0922407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 81666 del 09.05.19

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto di attrezzature di emergenza da destinare ai Pronto Soccorso dei PP.OO. di questa ASP, nelle tipologie, nei quantitativi e con le specifiche tecniche elaborate dal Responsabile del Dipartimento Area di Emergenza/Urgenza, pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre 20/05/2019**, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- ✓ Pezzo unitario di acquisto, franco destino e relativa installazione, ove questa sia pertinente in funzione della natura del bene oggetto d'offerta. Il prezzo dovrà essere eventualmente comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia) e della eventuale formazione in house del personale utilizzatore dell'apparecchiatura, sempre in relazione ad offerte aventi per oggetto apparecchiature che lo richiedano;
- ✓ Per offerte aventi ad oggetto attrezzature che richiedano attività di manutenzione, relativo canone annuo full-risk (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- ✓ Dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- ✓ Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Le ditte potranno liberamente presentare offerte per uno o più delle attrezzature oggetto della presente indagine, e dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.


L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilevi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indicazione della relativa procedura di gara.

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica indicato in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Coll. Amm.Vo Esperto T.P.O
Dr. Giuseppe Sanfilippo

Il Direttore U.O.S. Acquisizione
Beni e Servizi non Sanitari
Dr.ssa Angela Chiarelli



e. pc

Oggetto: ricognizione e richiesta attrezzatura di emergenza e primo soccorso servizio Pronto Soccorso P.O. Agrigento

Fabbisogno di Attrezzature ai Pronto Soccorso

Q.tà Richiesta		DESCRIZIONE ATTREZZATURE DI EMERGENZA dei Pronto Soccorso di: (Agrigento - Sciacca - Ribera - Canicatti - Licata)
Ag C.tti Licata Ribera Sciacca	5 ✓ 2 1 1 2	Tavole spinali modello adulto pediatrico integrate, radiotrasparente amagnetica, con portata fino a 200 kg. Quotato per sostenere i pazienti con fino a 200Kg. Disegno anatomico per la migliore sistemazione del paziente e di sicurezza. Rigido, leggero e comodo. Offerte grandi e maniglie anatomiche per facilitare trasporto manuale. Radio trasparente per uso in dispositivi dei raggi X. Disegno per uso nelle stanze a risonanza magnetica. Abbia aperture specifiche per immobilizzazione della cinghia del ragno. Permette al salvataggio sull'acqua e sulle elevate altitudini. Materiale impermeabile, facili pulire e sterilizzare. Può essere utilizzato nelle stanze di MRI. Modello adulto/pediatrico integrato
T. le	11	
Ag C.tti Licata Ribera Sciacca	1 1 1 1 1	Tavole spinali modello adulto pediatrico integrate, radiotrasparente amagnetica, con portata superiore a 200 kg. Quotato per sostenere i pazienti superiore a 200Kg. Disegno anatomico per la migliore sistemazione del paziente e di sicurezza. Rigido, leggero e comodo. Offerte grandi e maniglie anatomiche per facilitare trasporto manuale. Radio trasparente per uso in dispositivi dei raggi X. Disegno per uso nelle stanze a risonanza magnetica. Abbia aperture specifiche per immobilizzazione della cinghia del ragno. Permette al salvataggio sull'acqua e sulle elevate altitudini. Materiale impermeabile, facili pulire e sterilizzare. Può essere utilizzato nelle stanze di MRI. 1Modello adulto/pediatrico integrato
T. le	5	



**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Area di Emergenza Urgenza
Asp Agrigento**

Realizzata in tubo d'acciaio con rivestimento epossidico. Piano fisso con copertura plastica lavabile ed ignifugo. Asta porta flebo e sponde laterali. Montata su quattro ruote da 125mm di cui due con freno. Struttura smontabile.		Barelle trasporto utenti		Barelle Bariatriche con portata superiore a 200 kg	•Capacità di carico 317,5 Kg (700 lb) •Piano regolabile in altezza •Maniglie di spinta •Freno di blocco per le quattro ruote •Lavabile con getto a pressione •Pedali di sterzo/freno - testa e piedi* •Pedali di sterzo/freno - tutti e quattro i lati* •Steering Plus™ System di nuova generazione •Asta portaflebo permanente - 2 livelli •Superficie radiotrasparente con supporto cassette per radiografie toraciche verticale*
Ag C.tti Licata Ribera Sciacca	15 4 3 3 5				
T. le	30				
Ag C.tti Licata Ribera Sciacca	4 1 1 1 3			Carrozzi	- Larghezza seduta: 42 - Larghezza massima: + 12 cm. - Larghezza trasporto: 26 cm. - Altezza schienale: 47 cm. - Altezza seduta: 50 cm. - Profondità seduta: 40 cm - Profondità massima: 90 cm. - Portata massima: 140kg. - Telaio: acciaio - Ruote: a gomma piena
T. le	10				
Ag C.tti Licata Ribera Sciacca	13 3 3 3 8				
Ag C.tti Licata Ribera Sciacca	2 1 1 1 2	Carrozze Bariatriche con portata superiore a 200 kg		Telaio in acciaio a doppia crociera, che assicura massima stabilità alla carrozzina, realizzata per sostenere persone fino a 250 kg. Con ruote a gomma piena	



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Area di Emergenza Urgenza
Asp Agrigento

T. le	7		
Ag	3	Carrelli di Terapia	Carrello professionale con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. Dotato di 4 ruote in gomma Ø 125 mm (2 con freno). Dotato di vassoio portastrumenti e 10 cassette superiori a dispenser
Ag	1	Carrello giro visita	Caratteristiche standard: piano scorrevole; un ampio pozzetto per l'archiviazione dei documenti; vano inferiore; il piano scorrevole può essere utilizzato come piano scrittoio, altezza 113 cm da terra; serratura opzionale centralizzata con chiusura simultanea del top scorrevole e dei cassette se presenti.
			ELETTROMEDICALE • n. 1 defibrillatore • n. 1 saturimetro • n. 1 aspiratore medico chirurgico • n. 1 pallone autoespansibile completo di reservoir • n. 1 bombola di O2 da l. 3 con riduttore di pressione ed flussometro di erogazione con raccordo standard per O2
Ag	3	Carrello Di Emergenza completo di elettromedicali	STRUTTURA CARRELLO • ripiano superiore • vassoio porta defibrillatore • quattro cassette anteriori • tavola per RCP allocata anteriormente ai cassette anteriori se non in uso funge da sigillo • tre cassette laterali • asta di sostegno flebo • un vano porta bombola di O2 ubicato sulla parte posteriore
Ag	4	Monitor multiparametrico (stanza codice rosso + salette visita)	Sistema di monitoraggio dei parametri vitali per posto letto, terapia intensiva e per il trasporto. Parametri rilevati - ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce - Frequenza cardiaca - Pressione non invasiva - Saturazione di ossigeno - Frequenza respiratoria - 2 canali di temperatura ECG



**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Area di Emergenza Urgenza
Asp Agrigento**

				- derivazioni visualizzabili - Pressione non invasiva - Saturazione di ossigeno - Frequenza respiratoria - Temperatura
Ag	1	VAM (Ventilazione Artificiale Meccanica) stanza codice rosso		Consultare il rianimatore
Ag	2	Barelle a cucchiaino		Fatto del polimero trattato termico ci sono quattro lunghezze differenti disponibili secondo altezza paziente. Ha una sezione capa messa per accertare l'allineamento cervicale del paziente è protetta. È raggi X traslucidi ed esso facile usare e pulire. La serratura di sicurezza gemellata fornisce il bloccaggio e sbloccare regolari.
C.tti	1			
Licata	1			
Ribera	1			
Sciacca	2			
T. le	8			
Ag	30	Collari cervicali modello neck multisizer		Adulto e pediatrico
C.tti	20			
Licata	20			
Ribera	20			
Sciacca	30			
T. le	100			
Ag	30	Stecco bende di varia misura		Arti superiori XL-L-M-S adulto e pediatrico Arti inferiori XL-L-M-S adulto e pediatrico
C.tti	20			
Licata	20			
Ribera	20			
Sciacca	30			
T. le	100			



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Area di Emergenza Urgenza
Asp Agrigento

Tavola Rullo Traslatore per Movimentazione Pazienti		Scivoline (presidio necessario a facilitare lo spostamento dei pazienti)
Ag	2	
C.tti	1	
Licata	1	
Ribera	1	
Sciacca	2	
T.le	10	

T.P. di Area di Emergenza
Dott. Salvatore Pizzicchia

Il Capodipartimento Area di Emergenza
Dott. Francesco Ferrara