

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. per l'affidamento della fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento (Codice CIG ZE728A3A98). CHIARIMENTI

Si rendono i chiarimenti forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

- 1) Quesito: Buongiorno, è obbligatorio il sopralluogo?

Risposta: Si chiarisce che il sopralluogo indicato nel documento condizioni particolari di contratto è da intendersi non obbligatorio.

- 2) Quesito: Spett.le Ente, con riferimento a pag. 1 delle Condizioni Particolari di Contratto, e specificatamente alle caratteristiche minime della macchina: "Compatibilità con gli endoscopi in dotazione alla ASL (Olympus e Fujinon), da verificare mediante sopralluogo; si richiede la fornitura degli adattatori di lavaggio per gli endoscopi riportati in uso presso l'U.O." si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. In caso affermativo si chiedono i riferimenti del referente da contattare.

Risposta: Si rinvia alla risposta al quesito n. 1, fermo restando la richiesta di fornitura degli adattatori di lavaggio per gli endoscopi in uso presso l'U.O. (Olympus e Fujinon);

- 3) Quesito: In riferimento alla procedura siamo a richiedere se le lavaendoscopi debbano essere nuove e di ultima generazione o se sono accettate lavaendoscopi ricondizionate.

Risposta: Si chiarisce che il documento Condizioni particolari di contratto non contiene un riferimento preciso, e trattandosi di noleggio temporaneo di 6 mesi, saranno considerate ammissibili offerte di apparecchiature anche usate, atteso che la manutenzione full-risk è a carico del fornitore, fermo restando il possesso delle caratteristiche tecniche minime di gara.

- 4) Quesito: In riferimento alla procedura si chiede conferma che la lavaendoscopi debba effettuare il monitoraggio individuale dei canali, in tal modo in caso di ostruzione o di distacco di un canale la lavaendoscopi deve segnalare l'allarme e il canale interessato. Tale funzione serve a garantire il corretto riprocessamento dei canali interni ed evitare ai pazienti rischi di infezioni crociate.

Risposta: si precisa che per le specifiche tecniche bisogna fare riferimento a quelle indicate nel documento Condizioni particolari di contratto.

Le ditte offerenti sono tenute a comunicare di aver preso visione della presente.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sulla piattaforma ME.PA. con valore di notifica per tutte le ditte interessate.

Il RUP**Dr. Giuseppe Sanfilippo****Il Direttore Servizio Provveditorato****Dr.ssa Loredana Di Salvo**