



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.407118 – fax. 0922.407119

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO (LOTTO 1), CALTANISSETTA (LOTTO 2), ENNA (LOTTO 3), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA (LOTTO 4) E AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI MESSINA (LOTTO 5)

CIG per il Lotto 1
CIG per il Lotto 2
CIG per il Lotto 3
CIG per il Lotto 4
CIG per il Lotto 5

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA,
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura a noleggio continuativo ed a chiamata, in lotto indivisibile di fornitura, delle superfici speciali antidecubito di prevenzione e/o terapia per le piaghe antidecubito per pazienti a basso-medio-alto e altissimo rischio, funzionanti secondo il principio della fluttuazione dinamica e l'eventuale lavaggio, sanificazione e manutenzione della materasseria e dispositivi per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito, occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione siciliana unitesi in consorzio di acquisto con l'ASP di Agrigento come precisamente indicato in ciascun lotto territoriale (Lotto 1 – ASP Agrigento, Lotto 2 – ASP Caltanissetta, Lotto 3 – ASP Enna, Lotto 4 – A.O. "Garibaldi" di Catania e Lotto 5 – A.O. "Papardo" di Messina). L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento svolge la funzione di azienda capofila con mandato di ciascuna azienda consorziata ad espletare la procedura di gara nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di settore. La gara sarà aggiudicata, con riguardo a ciascun lotto territoriale, alla ditta concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il "noleggio continuativo ed a chiamata delle superfici speciali antidecubito funzionanti ad aria di prevenzione e/o terapia antidecubito per pazienti a basso-medio-alto ed altissimo rischio" ha per oggetto la fornitura a noleggio delle superfici speciali antidecubito funzionanti ad aria di prevenzione e/o terapia antidecubito per pazienti a basso-medio-alto ed altissimo rischio (secondo indice di Norton e stadiazione delle lesioni) con le caratteristiche meglio specificato nell'allegato 1 – "specifiche tecniche sistemi antidecubito".

Art. 2 - CONSISTENZA DELL'APPALTO

Il presente capitolato è fondato sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale le tipologie e i volumi delle forniture e servizi desumibili all'allegato 3 – "elaborato computo base d'asta distinto per lotto territoriale" sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa delle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura della fornitura appaltata.

In particolare, i dati delle attività e/o dei consumi riportati nel richiamato allegato 3 risultano funzionali al calcolo della base d'asta sulla base della produzione storica riferita all'anno 2017/2018. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere non garantiscono lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto (fatto salvo quanto più avanti precisato).

È secondo tali premesse che, relativamente alle forniture e servizi oggetto dell'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:

1. di estendere le forniture e i servizi appaltati a favore di nuovi Presidi, Servizi, Centri di utilizzo, dandone preavviso al "Soggetto Aggiudicatario" con almeno trenta giorni di anticipo;
2. di sospendere o ridurre le forniture e i servizi appaltati, dandone preavviso all'Appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo, presso Presidi, Servizi, Centri di utilizzo, o altre sedi per effetto del

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE U.O.C. DI CATTANISSETTA, ENNA, A.O. "PAPARDO" DI MESSINA E A.O. "GARIBALDI" DI CATANIA

RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



ridimensionamento delle attività o di modifiche organizzative dell’Azienda dovute a norma di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali, nonché per effetto di modifiche organizzative decise autonomamente dall’Amministrazione.

Le estensioni e le riduzioni di cui sopra, in più o in meno con riferimento al valore complessivo presunto della singola tipologia di fornitura e servizio considerato, non daranno diritto al “Soggetto Aggiudicatario” di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari (art. 27, comma 3, D.M. 28/10/1985, artt. 1559 e 1560 codice civile ed art. 106, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 3 - ATTIVAZIONE DELL’APPALTO E SUA DURATA

L’appalto sarà attivato entro e non oltre il 60° giorno solare successivo a quello in cui sarà divenuto efficace il contratto sottoscritto tra il “Soggetto Aggiudicatario” e la Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera.

Il contratto d’appalto avrà durata pari a 5 anni a partire dalla data di effettivo inizio dell’erogazione dei servizi dopo che il contratto sia divenuto efficace, e potrà essere prorogato per il periodo necessario a definire il nuovo procedimento di gara.

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza definitiva del contratto (quest’ultimo eventualmente già soggetto a proroga), la AA.SS. ed OO. provvederanno ad indire una nuova gara d’appalto per la gestione dei servizi contemplati dal presente capitolo.

In tale circostanza, qualora si verifichino more correlate all’esperimento della gara stessa, la AA.SS. ed OO. potranno chiedere al “Soggetto Aggiudicatario” di prorogare il rapporto, alle stesse condizioni contrattuali; la Ditta ha l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino al subentro della ditta aggiudicataria del nuovo appalto.

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative e regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero nei casi stabiliti dalla *lex specialis* di gara.

Per quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni del disciplinare di gara.

Art. 4 – NOLEGGIO DELLE SUPERFICI ANTIDECUBITO AD ARIA. RICONDIZIONAMENTO SANITIZZANTE DELLE SUPERFICI ANTIDECUBITO IN NOLEGGIO.

Il “Soggetto Aggiudicatario” dovrà fornire a noleggio le superfici antidecubito funzionanti ad aria necessari per la prevenzione e/o la terapia per pazienti a basso-medio-alto e altissimo rischio (secondo indice di Norton e stadiazione delle lesioni) delle varie forme, tipologia e dimensioni a corredo dei tipi di letto di cui sono dotate o si doteranno le Strutture Sanitarie da servire, ivi comprese quelli segmentati o con caratteristiche specifiche. Pertanto, il “Soggetto Aggiudicatario” è tenuto ad assicurare la fornitura dei sistemi anche a valere per i letti ulteriormente acquistati che nel corso di validità del contratto dalle aziende sanitarie ed ospedaliere committenti.

La richiesta delle superfici sarà effettuata con le modalità indicate nell’allegato 1 “specifiche tecniche sistemi antidecubito”.

Il servizio contemplerà anche l’assistenza tecnica e manutentiva, nonché la formazione del personale della AA.SS. ed OO., necessari a garantire il corretto impiego dei sistemi.

Al riguardo, il “Soggetto Aggiudicatario” sarà tenuto a collaborare con la Direzione Sanitaria delle stesse GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL’A.O. “PAPARDO” DI MESSINA E A.O. GAMBALDI DI CATANIA

ASP AGRIGENTO di LICATA
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



AA.SS. ed OO., al fine di raggiungere l'obiettivo di un corretto utilizzo delle risorse associato ad un elevato livello di prevenzione e/o cura delle lesioni da pressione.

Il "Soggetto Aggiudicatario" dovrà mettere a disposizione le adeguate dotazioni di sistemi come meglio specificato nell'allegato 3 del presente capitolo.

Sarà cura dell'Unità Operativa richiedente accertare la conformità e l'idoneità delle apparecchiature richieste e l'avvenuto processo di ricondizionamento.

All'atto del ritiro finale del presidio dovrà certificarsi, da parte del reparto, la data e l'ora di richiesta del ritiro stesso.

Nel caso in cui il paziente ricoverato presso un reparto sia in terapia con i presidi in oggetto e, debba essere trasferito presso altro reparto, proseguirà il trattamento, previa adeguata informativa al "Soggetto Aggiudicatario" relativamente al trasferimento operato.

L'Amministrazione dell'AA.SS. ed OO. si impegna a che il proprio personale custodisca e utilizzi il presidio con perizia e con la dovuta diligenza.

Il "Soggetto aggiudicatario" sopporterà il rischio di perdita o danni subiti dai presidi, a meno che tali eventi non siano dovuti a negligenza, dolo o inadempienza delle AA.SS. ed OO.

Il "Soggetto Aggiudicatario" sarà ritenuto responsabile di eventuali danni, e/o lesioni a persone e cose derivanti in conseguenza del noleggio dei presidi, qualora tali eventi siano imputabili a sua colpa.

Art. 5 – CAMPIONATURA GARA D'APPALTO

La Commissione Giudicatrice potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere alle ditte concorrenti di far pervenire, in tutto o in parte, la seguente campionatura:

1. materasso antidecubito per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio (scala Norton < 10 e valori equivalenti di altre scale);
2. materasso antidecubito per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio (indice Norton da 14 a 10 e valori equivalenti di altre scale);
3. materasso antidecubito per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a basso/medio rischio (indice Norton > 14 o valori equivalenti di altre scale);

Ogni campione eventualmente fornito dovrà riportare una apposita dicitura che lo renda riconoscibile e immediatamente associabile alle schede tecniche prodotte e certificazioni a corredo. Dovrà essere riportato il nome della Ditta offerente. Il recapito della campionatura presso la sede all'uopo indicata dalla Commissione ed il successivo ritiro della stessa sarà a cura e spese esclusivamente della ditta offerente.

La Commissione di Gara potrà inoltre effettuare un sopralluogo nelle sedi delle Ditte concorrenti per prendere visione dei sistemi posti in atto per il lavaggio, la sanificazione ed il confezionamento dei dispositivi.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariati per il primo anno di validità del contratto di LICITAZIONE.

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA E A.O. "G. GAGLIANICO" DI CAMPANIA CATANIA

U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
DOTT. G. GAGLIANICO
Iscrizione Ordine Medici N. 10333 AG
4



A decorrere dal secondo anno, pertanto, il corrispettivo contrattuale del servizio sarà sottoposto a revisione periodica, previa richiesta scritta dell'appaltatore corredata del Certificato dell'Ufficio prezzi e statistica C.C.I.A.A. riportante la variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno trascorso. La revisione viene effettuata sulla base di istruttoria condotta dall'Amministrazione ai sensi degli art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore emetterà fatture mensili posticipate, tenendo separati nelle stesse gli importi dei vari servizi erogati (tipologia di presidio).

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse ai sensi del D.lgs. n. 231 del 09/10/2002 (attuativo della Direttiva 2000/35/CE). La medesima norma sarà applicata in caso di ritardi nei pagamenti.

Le modalità di fatturazione, le specifiche indicazioni dei codici IPA e l'eventuale distinzione per centri di costi/responsabilità potrà essere definita dettagliatamente dalle singole aziende sanitarie ed ospedaliere in ragione delle proprie specifiche esigenze. Pertanto, il "Soggetto Aggiudicatario" è tenuto ad assicurare – anche attraverso la soluzione informatica proposta – ogni specifica funzionalità di dettaglio in tal senso richiesta.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscono l'acquisizione del DURC.

Il "Soggetto Aggiudicatario" deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016. L'Azienda sanitaria/ospedaliera non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito e resta inteso che l'azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. Una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

Art. 8 - RISERVA DI MODIFICAZIONI

Le aziende sanitarie/ospedaliere esecutrici del contratto si riservano di fare apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi appaltati, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti igienici ed organizzativi, senza che l'appaltatore possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi produttivi delle prestazioni.

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIOPPO. di LICATA
DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA, A.O. MEDICALIS, A.O. e Riabilitativa
CATANIA

Dr. ANGELO GAMBRINO⁵ .
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



Art. 9 - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto viene qualificato di "pubblica utilità ed interesse". In caso di scioperi l'appaltatore, anche attraverso opportuni accordi con le OO.SS., dovrà garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

Art. 10 - CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si dovranno riferire agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal capitolato che dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto.

Al riguardo l'Amministrazione potrà fare analizzare, in ogni momento ed a campione, ogni presidio consegnato nonché gli altri materiali e/o attrezzature impiegati nell'erogazione del servizio, al fine di verificarne la conformità alle prestabiliti specifiche.

Art. 11 - RESPONSABILE DELLA DITTA

L'appaltatore dovrà individuare un suo rappresentante od incaricato, che avrà la funzione di responsabile della commessa e che dovrà avere la facoltà di ottemperare a quanto previsto dal contratto d'appalto. La Ditta dovrà comunicare alle aziende sanitarie esecutrici del contratto il nome dell'incaricato e del referente in loco presso ogni struttura sanitaria, nonché il luogo di residenza, l'indirizzo ed il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse.

Art. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI DA INTERFERENZA

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le Strutture e i locali delle aziende committenti.

L'attività svolta dall'appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica da parte del personale delle singole Aziende Sanitarie, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivo a quest'ultimo, ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito del servizio.

L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionali, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A tal fine, a norma

A.S.P. di AG - P.D. di LICATA

U.O. di Medicina del Lavoro e di Riabilitativa
GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE RESPONSABILI
DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE RESPONSABILI
PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTAGIRONE, CATTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA, DELL'A.O. "CARIBIADIS" DI
CATANIA

D.A. ANGELO GAMBINO
Iscritto all'Ordine Medico N. 2333 - AG



dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i Servizi di Prevenzione Protezione delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere che partecipano al presente appalto, eseguono una valutazione dei rischi interferenziali, attraverso la redazione dei DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). Per quanto riguarda l'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) l'ASP di Agrigento – nella qualità di azienda capofila della procedura di gara – ha predisposto il DUVRI, allegato agli atti di gara, e ad esso si rinvia per le relative valutazioni. Gli oneri nel predetto duvri sono posti pari a zero. Per quanto di competenza di ciascuna azienda consorziata si rinvia ai documenti che verranno redatti da ciascuna Azienda sanitaria/ospedaliera.

Pertanto, allorquando ritenuto necessario ed in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato da ogni Azienda Sanitaria/Ospedaliera, anche su proposta dell'esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore a cui spetta la fornitura dei D.P.I..

Il personale della/e Ditta/e appaltatrice/i deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Inoltre, il "Soggetto Aggiudicatario", preventivamente all'avvio dell'esecuzione del servizio, è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione nelle forme del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in ordine al possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 13 - REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELLA DITTA

Nell'espletamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alle aziende sanitarie committenti e mantenere aggiornato - un elenco nominativo del personale addetto ai servizi presso il Committente con l'indicazione del sesso, età, ed estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

A tal proposito si fa espresso rimando al disciplinare per l'eventuale applicazione della clausola sociale come previsto dall'articolo 50 del d.lg. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 14 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME INTERNE

I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le Strutture dell'Ente sono obbligati a tenere un

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE e Riabilitativa
DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE e Riabilitativa
PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA E A.O. "GARIBOLDI"
CATANIA

F. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - 7AG



comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza del caso.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere possono richiedere, dandone circostanziate motivazioni, l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale inviato presso le strutture sanitarie servite:

- ✓ vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- ✓ abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- ✓ consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle Strutture servite, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria o al Responsabile della Struttura;
- ✓ segnali subito, agli organi competenti delle aziende sanitarie ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- ✓ tenga sempre un contegno corretto;
- ✓ non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- ✓ rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- ✓ segnali immediatamente al suo referente qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell'adempimento del Servizio nei confronti del Piano di Sicurezza e del Piano di Coordinamento della Sicurezza;
- ✓ si adegui tassativamente alle disposizioni aziendali dell'appaltatore e della Azienda Sanitaria ed al rispetto delle norme di cui all'articolo 5 del D.lgs. 81/2008.

Nello svolgimento del servizio la Ditta dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali delle aziende sanitarie.

La Ditta e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività delle aziende sanitarie che ai pazienti.

Art. 15 - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento, di liquidazione dell'appaltatore, di fallimento della Ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto sarà assoggettato alla disciplina di cui all'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto d'appalto che esso stipulerà con le aziende sanitarie committenti senza il consenso preventivo della Azienda Sanitaria stessa e comunque nei limiti della legislazione vigente.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Qualora intendesse procedere con l'affidamento di subappalti indicati in offerta, l'Appaltatore sarà tenuto a formulare per iscritto e comunque nei termini e con le modalità di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI PRODOTTI DI PROTEZIONE DI P.D. DI LICITA
DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA E A.O. "GARIBOLDI DI BISINA E RIABILITATIVA
CATANIA

Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



Art. 18 - RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore risponde dei danni a persone od a cose dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti. La azienda sanitaria committente è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Ditta aggiudicataria dell'appalto sarà tenuta a fornire, all'atto della stipula del contratto, copia di una polizza assicurativa contro tutti i rischi (All Risk), oltre alla garanzia RCT a copertura dei danni a cose o persone derivanti dal malfunzionamento o da guasti e/o difetti dei sistemi installati, avente massimale minimo non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro per danni a persone e € 500.000,00 per sinistro per danni a cose, senza previsione di alcuna franchigia a carico del danneggiato.

L'Appaltatore, nel limite del lecito, ha facoltà di porre in atto le misure che riterrà opportune per la salvaguardia della proprietà dei presidi noleggiati.

L'Appaltatore avrà diritto al risarcimento dei danni qualora l'ammanco o l'uso improprio dei presidi forniti a noleggio sia imputabile a personale dipendente delle aziende sanitarie/ospedaliera committenti.

Art. 19 - PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI

Le aziende sanitarie committenti si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento quando, in relazione a ciò, l'Appaltatore sia stato richiamato per almeno tre volte, mediante PEC, senza che questi abbia compiutamente e nei tempi indicati risolto le problematiche contestategli.

Indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato ed allegati tecnici, saranno applicabili i seguenti tipi di penali, il cui valore sarà determinato volta per volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, ma non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia:

1. Per mancata rispondenza dei presidi forniti alle specifiche tecniche prescritte dal Capitolato Tecnico e/o dichiarate dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto: Euro 1.000= massimi per ogni contestazione;
2. Per imperfette condizioni igieniche (sterilità e/o sanificazione) e di stato d'uso dei presidi consegnati, comprovabile attraverso prove microbiologiche e tecniche sugli stessi: Euro 1.000= massimi per ogni contestazione;

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile della stessa. L'appaltatore entro il termine di giorni 5 potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte il cui mancato accoglimento determinerà l'applicazione delle penali di cui sopra.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC all'indirizzo eletto dall'aggiudicatario. Nella

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI INOFEZIONI DELL'ASP DI AGRIGENTO, DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA E A.O. "GARIBOLDI" DI CATANIA

ASPI AGRIGENTO P.O. di LICATA
U.O. di Medicina "Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANTONIO GAMBINO

Iscrizione: Ordine Medici N. 2333 - AG



contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ✓ frode nella esecuzione dell'appalto;
- ✓ mancato e/o difforme inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente documento "Capitolato Tecnico" ed atti allegati;
- ✓ manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- ✓ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- ✓ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per quindici giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- ✓ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- ✓ cessione del contratto;
- ✓ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- ✓ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ✓ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino defezioni e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 21 - RECESSO

L'azienda sanitaria/ospedaliera committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite pec all'indirizzo eletto dall'aggiudicatario. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto (art. 109 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc). Inoltre, la ditta aggiudicataria si impegna, pena il recesso del contratto, a comunicare durante la vigenza del rapporto contrattuale ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale Della Vittoria n. 321 – 92100
AGRIGENTO Tel.: +39 0922407118
Mail: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione, ed ogni altra spesa accessoria discendente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice il Foro competente è quello che ha giurisdizione sul territorio sul quale insiste la sede legale di ciascuna azienda sanitaria o ospedaliera. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 - APPLICAZIONE LEGGE SULLA PRIVACY (L. 675/1996, GDPR – Regolamento UE 2016/679)

A seguito della presentazione dell'offerta, la Azienda Sanitaria/Ospedaliera è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dalla ditta concorrente nell'ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio:

- stipula di contratti;
 - rispetto obblighi di legge;
 - pagamenti;
 - esigenze di tipo gestionale ed operativo;
 - osservatorio prezzi;
 - eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite società specifica).

Relativamente all'applicazione del d.lgs. n. 196/2003 per quello che riguarderà dati personali di soggetti "interessati" quali operatori, utenti e pazienti gravitanti presso le strutture a cui saranno erogati i servizi appaltati, dei quali l'Appaltatore dovesse entrare in possesso nell'esercizio delle sue funzioni e che dovessero essere oggetto di trattamento da parte dello stesso, si precisa che con successivi provvedimenti l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera provvederà a regolare il trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato d.lgs. n. 196/2003 e GDPR – Regolamento UE 2016/679.

In ogni caso, deve essere garantita in ogni momento la possibilità di recuperare in modo esaustivo e completo (e senza oneri aggiuntivi) il patrimonio informativo, che si precisa essere di esclusiva proprietà delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, memorizzato nella "base dati" del servizio, secondo formati, tempi e modalità dettagliatamente documentate. Il patrimonio informativo nella sua completa accezione, dovrà essere sempre a disposizione per tutta la durata del contratto e fornito entro 10 gg lavorativi dalla richiesta formale e, in ogni caso, al termine del contratto.

Oltre, è fatto espresso rinvio a quanto indicato nel disciplinare di gara.

Art. 25 - NORME DI RINVIO

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALL'AOI DI CATANIA E RIABILITATIVA PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTAGIRONE, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA E A.O. "GARIBOLDI RESPONSABILE CATANIA

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
VIZIO DI NOLEGGIO DI
NOLEGGIO SANITARISTICO e Riabilitativa
E.A.O. "GARIBRESPONSABILE"
Dr. ANGELO GAMBINO
iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale Della Vittoria n. 321 – 92100
AGRIGENTO Tel.: +39 0922407118
Mail: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Per quant'altro non previsto dal presente Capitolato ed "elaborati allegati", le parti concordano di ritenere applicabili le norme regolanti l'appalto, di cui al C.C. artt. 1655-1677, quelli di cui al d.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nonché del disciplinare di gara e delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali.

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizioni Ordine Medici N. 2333 - AG

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA, DELL'A.O. "PAPARDO" DI MESSINA E A.O. "GARIBALDI" DI CATANIA



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.407118 – fax. 0922.407119

CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE SISTEMI ANTIDECUBITO

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO (LOTTO 1), CALTANISSETTA (LOTTO 2), ENNA (LOTTO 3), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA (LOTTO 4) E AZIENDA OSPEDALIERA "PAPARDO" DI MESSINA (LOTTO 5)

CIG per il Lotto 1
CIG per il Lotto 2
CIG per il Lotto 3
CIG per il Lotto 4
CIG per il Lotto 5

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 AG



Con riferimento a ciascun lotto territoriale (Lotto 1 – ASP Agrigento, Lotto 2 – ASP Caltanissetta, Lotto 3 – ASP Enna, Lotto 4 – A.O. "Garibaldi" di Catania e Lotto 5 – A.O. "Papardo" di Messina) il presente capitolato ha per oggetto:

La fornitura a noleggio continuativo ed a chiamata, in lotto indivisibile di fornitura, delle superfici speciali antidecubito di prevenzione e/o terapia per le piaghe antidecubito per pazienti a basso-medio-alto e altissimo rischio, funzionanti secondo il principio della fluttuazione dinamica. Tanto, con le caratteristiche tecniche elencate dettagliatamente nel prosieguo del presente Capitolato Tecnico.

I servizi connessi alla fornitura in quanto necessari a garantire il corretto impiego dei sistemi oggetto di gara sono, nello specifico, quelli di seguito riportati:

- Trasporto, consegna, installazione;
- Formazione all'uso;
- Servizio di manutenzione Full Risk;
- Fornitura del consumabile;
- Assistenza e gestione tecnica e sanitaria;
- Software di gestione.

Al riguardo, il "Soggetto Aggiudicatario" sarà tenuto a collaborare con la Direzione Sanitaria delle AA.SS. ed OO. interessate, al fine di raggiungere l'obiettivo di un corretto utilizzo delle risorse associato al massimo livello possibile di prevenzione e/o cura delle LDD.

Per la fornitura dei sistemi antidecubito in noleggio le Aziende Sanitarie pagheranno il canone offerto dal "Soggetto Aggiudicatario" nell'Offerta Economica.

I servizi connessi alla fornitura si intendono resi dal "Soggetto Aggiudicatario" unitamente alla fornitura medesima e per tali servizi le Aziende Sanitarie appaltanti non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

Nello specifico il servizio di manutenzione dovrà prevedere:

- Trattamento di sanificazione (o sterilizzazione ove necessaria) dei teli di copertura; il ritiro dei teli sporchi e la consegna dei teli puliti avverrà di norma ogni dieci giorni e comunque in base alle esigenze dell'U.O.;
- Sanificazione del sistema completo (materassi, compressore e cavi di collegamento): il ritiro dei materassi antidecubito da sanificare avverrà di norma ogni 60 giorni e, comunque, in base alle esigenze dell'U.O.;
- Sostituzione del sistema: sia durante le sanificazioni che durante le eventuali riparazioni effettuate fuori della struttura ospedaliera la sostituzione avverrà con sistema uguale a quello in uso al fine di garantire la copertura terapeutica;
- Assistenza tecnica periodica con verifica e sostituzione dei pezzi di ricambio usurati e/o difettosi (materasso e compressore): mensilmente il tecnico della ditta verificherà, insieme al coordinatore dell'U.O., il funzionamento dei sistemi antidecubito per procedere, in caso di malfunzionamento, alla riparazione in loco, se possibile. Nel caso di impossibilità di riparazione in loco la ditta procederà al ritiro dell'intero sistema e alla sostituzione con altro materasso uguale a quello in uso;
- Assistenza tecnica straordinaria: sarà assicurata con tempestività e comunque non oltre le 24 ore dalla segnalazione dell'U.O. compresi i giorni festivi;
- Addestramento: Tutto il personale operativo sarà addestrato per una completa conoscenza dei sistemi antidecubito da utilizzare.

La gravità delle lesioni è determinata tramite valutazione con scala di Braden o Norton.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e



comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare, tutti i sistemi, di seguito descritti, dovranno essere:

- Marcati CE secondo la Direttiva Europea 93/42 recepita con d.lgs. 46/97 (successive modifiche od integrazioni) e 2007/47/CE. A tal fine la Ditta dovrà presentare copia della dichiarazione di conformità 93/42 (MDD) del fabbricante che attesti con chiarezza la corrispondenza del prodotto a tale Direttiva;
- Conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta nella propria "Offerta Tecnica";
- Certificati secondo la classe 1.IM, per le parti interessate, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2002, titolo II art. 3 punto 3.2;
- Corredati di dichiarazione che i sistemi sono in regola con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 20 febbraio 2007 e dal Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009 e indicazione del numero di registrazione al Repertorio generale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM);

Tutti i sistemi offerti devono essere adattabili ai letti articolati presenti nell'ambito delle Aziende appaltanti (ad esempio: letti di rianimazione, terapia intensiva e degenza in genere), e in particolare:

- Consentire un rapido sgonfiamento per gli interventi di rianimazione CPR. Tale funzione deve essere facilmente identificabile, visibile e facilmente utilizzabile;
- La copertura dei sistemi deve ridurre le forze di trazione e taglio tipiche dello scivolamento su materiale plastico, deve essere bielastica, completamente e facilmente asportabile, non ruvida, anallergica, impermeabile e traspirante, tale da impedire la macerazione dei tessuti, facilmente sanificabile anche tramite lavaggio industriale e disinfeccabile;
- Essere batteriostatici, antistatici ed ignifughi;
- Essere a basso consumo energetico, silenziosi e rispondere alle vigenti normative di sicurezza;
- Dotati di dispositivi di ancoraggio al letto del paziente o di altro sistema equivalente;
- Dotati di superfici (sia il materasso che la pompa) facili da sanificare;
- Rispondenti alle vigenti normative di sicurezza per gli operatori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 in particolare per la movimentazione dei carichi da parte degli operatori;
- Dotati di cavi/spine idonee all'uso senza bisogno di utilizzare prolunghe, riduttori, adattatori, ecc.
- salvo diverso accordo con le Aziende;
- Possedere la funzione di massimo gonfiaggio per la funzione di nursing;
- Essere nuovi di fabbrica (di prima attivazione) ed in produzione alla data di presentazione delle offerte. Il "Soggetto Aggiudicatario" prima della fornitura dovrà consegnare al DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'elenco delle matricole di tutti i presidi da consegnare.

Tutte le caratteristiche sopra esposte dovranno essere dettagliatamente riportate dalle Ditta Concorrenti nelle indicazioni contenute nell'offerta tecnica, nelle schede tecniche e/o tramite specifica documentazione tecnica e/o dichiarazione esaustiva.

I sistemi da fornire e da installare devono essere, inoltre, comprensivi di tutti gli accessori necessari al funzionamento, nessuno escluso.

Se ai fini della manutenzione è necessaria ulteriore strumentazione dedicata, essa deve essere inclusa nella fornitura.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Le descrizioni contenute nel presente documento e le caratteristiche dei prodotti contenute nell'offerta tecnica definiscono le caratteristiche tecniche minime delle singole apparecchiature cui il "Soggetto Aggiudicatario" dovrà attenersi nella fornitura.

Si precisa che per caratteristiche tecniche minime si intendono quelle specifiche tecniche minime che



ciascuna apparecchiatura deve necessariamente possedere per essere ammessa alla procedura di gara (requisiti minimi a pena di esclusione).

La fornitura è costituita da un lotto indivisibile e si articola nelle seguenti tipologie:

- Noleggio continuativo: ovvero con permanenza continuativa nel/nei presidio/i dell'Azienda Appaltante;
- Noleggio a chiamata: ovvero a seguito di richiesta specifica dell'Azienda Appaltante;

Noleggio continuativo: fornitura di un sistema antidecubito fisso per la durata contrattuale secondo quantitativi prefissati.

Presso le proprie sedi il "Soggetto Aggiudicatario" dovrà svolgere la sanificazione e la disinfezione dei sistemi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Noleggio su chiamata: fornitura di un sistema antidecubito previa richiesta nominale attivata e terminata secondo l'insorgere ed il cessare di un'indicazione specifica e secondo quantitativi prefissati.

L'attivazione del "Noleggio su chiamata" avviene a cura del responsabile dell'Unità Operativa e/o suo delegato mediante sistema informatizzato, ovvero altro mezzo di comunicazione anche elettronico concordato con l'Azienda Sanitaria con indicazione del nome e cognome del paziente/codice identificativo, data di inizio e tipo di sistema.

Presso le proprie sedi il "Soggetto Aggiudicatario" dovrà svolgere la sanificazione e la disinfezione dei sistemi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I manufatti forniti saranno adattabili a qualsiasi letto di degenza e terapia intensiva in dotazione ed ai relativi sistemi di protezione di dimensioni unificate fatto salvo per i sistemi integrati letto-materasso eventualmente in uso.

I sistemi dovranno essere efficaci nelle varie posture assumibili dal paziente, compresa quella semi-seduta con inclinazione dello schienale a 45°.

I sistemi antidecubito da installare a cura del "Soggetto Aggiudicatario", dovranno essere comprensivi di tutti gli accessori necessari al funzionamento.

Il "Soggetto Aggiudicatario" sarà ritenuto responsabile di eventuali danni, e/o lesioni a persone e cose derivanti in conseguenza del noleggio dei presidi, qualora tali eventi siano imputabili a sua colpa.

L'Amministrazione si impegna affinché il proprio personale custodisca e utilizzi il presidio con perizia e con la diligenza del "buon padre di famiglia".

Nel caso in cui il paziente ricoverato presso un reparto sia in terapia con i presidi in oggetto e debba essere trasferito presso altro reparto proseguirà il trattamento previa adeguata informativa al "Soggetto Aggiudicatario" relativamente al trasferimento operato.

ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

Il "Soggetto Aggiudicatario" dovrà organizzare tutte le attività in modo tale da non intralciare il regolare svolgimento delle attività all'interno degli immobili e rispettare i tempi previsti per l'esecuzione dei servizi. Le giornate di utilizzo (durata del noleggio) verranno calcolate per multipli di 24 ore a partire dal giorno seguente a quello dell'installazione (sia per la modalità a chiamata che per quella in continuativo).

Esclusivamente per la modalità a "chiamata", ai fini della fatturazione, la prima giornata da addebitare sarà quella successiva alla data di avvenuta consegna o attivazione certificata dalla firma per ricevuta sul DDT (indipendentemente dalla data di emissione del DDT), mentre l'ultima giornata di noleggio da addebitare sarà considerata la data di richiesta del ritiro o di interruzione del noleggio certificata dal referente della struttura richiedente e/o suo delegato.



Pertanto, il tempo durante il quale i presidi rimarranno inutilizzati presso le Strutture non potrà essere considerato noleggio e non sarà ammesso al pagamento.

Verranno considerate valide per il computo economico solo le consegne autorizzate in base alle richieste; nulla sarà dovuto per consegne effettuate senza preventiva autorizzazione.

CONSUMI PRESUNTI E QUANTITA'

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nei paragrafi successivi, cui espressamente si rinvia.

Le giornate di noleggio e numero di presidi necessari indicati nell'elaborato "computo base d'asta" sono riferite al consumo presumibile nel periodo di durata contrattuale da parte di ciascuna Azienda Sanitaria.

In quanto non riferite ad un monitorato consumo storico e non stimabili in modo puntuale poiché subordinate a fattori variabili di utilizzo in misura maggiore o minore in relazione al mutato fabbisogno le stesse hanno un valore meramente indicativo e non costituiscono un impegno di fornitura da parte della Committenza.

Pertanto, l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno che sarà rappresentato dalle UU.OO. che necessiteranno dei sistemi di che trattasi e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dalle UU.OO., senza che il "Soggetto Aggiudicatario" possa sollevare eccezioni di sorta.

La Committenza potrà, quindi, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare, nell'arco della durata contrattuale, maggiorazioni ai sensi degli artt. 1559 e 1560 c.c. e dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.

Ai fini del pagamento, verranno conteggiate solo le giornate di effettiva occupazione.

Si rinvia, pertanto, allo schema riepilogativo di rappresentazione della stima, per ogni Azienda Sanitaria ed OO., dei posti letto su cui prevedere il noleggio di materassi antidecubito con prevenzione continuativa e delle giornate di quelli con prevenzione su chiamata.

Con riguardo, infine, alla possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni e/o la prosecuzione della durata del contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PROGETTO GESTIONALE

E' richiesto, altresì, a pena di esclusione, la presentazione di un Progetto Operativo, con il quale il "Soggetto Aggiudicatario" dovrà descrivere, analiticamente per ciascun capitolo e con riguardo alle indicazioni di cui all'allegato 2 – griglia criteri di valutazione, la propria offerta tecnica elaborata sulla base delle seguenti specifiche minime:

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE

L'impresa dovrà provvedere alla consegna, presso le Unità Operative delle Aziende Sanitarie ed al successivo ritiro con personale e mezzi propri.

Il personale dovrà essere qualificato e facilmente identificabile attraverso un idoneo cartellino di riconoscimento.

Presso le proprie sedi la Ditta dovrà svolgere la sanificazione e la disinfezione dei sistemi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le modalità di lavaggio e disinfezione dovranno essere comunque effettuate secondo le specifiche dettate



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Viale Della Vittoria n. 321 - 92100 AGRIGENTO
Tel.: +39 0922407118
Mail: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

dalla Casa Costruttrice del manufatto e che accompagnano lo stesso, così come previsto dalle procedure per la marchiatura CE.

La consegna dei sistemi dovrà avvenire a cura e spese (trasporto, imballo etc.) della ditta fornitrice presso l'U.O. di ciascuna Azienda interessata all'utilizzo dei sistemi secondo le seguenti modalità:

- al momento della consegna la ditta dovrà installare ed effettuare una verifica del funzionamento dei sistemi consegnati che dovranno essere sostituiti immediatamente in caso di non funzionamento;
- la consegna dei sistemi deve essere effettuata con apposita documentazione di consegna (bolla), in duplice copia, riportante tutti gli estremi identificativi (denominazione della Struttura richiedente, tipo e numero di matricola del sistema consegnato, inizio del trattamento);
- il dispositivo medico antidecubito dovrà essere accompagnato inoltre da certificato di sanificazione e dal documento recante le verifiche di sicurezza elettriche previste dalla norma CEI 62-5 EN 60601-1;
- la copia firmata che sarà resa al "Soggetto Aggiudicatario" dovrà essere timbrata dal reparto richiedente e riportare la firma del responsabile presente in reparto;
- il richiedente dovrà accettare la conformità e la idoneità delle apparecchiature richieste e l'avvenuto processo di ricondizionamento;
- un operatore delle UU.OO. interessate presente sottoscriverà il documento di consegna quale attestato dell'avvenuta corretta installazione;
- con le medesime modalità dovrà avvenire la comunicazione inerente il cessato utilizzo;
- i sistemi antidecubito dovranno essere forniti in idoneo imballaggio che garantisca il mantenimento durante il trasporto dei livelli di pulizia e antisepsi e dovranno, inoltre, essere muniti di tutti gli accessori necessari;

TEMPI DI CONSEGNA E DI RITIRO

La consegna ed il ritiro dei dispositivi dovrà avvenire nel rispetto di quanto segue:

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00, salvo diversi accordi con le Strutture Sanitarie, sette giorni su sette, dovrà essere garantita la disponibilità dei sistemi e dell'assistenza, delle operazioni di consegna e ritiro;
- l'attivazione del noleggio avverrà mediante sistema informatizzato ovvero altro mezzo di comunicazione anche elettronico concordato con l'Azienda Sanitaria;
- il sistema prescelto dovrà essere fornito entro 24 ore solari dal ricevimento della richiesta;
- per le Unità intensive, la consegna dovrà avvenire entro le 6 ore solari;
- il ritiro dei sistemi dovrà avvenire entro le 24 ore dalla notifica della fine di utilizzo e sarà documentato dalla firma su apposito documento di ritiro da un Operatore dell'Unità Operativa interessata;
- all'atto del ritiro finale del presidio dovrà certificarsi, da parte del reparto, la data e l'ora di richiesta del ritiro stesso.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La Ditta dovrà garantire, all'inizio della fornitura ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario, corsi di formazione, addestramento e consulenza al personale con indicazione degli interventi che si intende svolgere al fine di un corretto e funzionale utilizzo dei sistemi proposti.

La formazione dovrà essere incentrata soltanto sull'utilizzo e sulla conoscenza del prodotto e della piattaforma web.

Il soggetto aggiudicatario dovrà segnalare la disponibilità a supportare l'Azienda Sanitaria nello svolgimento delle indagini di prevalenza.

MANUTENZIONE

Il progetto dovrà riportare le seguenti informazioni:

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA ED A.O. "PAPARDO" DI MESSINA



- Descrizione delle strutture e procedure per la manutenzione, il collaudo, la sanificazione, la disinfezione, la sterilizzazione (ove richiesta) delle superfici offerte, indicando le relative ubicazioni. La commissione giudicatrice si riserva di visitare le strutture sopra citate al fine di valutare la corrispondenza a quanto dichiarato nonché la compatibilità dell'ubicazione delle strutture di proprietà delle ditte concorrenti.

Queste dovranno fornire all'Azienda Sanitaria (da allegare alla documentazione tecnica della gara) i protocolli e/o le procedure definite dal costruttore in merito alle manutenzioni preventive;

- Indicazione dell'eventuale utilizzo di sistemi di qualità e gestione ambientale (ad esempio: pannelli solari, gestione differenziata dei rifiuti, detergenti e detersivi non inquinanti, utilizzo di materiali ecocompatibili, etc...).

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad istituire e mantenere aggiornato, per ogni presidio fornito, un apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere conservato e reso disponibile a richiesta della AA.SS. ed OO.

In tale documento andranno registrati tutti gli interventi di manutenzione preventiva e/o riparazione nonché i periodici controlli di sicurezza secondo le norme CEI.

ASSISTENZA TECNICA

Il progetto, nel rispetto dei requisiti riportati nel presente capitolato, dovrà indicare le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica.

Nello specifico la ditta aggiudicataria dovrà garantire:

- la pronta reperibilità del personale tecnico alle proprie dipendenze dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mediante contatto telefonico diretto e immediato;
- l'intervento in loco del suddetto tecnico reperibile, entro 6 ore dalla chiamata, per il ripristino del funzionamento dei presidi in uso in caso di loro guasto o di avaria. Nel caso in cui tale ripristino non sia attuabile, Il "Soggetto Aggiudicatario" provvederà contestualmente a sostituire il presidio in considerazione;
- fornire i relativi manuali d'uso in lingua italiana, secondo le vigenti normative relative alla marcatura CE, corredati di scheda tecnica dettagliata indicante tutti i parametri funzionali e tecnici del presidio noleggiato.
- farsi carico del rischio di perdita o danni subiti dai presidi a meno che tali eventi non siano dovuti a negligenza, dolo o inadempienza della AA.SS. ed OO.

SOFTWARE DI GESTIONE

Il "Soggetto Aggiudicatario" si impegna a fornire un adeguato software di gestione del servizio che deve essere multiutente, multilivello, con struttura Client-Server, Web Based.

Il sistema informatizzato per la gestione della forniture e dei ritiri dei presidi antidecubito deve essere compatibile con le infrastrutture informatiche dell'Azienda ed accessibile mediante i browser tipicamente utilizzati.

Il software di gestione deve garantire quanto segue:

- Gestione con le diverse modalità previste dal servizio, noleggio continuativo e/o noleggio a chiamata;
- Visione in tempo reale da parte di tutti i sistemi in uso di presidi in pazienti ai quali è stato assegnato l'ausilio;
- Garanzia del rispetto della privacy e della tutela dei dati sensibili in ordine alle esigenze cliniche del paziente ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 679/2016;
- Assegnazione della superficie più adatta al paziente attraverso la compilazione delle schede riportanti l'Indice di rischio Norton, Braden, ecc.;
- Effettuazione dei follow-up del paziente con eventuale sostituzione della superficie più adatta al paziente;
- Gestione dei materassi in noleggio continuativo con indicazione dei dati del paziente, dell'Unità

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA ED A.O. "PAPARDO" DI MESSINA



Operativa e del tempo di impiego;

- effettuazione diretta degli ordini dal reparto e gestione degli stessi;
- Possibilità di gestire i resi;
- Deduzione, elaborazione grafica, archiviazione ed esportazione dei dati statistici in ordine ai consumi ed indicatori di appropriatezza in modo da avere:
- Report mensile dei materassi utilizzati, suddivisi per tipologia, Unità Operativa di riferimento, paziente;
- Esportazione di dati personalizzabili.

Il software dovrà consentire due diversi livelli di accesso al sistema, indicati dalle Aziende Sanitarie:

- **Utente:** si occupa di effettuare le richieste di installazione, rimozione e trasferimento del sistema antidecubito, con riferimento ad una o più Unità Operative, con possibilità di limitare o personalizzare gli accessi alle diverse funzioni.
- Funzioni necessarie:
 - Richiesta di installazione, rimozione e trasferimento del sistema antidecubito, cambio di prodotto;
 - Report circa lo stato degli ordini di un materasso in tempo reale;
 - Presenza di un sistema di allarme che evidenzi quando un presidio è utilizzato per un periodo superiore a 15 giorni.
- **Amministratore:** coloro che gestiscono il sistema e che pertanto possono accedere a tutte le funzioni del software.
- Funzioni necessarie, oltre quelle già previste per l'utente:
 - Definizione dei livelli di accesso dei singoli Utenti, con possibilità di limitare o personalizzare gli accessi alle diverse funzioni;
 - Gestione contabile limitata al centro di costo;
 - Report in cui poter visualizzare i dati storici di utilizzo identificabili per prodotto, Unità Operativa distretto, utente, durata di utilizzo.

La Ditta dovrà inoltre garantire:

Per il noleggio continuativo (fornitura di un numero di presidi antidecubito che dovranno permanere continuativamente nelle UU.OO.):

- ripristino dei teli coprimaterasso ogni qualvolta necessario e, comunque, non oltre 10 giorni (in occasione del cambio di paziente e/o in caso di contaminazione, rottura, etc. secondo il giudizio insindacabile del personale sanitario responsabile). La richiesta avverrà tramite sistema informatizzato ovvero altro mezzo di comunicazione anche elettronico concordato con l'Azienda Sanitaria;
- fornitura di una scorta di teli coprimaterasso per reparto in quantità pari al numero presidi forniti a noleggio continuativo;
- ritiro, su indicazione delle UU.OO. dell'Azienda, effettuato dal personale responsabile dell'impresa aggiudicataria, dei teli coprimaterasso sporchi, da custodire in appositi sacchetti e relativi carrelli contenitori forniti dalla ditta, e consegnare quelli sanitizzati;
- almeno una (N° 1) sanificazione/disinfezione completa (intero sistema antidecubito) ed eventuale sterilizzazione per le componenti che lo consentono, ogni 60 giorni e/o su specifica richiesta delle UU.OO.

Il presidio ritirato dovrà comunque essere sostituito, per tutta la durata dell'operazione, con un identico sistema;

- assistenza tecnica su materasso e compressore entro le 6 ore solari consecutive dalla richiesta tramite sistema informatico o altro mezzo di comunicazione concordato con l'Azienda Sanitaria.

Per il noleggio a chiamata (fornitura alle UU.OO. del sistema antidecubito specifico per il tempo necessario al



trattamento terapeutico):

- sanificazione/disinfezione completa (intero sistema antidecubito) ed eventuale sterilizzazione per le componenti che lo consentano, al termine dell'utilizzo per ogni singolo paziente;
- fornitura di teli di copertura di scorta in quantità di n° 1 per ogni Unità Operativa richiedente;

Sia per il noleggio continuativo che per quello a chiamata valgono le seguenti regole di esecuzione della fornitura:

1. Per il noleggio continuativo consegnare o ritirare il presidio antidecubito del modello richiesto entro il tempo massimo di 24 ore consecutive e continuative dalla richiesta (effettuata dalle UU.OO. dell'Azienda tramite fax o sistema online);
2. Per il noleggio su chiamata consegnare o ritirare il presidio antidecubito del modello richiesto entro il tempo massimo di 24 ore consecutive e continuative dalla richiesta (effettuata dalle UU.OO. dell'Azienda tramite fax o sistema online);
3. Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antidecubito ed agli interventi tecnici entro il tempo massimo di 6 ore consecutive e continuative dalla richiesta mediante chiamata telefonica, fax, on-line;
4. Effettuare visite periodiche almeno mensili per il controllo delle attrezzature in noleggio;
5. Sostituire immediatamente (non oltre 24 ore continuative e consecutive dalla richiesta) i presidi antidecubito giudicati dal personale dell'impresa aggiudicataria stessa o dal personale dell'Azienda non riparabili e/o non idonei all'uso per guasto tecnico, rottura di parti, malfunzionamento, difformità della tipologia fornita da quella presentata come campione in sede di aggiudicazione;
6. Fornire le parti di consumo/ricambio (coprimaterassi, eventuali componenti usurate o danneggiate, ecc.);
7. Assicurare reperibilità del personale tecnico dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mediante contatto telefonico diretto e immediato;
8. Farsi carico delle spese di trasporto, di installazione, di ritiro, di gestione (sanificazione, sterilizzazione o disinfezione, sostituzione e movimentazione) dei presidi antidecubito e di ogni altro onere inerente la fornitura oggetto del presente capitolato;
9. Fornire ciascun presidio in idoneo involucro (opportunamente contrassegnato con codice di rintracciabilità del processo di sanificazione effettuato) che garantisca il mantenimento, durante il trasporto, dei livelli di pulizia e disinfezione;
10. Fornire certificazione di avvenuta sanificazione/disinfezione per ogni presidio antidecubito al momento della consegna al reparto richiedente;
11. Assicurare la consegna del certificato di verifica della sicurezza elettrica al momento della messa in funzione dei presidi antidecubito presso le SS.OO. dell'Azienda;
12. Ad ogni consegna e ritiro dei presidi trasmettere agli uffici delle singole aziende committenti copia della relativa bolla attestante la consegna o il ritiro firmata dal Coordinatore/Referente del reparto;
13. L'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di far fronte alle esigenze dell'Azienda provvedendo alla fornitura a noleggio di tutte le tipologie e quantità dei presidi richiesti dai reparti. E' ammessa la consegna di un presidio antidecubito di livello terapeutico superiore rispetto a quello del presidio richiesto, qualora l'impresa fornitrice ne sia momentaneamente sprovvista; in tal caso però la fatturazione sarà corrispondente a quella del costo a noleggio del presidio richiesto e non a quella del costo del modello consegnato;
14. Qualora nel corso dell'appalto, un prodotto aggiudicato subisca evoluzioni tecnologiche migliorative, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione del prodotto aggiudicato solo dopo autorizzazione scritta della Direzione Medica di Presidio, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRESIDI ANTIDECUBITO

Sistema per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio (scala Norton < 10 e valori equivalenti di altre scale):

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA ED ENNA E ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA ED A.O. "PAPARDO" DI MESSINA



1. Completamente sostitutivo del materasso ospedaliero e dotato di idonei sistemi di ancoraggio al letto, adattabile a tutti i movimenti articolati dei letti della struttura richiedente;
2. Tecnologia a pressione alternata e statica;
3. Integralmente costituito da celle attive ad aria indipendenti (intese come soggette alla variazione alternata della pressione) di altezza minima non inferiore a 18 cm, sostituibili ed escludibili; esse devono essere gonfiate mediante un compressore che alterna/sequenzia ciclicamente l'aria tra i vari settori;
4. Le celle possono essere supportate da un basamento in schiuma per rendere il materasso alto almeno 18 cm in modo da essere sostitutivo di quello di degenza;
5. Costituito in materiale di estrema elasticità (poliuretano o simili) per potersi distendere ed adattarsi al meglio alla morfologia del paziente e per ridurre al minimo la riposta pressoria di supporto;
6. Funzionanti con elettrocompressore, e dotati di funzionalità dinamica a bassa pressione di contatto in grado di garantire nei punti di appoggio una pressione di per fusione tissutale mediamente al di sotto della pressione di occlusione dei capillari (P.O.C. = 32 mm Hg – millimetri di mercurio) in modo da garantire la perfusione tissutale nei punti di contatto per almeno la metà del ciclo;
7. Latex free;
8. Totalmente radiotrasparente per effettuare eventuali esami diagnostici;
9. Dotato di valvola di sgonfiaggio semplice, con azione rapida e ben visibile ed efficace che porti il dorso del paziente a contatto con la superficie rigida del letto per consentire le manovre di rianimazione cardiopolmonare (CPR), attivabile direttamente dal materasso, indipendentemente dal collegamento del sistema alla rete di alimentazione;
10. In grado di garantire una portata terapeutica preferibilmente di 250 kg ma non inferiore a 210 kg;
11. Adeguamento automatico delle pressioni in base al peso del paziente regolato da un sistema di controllo;
12. Suddiviso in settori a portanza differenziata per gestire i diversi distretti corporei:
 - sezione testa: meccanismo di funzionamento a bassa pressione;
 - sezione tronco e bacino: antiaffondamento;
 - sezione arti inferiori e con zona appositamente dedicata ai talloni;
13. Il materasso deve assicurare il funzionamento a bassa pressione continua stabile/statica per le attività di nursing (funzione di gonfiaggio massimo per rendere il materasso il più rigido e uniforme possibile (distinta dalla funzione statica terapeutica), appositamente dedicata ed attivabile in circa 60 sec. con tasto specifico e della durata di almeno 15 minuti con indispensabile sistema di disattivazione automatica di sicurezza);
14. Dispositivo di trasporto, attivabile in modo rapido, per mantenere il materasso separato dall'unità di gonfiaggio e che permetta di supportare il paziente in modo adeguato per almeno 6 ore;

Fornito con telo di copertura che risponda alle seguenti caratteristiche a pena di esclusione:

- impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore per prevenire la macerazione;
- di materiale anallergico, antibatterico, antimicotico e autoestinguente;
- dotato di cerniera e/o sistemi di adesione al materasso che evitino infiltrazioni di essudati, urine nella parte sottostante;
- asportabile e posizionabile;
- bielastico che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione;
- lavabile e disinsettabile;
- autoclavabile / sterilizzabile.

Il compressore deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- sistema totalmente automatico in grado di regolare la pressione in funzione al peso ed alla postura del paziente senza alcuna impostazione di dati di massa corporea, altezza ecc. da parte del personale infermieristico;



- provvista di sistema di allarme;
- pannello di controllo con comandi semplici, ben visibili e chiari, in lingua italiana o con pittogrammi dotato di allarmi;
- manuale d'uso in lingua italiana in formato cartaceo ed elettronico;
- privo di vibrazioni, di dimensioni e peso ridotti, separato dal materasso, compatto, leggero, di facile e stabile ancoraggio alle sponde o alle pediere del letto mediante ganci o altro sistema;
- rispetto dei valori limite di emissione, come previsto dalla legge n. 447 del 26/10/1995 e DPCM 14/11/1997, per il compressore indicando l'indice di rumorosità in dB;
- conformità alle norme UNI EN 60601-1 parte III ss.mm.ii.;
- assenza di sporgenze rigide;
- connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona;
- dotato di allarme acustico (tacitabile) e visivo in grado di segnalare anomalie nel funzionamento come previsto dalla normativa vigente: mancanza di rete, bassa pressione e malfunzionamento di sistema;
- con cavo di alimentazione lungo circa 4 mt dotato di meccanismo di ancoraggio e sistema idoneo per non intralciare le manovre assistenziali degli operatori, e comunque conforme alle norme CEE in vigore (nel rispetto delle cadute di tensione previste); la spina di collegamento alla rete elettrica deve essere di tipo L "Italiana" o tipo F "Schuko" e, comunque, adeguato alle esigenze riscontrate nel luogo di installazione;
- dotato di funzione statica a bassa pressione continua per garantire una superficie uniforme nei casi in cui sia richiesta la massima stabilità del paziente;
- dotato di funzione dedicata al confort paziente;
- funzione di blocco automatico di sicurezza del pannello di controllo per evitare accidentali variazioni dei parametri impostati.

Sistema per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio (indice Norton da 14 a 10 e valori equivalenti di altre scale):

1. Completamente sostitutivo del materasso ospedaliero e dotato di idonei sistemi di ancoraggio al letto, adattabile a tutti i movimenti articolati dei letti della struttura;
2. Tecnologia a pressione alternata e statica;
3. Integralmente costituito da celle attive ad aria indipendenti (intese come soggetto alla variazione alternata della pressione) di altezza minima non inferiore a 15 cm, sostituibili ed escludibili; esse devono essere gonfiate mediante un compressore che alterna/sequenzia ciclicamente l'aria tra i vari settori;
4. Le celle possono essere supportate da un basamento in schiuma per rendere il materasso alto almeno 20 cm in modo da essere sostitutivo di quello di degenza;
5. Costituito in materiale di estrema elasticità per potersi distendere ed adattarsi al meglio alla morfologia del paziente e per ridurre al minimo la riposta pressoria di supporto;
6. Funzionanti con elettrocompressore, e dotati di funzionalità dinamica a bassa pressione di contatto in grado di garantire nei punti di appoggio una pressione di per fusione tissutale mediamente al di sotto della pressione di occlusione dei capillari (P.O.C. = 32 mm Hg – millimetri di mercurio) in modo da garantire la perfusione tissutale nei punti di contatto per almeno la metà del ciclo;
7. Latex free;
8. Totalmente radiotrasparente per effettuare eventuali esami diagnostici.
9. Dotato di valvola di sgonfiaggio semplice, con azione rapida e ben visibile ed efficace che porta rapidamente il dorso del paziente a contatto con la superficie rigida del letto per consentire le manovre di rianimazione cardiopolmonare (CPR), attivabile direttamente dal materasso, indipendentemente dal collegamento del sistema alla rete di alimentazione;
10. In grado di garantire una portata terapeutica preferibilmente di 200 kg ma non inferiore a 180 kg;
11. Adeguamento automatico delle pressioni in base al peso del paziente regolato da un sistema di



controllo;

12. Suddiviso in settori a portanza differenziata per gestire i diversi distretti corporei:
 - a. Sezione testa: meccanismo di funzionamento a bassa pressione;
 - b. Sezione tronco e bacino: antiaffondamento;
 - c. Sezione arti inferiori e con zona appositamente dedicata ai talloni;
13. Il materasso deve assicurare il funzionamento a bassa pressione continua stabile/statica per le attività di nursing (funzione di gonfiaggio massimo per rendere il materasso il più rigido e uniforme possibile (distinta dalla funzione statica terapeutica), appositamente dedicata ed attivabile in circa 60 sec. con tasto specifico e della durata di almeno 15 minuti con indispensabile sistema di disattivazione automatica di sicurezza);
14. Dispositivo di trasporto, attivabile in modo rapido, per mantenere il materasso separato dall'unità di gonfiaggio e che permetta di supportare il paziente in modo adeguato per almeno 6 ore;

Fornito con telo di copertura che risponda alle seguenti caratteristiche a pena di esclusione:

- impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore per prevenire la macerazione;
- di materiale anallergico, antibatterico, antimicotico e autoestinguente;
- dotato di cerniera e/o sistemi di adesione al materasso che evitino infiltrazioni di essudati, urine nella parte sottostante;
- asportabile e posizionabile;
- bielastico che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione;
- lavabile e disinsettabile;
- autoclavabile/sterilizzabile.

Il compressore deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- sistema totalmente automatico in grado di regolare la pressione in funzione al peso ed alla postura del paziente senza alcuna impostazione di dati di massa corporea, altezza ecc. da parte del personale infermieristico;
- Provvista di sistema di allarme;
- Pannello di controllo con comandi semplici, ben visibili e chiari, in lingua italiana o con pittogrammi dotato di allarmi;
- Manuale d'uso in lingua italiana in formato cartaceo ed elettronico;
- Privo di vibrazioni, di dimensioni e peso ridotti, separato dal materasso, compatto, leggero, di facile e stabile ancoraggio alle sponde o alle pediere del letto mediante ganci o altro sistema;
- Rispetto dei valori limite di emissione, come previsto dalla legge n. 447 del 26/10/1995 e DPCM 14/11/1997, per il compressore indicando l'indice di rumorosità in dB;
- conformità alle norme UNI EN 60601-1 parte III ss.mm.ii.;
- assenza di sporgenze rigide;
- connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona;
- dotato di allarme acustico (tacitabile) e visivo in grado di segnalare anomalie nel funzionamento come previsto dalla normativa vigente: mancanza di rete, bassa pressione e malfunzionamento di sistema;
- con cavo di alimentazione lungo circa 4 mt dotato di meccanismo di ancoraggio e sistema idoneo per non intralciare le manovre assistenziali degli operatori, e comunque conforme alle norme CEE in vigore (nel rispetto delle cadute di tensione previste); la spina di collegamento alla rete elettrica deve essere di tipo L "Italiana" o tipo F "Schuko" e comunque adeguato alle esigenze riscontrate nel luogo di installazione;
- dotato di funzione statica a bassa pressione continua per garantire una superficie uniforme nei casi in cui sia richiesta la massima stabilità del paziente;
- dotato di funzione dedicata al comfort del paziente;
- funzione di blocco automatico di sicurezza del pannello di controllo per evitare accidentali



variazioni dei parametri impostati.

Sistema per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a basso/medio rischio (indice Norton > 14 o valori equivalenti di altre scale):

1. Completamente sostitutivo del materasso ospedaliero e dotato di idonei sistemi di ancoraggio al letto, adattabile a tutti i movimenti articolati dei letti della struttura;
2. Tecnologia a pressione alternata e statica, con il maggior numero possibile di celle alternanti;
3. Integralmente costituito da celle attive ad aria indipendenti (intese come soggette alla variazione alternata della pressione) di altezza minima non inferiore a 11 cm, sostituibili ed escludibili; esse devono essere gonfiate mediante un compressore che alterna/sequenzia ciclicamente l'aria tra i vari settori;
4. Le celle possono essere supportate da un basamento in schiuma per rendere il materasso alto almeno 18 cm in modo da essere sostitutivo di quello di degenza;
5. Costituito in materiale di estrema elasticità per potersi distendere ed adattarsi al meglio alla morfologia del paziente e per ridurre al minimo la riposta pressoria di supporto;
6. Funzionanti con elettrocompressore, e dotati di funzionalità dinamica a bassa pressione di contatto in grado di garantire nei punti di appoggio una pressione di per fusione tissutale mediamente al di sotto della pressione di occlusione dei capillari (P.O.C. = 32 mm Hg – millimetri di mercurio) in modo da garantire la perfusione tissutale nei punti di contatto per almeno la metà del ciclo;
7. Latex free;
8. Totalmente radiotrasparente per effettuare eventuali esami diagnostici;
9. Dotato di valvola di sgonfiaggio semplice, con azione rapida e ben visibile ed efficace che porti il dorso del paziente a contatto con la superficie rigida per consentire le manovre di rianimazione cardiopolmonare (CPR), attivabile direttamente dal materasso, indipendentemente dal collegamento del sistema alla rete di alimentazione;
10. In grado di garantire una portata terapeutica non inferiore ai 150 kg;
11. Adeguamento automatico delle pressioni in base al peso del paziente regolato da un sistema di controllo;
12. Sezione dedicata per la testa del paziente;
13. Il materasso deve assicurare il funzionamento a bassa pressione continua stabile/statica per le attività di nursing (funzione di gonfiaggio massimo per rendere il materasso il più rigido e uniforme possibile (distinta dalla funzione statica terapeutica), appositamente dedicata ed attivabile in circa 60 sec. con tasto specifico e della durata di almeno 15 minuti con indispensabile sistema di disattivazione automatica di sicurezza);
14. Dispositivo di trasporto, attivabile in modo rapido, per mantenere il materasso separato dall'unità di gonfiaggio e che permetta di supportare il paziente in modo adeguato per almeno 6 ore;

Fornito con telo di copertura che risponda alle seguenti caratteristiche a pena di esclusione:

- impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore per prevenire la macerazione;
- di materiale anallergico, antibatterico, antimicotico e autoestinguente;
- dotato di cerniera e/o sistemi di adesione al materasso che evitino infiltrazioni di essudati, urine nella parte sottostante;
- asportabile e posizionabile;
- bielastico che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione;
- lavabile e disinfettabile;
- autoclavabile/sterilizzabile.

Il compressore deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- sistema totalmente automatico in grado di regolare la pressione in funzione al peso ed alla postura del paziente senza alcuna impostazione di dati di massa corporea, altezza ecc. da parte del personale



infermieristico;

- Provista di sistema di allarme;
- pannello di controllo con comandi semplici, ben visibili e chiari, in lingua italiana o con pittogrammi dotato di allarmi;
- manuale d'uso in lingua italiana in formato cartaceo ed elettronico;
- privo di vibrazioni, di dimensioni e peso ridotti, separato dal materasso, compatto, leggero, di facile e stabile ancoraggio alle sponde o alle pediere del letto mediante ganci o altro sistema;
- rispetto dei valori limite di emissione, come previsto dalla legge n. 447 del 26/10/1995 e DPCM 14/11/1997, per il compressore indicando l'indice di rumorosità in dB;
- conformità alle norme UNI EN 60601-1 parte III ss.mm.ii.;
- assenza di sporgenze rigide;
- connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona;
- dotato di allarme acustico (tacitabile) e visivo in grado di segnalare anomalie nel funzionamento come previsto dalla normativa vigente: mancanza di rete, bassa pressione, pressione troppo elevata e malfunzionamento di sistema;
- con cavo di alimentazione lungo almeno 4 mt dotato di meccanismo di ancoraggio e sistema idoneo per non intralciare le manovre assistenziali degli operatori, e comunque conforme alle norme CEE in vigore (nel rispetto delle cadute di tensione previste); la spina di collegamento alla rete elettrica deve essere di tipo L "Italiana" o tipo F "Schuko" e comunque adeguato alle esigenze riscontrate nel luogo di installazione;
- dotato di funzione statica a bassa pressione continua per garantire una superficie uniforme nei casi in cui sia richiesta la massima stabilità del paziente;
- dotato di funzione dedicata al comfort del paziente;
- funzione di blocco automatico di sicurezza del pannello di controllo per evitare accidentali variazioni dei parametri impostati;

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale Della Vittoria n. 321 – 92100 AGRIGENTO
Tel.: +39 0922407118
Mail: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 2

**PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO PER L'AFFIDAMENTO
QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA
PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTE ALLE
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO (LOTTO 1), CALTANISSETTA
(LOTTO 2), ENNA (LOTTO 3), ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS "GARIBALDI" DI
CATANIA (LOTTO 4) E AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI MESSINA (LOTTO 5)**

GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

(Art. 95, D.lgs.50/2016, come modificato dall'art.60 del D.lgs.56/2017)

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio da determinarsi in base alla seguente ripartizione:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A. Caratteristiche del servizio offerto	70
B. Prezzo offerto	30
TOTALE	100

La gara d'appalto verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i : punteggio dell'offerta i -esima;

n : numero totale dei requisiti;

W_i : peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ : sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ verranno determinati:

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati in tabella A con i relativi punteggi):

- I singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni offerta,

di AG - P.O. di LICATA

di Medicina Fisica e Riabilitativa

RESPONSABILE

D° ANGELO GAMBINO

Inscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



per ognuno degli elementi di valutazione indicati nella tabella A, un giudizio sintetico come da "griglia" di seguito riportata e, quindi, un coefficiente che va da 0 a 1;

- Terminata tale operazione, si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- I coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno successivamente moltiplicati per i punteggi previsti per gli elementi di natura qualitativa, riportati nella tabella che precede e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi della qualità e, quindi, all'offerta tecnica.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d'informazioni relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

Nel caso in cui un'offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dagli atti di gara, troverà applicazione il precedente periodo.

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

Si precisa altresì che al fine di non alterare i rapporti previsti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo massimo, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica;

Nel caso di presenza di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione.

Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o **che otterranno un punteggio totale inferiore a 42/70**, saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
U.O.C. di MEDICO PUSICA e HABIBI
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



Il progetto tecnico dovrà analiticamente riportare le caratteristiche tecnico-qualitative riferite a ciascun elemento qualitativo (sub-peso) riportato in "tabella A" seguendo la medesima struttura della tabella. Lo stesso progetto tecnico dovrà dare distinta ed analitica evidenza di tutti i requisiti minimi richiesti a pena esclusione dal capitolato tecnico – specifiche tecniche sistemi antidecubito.

Griglia giudizi Commissari:

Giudizio sintetico	Coefficiente
OTTIMO	1
BUONO	0,8
SUFFICIENTE	0,6
MEDIOCRE	0,3
SCARSO	0

TABELLA A – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (“Elemento di valutazione A” – max 70 punti)

	SISTEMA ANTIDECUBITO	PUNTI MAX 35	
1.1	Superficie attiva del materasso intesa come altezza delle celle attive sotto il paziente		sub peso 5
1.2	Funzionalità del sistema di controllo a sensore: intesa come totale automatismo, assenza di parametri del paziente da impostare		sub peso 5
1.3	Funzionalità terapeutiche: funzione statica – funzione dinamica con ciclo alternato completo		sub peso 5
1.4	Gestione delle procedure di nursing: possibilità di irrigidimento massimo della superficie, tempo di attivazione, segnalazione visiva specifica della funzione, temporizzazione e disattivazione automatica		sub peso 5
1.5	Funzioni di sicurezza: blocco del pannello comandi per prevenire accidentali variazioni delle modalità operative impostate		sub peso 5
1.6	Migliorie riguardanti il prodotto		sub peso 10

	PROGETTO TECNICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	PUNTI MAX 35	
2.1	Progetto operativo, con particolare attenzione ai vantaggi per il paziente e per gli operatori sanitari		sub peso 8

U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione

RESPONSABILE

Dr. ANGELO CAMPINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2223 - A/



2.2	Sistema gestionale e software		sub peso 8
2.3	Servizio di sanificazione: tempi, luoghi e modalità di espletamento		sub peso 8
2.4	Tempi e modalità di espletamento del servizio, scelta ed impiego dei materiali		sub peso 6
2.5	Corsi di formazione proposti per gli operatori sanitari		sub peso 5

Per quanto riguarda il solo elemento prezzo i coefficienti V(a)i verranno determinati attraverso la seguente formula:

nel caso di $A_i \leq A_{soglia}$: $C_i = X * A_i / A_{soglia}$

nel caso di $A_i > A_{soglia}$: $C_i = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; $X = 0,90$;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

TABELLA B – ELEMENTO PREZZO (“Elemento di valutazione B” – max 30 punti)

Requisito	Punteggio
Valore ribasso offerto	Max 30

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 AG

CAPITOLO TECNICO - ALLEGATO 3 (e sub allegati di lotto)

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DI AGRIGENTO (LOTTO 1); CALTANISSETTA (LOTTO 2); ENNA (LOTTO 3); ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA (LOTTO 4) E AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO DI MESSINA (LOTTO 5)						
PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO A BASE D'ASTA LOTTO N. 1 - ASP AG	IMPORTO A BASE D'ASTA LOTTO N. 2 - ASP CL	IMPORTO A BASE D'ASTA LOTTO N. 3 - ASP EN	IMPORTO A BASE D'ASTA LOTTO N. 4 - ARNAS "GARIBALDI"	IMPORTO A BASE D'ASTA LOTTO N. 5 - A.O. "PAPARDO"	IMPORTO COMPLESSIVO GARA
NOLEGGIO CONTINUATIVO						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	3,00 €	32.850,00 €	0,00 €	0,00 €	29.565,00 €	54.750,00 €
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	4,00 €	138.700,00 €	68.620,00 €	73.000,00 €	27.740,00 €	73.000,00 €
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	5,00 €	27.375,00 €	29.200,00 €	27.375,00 €	0,00 €	91.250,00 €
NOLEGGIO SU CHIAMATA						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	4,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	5,00 €	2.750,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	300,00 €
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	6,00 €	1.800,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	360,00 €
TOTALE BASE D'ASTA ANNUALE						
TOTALE BASE D'ASTA QUINQUENNIO		206.875,00 €	97.820,00 €	107.375,00 €	57.305,00 €	220.060,00 €
Importo cauzione provvisoria 2% ex art. 93		1.034.375,00 €	489.100,00 €	536.875,00 €	286.525,00 €	1.100.300,00 €
		20.687,50 €	9.782,00 €	10.737,50 €	5.730,50 €	22.006,00 €



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.407118 – fax. 0922.407119

CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 3

LOTTO n. 1 – ASP AG

ELABORATO COMPUTO BASE D'ASTA DISTINTO PER LOTTO TERRITORIALE

LOTTO 1 – ASP AG		NUMERO PRESIDI	NUMERO GIORNI PER PRESIDIO	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO BASE D'ASTA PER ANNO	IMPORTO BASE D'ASTA PER IL QUINQUENNIO
NOLEGGIO CONTINUATIVO						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	30	365	€ 3,00	€ 32.850,00	€ 164.250,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	95	365	€ 4,00	€ 138.700,00	€ 693.500,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	15	365	€ 5,00	€ 27.375,00	€ 136.875,00
NOLEGGIO SU CHIAMATA						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	---	850	€ 4,00	€ 3.400,00	€ 17.000,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	---	550	€ 5,00	€ 2.750,00	€ 13.750,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	---	300	€ 6,00	€ 1.800,00	€ 9.000,00
TOTALE					€ 206.875,00	€ 1.034.375,00

PRESIDIO OSPEDALIERO/UNITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Presidio Ospedaliero di Agrigento;

Presidio Ospedaliero di Agrigento – SUAP;

Presidio Ospedaliero di Sciacca;

Presidio Ospedaliero di Ribera;

Presidio Ospedaliero di Canicattì;

Presidio Ospedaliero di Licata.

A.S.P. di AG - P.O. di LICATA
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Iscrizione Ordine Medici N. 2333 - AG



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.407118 – fax. 0922.407119

CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 3

LOTTO n. 2 ASP CALTANISSETTA

ELABORATO COMPUTO BASE D'ASTA DISTINTO PER LOTTO TERRITORIALE

LOTTO n. 2 – ASP CALTANISSETTA		NUMERO PRESIDI	NUMERO GIORNI PER PRESIDIO	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO BASE D'ASTA PER ANNO	IMPORTO BASE D'ASTA PER IL QUINQUENNIO
NOLEGGIO CONTINUATIVO						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	00	365	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	47	365	€ 4,00	€ 68.620,00	€ 343.100,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	16	365	€ 5,00	€ 29.200,00	€ 146.000,00
NOLEGGIO SU CHIAMATA			NUMERO GIORNI DI NOLEGGIO			
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	---	00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	---	00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	---	00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE					€ 97.820,00	€ 489.100,00

PRESIDIO OSPEDALIERO/UNITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

- 1. Presidio Ospedaliero di Caltanissetta;**
- 2. Presidio Ospedaliero di San Cataldo;**
- 3. Presidio Ospedaliero di Mussomeli;**
- 4. Presidio Ospedaliero di Gela;**
- 5. Presidio Ospedaliero di Niscemi;**
- 6. Presidio Ospedaliero di Mazzarino;**



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.407118 – fax. 0922.407119

CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 3

LOTTO n. 3 ASP ENNA

ELABORATO COMPUTO BASE D'ASTA DISTINTO PER LOTTO TERRITORIALE

LOTTO n. 3 – ASP ENNA		NUMERO PRESIDI	NUMERO GIORNI PER PRESIDIO	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO BASE D'ASTA PER ANNO	IMPORTO BASE D'ASTA PER IL QUINQUENNIO
NOLEGGIO CONTINUATIVO						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	00	365	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	50	365	€ 4,00	€ 73.000,00	€ 365.000,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	15	365	€ 5,00	€ 27.375,00	€ 136.875,00
NOLEGGIO SU CHIAMATA			NUMERO GIORNI DI NOLEGGIO			
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	---	00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	---	800	€ 5,00	€ 4.000,00	€ 20.000,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	---	500	€ 6,00	€ 3.000,00	€ 15.000,00
TOTALE					€ 107.375,00	€ 536.875,00

PRESIDIO OSPEDALIERO/UNITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

- 1. Presidio Ospedaliero di Enna Bassa;**
- 2. Presidio Ospedaliero di Nicosia;**
- 3. Presidio Ospedaliero di Piazza Armerina;**
- 4. Presidio Ospedaliero di Leonforte;**



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.407118 – fax. 0922.407119

CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 3

LOTTO n. 4 – A.O. ARNAS “GARIBALDI”

ELABORATO COMPUTO BASE D'ASTA DISTINTO PER LOTTO TERRITORIALE

LOTTO n. 4 A.O. ARNAS “GARIBALDI”		NUMERO PRESIDI	NUMERO GIORNI PER PRESIDIO	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO BASE D'ASTA PER ANNO	IMPORTO BASE D'ASTA PER IL QUINQUENNIO
NOLEGGIO CONTINUATIVO						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	27	365	€ 3,00	€ 29.565,00	€ 147.825,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	19	365	€ 4,00	€ 27.740,00	€ 138.700,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	00	365	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
NOLEGGIO SU CHIAMATA			NUMERO GIORNI DI NOLEGGIO			
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	----	00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	----	00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	----	00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE					€ 57.305,00	€ 286.525,00

PRESIDIO OSPEDALIERO/UNITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

1. Presidio Ospedaliero di “NESIMA”



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento
Tel. 0922.407118 – fax. 0922.407119

CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 3

LOTTO n. 5 – A.O. “PAPARDO” DI MESSINA

ELABORATO COMPUTO BASE D'ASTA DISTINTO PER LOTTO TERRITORIALE

LOTTO n. 5 – A.O. PAPARDO		NUMERO PRESIDI	NUMERO GIORNI PER PRESIDIO	PREZZO A BASE D'ASTA	IMPORTO BASE D'ASTA PER ANNO	IMPORTO BASE D'ASTA PER IL QUINQUENNIO
NOLEGGIO CONTINUATIVO						
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	50	365	€ 3,00	€ 54.750,00	€ 273.750,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	50	365	€ 4,00	€ 73.000,00	€ 365.000,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	50	365	€ 5,00	€ 91.250,00	€ 456.250,00
NOLEGGIO SU CHIAMATA			NUMERO GIORNI DI NOLEGGIO			
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio	Posto Letto "Pro die"	---	100	€ 4,00	€ 400,00	€ 2.000,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio	Posto Letto "Pro die"	---	60	€ 5,00	€ 300,00	€ 1.500,00
Noleggio sistemi per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti ad altissimo rischio	Posto Letto "Pro die"	---	60	€ 6,00	€ 360,00	€ 1.800,00
TOTALE					€ 220.060,00	€ 1.100.300,00

PRESIDIO OSPEDALIERO/UNITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

- 1. Presidio/Azienda Ospedaliera Papardo;**