

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 493 DEL 11 NOV. 2020

OPRE

OGGETTO: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 – per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica Arco a C per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 583 **DEL** 09-11-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Giuseppe Sanfilippo)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Morellana Di Salvo)

Si attesta la copertura finanziaria:

(a) come da prospetto allegato (ALL. N. 00000000) che è parte integrante della presente delibera.

(c) Autorizzazione con scadenza 12/01/2021 C.E. / C.P. P 101020505

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
MARIA CALOGERA SAIO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10-11-2020

L'anno duemilaventi il giorno 11 NOVEMBRE del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DR.SSA TERESA CIRQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 302 del 03.06.2019 questa ASP ha indetto la procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. aperta n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (Arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico, per l'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice gara 7455922 CIG 7932008412 - Codice CUP C42C19000040005) per un importo complessivo di € 210.000,00= IVA esclusa (oneri per la sicurezza pari a zero), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

CHE con la suddetta Deliberazione è stato approvato il documento Condizioni particolari di contratto, che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e relativi allegati specifiche tecniche, griglia di valutazione e DUVRI;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto è il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – e che il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il Dr. Leonildo Sichel Direttore ff UOC Chirurgia Vascolare;

CHE con la suddetta Delibera a contrarre si è dato atto che l'intervento in parola risulta inserito nel redigendo piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel redigendo piano biennale degli acquisti 2019-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante presuntivamente ad € 210.000,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura attrezzatura radiologica arco a C	€ 210.000,00
IVA aliquota 22%	€ 46.200,00
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 4.200,00
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 260.625,00

CHE in esecuzione della sopra citata delibera a contrarre, si è proceduto in data 06.06.2019 alla pubblicazione della RDO n. 2321331, con pubblicazione del relativo avviso di indizione sul sito web aziendale sezione Amministrazione trasparente, conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

CHE in data 27.06.2019 si è proceduto alla pubblicazione di una nota contenente:

- chiarimenti a risposta di alcuni quesiti;
- errata corrispondente alla delibera 1545/2018, riguardante la modifica delle specifiche tecniche minime ed annessa griglia di valutazione, relative alla RDO in oggetto, hanno segnalato un'errata corrispondente in riferimento alla griglia delle caratteristiche migliorative;
- il differimento del termine di presentazione delle offerte alle ore 11:00 del 16.07.2019;

CHE alla predetta RDO hanno presentato offerta n. 3 ditte: Eurocolumbus S.r.l. – Simad S.r.l. – Ziehm Imaging S.r.l.;

CHE con nota prot. N. 125805 del 18.07.2019 si è provveduto, ex art. 8 L.R. 12/2011 e art. 12 Decreto Presidenziale 13/2012, alla nomina del Presidente della Commissione aggiudicatrice relativa alla gara in oggetto, individuato nel Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico Direttore U.O.C. Radiologia P.O.-Sciacca;

CHE a seguito dello sorteggio effettuato dall'UREGA sez. provinciale di Agrigento, con Deliberazione del Direttore Generale FF n. 29 del 27.11.2019 si è proceduto a formalizzare la nomina della Commissione aggiudicatrice, incaricata di esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto", e che la Commissione risulta così composta:

- 1) Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico Direttore U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
- 2) Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
- 3) Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

VISTI gli allegati Verbali della Commissione aggiudicatrice – datati 14.01.2020, 11.02.2020, 21.05.2020, 04.06.2020 e 15.10.2020 (All. A – B – C – D – E – F – G) – dai quali risulta:

CHE nella seduta pubblica del 14.01.2020, la Commissione ha proceduto:

- allo svolgimento della fase amministrativa rilevando la necessità di attivare il soccorso istruttorio per la ditta Simad per le motivazioni di cui al verbale n. 1;

CHE nella seduta pubblica dell'11.02.2020, la Commissione ha proceduto:

- all'ammissione di tutte e tre le ditte partecipanti, avendo la ditta Simad prodotto la documentazione richiesta a titolo di soccorso istruttorio (come da verbale n. 2);
- all'apertura delle offerte tecniche al fine di verificarne il contenuto;

CHE nella seduta riservata dell'11.02.2020, la Commissione ha proceduto (come da verbale n. 3) all'esame della documentazione tecnica al fine di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici minimi di gara, rilevando la necessità di chiedere chiarimenti in merito all'offerta della Simad;

CHE nella seduta riservata del 21.05.2020, la Commissione ha proceduto

- all'esame della documentazione e i chiarimenti forniti dalla Simad, esprimendo giudizio di non conformità tecnica dell'offerta della Simad;
- ad esprimere giudizio positivo di conformità tecnica per le offerte delle ditte Eurocolumbus e Ziehm Imaging;
- alla valutazione della documentazione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio per le due ditte conformi, rilevando la necessità di richiedere chiarimenti alla ditta Eurocolumbus per le argomentazioni di cui all'allegato verbale n. 4;

CHE nella seduta riservata del 04.06.2020, la Commissione, dopo aver esaminato i chiarimenti resi dalla Eurocolumbus, ha proceduto all'attribuzione del punteggio per le voci della griglia relativa alla documentazione tecnica, dando atto che il punteggio complessivo per la voce qualità attribuito risulta essere: Eurocolumbus 60,86 -- Ziehm 58,29 (come da verbale n. 5);

CHE nella seduta pubblica del 04.06.2020, la Commissione ha proceduto per come riportato nell'allegato verbale n. 6:

- all'esame delle offerte economiche delle due ditte ammesse Eurocolumbus e Ziehm, con attribuzione del seguente punteggio: Eurocolumbus S.r.l. – prezzo offerto € 158.970,00 – punti 30,00; Ziehm Imaging S.r.l. – prezzo offerto € 192.000,00 – punti 24,84;

- alla sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo, proponendo la seguente graduatoria ai fini dell'aggiudicazione:

- 1) Eurocolumbus S.r.l. punti qualità 60,86 + punti prezzo 30,00 totale 90,86;
- 2) Ziehm Imaging S.r.l.: punti qualità 58,29 + punti prezzo 24,84 totale 83,13;

- a rilevare che entrambe le offerte superano i 4/5 per i punteggi tecnici ed economici, disponendo l'invio del verbale al RUP per quanto di competenza;

CHE nella seduta riservata del 15.10.2020, la Commissione ha proceduto

- all'analisi della documentazione prodotta dalla ditta Eurocolumbus, a seguito dell'avvio del sub-procedimento di verifica offerta anormalmente bassa, ritenendo i giustificativi prodotti congrui (come da verbale n. 7);

DATO ATTO che è stata inviata, tramite pec e piattaforma MEPA, la comunicazione di esclusione alla ditta Simad S.r.l. e che l'invio delle altre comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 sarà garantito, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

PRESO ATTO che risulta possibile proporre l'approvazione degli allegati Verbali della Commissione aggiudicatrice datati 14.01.2020, 11.02.2020, 21.05.2020, 04.06.2020 e 15.10.2020 (All. A - B - C - D - E - F - G) e l'aggiudicazione della procedura di cui alla suddetta RDO/MEPA n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (Arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico, per l'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice gara 7455922 CIG 7932008412 - Codice CUP C42C19000040005), alla ditta EUROCOLUMBUS S.r.l. - C.F. e p.IVA 00840200158

- Via Filargo 36 - 20143 MILANO - che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo di 90,86/100, per l'importo di € 158.970,00= + IVA, alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta;

DATO ATTO che l'intervento di acquisto in argomento, già previsto nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, è stato confermato nel piano investimenti per il triennio 2020-2022, approvato con delibera 733 del 13.05.2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 158.970,00= + I.V.A., oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico, aggiornato in base alle risultanze di gara:

Fornitura attrezzatura radiologica arco a C	€ 158.970,00
IVA aliquota 22%	€ 34.973,40
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020	€ 2.100,00
Contributo ANAC	€ 1225,00
TOTALE	€ 196.268,40

deve essere imputato sul conto patrimoniale n. A101020501 del bilancio d'esercizio 2020, giustificando nota SEFP prot. N. 323 del 02.01.2020;

comitato di gestione della struttura, dopo approvazione della relazione di controllo, approva-

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2321331, come risultano dagli allegati Verbali della Commissione aggiudicatrice datati

 3

- 14.01.2020, 11.02.2020, 21.05.2020, 04.06.2020 e 15.10.2020 (All. A – B – C – D – E – F – G),
e riportate in premessa;
- 2. AGGIUDICARE** la procedura negoziata di cui alla suddetta RDO/MEPA n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (Arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico, per l'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice gara 7455922 CIG 7932008412 - Codice CUP C42C19000040005), alla ditta EUROCOLUMBUS S.r.l. – C.F. e p.IVA 00840200158 – Via Filargo 36 – 20143 MILANO – che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo di 90,86/100, per l'importo di € 158.970,00= + IVA, alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta;
 - 3. AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la suddetta Ditta, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
 - 4. DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto è il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – e che il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il Dr. Leonildo Sichel Direttore ff UOC Chirurgia Vascolare;
 - 5. DARE ATTO**, altresì, che la verifica di conformità sarà affidata, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, ad una Commissione composta dai seguenti dipendenti che non hanno e non svolgeranno altri compiti inerenti la fornitura in oggetto:
 Presidente Dr. Salvatore Piraneo – Responsabile UO Fisica Sanitaria;
 Componente Dr. Renato De Vincolis – dirigente fisico UO Fisica Sanitaria;
 Componente Dr. Lillo Pace – dirigente medico UO Radiologia PO Agrigento;
 - 6. DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa pagina in cui è pubblicata la delibera a contrarre e l'avviso di indizione;
 - 7. DARE ATTO** che l'intervento di acquisto in argomento, già previsto nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, è stato confermato nel piano investimenti per il triennio 2020-2022, approvato con delibera 733 del 13.05.2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 158.970,00= + I.V.A., oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico, aggiornato in base alle risultanze di gara:
- | | |
|---|---------------------|
| Fornitura attrezzatura radiologica arco a C | € 158.970,00 |
| IVA aliquota 22% | € 34.973,40 |
| Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020 | € 2.100,00 |
| Contributo ANAC | € 225,00 |
| TOTALE | € 196.268,40 |
- deve essere imputato sul conto patrimoniale n. A101020501 del bilancio d'esercizio 2020, giusta nota SEFP prot. N. 323 del 02.01.2020;
- 8. DARE ATTO** che l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
 - 9. DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.



10. Di munire la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire lo svolgimento degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto relativo alla fornitura oggetto del presente provvedimento.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

Dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere

favorabile

Parere

Data

11/11/2010

Data

11/11/2010

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo Direttrice della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Loredana Di Salvo Direttrice della UOC Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

**Il Segretario verbalizzante TPO
IL COLLABORATORE TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque**

ALL A

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 1 SEDUTA PUBBLICA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 10.00 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (d'ora in poi ASP) siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento, è presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

La Commissione, prima di passare all'esame della documentazione delle ditte partecipanti alla RDO medesima, scaricata dalla piattaforma MEPA/Consip, dà atto di non trovarsi nelle situazioni di astensione e incompatibilità previste dalla legge, e nello specifico ogni componente della Commissione dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni espressamente richiamate dall'art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 12, comma 5, della L.R. 12/2011.


La Commissione dà atto, innanzitutto, che le ditte che hanno presentato offerta entro i termini risultano essere tre e precisamente: EUROCOLUMBUS – SIMAD. – ZIEHM IMAGING SRL
A questo punto si dà inizio alla FASE AMMINISTRATIVA, consistente nella valutazione della documentazione amministrativa inserita a sistema da ciascuna ditta, scaricata dalla piattaforma; la Commissione dà atto di seguire il seguente ordine, apponendo il numero crescente come di seguito riportato:

- 1) EUROCOLUMBUS
- 2) SIMAD.;
- 3) ZIEHM IMAGING SRL.

Esaminata la documentazione amministrativa, la Commissione riferisce che si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio per la ditta SIMAD, atteso che dalla documentazione prodotta non si evince la presenza della certificazione CE dell'iniettore angiografico offerto. La suddetta ditta dovranno regolarizzare quanto sopra richiesto, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20.01.2020 pena l'esclusione dalla gara.


Si chiude, pertanto, la seduta alle ore 11,30, dando atto di riconvocarsi alle 10:00 del 11.02.2020 per la prosecuzione dei lavori in seduta pubblica.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 2 facciate compresa la presente:



A.U.A

Dr. Filippo Barbiera



Dr. Alessio Parco

Avv. Luigi Fortunato

All B

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore 10.00 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (d'ora in poi ASP) siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento, è presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

La Commissione apre la seduta valutando la documentazione prodotta dalla ditta SIMAD, a seguito di soccorso istruttorio, entro i termini previsti, relativa alla certificazione CE dell'iniettore angiografico.


La stessa commissione ha accertato l'idoneità della certificazione fornita.

La commissione pertanto, previa valutazione della documentazione amministrativa prodotta da tutte le ditte concorrenti, le ammette alla fase successiva della procedura di gara.

Si procede quindi all'apertura delle offerte tecniche al fine di verificarne il contenuto.

Ritenute formalmente idonee per tutte e tre le concorrenti, la commissione di gara chiude la seduta pubblica alle h 11.15 e procede immediatamente all'analisi delle offerte tecniche in seduta riservata. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 1 facciata compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera



Dr. Alessio Parco



Avv. Luigi Fortunato



All C

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 3 SEDUTA RISERVATA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore 11.20 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (d'ora in poi ASP) siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento, è presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.


La Commissione inizia l'esame della documentazione tecnica prodotta al fine di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici minimi di gara richiesti.

Durante l'analisi della documentazione tecnica della ditta SIMAD la commissione non è stata in grado di rilevare la tipologia, marca e codice CND dell'iniettore offerto, per quanto le caratteristiche minime dichiarate siano conformi a quanto richiesto. Pertanto si richiede tramite portale MEPA chiarimenti in merito a quanto sopra rilevato.

La commissione chiude la seduta di gara alle ore 14.15 e si riaggiorna a data da destinarsi a seguito di comunicazione tramite mail del Presidente.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 1 facciata compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera



Dr. Alessio Parco

Avv. Luigi Fortunato

AU

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 4 SEDUTA RISERVATA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 10.20 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (d'ora in poi ASP) siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento, è presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

A seguito della richiesta di chiarimenti inviati dalla commissione tramite portale MEPA in data 11.2.2020, la ditta Simad ha fornito la seguente risposta (ID MEPA 2321331) :" Tipologia: Iniettore doppia siringa Stellant CWS Marca: Stellant CWSCND: Z11039014A".

Il suddetto iniettore risulta idoneo per l'impiego in Tomografia Computerizzata ma non in Angiografia Digitale in quanto il range di pressione di somministrazione del mezzo di contrasto va da 50 a 325 psi e pertanto non adatto alla somministrazione del mdc in arteria come normalmente viene eseguito in angiografia. La commissione pertanto valuta come non conforme a quanto richiesto l'offerta della Ditta SIMAD e trasmette a RUP il verbale per i provvedimenti consequenziali.

Le offerte presentate dalle ditte Ziehm ed Eurocolumbus risultano conformi a quanto richiesto nel capitolato di gara.

La Commissione procede quindi alla valutazione della documentazione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio delle altre due ditte restanti.

Ai fini del completamento dell'attribuzione del punteggio la commissione chiede alla ditta Eurocolumbus, tramite portale MEPA i seguenti chiarimenti inerenti ai punti V4,V5,V6,V10, come da griglia di valutazione allegato 1.

(V4) : Indicare da dove si evinca che la corsa orizzontale è motorizzata, specificando il numero di pagina e anche se il valore di corsa indicato è di tipo manuale o motorizzato.

(V5) e (V6): Dalla griglia presentata dalla ditta sembrerebbe che le risposte inerenti alle voci V5 e V6 sono state invertite. Pertanto chiediamo conferma di tale errore materiale. Inoltre come richiesto nel chiarimento del 27.06.2019 pubblicato nel sito dell'Asp di Agrigento, relativo al punto V6, si chiede da dove si evinca la "velocità di rotazione dell'arco a C su asse verticale, orbitale ed orizzontale (Valutata ed espressa in gradi/sec)

AUD

(V10): La ditta dichiara dimensione dell'area attiva di acquisizione del detettore in cm quadrati è 293,48x293,48. Si chiede conferma di tale dato o se c'è un errore materiale di unità di misura (Cm/mm)

La commissione chiude la seduta di gara alle ore 14.00 e si riaggiorna a giorno 4.06.2020 alle ore 10 in seduta riservata. Inoltre si invita il RUP dare la comunicazione alle ditte dell'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica per il giorno 4.06.2020 h 12.30.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 2 facciata compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera

Dr. Alessio Parco

Avv. Lugi Fortunato

A L E

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 5 SEDUTA RISERVATA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di Giugno alle ore 11.20 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (d'ora in poi ASP) siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento, è presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

A seguito della richiesta di chiarimenti inviati dalla commissione tramite portale MEPA in data 25.5.2020, la ditta Eurocolumbus ha fornito le seguenti risposte in data 28.05.2020:

Punto V4: Alla seguente richiesta da parte della Commissione: "Indicare da dove si evinca che la corsa orizzontale è motorizzata, specificando il numero di pagina e anche se il valore di corsa indicato è di tipo manuale o motorizzato", Eurocolumbus non ha indicato in quale parte della documentazione tecnica prodotta si evinca quanto richiesto, né la nota prodotta può integrare la carenza documentale.

Punti (V5 e V6): Alla seguente richiesta da parte della Commissione: "Dalla griglia presentata dalla ditta sembrerebbe che le risposte inerenti alle voci V5 e V6 sono state invertite. Pertanto chiediamo conferma di tale errore materiale. Inoltre come richiesto nel chiarimento del 27.06.2019 pubblicato nel sito dell'Asp di Agrigento, relativo al punto V6, si chiede da dove si evinca la "velocità di rotazione dell'arco a C su asse verticale, orbitale ed orizzontale (Valutata ed espressa in gradi/sec)".

La ditta dichiara che il movimento rispetto all'asse verticale beta è il movimento wig wig mentre sull'asse orizzontale è il movimento alpha. Dal suddetto chiarimento non si riesce ad evincere la risposta a quanto richiesto; pertanto per il punto V5 la commissione valuta quanto riportato nella scheda tecnica a Pag. 7. Per quanto riguarda il punto V6 Eurocolumbus non ha indicato in quale parte della documentazione tecnica prodotta si evinca quanto richiesto, né la nota prodotta può integrare la carenza documentale.

(V10): La ditta dichiara che la dimensione dell'area attiva di acquisizione del detettore in cm quadrati è 293,48x293,48. Si è chiesta conferma di tale dato o se c'è un errore materiale di unità di

ALLIE

misura (Cm/mm). La ditta ha conferma l'errore materiale per cui il dato da considerare è
 $29,348 \times 29,348 = 861,30$.

La commissione prosegue la seduta di gara assegnando i seguenti punteggi alle ditte ammesse, approssimando i valori a due cifre decimali:

	Eurocolumbus	Ziehm	Eurocolumbus	Ziehm
	Valore	Valore	Punteggio	Punteggio
V1	1.1.2019	2018	2	2
V2	155	165	1,88	2
V3	50	42	2	1,68
V4	28(MANUALE)	28	0	2
V5	24	20	2	1,67
V6	0	15 gr/sec	0	2
V7	85	84	2	1,98
V8	73	68	2	1,86
V9	387	415	2	1,87
V10	861,3	943,72	2,74	3
V11	0,61	0,4	3	1,97
V12	145	100	1,38	2
V13	75	75	3	3
V14	9500	2800	2	0,59
V15	85	80	3	2,82
V16	250	250	3	3
V17	40	40	3	3
V18	35 A	102	1,03	3
V19	30	25	3	2,5
V20	19	19	2	2
V21	2	1	2	1
V22	8	29	0,83	3
V23	15,6	10,5	2	1,35
V24	5	5	1	1
V25	3	0	5	0
V26	5,9	8	5	4
V27	6	2	2	2
V28	3	2	2	2
totale			60,86	58,29

La commissione chiude la seduta di gara alle ore 12.15 e si riaggiorna alle ore 12.30 in seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche.
 Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 2 facciate compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera

Dr. Alessio Parco

Avv. Luigi Fortunato

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 6 SEDUTA PUBBLICA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di Giugno alle ore 12.30 nei locali dell'UOC Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (d'ora in poi ASP) siti in Viale della Vittoria 321 Agrigento, è presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

- Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
- Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
- Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

La Commissione inizia l'esame delle offerte economiche delle ditte ammesse Eurocolumbus e Ziehm.

La ditta Eurocolumbus ha presentato un offerta economica pari a Euro 158.970,00 compreso di costi di sicurezza pari a Euro 1500,00

La ditta Ziehm ha presentato un offerta economica pari a Euro 192.000,00 compreso di costi di sicurezza pari a Euro 1920,00.

A fronte delle offerte economiche presentate le ditte ricevono i seguenti punteggi

Ditta	Prezzo	Punteggio
Eurocolumbus	158.970,00	30
Ziehm	192.000,00	24,84

Il punteggio complessivo ottenuto dalle concorrenti è il seguente

	Eurocolumbus	Ziehm
Punteggio tecnico	60,86	58,29
Punteggio offerta economica	30	24,84
TOTALE	90,86	83,13

ALL F.

La commissione propone al RUP ai fini dell'aggiudicazione la suddetta graduatoria, e rileva che le offerte superano i 4/5 per entrambi punteggi ravvisando un'anomalia nell'offerte presentate

1°	Eurocolumbus	90,86
2°	Ziehm	83,13

La commissione chiude la seduta di gara alle ore 13.30 e dispone l'invio del presente verbale al RUP per i provvedimenti consequenziali di sua competenza.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dai presenti, dando atto che il presente verbale è formato da n. 2 facciate compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera**Dr. Alessio Parco****Avv. Lugi Fortunato**

ALL 6

FORTUNATO

= FORTUNATO
SI
non presente
IT

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 7 SEDUTA RISERVATA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 15.30 tramite piattaforma Teams si è riunita presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indica, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

La commissione si riunisce per valutare la congruità dell'offerta presentata dalla ditta Eurocolumbus, risultata anomala in quanto superava per i 4/5 per entrambi punteggi.

La commissione ritiene soddisfacente i giustificativi forniti dallo stesso operatore economico, e chiude la seduta alle ore 15.55 e trasmette il verbale alla stazione appaltante per l'aggiudicazione definitiva.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dai commissari (Luigi Fortunato e Alessio Parco) ai sensi degli art. 21 e 24 del Dlgs del 7 Marzo 2005 n 82 e ss.mm.ii. Mentre il presidente Dott. Filippo Barbiera apporta la firma sulla copia Originale dello stesso verbale in calce, dando atto che il presente verbale è formato da n. 1 facciata compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera

Dr. Alessio Parco

Avv. Luigi Fortunato

Firmato digitalmente da:

PARCO ALESSIO

Firmato il 15/10/2020 16:45

Sigillo Certificato
10260847547040141342705899747306183793

Valido dal 03/09/2020 al 03/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

mato digitalmente da

IIGI FORTUNATO

IIGI = FORTUNATO

JIGI

= non presente

= IT

AU G

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 7 SEDUTA RISERVATA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 15.30 tramite piattaforma Teams si è riunita presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";


Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

La commissione si riunisce per valutare la congruità dell'offerta presentata dalla ditta Eurocolumbus, risultata anomala in quanto superava per i 4/5 per entrambi punteggi.

La commissione ritiene soddisfacente i giustificativi forniti dallo stesso operatore economico, e chiude la seduta alle ore 15.55 e trasmette il verbale alla stazione appaltante per l'aggiudicazione definitiva.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dai commissari (Luigi Fortunato e Alessio Parco) ai sensi degli art. 21 e 24 del Dlgs del 7 Marzo 2005 n 82 e ss.mm.ii, Mentre il presidente Dott. Filippo Barbiera apporrà la firma sulla copia Originale dello stesso verbale in calce, dando atto che il presente verbale è formato da n. 1 facciata compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera



Dr. Alessio Parco

Avv. Luigi Fortunato

Firmato digitalmente da:

PARCO ALESSIO

Firmato il 15/10/2020 16:45

Serialo Certificato:
102608475447040141742705898747306183793

Valido dal 03/09/2020 al 03/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

JIGI FORTUNATO

JIGI = FORTUNATO

JIGI = non presente

JIGI = IT

All G

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

VERBALE DI GARA N. 7 SEDUTA RISERVATA

Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412)

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 15.30 tramite piattaforma Teams si è riunita presente la Commissione aggiudicatrice, composta come di seguito indicato, con nomina formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale FF. N.29 del 27.11.2019, incaricata di esaminare la documentazione di gara prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, di svolgere la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e, quindi, di attribuire il punteggio in base ai criteri stabiliti nel documento "Condizioni particolari di contratto" e nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al medesimo documento "Condizioni particolari di contratto" allegato alla RDO/ME.PA. n. 2321331 per la fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico per UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice CUP C42C19000040005 - Codice gara 7455922 CIG 7932008412), indetta con deliberazione a contrarre n. 302 del 03.06.2019:

1. Presidente: Dr. Filippo Barbiera Dirigente medico U.O.C. Radiologia P.O. Sciacca;
2. Componente: Avv. Luigi Fortunato, esperto in materie giuridiche;
3. Componente: Dr. Alessio Parco, esperto in materie tecniche con specifiche competenze in "attrezzature mediche, prodotti farmaceutici";

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il componente Dr. Alessio Parco.

La commissione si riunisce per valutare la congruità dell'offerta presentata dalla ditta Eurocolumbus, risultata anomala in quanto superava per i 4/5 per entrambi punteggi.

La commissione ritiene soddisfacente i giustificativi forniti dallo stesso operatore economico, e chiude la seduta alle ore 15.55 e trasmette il verbale alla stazione appaltante per l'aggiudicazione definitiva.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dai commissari (Luigi Fortunato e Alessio Parco) ai sensi degli art. 21 e 24 del Dlgs del 7 Marzo 2005 n 82 e ss.mm.ii, Mentre il presidente Dott. Filippo Barbiera apporrà la firma sulla copia Originale dello stesso verbale in calce, dando atto che il presente verbale è formato da n. 1 facciata compresa la presente:

Dr. Filippo Barbiera

Dr. Alessio Parco

Avv. Lugi Fortunato



Firmato digitalmente da:

PARCO ALESSIO

Firmato il 15/10/2020 16:45

Serial Certificato:
102608475447040141742705898747306183793

Valido dal 03/09/2020 al 03/09/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

INFORMAZIONI

nel quale si specifica che il servizio di assistenza è composto da un gruppo di esperti in campo, con la loro formazione e le loro conoscenze, che sono in grado di fornire ai cittadini una serie di servizi professionali. I servizi sono rivolti a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA

NUOVA CONCESSIONE

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

NUOVA CONCESSIONE

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

ATTIVITÀ

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

PER

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

PIÙ DI MILIONI DI PERSONE

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

NUOVA ATTIVITÀ DI CONCERNITO

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.



INFORMAZIONI

NUOVA CONCESSIONE

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

NUOVA CONCESSIONE

Il servizio di assistenza è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, sia per problemi di salute, sia per problemi di lavoro, sia per problemi di famiglia, sia per problemi di vita quotidiana.

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____


DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 11 NOV. 2020

Agrigento, li 11 NOV. 2020

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi