



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Responsabile istruttoria
Dott. Vincenzo Ripellino Collaboratore Amm.vo TPO
Telefono 0922 407118
Mail: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 124041 del 16-07-2019

A tutte le ditte interessate
a mezzo pubblicazione:
www.aspag.it - www.acquistinretepa.it

OGGETTO: procedura aperta telematica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Gara n. 7457674) per la fornitura quinquennale a noleggio continuativo ed a chiamata delle superfici speciali antidecubito di prevenzione e/o terapia per le piaghe antidecubito per pazienti a basso-medio-alto e altissimo rischio, funzionanti secondo il principio della fluttuazione dinamica e l'eventuale lavaggio, sanificazione e manutenzione della materasseria e dispositivi per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito (CPV 33196000), occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione siciliana unitesi in consorzio di acquisto con l'ASP di Agrigento come precisamente indicato in ciascun lotto territoriale (Lotto 1 – ASP Agrigento, Lotto 2 – ASP Caltanissetta, Lotto 3 – ASP Enna, Lotto 4 – A.O. "Garibaldi" di Catania e Lotto 5 – A.O. "Papardo" di Messina). – CHIARIMENTI.

Di seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dalla ditta ... OMISSIONIS ... si precisa come di seguito:

- ✓ **Quesito 1:** Capitolato Tecnico, Art. 13: "Nell'espletamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio". Si chiede di confermare che il personale di società con le quali sono in essere "contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura" ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera c) bis, del D.lgs. 50/2016, sia equiparabile al personale diretto.
 - ✳ **Risposta:** la richiamata indicazione del capitolato tecnico è esclusivamente riferita alle modalità di esecuzione del servizio quale garanzia degli standard qualitativi richiesti dalle aziende sanitarie committenti. Pertanto, rimane confermata la disciplina relativa al subappalto nei modi e forme previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come richiamato dall'art. 9 del disciplinare di gara;
- ✓ **Quesito 2:** Disciplinare di Gara, Art. 3: "Trattandosi di fornitura senza posa in opera non viene indicata la stima dei costi della manodopera in conformità all'art. 95, comma 10, del Codice". In considerazione del fatto che il servizio oggetto di gara prevede l'impiego di manodopera per l'espletamento delle attività di consegna/installazione/manutenzione/formazione/logistica si chiede di confermare l'obbligo per gli operatori di dichiarazione del costo del lavoro/manodopera in sede di offerta ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.
 - ✳ **Risposta:** l'art. 3 del disciplinare di gara indica l'importo di gara complessivo e quello relativo ad ogni singolo lotto specificando che detti importi sono stati stimati come "*omnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto della*

SEDE LEGALE: Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento P.I. e C.F. 02570930848

presente procedura, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento del servizio". Inoltre, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al punto 9 della scheda di offerta presente a "sistema" è inequivocabilmente richiesto al concorrente di indicare i "costi della manodopera inerenti i rischi specifici aziendali inclusi nel prezzo" al fine di potere effettuare "prima dell'aggiudicazione il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)";

- ✓ **Quesito 3:** Disciplinare di Gara, Art. 23: "L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00". Dalla delibera di indizione n. 323 del 04.06.2019, pag. 8, si evince altresì che le spese di pubblicazione ammontano a € 7.401,74. Si richiede pertanto di indicare quale sia il valore corretto.

✳ **Risposta:** la stazione appaltante nel disciplinare indica un importo presunto delle spese di pubblicazione da porre a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20). Invece, la quantificazione puntuale è effettuata in un secondo momento coincidente con la definizione del procedimento di gara e la pubblicazione degli avvisi di esito. Pertanto, la quantificazione di cui alla deliberazione di indizione potrebbe risultare suscettibile di ulteriori variazioni (non imputabili alla Stazione Appaltante) che in atto non consento di fornire indicazioni di costo con precisione assoluta;

- ✓ **Quesito 4:** Disciplinare di Gara, Art. 15.2: "Parte IV – Criteri di selezione [...] d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare". Si chiede di confermare che trattasi di refuso in quanto tale richiesta non è inserita tra i requisiti amministrativi e le informazioni relative a qualità e gestione ambientale verranno inserite nella documentazione tecnica.

✳ **Risposta:** Si conferma che si tratta di un mero refuso di trascrizione rispetto al contenuto del "bando-tipo n. 1 ANAC" – così come integrato da CONSIP S.p.A. per le procedure di gara telematiche – utilizzato nella stesura del disciplinare di gara;


- ✓ **Quesito 5:** Specifiche Tecniche Sistemi Antidecubito, Caratteristiche specifiche dei presidi antidecubito:

- "Sistema per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio-alto rischio (indice Norton da 14 a 10 e valori equivalenti di altre scale) 3. Integralmente costituito da celle attive ad aria indipendenti (intese come soggetto alla variazione alternata della pressione) di altezza minima non inferiore a 15 cm, sostituibili ed escludibili"
- "Sistema per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a basso/medio rischio (indice Norton >14 o valori equivalenti di altre scale) 3. Integralmente costituito da celle attive ad aria indipendenti (intese come soggetto alla variazione alternata della pressione) di altezza minima non inferiore a 11 cm, sostituibili ed escludibili"

Al fine di permettere una più ampia partecipazione alla procedura di gara e di non limitare la concorrenza si richiede la possibilità di offrire prodotti privi della caratteristica "Celle escludibili".

✳ **Risposta:** In adesione alla richiesta di chiarimento formulata la caratteristica tecnica "celle attive ... sostituibili ed escludibili" deve essere letta "celle attive ... sostituibili e/o escludibili". Tanto, nella considerazione di dovere coniugare la garanzia della massima partecipazione alla procedura di gara con la contestuale possibilità di far valutare prodotti con caratteristiche qualitative eventualmente migliorative.

Il RUP – Funzionario TPO
UOC Servizio Provveditorato
Dott. Vincenzo Ripellino



Il Direttore
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa
Dott. Angelo Tamburino

