



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
Istruttore Dr.ssa Sabrina Amato Collaboratore Amm.vo
Telefono 0922 407292-293-116-118-120
FAX 0922 407119

PROT: n.122060 del 12-07-2019

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (dispositivi medici).

Questa Azienda intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'acquisto, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di dispositivi medici - categoria V della classificazione CND - aventi le specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico (articolato in più lotti) e pubblicato, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato come segue:

- Prezzo unitario per ogni dispositivo proposto da indicare nel medesimo capitolato tecnico (allegato alla presente);
- Per ogni dispositivo proposto, prospetto riepilogativo delle specifiche richieste nel capitolato tecnico con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- indicazione del CND e Numero Repertorio Dispositivi medici.

Si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 22.07.2019.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire alle ditte di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

U.O.C. PROVVEDITORATO
Il Dirigente Amministrativo
Rosa Rosalia Cala'

F.to Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

RDO DISPOSITIVI VARI		FABBISOGNO ANNUALE ASP
DESCRIZIONE DISPOSITIVO	CND	AGRIGENTO U.M. PEZZO
LOTTO N.1 Coperta isotermica monouso MEDICO	V0880	2000
LOTTO N.2 MICROLANCE PER PRICK TEST	V0199	
1) Microlance in plastica per prick test, (scarificazione e prove allergiche). Monouso, sterili, in confezione singola.		5000
LOTTO N.3 TERMOMETRI CLINICI IN LEGA COMPOSTA DA: GALLIO, INDIO E STAGNO (LEGA GALINSTAN)	V03010199	
1) Termometri clinici con custodia		15000
2) Termometri prismatici		2000
I termometri devono essere conformi alle normative vigenti in materia		
LOTTO N.4 VASSOI E BACINETTE PER USO CLINICO IN PLASTICA	V0402	
1) Ciottola 250 cc sterilizzabile, in plastica		200
2) Ciottola 600 cc sterilizzabile, in plastica		200
3) Ciottola 1000 cc sterilizzabile, in plastica		200
4) Vaschetta cm 36x26x5 circa sterilizzabile, in plastica		200
LOTTO N.5 ABBASSALINGUA	V9001	
1) Abbassalingua in legno, monouso, sterili, in confezione singola.		20000
LOTTO N.6 LACCI EMOSTATICI IN CAUCCIU'	V9003	

	1) Lacci emostatici in caucciù tubolari, di lunghezza non inferiore a cm. 40 circa a riposo, cosparsi di talco confezionamento	6000
LOTTO N.7	LACCI EMOSTATICI LATEX FREE	V9003
	1) Lacci emostatici in latex free, per adulti	500
LOTTO N.8	MATITE DERMOGRAFICHE	V9004
	1) Penne dermografiche con punta macro, media e fine, sterili e costituite con colore atossico, non irritante e resistente sulla pelle per tutta la durata dell'intervento; fornite di decimetro. Le confezioni devono essere singole, monouso. Latex free	100
LOTTO N.9	CONTENITORE STERILE PER CONTEGGIO E LO SNALTIMENTO AGHI E LAME DA BISTURI	V9099
	a) con magnete e spugna: scatola rigida in plastica chiusa su tutti i lati, configurata con magnete nero da un lato e schiuma dall'altro, sgancia lama bisturi. Adesivo posteriore alla scatola per fissaggio, configurazione variabile da 10-100 aghi	8000
	b) con doppio magnete: Contenitore di sicurezza per il conteggio di aghi, lame e bisturi; con magnete doppio e numerato e con sistema di eliminazione bisturi; coperchio con sistema di bloccaggio di sicurezza; superficie adesiva per un sicuro posizionamento del contenitore sul campo operatorio.	8000
LOTTO N.10	LAME MONOUSO GIREVOLI PER CLIPPER CHIRURGICO 3M	V9099
		20