



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 146658 del 29 agosto 2019

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (ecocardiografo UOC Cardiologia P.O. Agrigento).

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, alla fornitura in noleggio temporaneo (6 mesi + 6 mesi) di n. 1 Ecocardiografo per l'UOC di Cardiologia del P.O. di Agrigento, con le specifiche tecniche di cui alla richiesta del Direttore della medesima UOC, pubblicata in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente.

Considerata la particolare urgenza rappresentata, questa ASP intende valutare, in alternativa, la fattibilità di un noleggio temporaneo (6 mesi + 6 mesi) di n. 1 Ecocardiografo portatile; in tal caso le ditte interessate dovranno indicare oltre al canone di noleggio la descrizione della configurazione tecnica proposta.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- prezzo di noleggio, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk per tutta la durata del contratto, sia per l'apparecchio carrellato sia per l'apparecchio portatile; la ditta dovrà in ogni caso, indicare il canone di noleggio di ogni sonda richiesta.
- tempo di consegna;
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 04 settembre 2019.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407268).

Il Titolare p.o.

Dr. Giuseppe Sanfilippo

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo



Azienda Ospedaliera "San Giovanni di Dio" Agrigento

Unità Operativa di Cardiologia ed UTIC

Direttore: Dott. G. Caramanno

Al Responsabile Ufficio Provveditorato

SEDE

OGGETTO: caratteristiche tecniche ecocardiografo alta fascia

Con la presente, facendo seguito a quanto da Voi richiesto, si comunicano le caratteristiche tecniche finalizzate alla fornitura di un ecocardiografo di fascia alta.

Caratteristiche tecniche

Ecocardiografo digitale top di gamma di ultima generazione dotati di:

- a. monitor a colori di ampie dimensioni (non inferiore a 17") con tecnologia LCD ed ampie possibilità di posizionamento (descrivere);
- b. tutti i moduli e i software necessari per la quantizzazione 2D/3D: B-mode, M-mode, M-mode anatomico, Color, Dopppler PW, Doppler CW, DTI spettrale e Tissue Tracking, 3D-mode, 4D-mode, live 3D avanzato;
- c. tutti i moduli e i software necessari per l'esecuzione di esami vascolari;
- d. elevata ergonomia e peso contenuto (descrivere);
- e. archivio digitale integrato sia di immagini statiche che in movimento con possibilità di effettuare misurazioni in post-processing, modificare zoom, ecc (specificare e descrivere);

- f. archiviazione sui seguenti supporti informatici: DVD, Pen-drive (USB) nei formati PC compatibili tipo BMP, AVI, ecc. e DICOM;
- g. possibilità di integrazione ed esportazione delle immagini sulla rete aziendale (CIS/PACS);
- h. software per archiviazione cardiovascolare adulti e pediatrico;
- i. software per la gestione del live 3D imaging transtoracico e transesofageo completo;
- l. modulo stress eco integrato;
- m. software per le analisi della funzione e della contrattilità del miocardio (strain e strain rate) allineati ai criteri internazionali;

Il sistema offerto dovrà essere completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo; inoltre, dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della Direttiva Comunitaria Competente 93/42/CEE e s.m.i.

Dotazione minima richiesta:

- n.1 ecocardiografo con le caratteristiche sopra descritte;
- n.1 sonda cardiologica transtoracica volumetrica per esami cardiologici adulti 2D/3D; a tal riguardo si precisa che è ammessa la possibilità di presentare una soluzione tecnologica alternativa (2 sonde di cui una settoriale 2D e una volumetrica 3D), che consenta, comunque sia, di effettuare le tipologie di indagini proprie della sonda qui richiesta;
- n.1 sonda cardiologica settoriale pediatrica;
- n.1 sonda transesofagea 2D/3D;
- n. 1 sonda lineare;
- n.1 stampante bianco/nero.

Il Direttore U.O.
Dott. G. Caratianno

