

SI RICHIEDONO N. 2 SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI, RISPECTIVAMENTE PER LE UU.OO.CC. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. AGRIGENTO E P.O. DI SCIACCA, PER LO SCREENING IN URGENZA PER LA RICERCA DI DROGHE D'ABUSO CERTIFICATO CE (Direttiva n. 98/79) SU MATRICE EMATICA, COMPRENSIVO DELLA LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE,ELL'ASSISTENZA TECNICA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (reattivi, controlli, calibratori ecc.) .

Fabbisogno annuo presunto: circa 300 profili completi

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEL SISTEMA :

1. Analizzatore stand alone, random access, nuovo di fabbrica, di ultima generazione, completamente automatico, per il dosaggio delle droghe d'abuso su matrice ematica.
2. Certificazione CE/IVD per il **complesso macchina-reagenti** secondo la regolamentazione CE/IVD 98/79/EC che comprovi la certificazioni delle applicazioni sul sistema proposto per tutti gli analiti richiesti specifica per i dosaggi su matrice ematica. Richiesta evidenza delle performances analitiche sulla strumentazione proposta (ad esempio precisione, stabilità e concordanza con i sistemi di riferimento);
3. Tests da effettuarsi su matrice ematica;
4. Software in grado di registrare tutti gli eventi che portano al risultato e che permetta la tracciabilità del dato analitico con associazione dello stesso a calibratori, controlli, lotti del reagente con cui si sono ottenuti i risultati. Necessità di specifica funzionalità del software dedicata.
5. Interfacciamento al LIS di Laboratorio
6. Gestione dei campioni urgenti
7. caricamento in continuo dei campioni
8. Software in lingua italiana
9. Vano reagenti refrigerato
10. Riconoscimento tramite bar-code dei campioni e dei reagenti

Il sistema in oggetto sarà acquisito in service ed in particolare sarà utilizzato ai fini dell'accertamento degli stati di alterazione psicofisica dovuti all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope in ottemperanza a quanto richiesto dall'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della Legge n. 41/2016 in materia di reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali .

Gli analiti richiesti per effettuare lo screening sono:

1. Amfetamine – Ecstasy - Metamfetamine
2. Cannabinoidi
3. Cocaina
4. Metadone
5. Oppiacei
6. Alcool Etilico

Con la documentazione tecnica dovrà essere fornito anche l'elenco delle strutture (sia pubbliche che private) in cui negli ultimi 3 anni è stato installato il sistema offerto specificatamente per l'utilizzo dello stesso per il dosaggio di droghe d'abuso su matrice ematica.

AGRIGENTO, 05/03/2019

AZIENDA SANITARIA PROV.LE
AGRIGENTO
Direttore U.O.C. Patologia Clinica
Dott. P. Ferrara

