



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 791 DEL 18 SET 2019

OGGETTO: Procedura negoziata - tramite RDO/ME.PA. aperta - per l'affidamento della fornitura di n. 1 Sistema Video per Chirurgia Laparoscopica per il Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento -- sala Chirurgia Generale. Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 1048 DEL 17-09-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Dr. Giuseppe Santilippo*)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(*Dra.ssa Linda Di Salvo*)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione *Meno di dieci milioni* C.E. C.P. 101020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome e cognome Firma)
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome e cognome Firma)
Il Direttore U.O. Patrimonio
Dr. Antonino Lo Valle

Da notificare a: UOC Provveditorato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 17-09-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di SETTEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.186/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante HANNA GIANNA CRISCIETE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17;

PREMESSO che il Direttore UOC Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia del P.O. di Agrigento ha richiesto l'acquisto di n. 1 sistema video per chirurgia laparoscopica/open;

CHE sulla base delle specifiche tecniche elaborate dal suddetto Dirigente, il Servizio proponente ha esperito apposita indagine di mercato – nota prot. n. 186327 del 13.11.2018 – per la fornitura del sistema richiesto;

CHE a seguito degli esiti della suddetta indagine di mercato, è emersa la necessità di rivedere le specifiche tecniche al fine di garantire una maggiore concorrenzialità, ed il suddetto dirigente responsabile ha provveduto, pertanto, a rielaborare la scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, con il supporto dell'ingegnere clinico della Tecnologie Sanitarie nell'ambito del contratto in essere con questa ASP;

CHE sulla base dell'indagine di mercato esperita è possibile stimare una spesa di € 150.000,00+ IVA per l'acquisto del sistema nella configurazione di cui alla scheda tecnica rielaborata;

CHE l'acquisto del sistema richiesto risulta inserito nel piano investimenti di questa ASP e precisamente nell'ambito delle attrezzature e arredi previste nel programma utilizzo economie dell'intervento "Acquisizione arredi e attrezzature per il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento" (Codice CUP B37J04000000001) di cui alle risorse finanziarie relative al piano triennale ex art. 20 della Legge 67/88 fase 2 (Accordo di Programma Stato – Regione del 30.04.2002; Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 417 del 17.12.2002; Decreto Assessorato Regionale Sanità n. 3903 del 05.08.2004; Decreto Ministero Salute del 22.09.2004), così come risulta nelle apposite comunicazioni inviate all'Assessorato Regionale alla Salute, da ultimo con nota prot. n. 51517 del 20.03.2019;

ATTESO

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie mercologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che il bene richiesto rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per



affidamenti di importo da 40.000 euro sino alla soglia comunitaria, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/M.E.P.A.;

- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 01.03.2018, e n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" adottata con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 424 del 02.05.2018;

RITENUTO:

- di autorizzarc, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 1 Sistema video per chirurgia laparoscopica, da installare presso la sala operatoria dell'UOC di Chirurgia Generale del P.O. di Agrigento, per un importo complessivo base di € 150.000,00 + IVA, a mezzo RDO/MIEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019;
- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti M.E.P.A., e relativi allegati specifiche tecniche, griglia di valutazione;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Prof. Carmelo Sciumè Direttore UOC Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia, dando atto che, con disposizione immediatamente successiva all'adozione del presente atto si procederà alla costituzione del gruppo di lavoro e che con successivo provvedimento alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale approvato con delibera 1545/2018, in fase di revisione;

DATO ATTO che l'intervento di acquisto in argomento risulta inserito nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel redigendo piano biennale degli acquisti 2019-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento da iscrivere sul conto n. A101020501 ammontante presuntivamente ad € 150.000,00 + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura sistema video chirurgia laparoscopica	€ 150.000,00
IVA aliquota 22%	€ 33.000,00
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00


2

TOTALE	€ 186.225,00
--------	--------------

è finanziato nell'ambito delle risorse assegnate ex art. 20 Legge 67/88 di cui ai Decreti sopra citati, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

CHE si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 225,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 1 Sistema video per chirurgia laparoscopica, da installare presso il Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento - sala operatoria ad uso dell'UOC di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia, per un importo complessivo base di € 150.000,00+ IVA, a mezzo RDO aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019;
2. **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. A), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e relativi allegati specifiche tecniche, griglia di valutazione;
3. **PRENDERE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Dr. Giuseppe Sanfilippo - titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) Prof. Carmelo Sciumè Direttore UOC Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia, dando atto che, con disposizione immediatamente successiva all'adozione del presente atto si procederà alla costituzione del gruppo di lavoro e che con successivo provvedimento alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale approvato con delibera 1545/2018, in fase di revisione;
4. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa pagina in cui è pubblicato l'avviso di volontaria trasparenza;
5. **DARE ATTO** che l'intervento di acquisto in argomento risulta inserito nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel redigendo piano biennale degli acquisti 2019-2020, e che l'onere

derivante dal presente provvedimento da iscrivere sul conto n. A101020501 ammontante presuntivamente ad € 150.000,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura sistema video chirurgia laparoscopica -	€ 150.000,00
IVA aliquota 22%	€ 33.000,00
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 186.225,00

è finanziato nell'ambito delle risorse assegnate ex art. 20 Legge 67/88 di cui ai Decreti sopra citati, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

6. **DARE ATTO** che si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 225,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;
7. **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
8. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
9. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'avvio della procedura di gara, attesa l'urgenza della fornitura di che trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere _____
Data 18/09/2019

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere _____
Data 18/09/2019

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Loredana Di Salvo Direttrice della UOC Servizio Provveditorato. CON RISERVA DI RIDETERMINARNE, CON SUCCESSIVA DELIBERAZIONE, LA MISURA DELL'ACANTONAMENTO PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS N. 50/16, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI CHE SANNO CONTENUUTE NEL REGOLAMENTO IN ATTO AL VAGLIO DEGLI UFFICI COMPETENTI.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Greco

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 - 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. aperta per l'affidamento della fornitura di n. 1 Sistema Vidco per Chirurgia Laparoscopica, per il Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento – sala operatoria UOC Chirurgia generale, Endoscopia e Laparoscopia (Codice CUP B37J04000000001 - Codice gara _____ CIG _____).

Il presente documento denominato “Condizioni particolari di contratto” disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente “Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a “Forniture specifiche per la Sanità”.

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____, esecutiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 2 e n. 4 - procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta sulla piattaforma ME.PA., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Sistema Vidco per Chirurgia Laparoscopica, per il Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento – sala operatoria UOC Chirurgia generale, Endoscopia e Laparoscopia, con le specifiche tecniche di cui all'allegata scheda tecnica, per un importo complessivo base di € 150.000,00= + IVA, comprensiva di tutti gli accessori necessari a dare la fornitura a regola d'arte.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dell'attrezzatura sanitaria, sopra descritta, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- consegna, installazione e collaudo presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
- durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo, salvo ulteriore periodo eventualmente offerto – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore;
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura non inferiore a 3 giorni, salvo ulteriore periodo eventualmente offerto;

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 c s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore al termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 c s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;

- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";

- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottengono in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

La ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica". La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standards funzionali e prestazionali da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, previo giudizio di conformità tecnica, in base ai seguenti parametri:

a) **QUALITÀ** Punteggio Massimo Qualità = 70

b) **PREZZO** Punteggio Massimo Prezzo = 30

Il punteggio per la voce "Qualità" sarà attribuito in base ai criteri riportati nella scheda tecnica e relativa griglia di valutazione, allegata al presente documento.

Il punteggio per la voce "Prezzo" sarà attribuito come di seguito indicato:

per la determinazione del prezzo della fornitura PI, si procederà per come segue:

all'offerta che presenterà il prezzo più basso verrà assegnato il massimo del punteggio previsto (punti 30), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi secondo la seguente formula:

PI = Prezzo più basso/ prezzo ditta valutata x 30

La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (qualità + prezzo).

Il punteggio relativo alle voci "Qualità" e "Prezzo" sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice, composta e nominata secondo le norme dell'art. 8 della L.R. 12/2011, come richiamato dal comma

3 dell'art. 24 della L.R. 8/2016; si richiama, altresì, il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche minime di cui alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. la ditta partecipante deve allegare, pena l'esclusione dalla gara, la ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e dalla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20.12.2017, dell'importo di € 20,00; per l'effettuazione del versamento consultare il sito internet www.anticorruzione.it (contributi in sede di gara); la ricevuta del versamento va presentata nella modalità richiesta tramite piattaforma MEPA;
4. breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno

essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste (indicate nella scheda tecnica allegata) con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici dell'attrezzatura offerta; dovrà essere descritta ogni soluzione offerta in relazione alle caratteristiche maggiorative, seguendo ogni voce di cui alla griglia di valutazione allegata;

5. Dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
6. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
7. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (24 mesi + eventuale ulteriore periodo offerto) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal

presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emissione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;

- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine percentorio di 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite pec; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nella scheda tecnica allegata al presente documento; ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di validità del contratto al di fuori del prezzo contrattuale.
- 5) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato

tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell’Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accettare che l’apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all’avvenuta formazione del personale designato dall’Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell’U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l’avvenuta formazione.

- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi indicati nella delibera a contrarre; la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo (collaudo); la fattura emessa in difformità da quanto previsto dal presente documento, sarà rigettata; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all’attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell’ordine e prezzo in fattura, l’ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell’ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l’Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l’ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto; una volta notificato l’atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 8 del Programma Quadro “Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).


Il Direttore Servizio Provveditorato

Dr.ssa Loredana Di Salvo

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)**

Sistema Video per Chirurgia Laparoscopica

Specifiche Tecniche
N°2 Monitor
1. Monitor principale medicale Full HD ad alta definizione da, almeno 31";
2. Rapido tempo di reazione nella trasmissione immagini, in modo da avere una riproduzione dell'immagine quasi simultanea;
3. Dotato di fermo immagine, funzione PIP (picture in picture) e con possibilità di avere delle impostazioni di colore predefinite e modificabili per ogni specialità chirurgica;
4. Deve essere dotato di piastra di fissaggio al carrello;
5. Dotato di diversi ingressi video digitali di ultima generazione, con angolo di visione migliore possibile
6. Deve essere collegabile al trasformatore di isolamento presente sul carrello laparoscopico;
7. Formato 17/9;
N°1 Sistema Video
8. Sistema multidisciplinare FULL HD con capacità di acquisizione e riproduzione delle immagini ad altissimo standard qualitativo;
9. Preferibilmente unica centralina in grado di consentire la visualizzazione in luce bianca, in fluorescenza con verde indocianina e in luce infrarossa
10. Sistema completo di tutti i cavi necessari al corretto e sicuro funzionamento per il collegamento alle altre apparecchiature e di tastiera multifunzione dedicata;
11. Telecamera digitale ad alta definizione FULL HD con 3 Chip preferibilmente sensore CMOS a scansione progressiva e con risoluzione massima di 1920x1080 (1080p)
12. La scelta della modalità di visualizzazione dovrà avvenire tramite la testina della telecamera o il pannello touch screen della consolle.
13. Deve essere possibile la regolazione del livello di luce;
14. Zoom digitale;
15. Specialità chirurgica;
16. Dotata di uscite sia digitali, sia analogiche;
N°1 Testa Telecamera
17. Testina della telecamera anatomica ed ergonomica e di dimensioni e peso ridotti
18. Dotata di zoom digitale
19. Dotata di obiettivo da 18 mm ed obiettivo con zoom ottico
20. Pulsanti della testina programmabili
21. Sterilizzabile preferibilmente in STERRAD
N° 1 Carrello Medicale
22. Carrello di dimensioni adatte al supporto degli strumenti;
23. Braccio/i articolato/i per il corretto posizionamento dei 2 monitor;
24. Ruote piroettanti e antistatiche di cui, almeno, due dotate di freno;
25. Sistema di passacavi per un corretto cablaggio;
26. Supporto porta bombola;
27. Asta porta flebo;
28. Almeno 10 prese EU;
29. Almeno 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza;
30. Carrello completo di trasformatore di isolamento con dimensionamento idoneo al collegamento di tutte le apparecchiature costituenti il sistema e comunque non inferiore a 1800 VA;
N°1 Generatore di Luce
31. Sistema illuminante in grado di fornire un'adeguata illuminazione per l'osservazione laparoscopica;
32. Fonte di luce di ultima generazione allo XENON di potenza di almeno 300 Watt o preferibilmente luce a LED che consenta la visualizzazione in luce bianca, in fluorescenza con verde indocianina e in luce infrarossa;
33. Possibilità di collegare la maggior parte dei cavi a fibra presenti in commercio
N°3 Cavi a Fibre Ottiche
34. N° 3 Cavi a fibre ottiche
N°1 Sistema di Registrazione
35. Sistema di acquisizione immagini ad alta definizione con doppio canale di registrazione;
36. Pannello della centralina preferibilmente touch screen;
37. Dotato di diversi formati di registrazione video;
38. Vari Formati immagine Preferibilmente JPEG e BMP
39. Archiviazione dei filmati e delle immagini sia su disco rigido 1000 GigaByte sia su memorie Endoscopia e Laparoscopia
Prof. Carmelo Sciumà
Cod. ENPAM: 300066436M
Iscr. Ordine dei Medici: AG2103

13.08.18


Allegato 1

portatili solide (CD – DVD – pennette USB)
40. Possibilità di creare cartella paziente e profilo utente per ciascun operatore.
41. Dotata di software che permetta di gestire le funzioni principali di tutte le apparecchiature direttamente dalla testina della telecamera.
42. Possibilità di collegare il sistema di acquisizione alla rete tramite LAN o tramite rete WiFi;
N°1 Insufflatore CO2
43. Insufflatore ad alto flusso da almeno 40 lt/min.
44. Sistema integrato o con modulo esterno di riscaldamento del gas.
45. Diverse Modalità di flusso preimpostate
46. Allarmi acustici e visivi in caso di sovrapressione, occlusione, contaminazione, esaurimento bombola
47. Sistema di scarico automatico in caso di sovrapressione
N°2 Tubi poliuso per insufflazione
48. Tubi poliuso per insufflazione
Aspiratore di Fumi
49. Dotato di sistema di aspirazione dei fumi
N° 1 Sistema di Irrigazione
50. Sistema di irrigazione motorizzato con diverse modalità di flusso
51. Completo di manipolo e cannule per il corretto funzionamento.
Ottiche
52. N.03 Ottica 10 mm – 30 gradi ad alta definizione, preferibilmente con lenti a tecnologia asferica, autoclavabile per chirurgia laparoscopica standard
53. N.01 Ottica con diametro da un minimo di 5 mm circa a un massimo di 5.5 mm circa – 30 gradi ad alta definizione, preferibilmente con lenti a tecnologia asferica, autoclavabile a 134° per chirurgia laparoscopica standard
54. N.01 Ottica 10 mm – 30 gradi ad alta definizione, autoclavabile a 134°, per visualizzazione in fluorescenza con verde indocianina.
55. N.01 Ottica da un minimo di 5 mm circa a un massimo di 5.4 mm circa – 30 gradi ad alta definizione, autoclavabile a 134°, per visualizzazione in fluorescenza con verde indocianina.
56. N.01 Ottica 10 mm – 0 gradi ad alta definizione, autoclavabile a 134°, per visualizzazione in fluorescenza con verde indocianina.
57. N.01 Ottica da un minimo di 5 mm circa a un massimo di 5.4 mm circa – 0 gradi ad alta definizione, autoclavabile a 134°, per visualizzazione in fluorescenza con verde indocianina

Azienda Sanitaria Provinciale
 Prof. Carmelo Sciumè
 Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
 Endoscopia e Laparoscopia
 Cod. ENPAMI 300008436M
 Iscr. Ordine dei Medici A02103

Sciumè
 13.08.18

CONDIZIONI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA - CARATTERISTICHE MINIME

Sono, inoltre, da intendersi caratteristiche minime, per ciascun lotto, oltre quelle già descritte all'Art. 7, le sotto esposte condizioni di fornitura ed assistenza tecnica.

1. Garanzia non inferiore a 2 anni;	
N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:	
1.1 Condizioni generali di assistenza tecnica;	
1.1.1 Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature;	
1.1.2 Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna;	
1.1.3 Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.);	
1.1.4 Si considerano esclusi solo eventuali consumabili mono-pazienti o monouso;	
1.1.5 Si considerano incluse nella fornitura tutte le "chiavi" hardware e software, se previste dal costruttore, di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni;	
1.2 Il tempo di risoluzione dei guasti (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata.	
N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari caratteristiche e dotazione;	
1.3 Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano;	
N.B. Indicare la sede operativa	
1.4 La disponibilità di parti di ricambio deve essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo;	
N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l'apparecchiatura con un'altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali	
1.5 Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda (Stazione Appaltante).	
N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto	
1.6 Almeno N° 1 giorno di training al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell'Azienda.	
N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto	
1.7 Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore.	
N.B. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura.	
1.8 Eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEE 62-5);	
1.9 Eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dal costruttore;	
N.B. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura;	
1.10 La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e all'Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc.);	
N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa.	

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia
Cod. ENPAM-30000/B436M
Iscr. Ordine dei Medici: AG2103


 13-08-19

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sistema Videolaparoscopico

Caratteristiche migliorative V_i		Punteggio massimo pt_i	
V_1	Apparecchiatura di ultima generazione (indicare anno di immissione nel mercato del modello offerto);	$pt_1 =$	2

Monitor Medica

V_2	Dimensioni Monitor: sarà concesso il punteggio massimo al monitor di dimensioni massime (comunque non inferiori a 31") e proporzionalmente inferiore per gli altri (indicare le dimensioni del monitor espresse in pollici);	$pt_2 =$	3
V_3	Risoluzione Monitor: sarà concesso il punteggio massimo al monitor con risoluzione massima e proporzionalmente inferiore per gli altri monitor (indicare risoluzione espressa in pixel);	$pt_3 =$	3

Sistema Video

V_4	Massimo valore Zoom Digitale: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con potere di ingrandimento digitale massimo raggiungibile e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_4 =$	3
V_5	Numero di Step di regolazione Zoom Digitale: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con numero di step di regolazione più elevato e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_5 =$	3
V_6	Capacità del sistema di fare autodiagnosi con possibile visualizzazione dello stato delle apparecchiature di cui è costituito il sistema;	$pt_6 =$	1
V_7	Numero profili utente memorizzabili: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con numero di profili utente memorizzabili più elevato e proporzionalmente inferiore per le altre;	$pt_7 =$	3

V_8	Capacità memoria interna: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con capacità maggiore e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature (indicare capacità in termini di Gigabyte);	$pt_8 =$	3
V_9	Numero di connessioni digitali analogiche e connessioni USB per collegamento di stampanti e supporti di massa per archiviazione immagini e video: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con numero di connessioni digitali massimo e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_9 =$	2

Telecamera

V_{10}	Angolo di apertura visione: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura che offre l'angolo di apertura massimo e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{10} =$	3
V_{11}	Lunghezza operativa: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura che offre lunghezza operativa massima e proporzionalmente inferiore per le altre;	$pt_{11} =$	3
V_{12}	Funzioni attivabili in remoto da telecamera: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con il maggiore numero di funzioni supplementari attivabili in remoto da telecamera, oltre quelle minime richieste, e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature (elencare funzioni attivabili in remoto da telecamera);	$pt_{12} =$	3

Carrello Medica

V_{13}	Numero di prese ausiliarie (collegate al trasformatore di isolamento) presenti nel carrello, offerte in più rispetto a quelle richieste per il collegamento delle componenti del sistema, per eventuali ampliamenti futuri dello stesso; sarà concesso il punteggio massimo al carrello con il numero massimo di prese ausiliarie, offerte in più, e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature;	$pt_{13} =$	3
----------	--	-------------	---

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia
Cod. ENPAM: 300086406M
Iscr. Ordine dei Medici: EG/103

Carmelo Sciumè
13.08.18

Allegato 1

Generatore di luce			
<i>V₁₄</i>	Lampada secondaria di emergenza che entri in funzione automaticamente in caso di guasto della lampada principale;	<i>pt₁₄</i> =	1
<i>V₁₅</i>	Sistema di spegnimento di sicurezza;	<i>pt₁₅</i> =	1
<i>V₁₆</i>	Sistema di transilluminazione degli ureteri;	<i>pt₁₆</i> =	3
<i>V₁₇</i>	Display della centralina touch screen;	<i>pt₁₇</i> =	1
Sistema di Registrazione			
<i>V₁₈</i>	Numero di formati di registrazione video presenti: sarà concesso il punteggio massimo al sistema con il numero massimo di formati di registrazione video, e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature;	<i>pt₁₈</i> =	2
<i>V₁₉</i>	Possibilità di creare check list chirurgica da visualizzare sul monitor prima dell'intervento;	<i>pt₁₉</i> =	1
<i>V₂₀</i>	Possibilità di effettuare lo streaming live del video;	<i>pt₂₀</i> =	1
Insufflatore di CO₂			
<i>V₂₁</i>	Flusso di insufflazione massimo (comunque non inferiore a 40 l/min); sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con valore di flusso massimo e proporzionalmente inferiore per le altre;	<i>pt₂₁</i> =	3
<i>V₂₂</i>	Range di regolazione della pressione intraddominale (espressa in mmHg); sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con range più ampio e proporzionalmente inferiore per le altre;	<i>pt₂₂</i> =	3
<i>V₂₃</i>	Step di regolazione del Flusso di insufflazione: sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con step di regolazione più piccolo e proporzionalmente inferiore per le altre;	<i>pt₂₃</i> =	3
<i>V₂₄</i>	Pannello della centralina touch screen;	<i>pt₂₄</i> =	1
<i>V₂₅</i>	Diverse specialità chirurgiche preimpostate: sarà concesso il punteggio massimo al sistema con il numero massimo di specialità chirurgiche, e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature;	<i>pt₂₅</i> =	3
<i>V₂₆</i>	Ottica 10 mm – 30 gradi ad alta definizione, con lenti a tecnologia asferica	<i>pt₂₆</i> =	1

Condizioni di fornitura ed assistenza tecnica			
<i>V₂₇</i>	Garanzia offerta in più rispetto a quella richiesta da requisito minimo;	<i>pt₂₇</i> =	4
<i>V₂₈</i>	Assistenza tecnica di zona: sarà valutata con punteggio massimo l'azienda che mette a disposizione il maggiore numero di tecnici qualificati stabilmente presenti in zona (entro 250 Km) e proporzionalmente inferiore per le altre; (Indicare la sede operativa)	<i>pt₂₈</i> =	2
<i>V₂₉</i>	Tempo di fornitura del muletto (comunque non superiore a 72 ore): sarà concesso il punteggio massimo alla ditta con tempo di fornitura di muletto, in caso di guasto, inferiore e proporzionalmente superiore per le altre;	<i>pt₂₉</i> =	2
<i>V₃₀</i>	Giorni di training al personale utilizzatore, offerti in più rispetto a quanto richiesto come requisito minimo;	<i>pt₃₀</i> =	2
<i>V₃₁</i>	Giorni di training al personale del SIC, offerti in più rispetto a quanto richiesto come requisito minimo, con rilascio di attestato abilitante all'esecuzione della manutenzione periodica e di interventi tecnici di primo livello.	<i>pt₃₁</i> =	1

Azienda Sanitaria Provinciale
 Prof. Carmelo Sciumé
 Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
 Endoscopia e Laparoscopia
 Cod. ENPAM: 300036434M
 Iscr. Ordine dei Medici 462403

13.08.19

Criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative.

Caratteristiche valutate con il criterio SI/NO:

- V_6 – Capacità del sistema di fare autodiagnosi con possibile visualizzazione dello stato delle apparecchiature di cui è costituito il sistema;
- V_{14} – Lampada secondaria di emergenza che entri in funzione automaticamente in caso di guasto della lampada principale;
- V_{15} – Sistema di spegnimento di sicurezza.
- V_{16} – Sistema di transilluminazione degli ureteri.
- V_{17} – Display della centralina touch screen.
- V_{19} – Possibilità di creare check list chirurgica da visualizzare sul monitor prima dell'intervento.
- V_{20} – Possibilità di effettuare lo streaming live del video.
- V_{24} – Pannello della centralina touch screen.
- V_{26} – Ottica 10 mm - 30 gradi ad alta definizione con lenti a tecnologia asferica.

Per V_i con $i = 6, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26$ vale la seguente relazione:

$$\begin{aligned} \text{Se } V_i = \text{Si}, \rightarrow P = p t_i \\ \text{Se } V_i = \text{No}, \rightarrow P = 0 \end{aligned}$$

Caratteristiche valutate con il criterio della proporzionalità:

- V_2 – Dimensioni Monitor 3D;
- V_3 – Risoluzione Monitor 3D;
- V_4 – Massimo valore Zoom Digitale;
- V_5 – Numero di Step di regolazione Zoom Digitale;
- V_7 – Numero profili utente memorizzabili;
- V_8 – Capacità memoria interna;
- V_9 – Numero di connessioni digitali, analogiche e connessioni USB per collegamento di stampanti e supporti di massa per archiviazione immagini e video;
- V_{10} – Angolo di apertura visione;
- V_{11} – Lunghezza operativa;
- V_{12} – Funzioni attivabili in remoto da telecamera;
- V_{13} – Numero di prese ausiliarie (collegate al trasformatore di isolamento) presenti nel carrello e offerte in più, rispetto a quelle richieste per il collegamento delle componenti del sistema, per eventuali ampliamenti futuri del sistema;
- V_{18} – Numero di formati di registrazione video presenti;
- V_{21} – Flusso di insufflazione massimo;
- V_{23} – Step di regolazione del Flusso di insufflazione;
- V_{25} – Diverse specialità chirurgiche preimpostate;
- V_{28} – Assistenza tecnica di zona;
- V_{29} – Tempo di fornitura del mulietto (comunque non superiore a 72 ore);

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia
Cod. ENPAM-300086438M
Iscr. Ordine dei Medici AG2103

AB. O.P. / P

Allegato 1.

- V_{30} – Giorni di training al personale utilizzatore, offerti in più rispetto a quelli richiesti come requisito minimo;
- V_{31} – Giorni di training al personale del SIC, offerti in più rispetto a quanto richiesto come requisito minimo, con rilascio di attestato abilitante all'esecuzione della manutenzione periodica e di interventi tecnici di primo livello.

Per V_i con $i = 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 25, 28, 30, 31$ vale la seguente relazione:

$$P = \frac{V_i * pL_i}{V_{Max}}$$

in cui:

- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;
- V_{Max} è il massimo valore dichiarato dai concorrenti.

Per V_i con $i = 23, 29$ vale la seguente relazione:

$$P = \frac{V_{Max} * pt_i}{V_i}$$

in cui:

- V_i è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;
- V_{Max} è il più basso valore dichiarato dai concorrenti.

Ulteriori criteri valutativi:

- V_1 – Apparecchiatura di ultima generazione (indicare anno di immissione nel mercato del modello offerto);
 - Se $V_1 < 2$ Anni $\rightarrow P = 2$
 - Se 2 Anni $\leq V_1 \leq 4$ Anni $\rightarrow P = 2 - 0,5 = 1,5$
 - Se 4 Anni $< V_1 < 6$ Anni $\rightarrow P = 2 - 1 = 1$
 - Se $V_1 \geq 6$ Anni $\rightarrow P = 0$
- V_{22} – Range di regolazione della pressione intraddominale (espressa in mmHg);

$$R_{Max} - R_{min} = V_{22}$$

in cui:

- R_{Max} è il valore del parametro oggetto di studio più alto raggiungibile;
- R_{min} è il valore del parametro oggetto di studio più basso raggiungibile.

$$P = \frac{V_{22} * pt_{22}}{V_{Max}}$$

in cui:

- V_{22} è il valore del parametro del quale si vuole ottenere il punteggio proporzionale;
- V_{Max} è il massimo valore dichiarato dai concorrenti.
- V_{27} – Ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta come requisito minimo;

Azienda Sanitaria Provinciale
 Prof. Carmelo Sciumé
 Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
 Endoscopia e Laparoscopia
 Cod. ENPAM: 3000004380
 Iscr. Ordine dei Medici AG2103


13.08.18

Allegato 1

Se $V_{27} = \text{Due Anni di garanzia (come da requisito minimo)}$	\rightarrow	$P = 0$
Se $V_{27} = \text{Un Anno offerto in più}$	\rightarrow	$P = 1$
Se $V_{27} = \text{Due Anni offerti in più}$	\rightarrow	$P = 2$
Se $V_{27} = \text{Tre Anni offerti in più}$	\rightarrow	$P = 4$

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia
Cod. ENPAMI A00066438M
Iscritto Oftalmico A02103

13.08.18



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

▪ Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

Immediatamente esecutiva dal 18 SET. 2019

Agrigento, li 18 SET. 2019 D'ORDINE

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Sabrina Gerassi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco