



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 18902 del 30.01.20

A tutte le ditte interessate

Oggetto : Indagine esplorativa di mercato per acquisto di sistemi di somministrazione con pompe volumetriche

Si invita a comunicare se i **sistemi di somministrazione con pompe volumetriche**, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati dalla codesta ditta riscontrante, e, in caso di riscontro positivo, a specificare il relativo prezzo unitario di mercato per ogni tipologia richiesta – ovvero, il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche e la percentuale di IVA ai sensi di legge.

Si invita a specificare eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi indicando anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 7 all'indirizzo mail maria.tirro@aspag.it , e si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo

File allegato:
capitolato tecnico sistemi di somministrazione con pompe volumetriche

	SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE CON POMPE VOLUMETRICHE	destinazione d'uso	cnd	quantita' annua	Prezzo unitario offerto
1	Set di somministrazione, collegabile al set di miscelazione, compatibile con farmaci citotossici, utilizzabile sia con pompa infusoriale che a gravità, costituito da: a) via di infusione primaria con perforatore per sacca o flacone con filtro da 0,2 micron protetto da valvola per la compensazione dell'aria, clamp aggancio aperto/chiuso, con connettori laterali a 1 via dotati di valvola unidirezionale a tenuta stagna; b) camera di gocciolamento con filtro da 15 micron; c) roller clamp per regolazione di flusso; d) tubo in PVC privo di DEHP provvisto di rubinetto a tre vie per infusione di boli dotato di ingresso senza ago, con connettore luerlock, tappo finale con filtro aria da 0,2 micron e collare girevole anti-ingincchiamento; e) con sistema di gestione del riempimento della camera di gocciolamento con valvola di sfogo che agevola preparazione e riempimento semplificando l'operazione di ventilazione e disaerazione. Dal momento che la pressione della camera di gocciolamento non è più necessaria, l'operazione di somministrazione risulta notevolmente semplificata. Durante l'utilizzo, la riduzione del livello del liquido provocata dalla presenza dell'aria nella sacca può essere corretta azionando la specifica valvola.	SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI	A030101	2000	
2	Come alla voce 1) a 2 vie con linea ambrata	SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI	A030101	6000	

3	Come alla voce 1) a 4 vie con linea ambrata	SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI	A030101	10000	
4	Set per pompe infusionali composto da : via di infusione primaria con perforatore di sacca o flacone, con clamp, con connettori laterali a 2 vie dotati di valvole unidirezionali a tenuta stagna, con accesso inferiore al set per pompa dedicato.	SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI	A030101	15000	
5	Come alla voce 4) a 4 vie	SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI	A030101	8000	
	<u>L'azienda aggiudicataria DEI LOTTI devono fornire:</u> 1. Pompe volumetriche per infusione dotate di bluetooth, lettore barcode via bluetooth e relativo software ed hardware compatibile con quello in dotazione nei vari presidi per la gestione del percorso dalla prescrizione alla somministrazione mediante creazione di codici a barre; 2. Pompa dotata di programma che, attraverso codice a barre input, permetta almeno le seguenti operazioni: - verifica dell'utente (staff badge codice a barre) - verifica del paziente (codice a barre braccialetto) - verifica del tipo di pompa (codice a barre su pompa) - settaggio dei parametri d'infusione (codice a barre farmaco). Velocità d'infusione impostabile fino a 1.200 ml/h. Volume di infusione impostabile almeno 9.999 ml per macroinfusione e 99,9 ml per microinfusione. Allarme ottico ben visibile e acustico regolabile: raggiungimento volume da infondere, presenza di bolle d'aria. LE POMPE DEVONO ESSERE FORNITE GRATUITAMENTE NELLE QUANTITÀ RICHIESTE DALLE UNITÀ OPERATIVE UTILIZZATRICI.				