

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di

**AGRIGENTO**

**ORIGINALE**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 80 DEL 22 GEN. 2020

**OGGETTO:** Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA, per l'affidamento della fornitura, in due lotti, di attrezzature sanitarie per le UU.OO. di Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca. Deliberazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 59 DEL 15-01-2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Giuseppe Palumbo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Giuseppe Scalfippo)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dra. Loredana Di Salvo)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione com'ordine informatico

C.E.

C.P.

A 10 10 20 501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(GP)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO  
Dr. ANTONINO LA VALLE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 15-01-2020

L'anno duemila venti il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F. delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n. 1193 del

14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante

Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Responsabile della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO, dott.ssa Loredana Di Salvo**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

### **PREMESSO**

- **CHE** i Dirigenti Responsabili UU.OO. Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca hanno richiesta l'acquisto delle seguenti attrezzature mediche:
  - uno strumento per Otoemissioni Acustiche Neonatali per l'esecuzione dello Scree-ning Neonatale di 2° livello;
  - un generatore a radiofrequenza per microchirurgia con accessoriper le motivazioni indicate nelle predette richieste, allegate alla presente (All. A), fornendo contestualmente le relative specifiche tecniche;
- **CHE**, in relazione alle summenzionate richieste, sono state avviate apposite indagini di mercato, pubblicate sulla pagina web del sito istituzionale di questa Asp per consentire ad altre ditte di partecipare, in aggiunta a quelle interpellate, e finalizzata all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente, in base alla vigente normativa, a mezzo RDO tramite piattaforma MEPA, per la fornitura dell'attrezzatura di che trattasi;
- **CHE** i preventivi, con annessa documentazione tecnica, pervenuti a seguito dell'indagine di mercato di cui sopra, sono stati sottoposti all'esame tecnico dei Dirigenti Medici richiedenti, con il supporto dell'ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie nell'ambito del contratto di assistenza tecnica in essere con questa ASP;
- **CHE**, in considerazione degli esiti dell'indagine di mercato, il Dirigente Medico Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Agrigento ha provveduto a rimodulare la scheda tec-nica dello strumento per Otoemissioni Acustiche Neonatali con il supporto dell'ingegnere clinico, e che tali specifiche tecniche aggiornate, allegate alla presente (All. B), sono state acquisite dal Servizio proponente in data 24/09/2019;
- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), i beni richiesti non rientrano tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;
- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

### **VISTI**

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. a), che disciplina

l'acquisizione delle forniture di beni e servizi per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;

- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

#### ATTESTO

- CHE per procedere all'acquisto dell'attrezzatura richiesta, suddivisa in due lotti, è necessario attivare una procedura di scelta del contraente, conformemente alla normativa sopra citata, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per una spesa, stimata sulla base degli esiti della suddetta indagine di mercato, per come di seguito indicata:
  - Lotto n. 01 - "Strumento per Otoemissioni Acustiche Neonatali" - € 4.275,00=+IVA 22%;
  - Lotto n. 02 - "Generatore a radiofrequenza per microchirurgia con accessori" - € 24.063,00=+IVA 22%;per un importo complessivo presunto di € 28.338,00 oltre IVA 22%, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- CHE le specifiche tecniche delle summenzionate attrezzature sanitarie, elaborate dai Dirigenti Medici richiedenti col supporto dell'ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a., nell'ambito del contratto di assistenza tecnica in essere con questa ASP, sono riportate nell'allegato documento Condizioni Particolari di Contratto (All. C);
- CHE il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis D. Lgs. 50/2016;

#### RITENUTO

- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. C) che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), relativamente al lotto n. 01, il Dott. Ettore Bennici, Direttore U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Agrigento, relativamente al lotto n. 02 il Dott. Mario Chillura, Direttore U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. di Sciacca;

#### DATO ATTO

- CHE l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 28.338,00 oltre IVA 22%, come da seguente quadro economico:

Fornitura di attrezzature sanitarie per le UU.OO. di Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca	€ 28.338,00
IVA aliquota 22%	€ 6.234,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.572,36</b>

deve essere imputato, in attesa della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, giusta nota SEFP prot. N. 323 del 02.01.2020, sul conto patrimoniale n. A101020501 del bilancio d'esercizio 2020, ed è finanziato con risorse del bilancio aziendale, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni/Forniture specifiche per la sanità), per l'affidamento della fornitura in due lotti, delle seguenti attrezzature sanitarie:
  - **Lotto n. 01** - “Strumento per Otoemissioni Acustiche Neonatali” - € 4.275,00 + IVA 22%;
  - **Lotto n. 02** - “Generatore a radiofrequenza per microchirurgia con accessori” - € 24.063,00 + IVA 22%;
 per un importo complessivo presunto di € 28.338,00 oltre IVA 22%;
- **APPROVARE** l'allegato documento denominato “Condizioni particolari di contratto” (All. C), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
- **PRENDERE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Dr. Giuseppe Sanfilippo - titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore ME.PA - in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), relativamente al lotto n. 01, il Dott. Ettore Bennici, Direttore U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. di Agrigento, relativamente al lotto n. 02 il Dott. Mario Chilura, Direttore U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. di Sciacca.;
- **DARE ATTO** che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 28.338,00 oltre IVA 22%, come da seguente quadro economico:

Fornitura di attrezzature sanitarie per le UU.OO. di Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca	€ 28.338,00
IVA aliquota 22%	€ 6.234,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.572,36</b>

deve essere imputato, in attesa della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, giusta nota SEFP prot. N. 323 del 02.01.2020, sul conto patrimoniale n. A101020501 del bilancio d'esercizio 2020, ed è finanziato con risorse del bilancio aziendale, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 133/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **MUNIRE** la presente Deliberazione della clausola di immediata esecuzione, onde consentire l'avvio delle procedure di gara, stante l'urgenza della fornitura richiesta.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della IIOC Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Loredana Di Salvo

#### SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere \_\_\_\_\_  
Data 22/01/2020

Il Direttore Sanitario  
Dott. Gaetano Mancuso

## IL DIRETTORE GENERALE F.E.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo, responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

### IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Mancuso

### IL DIRETTORE GENERALE F.E.

Dott. Alessandro Mazzara

### Il Segretario verbalizzante

AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE  
DI ATTI E ANUMA

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Sanitario Nazionale Regione Siciliana



Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"

C.da Consolida – Agrigento -

*U.O.C. di Otorinolaringoiatria*

*Direttore: Dr. Ettore Bennici*

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo

Printed on: 9/16/105

Data 02/10/2018



100. A

Dr. Staniforth

Oct 19. 1918

*Al Direttore U.O.C. Provveditorato*

**ASP AGRIGENTO**

SEDE

Oggetto: Acquisto strumento per Screening Neonatale 2° livello – Otoemissioni

## *Acustiche Neonatali*

*Con la presente si richiede l'acquisto di Strumento per Otoemissioni Acustiche Neonatali indispensabile per eseguire in modo ancor più preciso lo Screening Neonatale di 2° livello che la mia U.O.C. svolge per tutta la popolazione neonatale dell'ASP AG 1 sottraendo i piccoli neonatali ad una invalidità permanente.*

*Tale strumento è nell'elenco degli acquisti per il triennio come da Voi richiesto.*

*Si allega scheda tecnica*

*Sperando in una pronta e positiva risposta porgo distinti saluti*

Agrigento 02/10/2018

## *Il Direttore U.O.C. di O.R.L.*

*Dott. Ettore Bennici*

*ore Bennici*  
Famiglia provinciale Agnelli /  
Giovanni Agnelli di Dio - Agnelli  
U.O. OTORNGO A FINGOAT /  
ETTORE BENNICI - Agnelli /  
...ice Fiscale BENNICI - Agnelli /  
Codice ENPAM - Agnelli /

## **Caratteristiche generale x eventuale richiesta**

**Capitolato per l'acquisizione di Strumenti portatili per Screening Otoemissioni Acustiche neonatali**

### **TEOAE**

Metodo di valutazione: media ponderata in base al rumore, conteggio dei picchi di segnale significativi

Stimolo: sequenza di clic non lineare

Livello di stimolo: 70-84 dB SPL (45-60 dB HL), calibrazione automatica a seconda del volume del canale uditivo

Frequenza di clic: circa 60 Hz

Intervallo di frequenza: da 1,5 a 4,5 kHz

Visibile durante il test: forma d'onda statistica, progresso della misurazione, livello di rilevamento TEOAE, livello rumore

### **Interfacce dati**

PC: trasmissione dati IR alla Docking Station – interfaccia USB da Docking Station a PC

-display con touch screen resistivo( possibile utilizzo con i guati) Orologio tempo reale integrato per indicare l'ora delle misurazioni. L'orologio viene automaticamente sincronizzato all'orologio del PC una volta collegato

-Menu guida su schermo - Docking station per il trasferimento dati aggiornamenti e caricamento dello strumento

- Sonda angolata

- Test di qualità di sonda e cavi

-Software comprensivo che offre la gestione dei test.



DISTRETTO AG/2

P.O. "GIOVANNI PAOLO II"

SCIACCA

Prot.n. 52/16 OFC

Sciacca, 3/11/16



Servizio Sanitario Nazionale



REGIONE SICILIANA

## U.O.S.D. OTORINOLARINGOIAST

Dir. Dott. Mario Chittara

Al Direttore Amministrativo Ospedali Riuniti Sciacca e Riba

Avv. Rosanna Dubolin

Al Direttore Sanitario Ospedali Riuniti Sciacca e Riba

Dott. Gaetano Migliazz

**S E D I****Oggetto: Richiesta di acquisto di generatore a radiofrequenza.**

A mezzo la presente lo scrivente richiede l'acquisto del seguente dispositivo attrezzato all'esecuzione di diversi interventi chirurgici (anche ambulatoriali) che allo stato non è possibile eseguire stante la mancanza di un dispositivo siffatto.

Trattasi di generatore a radiofrequenza necessario alla ns. attività e le cui caratteristiche tecniche non sono presenti in dispositivi analoghi e non sono intercambiabili con similari già in dotazione.

Detto dispositivo deve essere utile all'esecuzione di interventi per il trattamento della Roncopatia mediante somministrazione di radiofrequenza tramite elettrodi bipolarì autoclavabili (e quindi non monouso) per turbinati, palato molle (pilastri palatini posteriori), tonsille palatine e base linguale.

Si ribadisce che quanto richiesto deve essere totalmente pluriuso, e cioè, al fine di ridurre i costi per l'Ente rispetto ad altri manipoli monouso presenti sul mercato. Inoltre deve essere dotato di protocolli operativi specifici per ogni trattamento, che permettono di ottenere i risultati con tempi di intervento di breve durata (inferiore a 10 secondi per la singola somministrazione di corrente).

Si precisano, quindi, le caratteristiche tecniche minime che deve possedere l'apparecchio richiesto:

- "N. 1 generatore a radiofrequenza 4 MHz per microchirurgia", ad elevate prestazioni, con sistema di controllo a 2 microprocessori digitali per la verifica delle funzioni principali e per il sistema AutoRF della generazione delle forme d'onda e del sistema di erogazione della potenza.
- Il dispositivo è dotato di due tipi di correnti monopolari da taglio, due tipi di correnti monopolari da coagulo, tre tipi di correnti bipolarì da taglio, tre tipi di correnti bipolarì da taglio, tre tipi di correnti

U.O.S.D. ORL P.O. "Giovanni Paolo II" - Sciacca

4° Piano - Scala "C" - Segret. Tel. 0925 962 341

bipolari da coagulo ed, infine, della funzione di Riduzione Volumetrica tramite RF Bipolare (RaVor) necessaria per il trattamento dei turbinati e per la roncopatia. In tutte le modalità le potenze devono poter essere regolate con la precisione di 1 watt (e di 0,5 watt nella funzione Precise), accoppiamento con i 4 MHz il dispositivo deve avere, anche, la funzione AutoRF, sempre attiva in tutte le modalità. Grazie a questa funzione il generatore deve poter regolare la potenza in uscita controllando simultaneamente la resistenza del tessuto.

In aggiunta ai 4 MHz e all'AutoRF, inoltre, il dispositivo deve essere dotato di un'altra funzione chiamata p3tm attiva in tutte le modalità di coagulo. Il p3tm scomponete l'energia erogata in circuiti "pacchetti" al secondo divisi da piccoli intervalli di tempo con lo scopo di permettere al tessuto di assorbire e distribuire l'energia e quindi di rimanere meno traumatizzato e non andare in necrosi.

#### Specifiche tecniche minime:

##### **Monopolare:**

Cut puro a 100W

Cut blend a 80W

Contact coag standard 80W

Soft spray 60W

##### **Bipolare:**

Cut puro 80W

Cut blend 80W

Excise cut 80W

Macro coag. 100W

Precise coag. 50W

RaVor 40W

In tutte le modalità sopra indicate la frequenza di lavoro è sempre di 4 Mhz in entrambe le modalità mono e bipolare gestite da un controllo automatico di Potenza in uscita.

Il dispositivo dovrà essere completo dei seguenti accessori:

- N. 1 cavo piastra pluriuso da mt. 4,5;
- N. 4 cavi bipolari pluriuso mt. 3;
- N. 2 elettrodi bipolari pluriuso Binner curvo per turbinati cm. 11 isolato;
- N. 1 elettrodi bipolari pluriuso Marinescu per palato molle;
- N. 1 elettrodi bipolari pluriuso Marinescu per pilastri posteriori;
- N. 1 elettrodi bipolari pluriuso Marinescu per tonsille base lingua;
- N. 1 pedaliera;
- N. 1 manipolo a pedale;
- N. 1 set di elettrodi pluriuso monopolar;
- N. 4 cavo monopolare;

Alla stregua di quanto esposto, e ribadendo la reale urgenza di poter disporre dell'apparecchi sopra descritta, si resta in attesa di celere riscontro.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O.S.D.

Dott. Mario

A.S.P. 1 AGO INSTA DI  
GIOVANNI PAOLO II  
S.R. AAFFTAZCHI  
CON L'EMM 30014  
iscr. O. M. 2807

U.O.S.D. ORL P.O. "Giovanni Paolo II" - Sciacca

See. B

**STRUMENTO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE NEONATALI PER SCREENING NEONATALE DI 2° LIVELLO**

#### **Caratteristiche di minima:**

TEOAE

- Metodo di valutazione: media ponderata in base al rumore, conteggio dei picchi di segnale significativi
  - Stimolo: sequenza di clic non lineare
  - Livello di Stimolo: compresa da 70 e 84 dB SPL, calibrazione automatica a seconda del volume del canale auditivo
  - Frequenza di clic compresa tra 60 e 80 Hz
  - Intervallo di frequenza tra 1 KHz e 4 KHz (sono accettati intervalli più ampi che comprendono quello citato)
  - Visibili durante il test almeno: progresso della misurazione, livello di rilevamento TEOAE, livello rumore

## INTERFACCE DATI:

- Trasmissione dati alla Docking Station tramite infrarossi o induzione, interfacciamento tra Docking Station e PC tramite porta USB
  - Display con touch Screen resistivo (possibile utilizzo con i guanti)
  - Orologio tempo reale integrato per indicare l'ora delle misurazioni.
  - Menù guida su schermo
  - Docking station per il trasferimento dati, aggiornamento e caricamento dello strumento
  - Sonda angolata
  - Test di qualità sonda e cavi
  - Software comprensivo che offre la gestione dei test

PER TECNOLOGIE SANITARIE  
ING. FRANCESCA L. ABISI

SPING. FRANCESCA L. ABISSI

ECHNOLOGIE SANITARIE S.P.A.  
Via Laurentina, 456/458  
00144 Roma  
P.Iva 06915071002

DIRETTORE UOC OTORINOLARINGOLOGIA

DOTT. ETTORE BENATTI

**ASP AG P.D. S. CAVOUR**  
**Direttore U.P. GIORL**  
**Dr. Ezio Benini**  
**Cod. Enpatm 300005010**

000.e

ASP  
AGRIGENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo, Collaboratore Amm.vo

Telefono: 0922407279

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. – per l'affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie per le UU.OO. di Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca. (Codice gara: \_\_\_\_\_)

Codice CIG: \_\_\_\_\_.

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda, giusta Delibera a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2020, esecutiva, indice ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, procedura negoziata per l'affidamento, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., della fornitura, in due lotti, della seguente attrezzatura sanitaria, da destinare alle UU.OO. di Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca:

- **Lotto n. 1** - "Strumento per Otoemissioni Acustiche Neonatali";
  - **Lotto n. 2** - "Generatore a radiofrequenza per microchirurgia con accessori";
- per un importo complessivo presunto di € 28.338,00 oltre IVA 22%; con le specifiche tecniche di cui alle allegate richieste.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

1. Consegnna, installazione e collaudo:

- a. Lotto n. 01, presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Agrigento;

- b. Lotto n. 02, presso l'U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. di Sciacca.

2. Durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientrano ogni aggiornamento software previsto dal produttore, e la sostituzione di materiale di usura.

3. Corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura;

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni, da eseguire all'interno delle strutture, non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97, ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;

qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica; detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";

l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

La ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B

**"Documentazione tecnica".** La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standards funzionali e prestazionali da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis D. Lgs. 50/2016, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche di gara.

Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, che non presenta carattere transfrontaliero, atteso l'importo della fornitura medesima, in conformità all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, si procederà al calcolo per l'offerta anormalmente bassa di cui al sopra citato art. 97, comma 2, 2 bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e del comma 2-bis. Comunque l'esclusione automatica non opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
  - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
  - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
  - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. Breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di deplianti illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e, quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riassuntivo delle specifiche tecniche richieste con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici dell'attrezzatura offerta;
4. Dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
5. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**Obblighi dell'aggiudicatario:** la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la

garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate, dall'Azienda, contestazioni, nella quale ipotesi, sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

#### MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;

2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, tutta la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolo, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta: prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanaione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali, imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;

3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";

4) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante il periodo di garanzia, fissato in almeno 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è compreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.

5) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del

relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo (collaudo); la fattura emessa in difformità da quanto previsto dal presente documento, sarà rigettata; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto;
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 - fax 0922 407119).

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE**  
**EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE**  
**LA DITTA**  
**(timbro e firma del legale rappresentante)**

## STRUMENTO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE NEONATALI PER SCREENING NEONATALE DI 2° LIVELLO

### Caratteristiche di minima:

#### TEOAE

- Metodo di valutazione: media ponderata in base al rumore, conteggio dei picchi di segnale significativi
- Stimolo: sequenza di clic non lineare
- Livello di Stimolo: compresa da 70 e 84 dB SPL, calibrazione automatica a seconda del volume del canale auditivo
- Frequenza di clic compresa tra 60 e 80 Hz
- Intervallo di frequenza tra 1 KHz e 4 KHz (sono accettati intervalli più ampi che comprendono quello citato)
- Visibili durante il test almeno: progresso della misurazione, livello di rilevamento TEOAE, livello rumore

#### INTERFACCE DATI:

- Trasmissione dati alla Docking Station tramite infrarossi o induzione, interfacciamento tra Docking Station e PC tramite porta USB
- Display con touch Screen resistivo (possibile utilizzo con i guanti)
- Orologio tempo reale integrato per indicare l'ora delle misurazioni.
- Menù guida su schermo
- Docking station per il trasferimento dati, aggiornamento e caricamento dello strumento
- Sonda angolata
- Test di qualità sonda e cavi
- Software comprensivo che offre la gestione dei test

PER TECNOLOGIE SANITARIE  
ING. FRANCESCA L. ABISSI

Techno  
Technology Sanitaria  
Via Laurentina, 456/458  
00144 Roma  
P.h. 06 915071002

DIRETTORE UOC OTORINOLARINGOIATRIA

DOTT. ETTORE BENNICK DR.

ASP AG PD. S. CIRILLO ORL  
DIRETTORE U.O. ORL  
Dr. Ettore Bennick  
Cod. Enpat 3000005010

**ASP  
AGRIGENTO  
DISTRETTO AG/2**

**P.O. "GIOVANNI PAOLO II"**

**SCIACCA**



**Servizio Sanitario Nazionale**



**REGIONE SICILIANA**

## **U.O.S.D. OTORINOLARINGOIAT**

*Dra. Dott. Mario Chidella*

Prot.n. 52/16 OFC

Sciacca, 31/1/16

Al Direttore Amministrativo Ospedali Riuniti Sciacca e Ribera  
Avv. Rosanna Dubolin

Al Direttore Sanitario Ospedali Riuniti Sciacca e Ribera  
Dott. Gaetano Migliazza

**S E D I**

### **Oggetto: Richiesta di acquisto di generatore a radiofrequenza.**

A mezzo la presente lo scrivente richiede l'acquisto del seguente dispositivo atti all'esecuzione di diversi interventi chirurgici (anche ambulatoriali) che allo stato non è possibile eseguire stante la mancanza di un dispositivo siffatto.

Trattasi di generatore a radiofrequenza necessario alla ns. attività e le cui caratteristiche tecniche non sono presenti in dispositivi analoghi e non sono intercambiabili con similari già in dotazione.

Detto dispositivo deve essere utile all'esecuzione di interventi per il trattamento della Roncopatia mediante somministrazione di radiofrequenza tramite elettrodi bipolarì autoclavabili (e quindi non monouso) per turbinati, palato molle (pilastri palatini posteriori), tonsille palatine e base linguale.

Si ribadisce che quanto richiesto deve essere totalmente plurioso, e cioè, al fine di ridurre i costi per l'Ente rispetto ad altri manipoli monouso presenti sul mercato. Inoltre deve essere dotato di protocolli operativi specifici per ogni trattamento, che permettono di ottenere i risultati con tempi di intervento di breve durata (inferiore a 10 secondi per la singola somministrazione di corrente).

Si precisano, quindi, le caratteristiche tecniche minime che deve possedere l'apparecchio richiesto:

"N. 1 generatore a radiofrequenza 4 MHz per microchirurgia", ad elevate prestazioni, con sistema di controllo a 2 microprocessori digitali per la verifica delle funzioni principali e per il sistema AutoRF della generazione delle forme d'onda e del sistema di erogazione della potenza. Il dispositivo è dotato di due tipi di correnti monopolarì da taglio, due tipi di correnti monopolarì da coagulo, tre tipi di correnti bipolarì da taglio, tre tipi di correnti bipolarì da taglio, tre tipi di correnti

U.O.S.D. ORL P.O. "Giovanni Paolo II" - Sciacca

4° Piano - Scala "C" - Segret. Tel. 0925 962 341

bipolari da coagulo ed, infine, della funzione di Riduzione Volumetrica tramite RF Bipolare (RaVor) necessaria per il trattamento dei turbinati e per la toncopatia. In tutte le modalità le potenze devono poter essere regolate con la precisione di 1 watt (e di 0,5 watt nella funzione Precise). Accoppiamento con i 4 MHz il dispositivo deve avere, anche, la funzione AutoRF, sempre attivabile in tutte le modalità. Grazie a questa funzione il generatore deve poter regolare la potenza in modo controllando simultaneamente la resistenza del tessuto.

In aggiunta ai 4 MHz e all'AutoRF, inoltre, il dispositivo deve essere dotato di un'altra funzione chiamata p3tm attiva in tutte le modalità di coagulo. Il p3tm scomponete l'energia erogata in circuiti "pacchetti" al secondo divisi da piccoli intervalli di tempo con lo scopo di permettere al tessuto di assorbire e distribuire l'energia e quindi di rimanere meno traumatizzato e non andare in necrosi.

#### Specifiche tecniche minime:

##### Monopolare:

Cut puro a 100W

Cut blend a 80W

Contact coag standard 80W

Soft spray 60W

##### Bipolare:

Cut puro 80W

Cut blend 80W

Excise cut 80W

Macro coag. 100W

Precise coag. 50W

RaVor 40W

In tutte le modalità sopra indicate la frequenza di lavoro è sempre di 4 Mhz in entrambe le modalità mono e bipolare gestite da un controllo automatico di Potenza in uscita.

Il dispositivo dovrà essere completo dei seguenti accessori:

- N. 1 cavo piastra pluriuso da mt. 4,5;
- N. 4 cavi bipolari pluriuso mt. 3;
- N. 2 elettrodi bipolari pluriuso Binner curvo per turbinati cm. 11 isolato;
- N. 1 elettrodi bipolari pluriuso Marinescu per palato molle;
- N. 1 elettrodi bipolari pluriuso Marinescu per pilastri posteriori;
- N. 1 elettrodi bipolari pluriuso Marinescu per tonsille base lingua;
- N. 1 pedaliera;
- N. 1 manipolo a pedale;
- N. 1 set di elettrodi pluriuso monopolar;
- N. 4 cavo monopolare;

Alla stregua di quanto esposto, e ribadendo la reale urgenza di poter disporre dell'apparecchi sopra descritta, si resta in attesa di celere riscontro.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O.S.D.

Dott. Mario

*Martino*  
AG.P. 1 AG. INSTR. DI  
GIOVANNI PAOLO II  
U.O.S.D.  
BA - MARTINO  
CON EMPAM 30/01/14  
ISCR. O. M. 2667

U.O.S.D. ORL P.O. "Giovanni Paolo II" - Sciacca

4° Piano - Scala "C" - Segret. Tel. 0925 962 341



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ 22 GEN. 2020

Agrigento, li

22 GEN. 2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco