



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

**UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407268 - 407145

Fax: 0922407211

Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)

[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. n. 20844 del 03.02.2020

Spett. Ditta

Sito web

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto di un'autoclave per sterilizzazione piccoli carichi, le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata scheda tecnica redatta dal richiedente Responsabile Servizio Medicina di Base di Favara (AG) e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it):

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre 12/02/2020, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it), apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- ✓ Pezzo unitario di acquisto, franco destino e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- ✓ Canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- ✓ Dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- ✓ Prezzo di acquisto del materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.


E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di


concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo




Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr.ssa Loredana Di Salvo



Il Direttore UOS

Acquisizione Beni e  
Servizi non Sanitari  
Dr.ssa Angela Chiarelli

<b>Specifiche Tecniche</b>
1. Autoclave da BANCO;
2. Autoclave a vapore d'acqua dotata di sistemi atti a monitorare i parametri di sterilizzazione;
3. Deve assicurare la sterilizzazione di carichi di tipo B;
4. Dotata di display integrato;
5. Il display integrato deve permettere la visualizzazione dei parametri relativi alla sterilizzazione;
6. Capacità della vasca di sterilizzazione non inferiore a 20 litri;
7. Camera di sterilizzazione costruita con materiali resistenti ai cicli di sterilizzazione;
8. Deve essere munita di doppio serbatoio per acqua pura ed utilizzata;
9. Caricamento automatico dell'acqua;
10. Deve essere dotata di cicli di sterilizzazione preimpostati;
11. Deve essere dotata di almeno un ciclo test per un suo controllo periodico;
12. L'autoclave deve essere in grado di sterilizzare strumenti liberi ed imbustati;
13. Deve essere dotata di dispositivi di sicurezza;
14. Deve essere dotata di stampante attraverso cui ottenere i report di fine ciclo di sterilizzazione;
15. Dotata, all'atto della fornitura, di:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portatray e di n. 3 vassoi standard;</li> <li>• Tubo di scarico acqua;</li> <li>• Pinza di plastica per rimozione vassoi;</li> <li>• Cavo di alimentazione;</li> <li>• Filtro acqua di scarico;</li> <li>• Guarnizione di ricambio sportello.</li> </ul>

  
 ASSIST. DI AGGIUNTA  
 Farmacia Medicina di Base di Favara  
 Il Dirigente Responsabile  
 Dr. Salvatore Iannaricco