

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	2543189
<b>Descrizione RDO:</b>	GARA TELEMATICA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 CO 2 LETT. B) D.L.GS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 80 SATURIMETRI DA POSTO LETTO PER REPARTI COVID-19 DEI PP.OO. DI SCIACCA E AGRIGENTO
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
<b>Punto Ordinante</b>	LOREDANA DI SALVO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	T1DFDX
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	31/03/2020 12:02
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	03/04/2020 10:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	01/04/2020 23:59
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	03/10/2020 00:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	10
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Fornitura di n. 80 Saturimetri da posto letto per  
EMERGENZA COVID-19 per i reparti COVID dei PP.OO. di Agrigento e  
Sciacca.

CIG	8262152F81
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Saturimetri da posto letto per emergenza COVID-19
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	56000,000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	COSMED S.R.L.	Singola	01284691001	01/04/2020 14:35
2	3C MED S.R.L.	Singola	05586860826	02/04/2020 18:07
3	A. PANZICA	Singola	03923960821	02/04/2020 11:14
4	DP PHARMA SRL A SOCIO UNICO	Singola	04270270400	03/04/2020 09:17

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	03/04/2020 10:17:09	03/04/2020 11:28:29

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Lettera d'invito/capitolato speciale firmato per espressa accettazione		Capitolato Tecnico firmato per espressa accettazione		DGUE		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
COSMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
3C MED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna		nessuna
A. PANZICA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
DP PHARMA SRL A SOCIO UNICO	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	03/04/2020 11:36:22	06/04/2020 10:33:31

Concorrente	Scheda tecnica e depliants illustrativi in lingua italiana	
	Valutazione	Note
COSMED S.R.L.	NON Approvato	Offerta dichiarata non conforme. "non conforme manca l'onda plestimografica come da richiesta".
3C MED S.R.L.	Approvato	nessuna
A. PANZICA	Approvato	nessuna
DP PHARMA SRL A SOCIO UNICO	NON Approvato	Offerta dichiarata non conforme: "Il Saturimetro offerto è un palmare e non un saturimetro da posto letto come richiesto e non è alimentato da corrente".

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	06/04/2020 10:33:43	06/04/2020 10:41:12

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
COSMED S.R.L.	NON Valutato	nessuna
3C MED S.R.L.	Approvato	nessuna
A. PANZICA	Approvato	nessuna
DP PHARMA SRL A SOCIO UNICO	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
-------------	---------------------------------

3C MED S.R.L.	21420,00000000
A. PANZICA	43731,20000000
COSMED S.R.L.	Concorrente escluso
DP PHARMA SRL A SOCIO UNICO	Concorrente escluso

Note di gara	<p>DP PHARMA s.r.l.: Si attiva il soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni: codesto operatore economico ha presentato in sede di gara il documento "DGUE" in modo differente a quello richiesto in sede di gara; il file contenente la lettera d'invito/capitolato speciale è un URL, quindi non disponibile per la visualizzazione del contenuto; Per quanto sopra premesso, si invita codesto operatore economico ha riscontrare, pena esclusione dalla gara, la presente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 06.04.2020.</p> <p>3C Med s.r.l.: Codesto operatore economico ha dichiarato, nel DGUE presentato nella RDO in parola, quanto segue: "In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)? NO.</p> <p>Atteso quanto sopra si invita codesto operatore economico ha indicare, sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge, le sentenze di condanna. Si invita a riscontrare la presente entro e non oltre le ore 10:00 di giorno 6 Aprile c.a., pena esclusione della gara.</p>
Note specifiche lotto 1	<p>DP PHARMA s.r.l.: NON CONFORME, "Il Saturimetro offerto è un palmare e non un saturimetro da posto letto come richiesto e non è alimentato da corrente".</p> <p>COSMED S.r.l.: NON CONFORME, "non conforme manca l'onda plestimografica come da richiesta".</p>